

Генеральный директор

ООО «Неврокор»

Ишутин Д.В.

«04» 07 2022 г.



Фотографические изображения медицинского изделия:

**Комплекс для диагностики и реабилитации
навыков баланса, осанки и движений
«БАЛФИТ»**

по ТУ 26.60.12-006-63704475-2021 в составе, с принадлежностями

г.Москва

Оглавление

Комплекс для диагностики и реабилитации навыков баланса, осанки и движений «БАЛФИТ» по ТУ 26.60.12-006-63704475-2021, варианты исполнения с принадлежностями:

- 1. Комплекс для реабилитации навыков движений, баланса и осанки «БАЛФИТ» по ТУ 26.60.12-006-63704475-2021, в составе (исполнение 1), (вид МИ 228380):**
 - 1.1. Стабилоплатформа (модель 1) – 1 шт.
 - 1.2. Блок управления и анализа информации – 1 шт. (при необходимости):
 - ПК;
 - адаптер.
 - 1.3. Датчик биомеханический носимый – не более 16 шт. (при необходимости).
 - 1.4. Система поддержки – 1 шт. (при необходимости).
 - 1.5. Модуль БОС (при необходимости):
 - стойка – 1 шт.;
 - дисплей - 1 шт.
 - 1.6. Блок питания (модель 1) – 1 шт. (при необходимости).
 - 1.7. Блок питания (модель 2) – 1 шт. (при необходимости).
 - 1.8. Пандус с перилами (модель 1) – 1 шт. (при необходимости).
 - 1.9. Пандус с перилами (модель 2) – 1 шт. (при необходимости).
 - 1.10. Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом – 1 шт.
 - 1.11. ПО «3D сканер Неврокор» на электронном носителе - 1 шт.
 - 1.12. ПО «Программа для управления базой данных Неврокор» на электронном носителе - 1 шт.
 - 1.13. ПО «Биомеханика Неврокор» на электронном носителе - 1 шт.
 - 1.14. ПО «Стабилометрия Неврокор» на электронном носителе - 1 шт.

Принадлежности:

1. Система видеорегистрации: – не более 8 шт.
 - стойка с видеокамерами
 - основание
 - регулировочные опоры
 - адаптер USB
2. Комплект кабелей - 1 шт.
3. Зарядное устройство (модель 1) – не более 16 шт.
4. Зарядное устройство (модель 2) - 1 шт.
5. Крепежное устройство датчика – не более 16 шт.
6. Подвес эластичный для пациента, размер 1 - 1 шт.
7. Подвес эластичный для пациента, размер 2 - 1 шт.
8. Подвес эластичный для пациента, размер 3 - 1 шт.
9. Подвес эластичный для пациента, размер 4 - 1 шт.
10. Подвес эластичный для пациента, размер 5 - 1 шт.
11. Кабель отведений (модель 1) размер: 50 мм. – не более 16 шт.
12. Кабель отведений (модель 1) размер: 100 мм. - не более 16 шт.
13. Кабель отведений (модель 1) размер: 150 мм. - не более 16 шт.
14. Кабель отведений (модель 1) размер: 200 мм. - не более 16 шт.
15. Кабель отведений (модель 1) размер: 250 мм. - не более 16 шт.
16. Кабель отведений (модель 1) размер: 300 мм. - не более 16 шт.
17. Кабель отведений (модель 1) размер: 350 мм. - не более 16 шт.
18. Кабель отведений (модель 1) размер: 400 мм. - не более 16 шт.
19. Кабель отведений (модель 2) размер: 50 мм. – не более 16 шт.
20. Кабель отведений (модель 2) размер: 100 мм. - не более 16 шт.
21. Кабель отведений (модель 2) размер: 150 мм. - не более 16 шт.
22. Кабель отведений (модель 2) размер: 200 мм. - не более 16 шт.
23. Кабель отведений (модель 2) размер: 250 мм. - не более 16 шт.
24. Кабель отведений (модель 2) размер: 300 мм. - не более 16 шт.
25. Кабель отведений (модель 2) размер: 350 мм. - не более 16 шт.
26. Кабель отведений (модель 2) размер: 400 мм. - не более 16 шт.

2. Комплекс для реабилитации навыков движений, баланса и осанки «БАЛФИТ» по ТУ 26.60.12-006-63704475-2021, в составе (исполнение 2), (вид МИ 228380):

- 2.1. Стабилоплатформа (модель 2) – 1 шт.
- 2.2. Блок управления и анализа информации – 1 шт. (при необходимости):
 - ПК;
 - адаптер.
- 2.3. Датчик биомеханический носимый – не более 16 шт. (при необходимости).
- 2.4. Система поддержки – 1 шт. (при необходимости).
- 2.5. Модуль БОС - 1шт. (при необходимости):
 - стойка – 1шт.;
 - дисплей - 1 шт.
- 2.6. Блок питания (модель 1) – 1 шт. (при необходимости).
- 2.7. Блок питания (модель 2) – 1 шт. (при необходимости).
- 2.8. Пандус с перилами (модель 1) – 1 шт. (при необходимости).
- 2.9. Пандус с перилами (модель 2) – 1 шт. (при необходимости).
- 2.11. Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом – 1 шт.
- 2.12. ПО «3D сканер Неврокор» на электронном носителе - 1 шт.
- 2.13. ПО «Программа для управления базой данных Неврокор» на электронном носителе - 1 шт.
- 2.14. ПО «Биомеханика Неврокор» на электронном носителе - 1 шт.
- 2.15. ПО «Стабилометрия Неврокор» на электронном носителе - 1 шт.

Принадлежности:

- 1. Система видеорегистрации: – не более 8 шт.
 - стойка с видеокамерами
 - основание
 - регулировочные опоры
 - адаптер USB
- 2. Комплект кабелей - 1 шт.
- 3. Зарядное устройство (модель 1) – не более 16 шт.
- 4. Зарядное устройство (модель 2) - 1 шт.
- 5. Крепежное устройство датчика – не более 16 шт.
- 6. Подвес эластичный для пациента, размер 1 - 1 шт.
- 7. Подвес эластичный для пациента, размер 2 - 1 шт.
- 8. Подвес эластичный для пациента, размер 3 - 1 шт.
- 9. Подвес эластичный для пациента, размер 4 - 1 шт.
- 10. Подвес эластичный для пациента, размер 5 - 1 шт.
- 11. Кабель отведений (модель 1) размер: 50 мм. – не более 16 шт.
- 12. Кабель отведений (модель 1) размер: 100 мм. - не более 16 шт.
- 13. Кабель отведений (модель 1) размер: 150 мм. - не более 16 шт.
- 14. Кабель отведений (модель 1) размер: 200 мм. - не более 16 шт.
- 15. Кабель отведений (модель 1) размер: 250 мм. - не более 16 шт.
- 16. Кабель отведений (модель 1) размер: 300 мм. - не более 16 шт.
- 17. Кабель отведений (модель 1) размер: 350 мм. - не более 16 шт.
- 18. Кабель отведений (модель 1) размер: 400 мм. - не более 16 шт.
- 19. Кабель отведений (модель 2) размер: 50 мм. – не более 16 шт.
- 20. Кабель отведений (модель 2) размер: 100 мм. - не более 16 шт.
- 21. Кабель отведений (модель 2) размер: 150 мм. - не более 16 шт.
- 22. Кабель отведений (модель 2) размер: 200 мм. - не более 16 шт.
- 23. Кабель отведений (модель 2) размер: 250 мм. - не более 16 шт.
- 24. Кабель отведений (модель 2) размер: 300 мм. - не более 16 шт.
- 25. Кабель отведений (модель 2) размер: 350 мм. - не более 16 шт.
- 26. Кабель отведений (модель 2) размер: 400 мм. - не более 16 шт.

3. **Комплекс для реабилитации навыков движений, баланса и осанки «БАЛФИТ» по ТУ 26.60.12-006-63704475-2021, в составе (исполнение 3), (вид МИ 228390):**
- 3.1. Балансплатформа – 1 шт.
 - 3.2. Датчик биомеханический носимый – 16 шт.
 - 3.3. Блок управления и анализа информации – 1 шт. (при необходимости):
 - ПК;
 - адаптер.
 - 3.4. Модуль БОС (при необходимости):
 - стойка – 1 шт.;
 - дисплей - 1 шт.
 - 3.5. Блок питания (модель 1) - 1 шт. (при необходимости).
 - 3.6. Блок питания (модель 2) - 1 шт. (при необходимости).
 - 3.6. Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом – 1 шт.
 - 3.7. ПО «3D сканер Неврокор» на электронном носителе - 1 шт.
 - 3.8. ПО «Программа для управления базой данных Неврокор» на электронном носителе - 1 шт.
 - 3.9. ПО «Биомеханика Неврокор» на электронном носителе - 1 шт.
 - 3.10. ПО «Стабилометрия Неврокор» на электронном носителе - 1 шт.

Принадлежности:


- 1. Система видеорегистрации: – не более 8 шт.
 - стойка с видеокамерами
 - основание
 - регулировочные опоры
 - адаптер USB
- 2. Комплект кабелей - 1 шт.
- 3. Зарядное устройство (модель 1) – не более 16 шт.
- 4. Зарядное устройство (модель 2) - 1 шт.
- 5. Крепежное устройство датчика – не более 16 шт.
- 6. Подвес эластичный для пациента, размер 1 - 1 шт.
- 7. Подвес эластичный для пациента, размер 2 - 1 шт.
- 8. Подвес эластичный для пациента, размер 3 - 1 шт.
- 9. Подвес эластичный для пациента, размер 4 - 1 шт.
- 10. Подвес эластичный для пациента, размер 5 - 1 шт.
- 11. Кабель отведений (модель 1) размер: 50 мм. – не более 16 шт.
- 12. Кабель отведений (модель 1) размер: 100 мм. - не более 16 шт.
- 13. Кабель отведений (модель 1) размер: 150 мм. - не более 16 шт.
- 14. Кабель отведений (модель 1) размер: 200 мм. - не более 16 шт.
- 15. Кабель отведений (модель 1) размер: 250 мм. - не более 16 шт.
- 16. Кабель отведений (модель 1) размер: 300 мм. - не более 16 шт.
- 17. Кабель отведений (модель 1) размер: 350 мм. - не более 16 шт.
- 18. Кабель отведений (модель 1) размер: 400 мм. - не более 16 шт.
- 19. Кабель отведений (модель 2) размер: 50 мм. – не более 16 шт.
- 20. Кабель отведений (модель 2) размер: 100 мм. - не более 16 шт.
- 21. Кабель отведений (модель 2) размер: 150 мм. - не более 16 шт.
- 22. Кабель отведений (модель 2) размер: 200 мм. - не более 16 шт.
- 23. Кабель отведений (модель 2) размер: 250 мм. - не более 16 шт.
- 24. Кабель отведений (модель 2) размер: 300 мм. - не более 16 шт.
- 25. Кабель отведений (модель 2) размер: 350 мм. - не более 16 шт.
- 26. Кабель отведений (модель 2) размер: 400 мм. - не более 16 шт.

*на фотографиях изображена максимальная комплектация варианта исполнения 1 и принадлежности для всех вариантов исполнения.

Далее идентичные части состава МИ распространяются на все варианты исполнений.



1. Стабилоплатформа (модель 1)



Neurocor

Комплекс для диагностики и реабилитации мышечного дисбаланса, баланс в осанке "БАЛАНС"

ТУ 26.66.12-006-43704475-2021

Стабилоплатформа (модель 1)

Заводской номер

LOT


UN --- 5 В

PH --- 2,5 ВА

ПУ


2021

2. Стабилоплатформа (модель 2)



3. Блок управления и анализа информации





5. Балансплатформа



6. Система поддержки




 Neurocor			
Комплекс для диагностики и реабилитации навыков движения, баланса и осанки "БАЛФИТ"			
ТУ 26.60.12-006-63704476-2021			
Система поддержки			
Заводской номер			
LOT			
УН 18 В	РН 40 ВА	ПУ	20 

7. Модуль БОС



8. Блок питания (модель 1)




9. Блок питания (модель 2)



10. Пандус с перилами (модель 1)



11. Пандус с перилами (модель 2)





Общество с ограниченной ответственностью "Неврокор"
Москва тел. +7 (495) 7403534 www.neurocor.ru

ООО «Неврокор» 109428 Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 1, к. 34 e-mail: info@neurocor.ru www.neurocor.ru	Эксплуатационная документация на МИ	26.60.12-006-63704475-2021 РЭ	
Комплекс для диагностики и реабилитации навыков баланса, осанки и движений «БАЛФИТ» по ТУ 26.60.12-006-63704475-2021		Версия:	Страница: 1 из 51
Предприятие-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»	Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Неврокор»	Дата выпуска: «05» апреля 2021 г.	



Руководство по эксплуатации

Комплекс для диагностики и реабилитации навыков баланса, осанки и движений «БАЛФИТ»

по ТУ 26.60.12-006-63704475-2021

ООО «Неврокор»
г. Москва

26.60.12-006-63704475-2021 РЭ

1

 **Neurocor** 

Комплекс для диагностики и
реабилитации навыков движения,
баланса и осанки "БАЛФИТ"
ТУ 26.00.12-000-83704476-2021


ПО " 3D сканер Неврокор "

Заводской номер

LOT 

ру 20 





 **Neurocor** 

Комплекс для диагностики и
реабилитации навыков движения,
баланса и осанки "БАЛФИТ"
ТУ 28.80.12-008-63704476-2021


ПО "Биомеханика Неврокор"

Заводской номер

LOT 

ру 20 






Принадлежности:

1. Система видеорегистрации:

- стойка с видеокамерами
- основание
- регулировочные опоры
- адаптер USB




2. Комплект кабелей





3. Зарядное устройство (модель 1)



4. Зарядное устройство (модель 2)



5. Крепежное устройство для датчика



6-10. Подвес эластичный для пациента, размеры 1-5.



Neurocor
Комплекс для диагностики и
реабилитации неврологического движения,
баланса и осанки "БАЛФИТ"
ТУ 28.60.13-006-83704478-2021

Подвес эластичный для пациента,
размер 1 (120-140 см)

Заводской номер

LOT

ру 20

PG



19-26. Кабель отведений (модель 2) размер: 50-400 мм.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 29 листов

Генеральный директор
ООО «Неврокор»


Д.В. Ишутин