

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «НИИ «Полюс»

им. М.Ф. Стельмаха»



 Е.В. Кузнецов

 2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия

Концентратор кислорода медицинский «СКО-16»

ПКБР.066112.001 ТУ







МЕДИЦИНСКИЙ КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДА
АО "НИИ"ПОЛЮС" ИМ.М.Ф.СТЕЛЬМАХА"

ТУ ПКБР.066112.001

	Артикул/модель	СКО-16
	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	№ 2022008
	ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	06/2022
	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	~220 В, 50 Гц
	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	1,5 кВт



IP20


СДЕЛАНО В РОССИИ

Макет индивидуальной маркировки
Концентратора кислорода медицинского «СКО-16»



МЕДИЦИНСКИЙ КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДА
АО "НИИ"ПОЛЮС" ИМ.М.Ф.СТЕЛЬМАХА"
ТУ ПКБР.066112.001

MOD	Артикул/модель	СКО-16
SN	Серийный номер	№ 2022008
	Дата производства	06/2022
	Электропитание	~220 В, 50 Гц
	Номинальная мощность	1,5 кВт



IP20

СДЕЛАНО В РОССИИ

Надписи:

НЕ КУРИТЬ ИЛИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ
ПРИМЕНЕНИЕ СМАЗКИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ СНЯТИЕ КРЫШКИ
НОМИНАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КИСЛОРОДА 93% ± 3%

Макет транспортной маркировки
Концентратора кислорода медицинского «СКО-16»



МЕДИЦИНСКИЙ КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДА
АО «НИИ «ПОЛЮС» ИМ. М.Ф. СТЕЛЬМАХА»
ТУ ПКБР.066112.001

	Артикул/модель	СКО-16
	Серийный номер	№ 2022008
	Дата производства	06/2022
	Электропитание	220 В, 50 Гц

117342, г. Москва, ул. Введенского д.3

СДЕЛАНО В РОССИИ



