



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 03 ноября 2022 года № РЗН 2022/18718

На медицинское изделие
Ларингоскоп интубационный Volkmann

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"Фолькманн Медицин Техник ГмбХ", Германия,
Volkmann MedizinTechnik GmbH, Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Germany

Производитель
"Фолькманн Медицин Техник ГмбХ", Германия,
Volkmann MedizinTechnik GmbH, Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Germany

Место производства медицинского изделия
LONG LIFE SURGICAL INDUSTRIES, Rawail Garh, Fateh Garh Agency,
Defence Road Sialkot 51310, Pakistan

Номер регистрационного досье № РД-52025/73195 от 14.09.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.126

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 8 листах

приказом Росздравнадзора от 03 ноября 2022 года № 10414
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0068570

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 ноября 2022 года № РЗН 2022/18718

Лист 1

На медицинское изделие

Ларингоскоп интубационный Volkman, варианты исполнения:

1. Ларингоскоп интубационный фиброоптический, в составе:

- Рукоять неонатальная из нержавеющей стали - 1 шт.;
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош размер 00 - 1 шт. (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош размер 0 - 1 шт. (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош размер 1 - 1 шт. (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош размер 2 - 1 шт. (при необходимости);
- Пластиковый бокс - 1 шт. (при необходимости).

2. Ларингоскоп интубационный фиброоптический, в составе:


- Рукоять неонатальная из хромированной латуни - 1 шт.;
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер размер 00 - 1 шт. (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер размер 0 - 1 шт. (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер размер 1 - 1 шт. (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер размер 2 - 1 шт. (при необходимости);
- Пластиковый бокс - 1 шт. (при необходимости).

3. Ларингоскоп интубационный фиброоптический, в составе:

- Рукоять укороченная из нержавеющей стали - 1 шт.;
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош с интегрированным световодом размер 1 - 1 шт. (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош с интегрированным световодом размер 2 - 1 шт. (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош с интегрированным световодом размер 3 - 1 шт. (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош с интегрированным световодом размер 4 - 1 шт. (при необходимости);
- Пластиковый бокс - 1 шт. (при необходимости).

4. Ларингоскоп интубационный фиброоптический, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0108664


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 ноября 2022 года № РЗН 2022/18718

Лист 2

- Рукоять укороченная хромированной латуни - 1 шт.;
 - Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер с интегрированным световодом размер 1 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер с интегрированным световодом размер 2 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер с интегрированным световодом размер 3 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер с интегрированным световодом размер 4 - 1 шт. (при необходимости);
 - Пластиковый бокс - 1 шт. (при необходимости).
5. Ларингоскоп интубационный фиброоптический, в составе:
- Рукоять педиатрическая из нержавеющей стали - 1 шт.;
 - Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер размер 00 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер размер 0 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер размер 1 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер размер 2 - 1 шт. (при необходимости);
 - Пластиковый бокс - 1 шт. (при необходимости).
6. Ларингоскоп интубационный фиброоптический, в составе:
- Рукоять педиатрическая из хромированной латуни - 1 шт.;
 - Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош размер 00 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош размер 0 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош размер 1 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош размер 2 - 1 шт. (при необходимости);
 - Пластиковый бокс - 1 шт. (при необходимости).
7. Ларингоскоп интубационный фиброоптический, в составе:
- Рукоять стандартная из нержавеющей стали - 1 шт.;
 - Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош размер 0 - 1 шт. (при необходимости);

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0110607

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 ноября 2022 года № РЗН 2022/18718

Лист 3

- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош размер 1 - 1 шт. (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош размер 2 - 1 шт. (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош размер 3 - 1 шт. (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош размер 4 - 1 шт. (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош размер 5 - 1 шт. (при необходимости);
- Пластиковый бокс - 1 шт. (при необходимости).

8. Ларингоскоп интубационный фиброоптический, в составе:

- Рукоять стандартная из нержавеющей стали - 1 шт.;
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер размер 00 - 1 шт. (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер размер 0 - 1 шт. (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер размер 1 - 1 шт. (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер размер 2 - 1 шт. (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер размер 3 - 1 шт. (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер размер 4 - 1 шт. (при необходимости);
- Пластиковый бокс - 1 шт. (при необходимости).

9. Ларингоскоп интубационный фиброоптический, в составе:

- Рукоять стандартная из хромированной латуни - 1 шт.;
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош размер 0 - 1 шт. (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош размер 1 - 1 шт. (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош размер 2 - 1 шт. (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош размер 3 - 1 шт. (при необходимости);

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0108666

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 ноября 2022 года № РЗН 2022/18718

Лист 4

- Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош размер 4 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа фиброоптический Макинтош размер 5 - 1 шт. (при необходимости);
 - Пластиковый бокс - 1 шт. (при необходимости).
10. Ларингоскоп интубационный фиброоптический, в составе:
- Рукоять стандартная из хромированной латуни - 1 шт.;
 - Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер размер 00 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер размер 0 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер размер 1 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер размер 2 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер размер 3 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа фиброоптический Миллер размер 4 - 1 шт. (при необходимости);
 - Пластиковый бокс - 1 шт.
11. Ларингоскоп интубационный фиброоптический, в составе:
- Рукоять большая из нержавеющей стали - 1 шт.;
 - Клинок фиброоптический немецкий Макинтош с гибким кончиком и интегрированным световодом размер 3 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок фиброоптический немецкий Макинтош с гибким кончиком и интегрированным световодом размер 4 - 1 шт. (при необходимости);
 - Пластиковый бокс - 1 шт. (при необходимости).
12. Ларингоскоп интубационный фиброоптический, в составе:
- Рукоять большая из хромированной латуни - 1 шт.;
 - Клинок фиброоптический немецкий Макинтош с гибким кончиком и интегрированным световодом размер 3 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок фиброоптический немецкий Макинтош с гибким кончиком и интегрированным световодом размер 4 - 1 шт. (при необходимости);
 - Пластиковый бокс - 1 шт. (при необходимости).
13. Ларингоскоп интубационный лампочный, в составе:
- Рукоять неонатальная из нержавеющей стали - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0108667

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 ноября 2022 года № РЗН 2022/18718

Лист 5

- Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 00 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 0 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 1 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 2 - 1 шт. (при необходимости);
 - Пластиковый бокс - 1 шт. (при необходимости).
14. Ларингоскоп интубационный лампочный, в составе:
- Рукоять неонатальная из хромированной латуни - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 00-1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 0 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 1 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 2 - 1 шт. (при необходимости);
 - Пластиковый бокс - 1 шт. (при необходимости).
15. Ларингоскоп интубационный лампочный, в составе:
- Рукоять укороченная из нержавеющей стали - 1 шт.;
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 1 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 2 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 3 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 4 - 1 шт. (при необходимости);
 - Пластиковый бокс - 1 шт. (при необходимости).
16. Ларингоскоп интубационный лампочный, в составе:
- Рукоять укороченная из хромированной латуни - 1 шт.;
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 1 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 2 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 3 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 4 - 1 шт. (при необходимости);
 - Пластиковый бокс - 1 шт. (при необходимости).
17. Ларингоскоп интубационный лампочный, в составе:
- Рукоять педиатрическая из нержавеющей стали - 1 шт. (при необходимости);

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0108668

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 ноября 2022 года № РЗН 2022/18718

Лист 6

- Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 00 - 1 шт.
(при необходимости);

- Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 0 - 1 шт.
(при необходимости);

- Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 1 - 1 шт.
(при необходимости);

- Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 2 - 1 шт.
(при необходимости);

- Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 3 - 1 шт.
(при необходимости);

- Пластиковый бокс - 1 шт.

18. Ларингоскоп интубационный лампочный, в составе:

- Рукоять педиатрическая из хромированной латуни - 1 шт.;

- Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 00 - 1 шт. (при необходимости);

- Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 0 - 1 шт. (при необходимости);

- Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 1 - 1 шт. (при необходимости);

- Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 2 - 1 шт. (при необходимости);

- Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 3 - 1 шт. (при необходимости);

- Пластиковый бокс - 1 шт.

19. Ларингоскоп интубационный лампочный, в составе:

- Рукоять средняя из нержавеющей стали - 1 шт.;

- Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 0 - 1 шт.
(при необходимости);

- Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 1 - 1 шт.
(при необходимости);

- Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 2 - 1 шт.
(при необходимости);

- Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 3 - 1 шт.
(при необходимости);

- Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 4 - 1 шт.
(при необходимости);

- Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 5 - 1 шт.
(при необходимости);

- Пластиковый бокс - 1 шт. (при необходимости).

20. Ларингоскоп интубационный лампочный, в составе:

- Рукоять средняя из хромированной латуни - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0108669

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 03 ноября 2022 года № РЗН 2022/18718

Лист 7

- Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 00 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 0 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 1 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 2 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 3 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 4 - 1 шт. (при необходимости);
 - Пластиковый бокс - 1 шт. (при необходимости).
21. Ларингоскоп интубационный лампочный, в составе:
- Рукоять средняя из хромированной латуни - 1 шт.;
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 00 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 0 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 1 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 2 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 3 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 4 - 1 шт. (при необходимости);
 - Пластиковый бокс - 1 шт. (при необходимости).
22. Ларингоскоп интубационный лампочный, в составе:
- Рукоять средняя из нержавеющей стали - 1 шт.;
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 00 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 0 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 1 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 2 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 3 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 4 - 1 шт. (при необходимости);
 - Пластиковый бокс - 1 шт. (при необходимости).
23. Ларингоскоп интубационный лампочный, в составе:
- Рукоять большая из нержавеющей стали - 1 шт.;
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 2 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 3 - 1 шт. (при необходимости);

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0110608

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 ноября 2022 года № РЗН 2022/18718

Лист 8

- (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 4 - 1 шт.
- (при необходимости);
- Клинок для ларингоскопа лампочный Макинтош размер 5 - 1 шт.
- (при необходимости);
- Пластиковый бокс - 1 шт. (при необходимости).
24. Ларингоскоп интубационный лампочный, в составе:
- Рукоять большая из хромированной латуни - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 1 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 2 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный Миллер размер 3 - 1 шт. (при необходимости);
 - Клинок для ларингоскопа лампочный филлер размер 4 - 1 шт. (при необходимости);
 - Пластиковый бокс - 1 шт. (при необходимости).

З

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0110609