

Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA Тестостерон», по ТУ 21.20.23-595-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1	стр. 2,3,4
Вариант исполнения 2	стр. 5,6,7
Вариант исполнения 3	стр. 8,9,10
Контроли 1, 2	стр. 11,12

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**




Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA
Тестостерон», по ТУ 21.20.23-595-98539446-2022

Кат. № 1030201 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA Тестостерон», по ТУ 21.20.23-595-98539446-2022

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли Magnolia
Тестостерон», по ТУ 21.20.23-595-98539446-2022

Кат. № 1030201 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

**Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA
Тестостерон», по ТУ 21.20.23-595-98539446-2022**

Кат. № 1030201 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA
Тестостерон», по ТУ 21.20.23-595-98539446-2022

Кат. № 1030205 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Составитель



Состав набора

Контроль 1	5 шт.
Контроль 2	5 шт.

ТУ 21.20.23-595-98539446-2022
ТУ № 20.000.000.000.000

Контроли MagnoLIA Тестостерон

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA Тестостерон», по ТУ 21.20.23-595-98539446-2022

LOT E003

2022-04-04

REF 1030205

2023-04-04

IVD

100



Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Анализатор к Biotri 1,2 и аналогам с HBAg оптодатчиком.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики *in vitro*

Набор реагентов для контроля качества анализа

«Контроли MagnoLIA Тестостерон», по ТУ 21.20.23-595-98539446-2022

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли Magnolia
Тестостерон», по ТУ 21.20.23-595-98539446-2022

Кат. № 1030205 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Соответствует:

Контроли Magnolia Тестостерон

LOT

E003



2023-04-04

REF

1030205



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли Magnolia
Тестостерон», по ТУ 21.20.23-595-98539446-2022

Кат. № 1030205 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Соответст:



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA Тестостерон», по ТУ 21.20.23-595-98539446-2022

Кат. № 1030210 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



Контроли MagnoLIA Тестостерон
Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA Тестостерон», по ТУ 21.20.23-595-98539446-2022

Состав набора:

Контроль 1	10 фл.
Контроль 2	10 фл.

LOT E003

2022-04-04

REF 1030210

2023-04-04

IVD

20



ТУ 21.20.23-595-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXX

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к HIV-1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики *in vitro*

Набор реагентов для контроля качества анализа

«Контроли MagnoLIA Тестостерон», по ТУ 21.20.23-595-98539446-2022

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли Magnolia Тестостерон», по ТУ 21.20.23-595-98539446-2022

Кат. № 1030210 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Контроли Magnolia Тестостерон

LOT E003

2023-04-04

REF 1030210



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772182
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru




ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79


ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnolIA
Тестостерон», по ТУ 21.20.23-595-98539446-2022

Кат. № 1030210 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.







Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

12 (двадцать) лист

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полынцев



Макеты этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA Тестостерон», по ТУ 21.20.23-595-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA Тестостерон», по ТУ 21.20.23-595-98539446-2022»

Макет этикеток



Вариант исполнения 1

Кат. № 1030201

На коробку:

Контроль качества анализа
Контроль качества анализа



Контроли MagnoLIA Тестостерон
Набор реагентов для контроля
качества анализа
«Контроли MagnoLIA Тестостерон»,
по ТУ 21.20.23-595-98539446-2022

Состав набора:

Контроль 1	1 фл.
Контроль 2	1 фл.

LOT E003 2022-04-04 2023-04-04

REF 1030201


IVD

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
ТУ 21.20.23-595-98539446-2022
RU XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

Контроли
MagnoLIA
Тестостерон
Контроль 1
объем 1 мл
+25°C
000 «Компания Алкор Био»



Контроли
MagnoLIA
Тестостерон
Контроль 2
объем 1 мл
+25°C
000 «Компания Алкор Био»



«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA Тестостерон», по ТУ 21.20.23-595-98539446-2022»

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 1030205

На коробку:



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



LOT E003



REF 1030205



+2/+8 °C



2023-04-04

Контроли MagnoLIA Тестостерон



Состав набора:

Контроль 1	5 фл.
Контроль 2	5 фл.

ТУ 21.20.23-595-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXXXXX

Контроли MagnoLIA Тестостерон
Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA Тестостерон», по ТУ 21.20.23-595-98539446-2022



LOT E003



REF 1030205



IVD



2022-04-04



2023-04-04



100



+2/+8 °C




i



!



Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.



На флаконы:

Контроли
MagnoLIA
Тестостерон
Контроль 1
объем 1 мл

ООО «Компания Алкор Био»

-5 шт.

Контроли
MagnoLIA
Тестостерон
Контроль 2
объем 1 мл

ООО «Компания Алкор Био»

-5 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA Тестостерон», по ТУ 21.20.23-595-98539446-2022»

Макет этикеток



Вариант исполнения 3

Кат. № 1030210

На коробку:

LOT E003
1030210

REF 1030210
2023-04-04

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6787879, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

Контроли MagnoLIA Тестостерон

Контроли MagnoLIA Тестостерон
Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA Тестостерон», по ТУ 21.20.23-595-98539446-2022

Состав набора:	
Контроль 1	10 фл.
Контроль 2	10 фл.

LOT E003

REF 1030210

IVD

2022-04-04

2023-04-04

200

+2/+8 °C

Биологический

Внимание

ТУ 21.20.23-595-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

На флаконы:

Контроли
MagnoLIA
Тестостерон
Контроль 1
объем 1 мл

-10 шт.

Контроли
MagnoLIA
Тестостерон
Контроль 2
объем 1 мл

-10 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

4 (четыре) листа

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Т. Полинцев

