



Sistema BioTech

SBT-DX-SARS- CoV-2


ТУ 21.20.23-001-16139243-2020

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса
SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую респираторную
инфекцию, в биологическом материале методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР)
с гибридно-флуоресцентной детекцией

РУ

www.sistemabiotech.ru

НЕ ОТКРЫВАТЬ
SistemaBioTech





Sistema
BioTech



Sistema
BioTech

www.sistemabiotech.ru



12.2021



18.12.2020

LOT

400-266

Состав набора реагентов

1. Буфер для ОТ-ПЦР-РФ
2. БиоМастер-микс
3. ПКО ЗСЛ
4. Флуоресцентный микс С
5. Флуоресцентный микс V
6. Вода

www.sistemabiotech.ru



Sistema
BioTech

www.sistemabiotech.ru



12.2021



11.12.2020


LOT

330-267



Sistema
BioTech

IVD



ООО "Система
Био Тех" 109235,
г. Москва, ул. 1-я
Курьяновская, д. 34,
строение 11,
эт/пом/ком 5/1/13,
info@sistemabiotech.ru





*прочита и проинтервьюировано
на 6-ти листах*

КОПИЯ ВЕРНА

подпись



SBT-DX-SARS-CoV-2

ТУ 21.20.23-001-16139243-2020

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую респираторную инфекцию, в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией

РУ

www.sistemabiotech.ru



12.2021

18.12.2020

LOT 400-266

www.sistemabiotech.ru



Состав набора реагентов:

1. Буфер для ОТ-ПЦР-РВ	1,4 мл	3 пробирки
2. БиоМастер-микс	0,35 мл	1 пробирка
3. ПКО ЗСЛ	0,1 мл	1 пробирка
4. Флуоресцентный микс С	1,1 мл	1 пробирка
5. Флуоресцентный микс V	1,1 мл	1 пробирка
6. Вода	1,3 мл	1 пробирка

www.sistemabiotech.ru

Для профессионального применения



IVD

-25°C

400

1

1

ООО "Система
Bio Tech" 109235,
г. Москва, ул. 1-я
Куримская д. 34,
строение 15,
эт./пом./ком. 5/5/3,
info@sistemabiotech.ru



LOT 400-266 12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2

Буфер для ОТ-ПЦР-РВ
1,4 мл

www.sistemabiotech.ru





Sistema
BioTech

LOT 400-266 12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2

Буфер для ОТ-ПЦР-РВ
1,4 мл

www.sistemabiotech.ru





LOT 400-266  12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2

Буфер для ОТ-ПЦР-РВ
1,4 мл

www.sistemabiotech.ru





LOT 400-266  12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2

БиоМастер-микс
0,35 мл

www.sistemabiotech.ru





LOT 400-266  12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2

ПКО 3CL
0,1 мл

www.sistemabiotech.ru





**Sistema
BioTech**

LOT 400-266  12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2

Вода
1,3 мл

www.sistemabiotech.ru





**Sistema
BioTech**

LOT 400-266  12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2

Флуоресцентный микс С
1,1 мл

www.sistemabiotech.ru





**Sistema
BioTech**

LOT 400-266  12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2

Флуоресцентный микс V
1,1 мл

www.sistemabiotech.ru





SBT-DX-SARS-CoV-2

ТУ 21.20.23-001-16139243-2020

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую респираторную инфекцию, в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией

РУ

www.sistemabiotech.ru



www.sistemabiotech.ru

12.2021

11.12.2020

LOT 330-267



Состав набора реагентов:

1. Буфер для ОТ-ПЦР-РВ	1,4 мл	3 пробирки
2. БиоМастер-микс	0,35 мл	1 пробирка
3. ПКО ЗСЛ	0,1 мл	1 пробирка
4. Флуоресцентный микс С	1,1 мл	1 пробирка
5. Флуоресцентный микс V	1,1 мл	1 пробирка
6. Вода	1,3 мл	1 пробирка

www.sistemabiotech.ru

Для профессионального применения



IVD

-35°C -15°C

Σ/400

3

1000

ООО "Система БиоТек" 109235, г. Москва, ул. 1-я Курьяновская, д. 34, строение 11, эл.почта: info@sistemabiotech.ru



**Sistema
BioTech**

LOT 330-267



12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2

Буфер для ОТ-ПЦР-РВ
1,4 мл

www.sistemabiotech.ru





**Sistema
BioTech**

LOT 330-267



12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2

Буфер для ОТ-ПЦР-РВ
1,4 мл

www.sistemabiotech.ru





LOT 330-267  12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2

Буфер для ОТ-ПЦР-РВ
1,4 мл

www.sistemabiotech.ru





Sistema
BioTech

LOT 330-267



12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2

БиоМастер-микс
0,35 мл

www.sistemabiotech.ru





Sistema
BioTech

LOT 330-267



12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2

ПКО 3CL

0,1 мл

www.sistemabiotech.ru





**Sistema
BioTech**

LOT 330-267  12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2

Вода
1,3 мл

www.sistemabiotech.ru





LOT 330-267  12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2

Флуоресцентный микс С
1,1 мл

www.sistemabiotech.ru





LOT 330-267  12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2

Флуоресцентный микс V
1,1 мл

www.sistemabiotech.ru






Изготовитель: ООО «Система-БиоТех». Адрес изготовителя: 109235, город Москва, улица Курьяновская 1-я, дом 34, строение 11, эт/пом/ком 5/1/13. Телефон +7 (495) 925-64-54. E-mail: info@sistemabiotech.ru

Набор реагентов

для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего
тяжелую респираторную инфекцию, в биологическом материале
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)

с гибридационно-флуоресцентной детекцией «SBT-DX-SARS-CoV-2»



LOT _____



Дата
изготовления _____



Срок
годности _____

- Транспортирование Набора реагентов «SBT-DX-SARS-CoV-2» должно производиться крытым транспортом (автомобильным, железнодорожным либо воздушным) при температуре от минус 25°C до минус 15°C.
- Транспортирование изделий при температурах, требующих соблюдения «Холодовой цепи», обеспечивающей сохранность температурного режима, должно осуществляться в термоконтейнерах одноразового пользования, содержащих хладоэлементы, или в термоконтейнерах многократного применения с автоматически поддерживаемой температурой или в авторефрижераторах с использованием термоиндикаторов.
- Наборы, транспортировавшиеся с нарушением температурного режима, применению не подлежат.
- Набор реагентов «SBT-DX-SARS-CoV-2» хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от минус 25°C до минус 15°C в течение всего срока годности.

Использовать только для диагностики in vitro. Для профессионального применения

ЧИСЛО ЕДИНИЦ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
УПАКОВКИ
В ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЕ

МАССА НЕТТО

МАССА БРУТТО

МАССА НЕТТО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
УПАКОВКИ

прошито и
прокумеровано
на 19 шит

Л.С. ПОВЕРЕННОСТИ № Б/Н
от 01.07.2021
Дозднякова Н.В.
Подпись

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

