


1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Паспорт предназначен для изучения работы Анализатора определения границ дефектов и световой чувствительности поля зрения компьютеризированного АПЗ-30/50/100-«ПЕРИТЕСТ» (в дальнейшем – периметр).

В паспорте изложены назначение и технические данные периметра, а также приведены сведения, необходимые для монтажа, подготовки к работе, правильной эксплуатации и поддержания периметра в постоянной готовности.



2. НАЗНАЧЕНИЕ

Периметр предназначен для определения границ поля зрения, дефектов внутри него и функций периферического зрения.

Периметр предназначен для использования в учреждениях здравоохранения офтальмологического профиля, поликлиниках, медико-санитарных частях предприятий.

Периметр работает при нормальной комнатной температуре в закрытых не запыленных помещениях.

Подп. и дата

в. № дубл.

Возм. инв. №

Подп. и дата

Име. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гуров		
Пров.				
Н.контр				

ОФПР.002.2003 ПС

Анализатор определения границ
дефектов и световой чувствительности
поля зрения компьютеризированный
АПЗ-30/50/100-«ПЕРИТЕСТ»

Паспорт

Лит	Лист	Листов
О ₁	2	12
ПБОЮЛ Гуров А.С. "Офтальмологические приборы" 2		