


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Тонус»
С.В.Наталуха
«25» октября 2022 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА» по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018



Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА» по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения: Корректор осанки медицинский эластичный для верхнего отдела позвоночника «ЭЛАСМА», модель С-810, размер: 1 (аналогичный внешний вид размеров 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)




Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА» по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения: Корректор осанки медицинский эластичный для верхнего отдела позвоночника «ЭЛАСМА», модель С-810 – вид изделия в полиэтиленовом пакете (индивидуальной упаковке)



Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА»
по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения:
Корректор осанки медицинский эластичный для верхнего отдела
позвоночника «ЭЛАСМА»,
модель С-810, размер 1

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8224 от 2.03.2020

Цвет: ☐ черный ☒ бежевый



Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА» по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения: Корректор осанки медицинский эластичный для верхнего отдела позвоночника «ЭЛАСМА», модель С-810, размер: 1 - фотографическое изображение потребительской упаковки (пример)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

С профилактической целью для предупреждения искривления осанки, для профилактики и лечения таких заболеваний как сутулость, остеохондроз и сколиоз верхних отделов позвоночника на ранних стадиях.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Аллергическая реакция на любой из компонентов в составе изделия, острые инфекции мягких тканей.

ПРИМЕНЕНИЕ.

Проконсультируйтесь с врачом о необходимости носить корректор и о продолжительности его ношения. Рекомендуется надевать на хлопчатобумажную одежду.

ПОДБОР РАЗМЕРОВ.

Корректор осанки подходит пациентам с обхватом тела на уровне лопаток от 95 до 135 см. Измерения пациента должны проводиться на уровне плеч поверх прижатых к телу рук, как показано на рисунке (у женщин при измерении лента должна проходить над грудью). Таблица типовых размеров.

Размер	1	2	3	4	5	6	7	8
Обхват тела на уровне плеч	95-100	101-105	106-110	111-115	116-120	121-125	126-130	131-135

Правильно подобранный размер обеспечит оптимальный эффект и сэкономит время использования изделия. При выборе размера необходимо измерить обхват груди на уровне лопаток (у женщин измерительная лента должна проходить под грудью) и сопоставить его с таблицей.

СОСТАВ.

хлопок-36%, ПАН-29%, полиэфир-16%, лайкра-19%

УХОД.

Перед стиркой из корректора осанки необходимо вынуть жесткие детали. Стирать руками с применением нейтральных моющих средств при температуре не выше +40 °С. Изделия с застежкой перед стиркой застегнуть. Сушить при комнатной температуре в расправленном виде. После сушки перед следующим использованием нужно вставить ребра жесткости на прежнее место. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 6 месяцев.

Порядок применения изделия в руководстве по эксплуатации внутри упаковки.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АО «ТОНУС»

Россия, 243300, Брянская область, район Унечский, г. Унеча, ул. Советская, дом 30

Рекламации принимаются по адресу производителя.

Медицинское представительство в Москве — (499) 374-71-58.

Бесплатный тел. по России 8-800-775-41-55.

E-mail: unga@unga.ru, tonus@unga.ru | www.unga.ru

Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА»

по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018,

вариант исполнения:

Корректор осанки медицинский эластичный
для верхнего отдела позвоночника «ЭЛАСМА»,

модель С-810, размер _____

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2019/8224 от _____

Цвет: ☐ черный ☐ бежевый



LYCRA

РАЗМЕР


ПАРТИЯ №, ОТК

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Срок годности — 5 лет с даты изготовления.
Хранить в сухом месте.



Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА» по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения: Корректор осанки медицинский эластичный для верхнего отдела позвоночника с жесткими вставками «ЭЛАСМА», модель С-820, размер 6 (аналогичный внешний вид размеров 1, 2, 3, 4, 5, 7)



Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА» по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения: Корректор осанки медицинский эластичный для верхнего отдела позвоночника с жесткими вставками «ЭЛАСМА», модель С-820 – вид изделия в полиэтиленовом пакете (индивидуальной упаковке)



Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА»
по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения:

Корректор осанки медицинский эластичный
для верхнего отдела позвоночника
с жесткими вставками «ЭЛАСМА»,
модель С-820, размер 6

Регистрационное удостоверение № РЗН.2019/5224 от 2.03.2020

Цвет: ☐ черный ☒ бежевый



Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА» по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения: Корректор осанки медицинский эластичный для верхнего отдела позвоночника с жесткими вставками «ЭЛАСМА», модель С-820, размер 6 - фотографическое изображение потребительской упаковки (пример)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

С профилактической целью для предупреждения искривления осанки, для профилактики и лечения таких заболеваний как сутулость, остеохондроз и сколиоз верхних отделов позвоночника на ранних стадиях.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Аллергическая реакция на любой из компонентов в составе изделия, острые инфекции мягких тканей.

ПРИМЕНЕНИЕ.

Проконсультируйтесь с врачом о необходимости носить корректор и о продолжительности его ношения. Рекомендуется надевать на хлопчатобумажную одежду.

ПОДБОР РАЗМЕРОВ.

Корректор осанки подходит пациентам с обхватом тела на уровне подмышек от 70 до 135 см. Таблица типоразмеров:

Размер	1	2	3	4	5	6	7
Обхват тела на уровне подмышек	70-79	80-89	90-99	100-109	110-119	120-127	128-135

Правильно подобранный размер обеспечит оптимальный эффект и сократит время использования изделия. При выборе размера необходимо измерить обхват груди на уровне подмышек и сопоставить его с таблицей.

СОСТАВ.

ПАН - 61%, полиэфир - 15%, лайкра - 24%

УХОД.

Перед стиркой из корректора осанки необходимо вынуть жесткие детали. Стирать руками с добавлением нейтральных моющих средств при температуре не выше +40° С. Изделия с застежкой велкро перед стиркой застегнуть. Сушить при комнатной температуре в расправленном виде. После сушки перед следующим использованием нужно оставить ребра жесткости на прежнее место. Гарантийный срок эксплуатации — не менее 6 месяцев.

Порядок применения изделия в руководстве по эксплуатации внутри упаковки.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АО «ТОНУС»

Россия, 243300, Брянская область, район Унечский, г. Унеча, ул. Совхозная, дом 30

Рекламации принимаются по адресу производителя.

Медицинское представительство в Москве — (499) 374-71-58.

Бесплатный тел. по России 8-800-775-41-55.

E-mail: unga@unga.ru, tonus@unga.ru | www.unga.ru

Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА» по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения:

Корректор осанки медицинский эластичный для верхнего отдела позвоночника с жесткими вставками «ЭЛАСМА», модель С-820, размер _____

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2019/8224 от _____

Цвет: ☐ черный ☐ бежевый



LYCRA

РАЗМЕР


ПАРТИЯ №, ОТК

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Срок годности — 5 лет с даты изготовления. Хранить в сухом месте.



Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА» по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения: Корректор осанки медицинский эластичный с регулируемыми ремнями «ЭЛАСМА», модель С-830, размер 5 (аналогичный внешний вид размеров 1, 2, 3, 4, 7)



Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА» по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения: Корректор осанки медицинский эластичный с регулируемыми ремнями «ЭЛАСМА», модель С-830 – вид изделия в полиэтиленовом пакете (индивидуальной упаковке)



Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА»
по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения:

Корректор осанки медицинский эластичный
с регулируемым поясом «ЭЛАСМА»,
модель L-30, размер 5

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2019/8224 от 02.03.2020

Цвет: ☐ черный ☒ бежевый ☐



Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА» по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения: Корректор осанки медицинский эластичный с регулируемым ремнем «ЭЛАСМА», модель С-830 - фотографическое изображение потребительской упаковки (пример)



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

С профилактической целью для предупреждения искривления осанки, для профилактики и лечения таких заболеваний как сутулость, остеохондроз и сколиоз верхних отделов позвоночника на ранних стадиях.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Аллергическая реакция на любой из компонентов в составе изделия, острые инфекции мягких тканей.

ПРИМЕНЕНИЕ.

Проконсультируйтесь с врачом о необходимости носить корректор и о продолжительности его ношения. Рекомендуется надевать на хлопчатобумажную одежду.

ПОДБОР РАЗМЕРОВ.

Корректор осанки подходит пациентам с обхватом тела на уровне подмышек от 70 до 127 см.

Таблица типоразмеров:

Размер	1	2	3	4	5	6
Обхват груди на уровне подмышек	70-79	80-89	90-99	100-109	110-119	120-127

Правильно подобранный размер обеспечит оптимальный эффект и сократит время использования изделия. При выборе размера необходимо измерить обхват груди на уровне подмышек и сопоставить его с таблицей.

СОСТАВ.

ПАН - 61%, полиэфир - 15%, лайкра - 24%

УХОД.

Перед стиркой из корректора осанки необходимо вынуть жесткие детали. Стирать руками с добавлением нейтральных моющих средств при температуре не выше +40° С.

Изделия с застежкой велкро перед стиркой застегнуть. Сушить при комнатной температуре в расправленном виде. После сушки перед следующим использованием нужно вставить ребра жесткости на прежнее место.

Гарантийный срок эксплуатации — не менее 6 месяцев.

Порядок применения изделия в руководстве по эксплуатации внутри упаковки.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АО «ТОНУС»

Россия, 243300, Брянская область, район Унечский, г. Унеча, ул. Совхозная, дом 30

Рекламации принимаются по адресу производителя.

Медицинское представительство в Москве — (499) 374-71-58.

Бесплатный тел. по России 8-800-775-41-55.

E-mail: unga@unga.ru, tonus@unga.ru | www.unga.ru

РАЗМЕР

ПАРТИЯ №, ОТК

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Срок годности — 5 лет с даты изготовления.
Хранить в сухом месте.



Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА»

по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018,

вариант исполнения: Корректор осанки медицинский


эластичный с регулируемыми ремнями «ЭЛАСМА»,

модель С-830, размер _____


Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2019/8224 от _____

Цвет: ☐ черный ☐ бежевый



Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА» по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения: Корректор осанки медицинский эластичный с регулируемыми ремнями «ЭЛАСМА», модель С-830 - фотографическое изображение макета потребительской упаковки в развороте



Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА» по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения: Корректор осанки медицинский эластичный с регулируемыми ремнями «ЭЛАСМА», модель С-830 ЮНИОР, размер 3 (аналогичный внешний вид размеров 1, 2)




Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА» по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения: Корректор осанки медицинский эластичный с регулируемыми ремнями «ЭЛАСМА», модель С-830 ЮНИОР – вид изделия в полиэтиленовом пакете (индивидуальной упаковке)



Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА»
по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения:
Корректор осанки медицинский эластичный
с регулируемыми ремнями «ЭЛАСМА»,
модель С-830 ЮНИОР, размер 3

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2019/8224 от 02.03.2020

Цвет: ☐ черный ☒ бежевый ☐



Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА» по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения: Корректор осанки медицинский эластичный с регулируемыми ремнями «ЭЛАСМА», модель С-830 ЮНИОР, размер 3 - фотографическое изображение потребительской упаковки (пример)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

С профилактической целью для предупреждения искривления осанки, для профилактики и лечения таких заболеваний как сутулость, остеохондроз и сколиоз верхних отделов позвоночника на ранних стадиях.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Аллергическая реакция на любой из компонентов в составе изделия, острые инфекции мягких тканей.

ПРИМЕНЕНИЕ.

Проконсультируйтесь с врачом о необходимости носить корректор и о продолжительности его ношения. Рекомендуется надевать на хлопчатобумажную одежду.

ПОДБОР РАЗМЕРОВ.

Корректор осанки подходит пациентам с обхватом тела на уровне подмышек от 70 до 127 см. Таблица типоразмеров:

Размер	1	2	3
Обхват груди на уровне подмышек	54-58	59-64	65-69

Правильно подобранный размер обеспечит оптимальный эффект и сократит время использования изделия. При выборе размера необходимо измерить обхват груди на уровне подмышек и сопоставить его с таблицей.

СОСТАВ.

ПАН - 61%, полиэфир - 15%, лайкра - 24%

УХОД.

Перед стиркой из корректора осанки необходимо вынуть жесткие детали. Стирать руками с добавлением нейтральных моющих средств при температуре не выше +40° С. Изделия с застежкой велкро перед стиркой застегнуть. Сушить при комнатной температуре в расправленном виде. После сушки перед следующим использованием нужно вставить ребра жесткости на прежнее место.

Гарантийный срок эксплуатации — не менее 6 месяцев.

Порядок применения изделия в руководстве по эксплуатации внутри упаковки.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АО «ТОНУС»

Россия, 243300, Брянская область, район Унечский, с Унеча, ул. Совхозная, дом 30

Рекламации принимаются по адресу производителя.

Медицинское представительство в Москве — (499) 374-71-58.

Бесплатный тел. по России 8-800-775-41-55.

E-mail: unga@unga.ru, tonus@unga.ru | www.unga.ru

РАЗМЕР

ПАРТИЯ №, ОТК

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Срок годности — 5 лет с даты изготовления.
Хранить в сухом месте.




Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2019/8224 от _____

Цвет: ☐ черный ☐ бежевый

Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА»
по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018,
вариант исполнения: Корректор осанки медицинский
эластичный с регулируемыми ремнями «ЭЛАСМА»,
модель С-830 ЮНИОР, размер _____

Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА» по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения: Корректор осанки медицинский эластичный с регулируемыми ремнями «ЭЛАСМА», модель С-830 ЮНИОР - фотографическое изображение макета потребительской упаковки в развороте



Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА» по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения: Корректор осанки медицинский эластичный универсальный с регулируемыми ремнями «ЭЛАСМА», модель С-840, размер универсальный – вид с внешней стороны



Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА» по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения: Корректор осанки медицинский эластичный универсальный с регулируемыми ремнями «ЭЛАСМА», модель С-840, размер универсальный – вид изделия в полиэтиленовом пакете (индивидуальной упаковке)



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

С профилактической целью для предупреждения искривления осанки, для профилактики и лечения таких заболеваний как сутулость, остеохондроз и сколиоз верхних отделов позвоночника на ранних стадиях.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Аллергическая реакция на любой из компонентов в составе изделия, острые инфекции мягких тканей.

ПРИМЕНЕНИЕ.

Проконсультируйтесь с врачом о необходимости носить корректор и о продолжительности его ношения. Рекомендуется надевать на хлопчатобумажную одежду.

ПОДБОР РАЗМЕРОВ.

Очень важно выбрать правильный размер, который обеспечит оптимальный эффект и правильный срок службы продукта. Правильно подобранный корректор не должен сползать, давить и вызывать другие неприятные ощущения. Корректор осанки модель С-840 выпускается в одном универсальном типоразмере, который подходит пациентам с обхватом тела на уровне подмышек от 70 до 127 см. При выборе размера необходимо измерить обхват груди на уровне подмышек и сопоставить его с таблицей.

	Размер универсальный	Обхват тела на уровне подмышек от 70 до 127 см
--	----------------------	--

СОСТАВ.

хлопок - 36%, ПАН - 29%, полиэфир - 16%, лайкра - 19%

УХОД.

Перед стиркой из корректора осанки необходимо вынуть жесткие детали. Стирать руками с добавлением нейтральных моющих средств при температуре не выше +40°C. Изделия с застежкой vapor перед стиркой застегнуть. Сушить при комнатной температуре в расправленном виде. После сушки перед следующим использованием нужно вставить ребра жесткости на прежнее место. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 6 месяцев.

Порядок применения изделия в руководстве по эксплуатации внутри упаковки.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АО «ТОНУС»

Россия, 243300, Брянская область, район Унечский, г. Унеча, ул. Советская, дом 30

Рекламации принимаются по адресу производителя.

Медицинское представительство в Москве — (499) 374-71-58.

Бесплатный тел. по России 8-800-775-41-55.

E-mail: unga@unga.ru, tonus@unga.ru | www.unga.ru

РАЗМЕР

ПАРТИЯ №, ОТК

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Срок годности — 5 лет с даты изготовления.
Хранить в сухом месте.



Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА» по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения:

Корректор осанки медицинский эластичный универсальный с регулируемыми ремнями «ЭЛАСМА», модель С-840, размер универсальный

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2019/8224 от _____

Цвет: ☐ черный ☐ бежевый



Корректор осанки медицинский эластичный «ЭЛАСМА» по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018, вариант исполнения: Корректор осанки медицинский эластичный универсальный с

Акционерное общество «Тонус»
Корректор осанки медицинский эластичный
«ЭЛАСМА» по ТУ 32.50.22-018-10434277-2018,
вариант исполнения: Корректор осанки
медицинский эластичный универсальный с
регулируемыми ремнями «ЭЛАСМА»,
модель С-840, размер универсальный

Модель

С-840

243300, Брянская область, район Унечский, г. Унеча,
ул. Советская, дом 30
Телефон/факс: (48351)2-28-98/(499)374-67-95
(многоканальный)
Рекламации принимаются по адресу производителя:
Медицинское представительство в Москве: (499)374-
71-58
Бесплатный телефон по России: 8-800-775-41-55
www.tonga.ru, E-mail: tonga@tonga.ru, toms@tonga.ru

Размер

Партия №, ОТК

Дата изготовления

Количество 10 штук

Срок годности 5 лет

Хранить в сухом месте

Фотографическое изображение транспортной упаковки с маркировкой (пример)

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

21 (двадцать один) листов
цифрами прописью

Должность Генеральный директор

Подпись С.В. Наталуха / Наталуха С.В. /

25 » октября 2022 г.

М.П.

