

АДВИН

Общество с ограниченной ответственностью «АДАНИ РУС»
190005, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д.118А, лит. X, помещение 7-Н, офис 7
ИНН 7839089877, КПП 783901001, ОГРН 1177847274065
Тел. +7 812 389 23 88 E-mail: rus-info@advin.ru

**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**Кабинет рентгенографический мобильный компьютерный
«ПУЛЬМОЭКСПРЕСС» с принадлежностями**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

 В.О. Скачков

Кабинет рентгенографический мобильный компьютерный «ПУЛЬМОЭКСПРЕСС» с принадлежностями
1. Автомобиль «ПРОМАВТО», Российская Федерация или автомобиль «Купава», Республика Беларусь;




2. Шасси транспортного средства – МАЗ 4371, 5340, Республика Беларусь




или КАМАЗ 4308, 43502, 65115, 43118, Российская Федерация;




3. Аппарат рентгенофлюорографический цифровой сканирующий «Пульмоскан» следующих исполнений: ПУЛЬМОСКАН-П,







ПУЛЬМОСКАН-К (РУ № РЗН 2015/2677);




4. АРМ регистратора серии АДН производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь (при необходимости);




- персональный компьютер;






- монитор;


- источник бесперебойного питания;



- МЫШЬ;



- клавиатура;



- программа регистрации пациентов MedXRegistry.

MedXRegistry 3.1

ИД пациента:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рождения: 01.01.1981 Пол: Мужской

Адрес:

Место работы:

Дополнительная информация:

Включить фильтрацию

Добавить Изменить Удалить

Добавить Удалить

MG

Выход


5. Камера мультимедийная термографическая Drystar AXYS с принадлежностями производства Agfa N.V., Нидерланды (ПУ № ФСЗ 2008/01838)




или устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-991AD производства Sony Corporation, Япония (РУ № ФСЗ 2011/10354) (при необходимости);



6. Офисный принтер LaserJet Pro M102a производства HP, США;



или I-SENSYS LBP6030 производства Canon, Япония;



или SL-M2020 производства Samsung, Южная Корея;



или Phaser 3020 производства Херох, США (при необходимости);





7. Комплект эксплуатационной документации производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;
8. Кабель сетевой серии АДН производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь (не более 1 шт.) (при необходимости);



9. Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004 производства ЗАО «РЕНЕКС», Российская Федерация (РУ № ФСР 2008/03184);











или комплекты рентгенозащитных средств из материала резиносвинцового для индивидуальной защиты врача, пациента и для использования в микропедиатрии при рентгенодиагностических исследованиях КСИЗ-РС и КСИЗмп-РС по ТУ 9452-001-42879986-2006 производства ООО "МП НПФ «Гаммамед-П», Российская Федерация (РУ № ФСР 2011/10727);






или комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К» по ТУ 9452-007-46782692-2001 производства ООО «Рентген-Комплект», Российская Федерация (РУ № ФСР 2011/10477) (при необходимости);







10. Негатоскоп «ИКСВЫЮ» по ТУ 9441-023-74487176-2011 производства ООО «ДИКСИОН», Российская Федерация (РУ № ФСР 2011/11086);




или негатоскоп общего назначения Нега-Н-РМ по ТУ 9452-001-46782692-99 производства ООО «Рентген-Комплект» (РУ № ФСР 2008/02874);




или негатоскопы общего назначения НР-"ПОНИ" по ТУ 9452-011-17459079-2011 производства ЗАО «Приборы и оборудование для научных исследований» (РУ № ФСР 2011/10889);



или негатоскоп «АРД» по ТУ 9452-001-35912766-2015 производства ООО «Витако» (РУ № РЗН 2016/4027);




или негатоскоп медицинский серии Н по ТУ 9452-006-52132018-2015 производства ООО "Здоровый Мир" (РУ № РЗН 2016/4440) (при необходимости).




Инструменты и принадлежности:

1. Опора серии АДН производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь (не более 2 шт.).




Процедурная комната:


1. Светильник потолочный 20W/40W/60W, 230В светодиодный PPO 600/1200 SMD 20W/40W Jazzway 230В производства Опалтех (ХК) ЛТД, КНР (при необходимости);




2. Приточный вентилятор ВЕНТС 150 МА реверс (230В, 7,6 Вт) производства Частное акционерное общество «Вентиляторные системы», Украина (при необходимости);




3. Вытяжной вентилятор ВЕНТС 100 МА (230В, 18 Вт) производства Частное акционерное общество «Вентиляторные системы», Украина (при необходимости);




4. Отопитель типа AIRTRONIC D4-24B производства Eberspacher, Федеративная Республика Германия (при необходимости);




5. Тепловентилятор Electrolux EFH/S-1120 (230В, 2 кВт) производства АБ Электролюкс, Швеция (при необходимости);




6. Облучатель бактерицидный типа ОБН-15Б производства ЗАО «Ультрамедтех», Республика Беларусь, (РУ № РЗН 2016/4224)



или Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа с безозоновой бактерицидной лампой для обеззараживания воздуха помещений ЛПУ в отсутствии людей и предотвращения нарастания микробной обсемененности в присутствии людей ОБР 15-"Мед ТеКо" по ТУ 9451-004- 56812193-2003 производства ООО «Мед ТеКо», Российская Федерация (РУ № ФСР 2012/13558)



или Облучатель-рециркулятор УФ-бактерицидный настенный закрытого типа ОРБН- "Мед-1" по ТУ 9451-003-54874155-2006 производства ЗАО «Медика 1», Российская Федерация (РУ № ФСР 2008/03788)




или Облучатель медицинский бактерицидный «Азов» по ТУ 9444-015-039659562008, модель «ОБН-150» производства ООО «ЭЛИД», Российская Федерация, (РУ № ФСР 2009/05399), (при необходимости);




Комната управления:


1. Светильник потолочный светодиодный 20W/40W, 230В PPO 600/1200 SMD 20W/40W Jazzway 230В производства Опалтех (ХК) ЛТД, КНР (при необходимости);




2. Приточный вентилятор ВЕНТС 150 МА реверс (230В, 7,6 Вт) производства Частное акционерное общество «Вентиляторные системы», Украина (при необходимости);




3. Вытяжной вентилятор ВЕНТС 100 МА (230В, 18 Вт) производства Частное акционерное общество «Вентиляторные системы», Украина (при необходимости);




4. Кондиционер Dometic WAECO FJ3200 производства Dometic WAECO international GmbH, Швеция (при необходимости);




5. Тепловентилятор Electrolux EFH/S-1120 (230В, 2 кВт) производства АБ Электролюкс, Швеция (при необходимости);



6. Щит электропитания PNS 36W производства NOARK Electric, Чехия;




7. Умывальник с электрополотенцем для рук серии М, производства Ksitex, КНР (при необходимости);



8. Огнетушитель порошковый типа ОП-4 АВСЕ по ГОСТ Р 51057-2001, НПБ 166-97 (при необходимости);



9. Зеркало (при необходимости).




Гардероб:


1. Светильник потолочный светодиодный 20W/40W, 230В PPO 600/1200 SMD 20W/40W Jazzway 230В производства Опалтех (ХК), КНР (при необходимости).




2. Тепловентилятор Electrolux EFH/S-1120 (230В, 2 кВт) производства АБ Электролюкс, Швеция (при необходимости);




3. Облучатель бактерицидный типа ОБН-15Б производства ЗАО «Ультрамедтех», Республика Беларусь, (РУ № РЗН 2016/4224)



или Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа с безозоновой бактерицидной лампой для обеззараживания воздуха помещений ЛПУ в отсутствии людей и предотвращения нарастания микробной обсемененности в присутствии людей ОБР 15-"Мед ТеКо" по ТУ 9451-004- 56812193-2003 производства ООО «Мед ТеКо», Российская Федерация (РУ № ФСР 2012/13558)



или Облучатель-рециркулятор УФ-бактерицидный настенный закрытого типа ОРБН- "Мед-1" по ТУ 9451-003-54874155-2006 производства ЗАО «Медика 1», Российская Федерация (РУ № ФСР 2008/03788)




или Облучатель медицинский бактерицидный «Азов» по ТУ 9444-015-039659562008, модель «ОБН-150» производства ООО «ЭЛИД», Российская Федерация, (РУ № ФСР 2009/05399), (при необходимости);



4. Огнетушитель порошковый типа ОП-4 АВСЕ по ГОСТ Р 51057-2001, НПБ 166-97 (при необходимости);



5. Зеркало (при необходимости).



Тамбур:

1 Святильник потолочный светодиодный 20W/40W, 230В РРО 600/1200 SMD 20W/40W Jazzway 230В производства Опалтех (ХК), КНР (при необходимости).





АДВИН



ЗАО «АДВИН Смарт Фактори»
ул. Селицкого, 7, г. Минск,
Республика Беларусь,
220075
Тел./Факс: +375 17 3490000
info@advin.by
www.advin.by

**Аппарат рентгенофлюорографический
цифровой сканирующий**

Модель:	ПУЛЬМОСКАН-П
Сеть:	230 В ~ С 50 Гц
Максимальная мощность:	10,0 кВ•А
Серийный №:	0184
Дата изготовления:	2022-08

IP 20

EAC

Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2677
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «АДАНИ РУС», 190005, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного Канала,
д. 118А, литер Х, пом. 7-Н оф. 7

АДВИН



ЗАО «АДВИН Смарт Фактори»
ул. Селицкого, 7, г. Минск,
Республика Беларусь,
220075
Тел./факс: +375 17 3490000
info@advin.by
www.advin.by

Аппарат рентгенофлюорографический
цифровой сканирующий

Модель:

ПУЛЬМОСКАН-К

Сеть:

230 В ~ 50/60 Гц

Максимальная мощность:

10,0 кВ·А

Серийный №:

440

Дата изготовления:

Август, 2022

IP 20



ЕАС

Сделано в Республике Беларусь

Регистрационное удостоверение №РЗН 2015/2677

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «АДАНИ РУС»
190005, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного
Канала, д. 118А, литер Х, пом. 7-Н оф.7.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

64 (шестьдесят четыре) листа (ов)

Генеральный директор ООО "АДАНИ РУС"

/В.О. Скачков/

