

Образцы маркировки медицинского изделия и его компонентов. кат.№ 003.007

«Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом (ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС) по ТУ 21.20.23-077-44276594-2021»

Образец маркировки внешней упаковки медицинского изделия



ОЛЬВЕКС
ДИАГНОСТИКУМ

192029, Россия,
г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны,
д.70, корп.2, лит.А, пом.1Н

ТУ 21.20.23-077-44276594-2021 РУ № РЗН 0000/00000
ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС Кат.№ 003.007

Набор реагентов для определения концентрации
общего билирубина в сыворотке крови
дихлоранилиновым методом

ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС
по ТУ 21.20.23-077-44276594-2021
Комплект №1

Состав:
Реагент 1 1 × 80 мл
Реагент 2 1 × 20 мл
Калибратор (лиофилизат)
концентрация билирубина после
растворения содержимого флакона
в 2,0 мл дистиллированной воды -
85,5 мкмоль/л

1 фл.
1 шт.
1 шт.

ИВД

2°C 8°C

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Образец маркировки внутренней упаковки компонентов медицинского изделия



ОЛЬВЕКС
ДИАГНОСТИКУМ

Кат.№ 003.007
Только для диагностики *in vitro*

ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС
Реагент 1
80 мл

Серия 000000000
Годен до 00.00.0000

2°C 8°C

Хранить в защищенном от света месте



ОЛЬВЕКС
ДИАГНОСТИКУМ

Кат.№ 003.007
Только для диагностики *in vitro*

ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС
Реагент 2
20 мл

Серия 000000000
Годен до 00.00.0000

2°C 8°C

Хранить в защищенном от света месте.



ОЛЬВЕКС
ДИАГНОСТИКУМ

Кат.№ 003.007
Только для диагностики *in vitro*

ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС
Калибратор (лиофилизат)
концентрация билирубина после растворения содержимого
флакона в 2,0 мл дистиллированной воды - 85,5 мкмоль/л

Серия 000000000
Годен до 00.00.0000

2°C 8°C

Хранить в защищенном от света месте.

Главный научный сотрудник
ООО «ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ»

« 09 » сентября 20 21 г.



К.В.Ющин

Образцы маркировки медицинского изделия и его компонентов. кат.№ 003.017

«Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом (ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС) по ТУ 21.20.23-077-44276594-2021»

Образец маркировки внешней упаковки медицинского изделия



ОЛЬВЕКС
ДИАГНОСТИКУМ

192029, Россия,
г.Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны,
д.70, корп.2, пит.А, пом.1Н

ТУ 21.20.23-077-44276594-2021
ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС

ПУ № РЗН 0000/00000
Кат.№ 003.017

Набор реагентов для определения концентрации
общего билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом

ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС
по ТУ 21.20.23-077-44276594-2021
Комплект №2

LOT Серия 0000000 Выпуск 00.00.0000 Годен до 00.00.0000	Состав: Реагент 1 Реагент 2 Калибратор (лиофилизат) концентрация билирубина после растворения содержимого флакона в 2,0 мл дистиллированной воды - 85,5 мкмоль/л Инструкция по применению Паспорт	1 × 200 мл 1 × 50 мл 1 фл. 1 шт. 1 шт.
---	--	--

IVD

⚠

2°C 8°C

☀

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Образец маркировки внутренней упаковки компонентов медицинского изделия

ОЛЬВЕКС
ДИАГНОСТИКУМ
Кат.№ 003.017
Только для диагностики *in vitro*

ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС
Реагент 1
200 мл

LOT Серия
00000000

Годен до
00.00.0000

☀ 2°C 8°C

Хранить в защищенном от света месте

ОЛЬВЕКС
ДИАГНОСТИКУМ
Кат.№ 003.017
Только для диагностики *in vitro*

ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС
Реагент 2
50 мл

LOT Серия
00000000

Годен до
00.00.0000

☀ 2°C 8°C

Хранить в защищенном от света месте

ОЛЬВЕКС
ДИАГНОСТИКУМ
Кат.№ 003.017
Только для диагностики *in vitro*

ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС
Калибратор (лиофилизат)
концентрация билирубина после растворения содержимого
флакона в 2,0 мл дистиллированной воды - 85,5 мкмоль/л

LOT Серия
00000000

Годен до
00.00.0000

☀ 2°C 8°C

Хранить в защищенном от света месте

Главный научный сотрудник
ООО «ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ»

« 09 » сентября 20 21 г.



К.В.Ющин

Образцы маркировки медицинского изделия и его компонентов. кат.№ 003.027

«Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом (ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС) по ТУ 21.20.23-077-44276594-2021»

Образец маркировки внешней упаковки медицинского изделия

 ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ 192029, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.70, корп.2, лит.А, пом.1Н	ТУ 21.20.23-077-44276594-2021		РУ № РЗН 0000/00000	
	ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС		Кат.№ 003.027	
	Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом			
	ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС			
	по ТУ 21.20.23-077-44276594-2021 Комплект №3			
	Серия 0000000	Состав:		
	Выпуск 00.00.0000	Реагент 1	2 × 200 мл	
	Годен до 00.00.0000	Реагент 2	2 × 50 мл	
		Калибратор (лиофилизат)		
		концентрация билирубина после растворения содержимого флакона в 2,0 мл дистиллированной воды - 85,5 мкмоль/л		
		Инструкция по применению	1 фл.	
		Паспорт	1 шт.	
				
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ				

Образец маркировки внутренней упаковки компонентов медицинского изделия

ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ Кат.№ 003.027 Только для диагностики <i>in vitro</i> ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС Реагент 1 200 мл  Серия 000000000  Годен до 00.00.0000   2°C 8°C Хранить в защищенном от света месте	ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ Кат.№ 003.027 Только для диагностики <i>in vitro</i> ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС Реагент 1 200 мл  Серия 000000000  Годен до 00.00.0000   2°C 8°C Хранить в защищенном от света месте	ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ Кат.№ 003.027 Только для диагностики <i>in vitro</i> ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС Реагент 2 50 мл  Серия 000000000  Годен до 00.00.0000   2°C 8°C Хранить в защищенном от света месте	ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ Кат.№ 003.027 Только для диагностики <i>in vitro</i> ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС Реагент 2 50 мл  Серия 000000000  Годен до 00.00.0000   2°C 8°C Хранить в защищенном от света месте	ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ Кат.№ 003.027 Только для диагностики <i>in vitro</i> ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС Калибратор (лиофилизат) концентрация билирубина после растворения содержимого флакона в 2,0 мл дистиллированной воды - 85,5 мкмоль/л  Серия 000000000  Годен до 00.00.0000   2°C 8°C Хранить в защищенном от света месте
--	--	---	--	--

Главный научный сотрудник
ООО «ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ»

« 09 » сентября 20 21 г.



К.В.Ющин

Образец маркировки групповой упаковки медицинского изделия:

«Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом (ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС) по ТУ 21.20.23-077-44276594-2021»



Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом (ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС) по ТУ 21.20.23-077-44276594-2021



Серия 000000



Кат. № 000.000



Выпуск 00.00.0000



Годен до 00.00.0000



Адрес производства:
192029, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д. 70,
корп. 2, лит. А, пом. 1Н
Тел./факс: (812) 748-93-61,
E-mail: office@olvex-d.ru

Партия: 000
Количество наборов: 000 шт.
Масса нетто: 00 кг
Масса брутто: 00 кг



Главный научный сотрудник
ООО «ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ»



Юшин К.В

от «14» января 2021 г.

Набор реагентов для определения концентрации
общего билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом
(ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС)
по ТУ 21.20.23-077-44276594-2021
Комплект №1


Предприятие-изготовитель: ООО «ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ»

Серия №	Дата изготовления	Годен до	Количество наборов в серии
14012021	14.01.2021	14.07.2022	20

Условия транспортирования и хранения

Транспортирование
правилами
одного
под
тем


требованиями и
районах



ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия для диагностики in vitro
«Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина
в сыворотке крови дихлоранилиновым методом
(ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС)
по ТУ 21.20.23-077-44276594-2021»

(Введена впервые)





ПАСПОРТ № 3

Кат. № 003.017


от « 28 » февраля 2021 г.

Набор реагентов для определения концентрации
общего билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом
(ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС)
по ТУ 21.20.23-077-44276594-2021
Комплект №2

Предприятие-изготовитель: ООО «ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ»

Серия №	Дата изготовления	Годен до	Количество наборов в серии
28022021	28.02.2021	28.08.2022	- 20

Условия транспортирования и хранения




ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия для диагностики in vitro
«Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина
в сыворотке крови дихлоранилиновым методом
(ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ДХА-ОЛЬВЕКС)
по ТУ 21.20.23-077-44276594-2021»

(Введена впервые)

Юдин К.В.





Главный научный сотрудник ООО «ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ»

Юцин.К.В.

09 СЕН 2021

