

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «МедТестКонсалтинг»



Бунзя В.К.

« 9 » _____ 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**«Линз очковых для коррекции зрения из полимерного материала
окрашенных в массу: однофокальных, бифокальных, стигматических,
астигматических, асферических»**

1. Линзы очковые для коррекции зрения применяются для производства корректирующих очков изготавливаемых для пациентов, нуждающихся в их применении по медицинским, профессиональным и эстетическим показаниям.
2. Линзы очковые для коррекции зрения подбираются в соответствии с рецептом врача.
3. Противопоказанием к применению можно считать:
 - индивидуальная непереносимость данного вида коррекции зрения;
 - невозможность коррекции зрения данным методом.
4. Линзы очковые для коррекции зрения фиксируются оправой в заданном положении.
5. Правила хранения и использования:
 - транспортировка линз очковых для коррекции зрения производится всеми видами крытого транспорта.
 - не допускается подвергать линзы воздействию температур, превышающих 50°C.
 - не допускается прикладывать к линзам очковым значительные механические усилия;
 - готовые очки следует хранить в футляре либо в иной упаковке, исключающей возможность механического повреждения;
 - срок сохраняемости линз: из полимерного материала – не менее 5 лет;
 - протирать линзы очковые можно только замшевой или иной мягкой салфеткой;
 - не допускается класть готовые очки линзами вниз на твердую поверхность.

Генеральный директор
ООО «МедТестКонсалтинг»



Бунзя В.К.