

Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для калибровки»
«Калибраторы MagnoLIA 17-ОН-прогестерон»,
по ТУ 21.20.23-606-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1	стр. 2,3,4
Вариант исполнения 2	стр. 5,6,7
Калибраторы 1,2,3,4	стр. 8,9,10,11

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA 17-ОН-прогестерон»,
по ТУ 21.20.23-606-98539446-2022

Кат. № 1310101 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA
17-ОН-прогестерон», по ТУ 21.20.23-606-98539446-2022

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы Magnolia 17-ОН-прогестерон»,
по ТУ 21.20.23-606-98539446-2022

Кат. № 1310101 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Идентификация		Срок годности	
LOT E004	2022-03-28	2022-03-28	2023-03-28
REF 1310101	2023-03-28	2023-03-28	2023-03-28
IVD			

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
ТУ 21 20.23-606-98539446-2022
PV № XXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79


ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA 17-ОН-прогестерон»,
по ТУ 21.20.23-606-98539446-2022


Кат. № 1310101 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.



Кат. № 1310105 Цена № 5004 Формирование № 1 Количество 100 шт.



Набор реагентов для калибровки «Калибраторы Magnolia 17-ОН-прогестерон», по ТУ 21.20.23-606-98539446-2022



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79


ПАСПОРТ № E004


Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA 17-ОН-прогестерон»,
по ТУ 21.20.23-606-98539446-2022


Кат. № 1310105 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA
17-ОН-прогестерон», по ТУ 21.20.23-606-98539446-2022







Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

11 (схвачено) лист 8

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.А. Полинцев



Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA 17-ОН-прогестерон»,
по ТУ 21.20.23-606-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA 17-ОН-прогестерон»,
по ТУ 21.20.23-606-98539446-2022»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Вариант исполнения 1

Кат. № 1310101

На коробку:




Калибраторы MagnoLIA 17-ОН-прогестерон
Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA 17-ОН-прогестерон»,
по ТУ 21.20.23-606-98539446-2022

Состав набора:

Калибратор 1	1 фл.
Калибратор 2	1 фл.
Калибратор 3	1 фл.
Калибратор 4	1 фл.

Готово к использованию.
Для профессионального применения.



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
ТУ 21.20.23-606-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

Калибраторы
MagnoLIA
17-ОН-прогестерон
Калибратор 1
объем 1,0 мл
+25°C
000 «Компания Алкор Био»



Калибраторы
MagnoLIA
17-ОН-прогестерон
Калибратор 2
объем 0,5 мл
+25°C
000 «Компания Алкор Био»



Калибраторы
MagnoLIA
17-ОН-прогестерон
Калибратор 3
объем 0,5 мл
+25°C
000 «Компания Алкор Био»



Калибраторы
MagnoLIA
17-ОН-прогестерон
Калибратор 4
объем 1,0 мл
+25°C
000 «Компания Алкор Био»



«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA 17-ОН-прогестерон»,
по ТУ 21.20.23-606-98539446-2022»

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 1310105

На коробку:

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А,
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

LOT E004
REF 1310105
2023-03-28
+2/+8 °C

Калибраторы MagnoLIA 17-ОН-прогестерон



Состав набора:

Калибратор 1	5 фл.
Калибратор 2	5 фл.
Калибратор 3	5 фл.
Калибратор 4	5 фл.

ТУ 21.20.23-606-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXXXXXXX

Калибраторы MagnoLIA 17-ОН-прогестерон

Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA 17-ОН-прогестерон»,
по ТУ 21.20.23-606-98539446-2022

LOT E004

REF 1310105

IVD

2022-03-28

2023-03-28

50


+2/+8 °C




Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

На флаконы:


Калибраторы
MagnoLIA
17-ОН-прогестерон
Калибратор 1
объем 1,0 мл




Калибраторы
MagnoLIA
17-ОН-прогестерон
Калибратор 2
объем 0,5 мл



Калибраторы
MagnoLIA
17-ОН-прогестерон
Калибратор 3
объем 0,5 мл



Калибраторы
MagnoLIA
17-ОН-прогестерон
Калибратор 4
объем 1,0 мл



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 (170) листа

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор-Био»

_____ Д.Г. Полынцев

