

Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA 17-ОН-прогестерон»,
по ТУ 21.20.23-607-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1	стр. 2,3,4
Вариант исполнения 2	стр. 5,6,7
Вариант исполнения 3	стр. 8,9,10
Контроли 1, 2	стр. 11,12

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**




Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли
MagnaLIA 17-ОН-прогестерон», по ТУ 21.20.23-607-98539446-2022
Кат. № 1310201 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
**Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnaLIA
17-ОН-прогестерон», по ТУ 21.20.23-607-98539446-2022-2020**


ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли
MagnoLIA 17-ОН-прогестерон», по ТУ 21.20.23-607-98539446-2022

Кат. № 1310201 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.


				Соответст- вие КОЛ.
--	--	--	--	------------------------



LOT E004 2022-03-28
REF 1310201 2023-03-28
IVD

Антитела к БИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
ТУ 21.20.23-607-98539446-2022
RU XXXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru




ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли
MagnaLIA 17-ОН-прогестерона», по ТУ 21.20.23-607-98539446-2022
Кат. № 1310201 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Соответст-
вует ГОСТ-



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли
MagnaLIA 17-ОН-прогестерон», по ТУ 21.20.23-607-98539446-2022
Кат. № 1310205 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Материал	Внешний вид и форма	Комплект	Серия	Составитель



Контроли MagnaLIA 17-ОН-прогестерон

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnaLIA 17-ОН-прогестерон», по ТУ 21.20.23-607-98539446-2022

Состав набора:

Контроль 1	5 фла.
Контроль 2	5 фла.

LOT E004

2022-03-28

REF 1310205

2023-03-28

IVD



Готово к использованию.

Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HbAg отсутствуют.

ТУ 21.20.23-607-98539446-2022
РФ № XXXXXXXXXX

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики *in vitro*

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnaLIA
17-ОН-прогестерон», по ТУ 21.20.23-607-98539446-2022-2020

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли
MagnoLIA 17-ОН-прогестерон», по ТУ 21.20.23-607-98539446-2022
Кат. № 1310205 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Наименование субстанции	Внешний вид и форма	Комплекта-	Серия	Соответст- вие кон- тролю
-------------------------	---------------------	------------	-------	---------------------------------

Контроли MagnoLIA 17-ОН-прогестерон

LOT

E004



2023-03-28

REF

1310205



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли
MagnoLIA 17-ОН-прогестерон», по ТУ 21.20.23-607-98539446-2022
Кат. № 1310205 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Идентификация реагента	Внешний вид и форма	Комплекта-	Серия	Соответст- вие кон- тролю
------------------------	---------------------	------------	-------	---------------------------------



ООО «Компания Алкор Бион»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли
MagnaLIA 17-ОН-прогестерон», по ТУ 21.20.23-607-98539446-2022
Кат. № 1310210 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Внешний вид и форма	Комплектность	Серия	Счетчик штук



Контроли MagnaLIA 17-ОН-прогестерон
Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnaLIA 17-ОН-прогестерон», по ТУ 21.20.23-607-98539446-2022

Состав набора:

Контроль 1	10 фл.
Контроль 2	10 фл.

LOT E004

2022-03-26



REF 1310210

2023-03-28



IVD




ТУ 21.20.23-607-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXX000000

Готово к использованию
Для профессионального применения
Антигена к Вич 1,2 и вирусу гепатита С и HbAg отсутствуют

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnaLIA
17-ОН-прогестерон», по ТУ 21.20.23-607-98539446-2022-2020**






ИАСНОРТМЕ004

Magnolia 17-OH-opioid receptors, no. TY 21.10.23-607-9859446-2022

Кар № 1310210 Серия № Е004 Допущено к использованию № 1 Количество 100 шт.





Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

12 (двадцать) лист 8

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев



Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA 17-ОН-прогестерон»,
по ТУ 21.20.23-607-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

«Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA 17-ОН-прогестерон», по ТУ 21.20.23-607-98539446-2022»

Макет этикеток



Вариант исполнения 1

Кат. № 1310201

На коробку:

виненениди олончениоэафорди нит
оинивоечлоиси к овоого



Контроли MagnoLIA 17-ОН-прогестерон
Набор реагентов для контроля
качества анализа
«Контроли MagnoLIA 17-ОН-прогестерон»,
по ТУ 21.20.23-607-98539446-2022

Состав набора:

Контроль 1	1 фл.
Контроль 2	1 фл.

LOT E004 2022-03-28 2023-03-28

REF 1310201

IVD

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
ТУ 21.20.23-607-98539446-2022
RuXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

Контроли
MagnoLIA
17-ОН-прогестерон
Контроль 1
объем 1 мл
+25°C
000 «Компания Алкор Био»



Контроли
MagnoLIA
17-ОН-прогестерон
Контроль 2
объем 1 мл
+25°C
000 «Компания Алкор Био»



ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

«Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA 17-ОН-прогестерон», по ТУ 21.20.23-607-98539446-2022»

Макет этикеток



Вариант исполнения 3

Кат. № 1310210

На коробку:

**LOT**
1310210

**REF**
1310210

**EXP**
2023-03-28

**TEMP**
+2/+8°C

Контроли MagnoLIA 17-ОН-прогестерон
**Контроли MagnoLIA 17-ОН-прогестерон**
Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA 17-ОН-прогестерон», по ТУ 21.20.23-607-98539446-2022

Состав набора:

Контроль 1	10 фл.
Контроль 2	10 фл.

LOT E004

REF 1310210

IVD

 2022-03-28

 2023-03-28


 200

 +2/+8°C










ООО «Компания Алкор Био»,
182144, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр. д. 40, лит. А
Тел./факс: +7(812)6787778, +7(812)6787779
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

ТУ 21.20.23-607-98539446-2022
ПУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

На флаконы:

Контроли
MagnoLIA
17-ОН-прогестерон
Контроль 1
объем 1 мл




ООО «Компания Алкор Био»



-10 шт.

Контроли
MagnoLIA
17-ОН-прогестерон
Контроль 2
объем 1 мл



ООО «Компания Алкор Био»



-10 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

4 (~~18/000~~) лист а

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полещенцев

