





ПРОШИТО 2 ЛИСТОВ

« 22 » 12 2022 год

Директор

ООО НПО «БиоТест»

Велиев С.Н.



ООО Научно-производственное объединение «БиоТест»

Маркировка

Набор реагентов «NT-proBNP» для полуколичественного определения N-терминального мозгового натрийуретического пептида в образцах цельной крови, сыворотки, плазмы человека иммунохроматографическим методом по ТУ 21.20.23-015-93099853-2021

1. Схема нанесения маркировки на индивидуальный тест

На каждый индивидуальный тест, на утолщенный конец, нанесён типографским способом рисунок с указанием сокращенного названия, логотип и варианты полученных результатов.

2. Схема маркировки индивидуальной упаковки

Набор реагентов «NT-proBNP» для полуколичественного определения N-терминального мозгового натрийуретического пептида в образцах цельной крови, сыворотки, плазмы человека иммунохроматографическим методом по ТУ 21.20.23-015-93099853-2021


«NT-proBNP»

Производитель:
ООО НПО «БиоТест»
630090 Россия, г. Новосибирск,
ул. Кутателадзе 4а, оф. 101
(383) 332-94-33, www.biotst.ru
Серия
Годен до



Один индивидуальный тест
Только для диагностики in vitro
Хранить в сухом месте при температуре
от 2 °С до 30 °С

3. Схема маркировки наклейки со сравнительной шкалой



4. Схема маркировки групповой упаковки

Набор реагентов «NT-proBNP» для полуколичественного определения N-терминального мозгового натрийуретического пептида в образцах цельной крови, сыворотки, плазмы человека иммунохроматографическим методом по ТУ 21.20.23-015-93099853-2021

«NT-proBNP»



Набор рассчитан для проведения анализов по определению белка NT-proBNP.
Состав № 1

- индивидуальный тест - 10 шт.;
- пипетка одноразовая пластиковая РУ № РЗН 2019/8912 - 10 шт.;

- наклейка со сравнительной шкалой - 10 шт.

Комплектность

- набор реагентов - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.;

- паспорт - 1 шт.

Состав № 2

- индивидуальный тест - 25 шт.;

- пипетка одноразовая пластиковая РУ № РЗН 2019/8912 - 25 шт.;

- наклейка со сравнительной шкалой - 25 шт.

Комплектность

- набор реагентов - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.;

- паспорт - 1 шт.

Серия

Дата изготовления (год, месяц); Срок годности (год, месяц);


Только для диагностики *in vitro*

Хранить и транспортировать в сухом месте при температуре от 2 °С до 30 °С

ТУ 21.20.23-015-93099853-2021 РУ.... от

Производитель: ООО НПО «БиоТест», Россия, 630090 г. Новосибирск, ул. Кутателадзе 4а, оф. 101, (383) 332-94-33. www.biotst.ru

Символы для нанесения на упаковку каждого Набора реагентов.



5. Схема маркировки транспортной тары

Набор реагентов «NT-proBNP» для полуколичественного определения
N-терминального мозгового натрийуретического пептида в образцах
цельной крови, сыворотки, плазмы человека
иммунохроматографическим методом по ТУ 21.20.23-015-93099853-2021

«NT-proBNP»

Производитель: ООО НПО «БиоТест», Россия, 630090 г. Новосибирск, ул. Кутателадзе 4а, оф. 101, (383) 332-94-33,

Срок годности изделия (год, месяц включительно). Дата изготовления изделия (год, месяц).

Номер серии.

Хранить при температуре от 2 °С до 30 °С, в сухом месте.

Транспортировать изделия следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, в упаковке производителя при температуре от плюс 2 °С до плюс 30 °С, в сухом месте без замораживания в течение десяти дней.

Предупредительные надписи: «Верх», «Осторожно хрупкое», «Беречь от влаги», «Соблюдение интервала температур» и «Биопрепараты». Знак обращения на рынке.

Число единиц потребительской упаковки изделий в групповой упаковке.

Масса нетто и масса брутто на групповой упаковке изделий.

Масса нетто потребительской упаковки.

Надписи на транспортной таре, содержащие данные о числе изделий, дате изготовления и сроке годности, номера серии допускается выполнять от руки или с помощью клише.

Директор ООО НПО «БиоТест»

Велиев С.Н.

ПРОШИТО 2 ЛИСТОВ

« 22 » 12 2022 год

Директор

ООО НПО «БиоТест»

Велиев С.Н.

