



**Фотографические изображения общего вида
Набора реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для
качественного выявления антигенов вируса SARS-CoV-2
в образцах слюны человека»
«ИХА-SARS-CoV-2-Ag saliva», серия 01, серия 02**

**Вариант исполнения №1
серия 01 от 2022.02.18**




**Фотографическое изображение пластикового футляра (не в сборе)
набора реагентов «ИХА-SARS-CoV-2-Ag saliva», серия 01, серия 02**

**Вариант исполнения №1
серия 01 от 2022.02.18**



**Фото компонентов набора реагентов
«ИХА-SARS-CoV-2-Ag saliva», серия 01, серия 02**

**Вариант исполнения №1
серия 01 от 2022.02.18**



Воронка

Пластиковый флакон с буферным раствором (БР)
(пластиковая емкость с отламывающимся наконечником)



Пробирка для экстракции с
колпачком-капельницей




Тест-кассета




Пакет для утилизации

Фотографические изображение общего вида
набора реагентов «ИХА-SARS-CoV-2-Ag saliva», серия 01, серия 02

Вариант исполнения №2
серия 02 от 2022.02.19




**Фотографическое изображение коробки (не в сборе)
набора реагентов «ИХА-SARS-CoV-2-Ag saliva», серия 01, серия 02
Вариант исполнения №2
серия 02 от 2022.02.19**



**Фото компонентов набора реагентов
«ИХА-SARS-CoV-2-Ag saliva», серия 01, серия 02**

**Вариант исполнения №2
серия 02 от 2022.02.19**



Воронка

Пластиковый флакон с буферным раствором (БР)
(пластиковая емкость с отвинчивающейся
крышкой)



Пробирка для экстракции с колпачком-капельницей



Тест-кассета



Пакет для утилизации

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»



Т.Ю. Гашенко

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6 лист об

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб" Гашенко Т.Ю.

"30" 11 2022 г.





УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО «ЭКОлаб»
Т.Ю. Гашенко
2022 г.

Для идентификации
Набор реагентов

ЗАО «ЭКОлаб»

«Тест-система иммунохроматографическая для качественного
выявления антигенов вируса SARS-CoV-2
в образцах слюны человека»

«ИХА-SARS-CoV-2-Ag saliva», серия 01, серия 02

Состав набора:

Тест-кассета 1 шт.
Пластиковый флакон 1 шт. (0.5 мл)
Буферный раствор (БР) 1 шт.
Пластиковая емкость 1 шт.
Стерилизованные наконечники 1 шт.
Прибор для тестирования 1 шт.
С картонной упаковкой 1 шт.
Воронка 1 шт.
Пакет для утилизации 1 шт.
142530 Московская обл.
г. Электросталь, ул. Буденного 1-1а
Тел.: 8 (800) 333-33-47
(4943) 3-23-11 3-35-93
Тел. факс: (4943) 3-35-85
www.eko-lab.ru

ТУ 21 20 23-326-70423725-2022 с изм. №1, №2, №3

Р/у №

Вариант исполнения №1


ИДТ 01

2022 02 18

2024 03 18

Контрольный № 39

ИДТ 99 02 1



ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-SARS-CoV-2-Ag saliva», серия 01, серия 02
Вариант исполнения №1

Тест-кассета

ИДТ 01 2024.03

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, «медицинское изделие для in vitro диагностики» указаны
непосредственно на коробке.

Зам. начальника НПО ИХТС

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Акиншина Ю.А.



Юрина Т.В.



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО «ЭКОлаб»
Т.Ю. Гашенко
2022 г.

Для идентификации
Набор реагентов

ЗАО «ЭКОлаб»

«Тест-система иммунохроматографическая для качественного
выявления антигенов вируса SARS-CoV-2
в образцах слюны человека»

«ИХА-SARS-CoV-2-Ag saliva», серия 01, серия 02

Состав набора

Тест-кассета	1 шт.	ТУ 21.30.23-329-70423725-2022 с изм. №1, №2, №3
Пластиковый флакон	1 шт. (0,5 мл)	Р/м
С буферным раствором (БР)		Вариант исполнения №2
Пластиковая крышка		№2 02
С отжимным механизмом крышки		2022.02.19
Положительная контрольная	1 шт.	2024.03.19
С отрицательной контрольной	1 шт.	Контрольный № 40
Воронка	1 шт.	№2 99.02.1
Пакет для утилизации	1 шт.	


142530 Московская обл.
г. Электрогорск, ул. Буденного 1-1а
Тел: 8 (800) 333-33-47
+7(49643) 3-23-11 3-30-83
Тел. факс: +7(49643) 3-30-85
www.eko-lab.ru

ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-SARS-CoV-2-Ag saliva», серия 01, серия 02
Вариант исполнения №2

Тест-кассета

№2 02 2024.03



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, «медицинское изделие для in vitro диагностики» указаны
непосредственно на коробке.

Зам. начальника НПО ИХТС

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК



Акиншина Ю.А.

Юрина Т.В.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 лист а

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

"30.11" 2022 г.

