



Не кантовать!	Серия: 050222-1 Годен до: 02 24						
	Число единиц потребит. упак. изделия: 18						
	Набор реагентов ИФА ТС АГ ВКЭ Тест-система иммуноферментная для выявления антигена вируса клещевого энцефалита по ТУ 21.20.23-085-20401675-2022 Комплект № 1 БИОПРЕПАРАТЫ						
Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте. Замораживание не допускается. Хранить в упаковке изготовителя в течение всего срока годности при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте. Замораживание не допускается.							
<table border="1"> <tr> <td>Масса брутто</td> <td>6,42</td> </tr> <tr> <td>Масса нетто</td> <td>6,12</td> </tr> <tr> <td>Масса нетто потребит. упак.</td> <td>0,34</td> </tr> </table>		Масса брутто	6,42	Масса нетто	6,12	Масса нетто потребит. упак.	0,34
Масса брутто	6,42						
Масса нетто	6,12						
Масса нетто потребит. упак.	0,34						
АО «НПО «Микроген» Россия, 115056, г. Москва, 1-я Дубровская ул., д. 15, строение 2 тел. (495) 710-37-47 Адрес производства: Россия, 634040, Томская область, г. Томск, ул. Маяковского, д. 8 тел. (3822) 83-37-34							

МИКРОГЕН

Набор реагентов
ИФА ТС АГ ВКЭ
 Тест-система иммуноферментная для выявления антигена вируса клещевого энцефалита по ТУ 21.20.23-085-20401675-2022
 Комплект № 1
 Для профессионального применения

ИНСТРУКЦИЯ
 по применению набора реагентов «ИФА ТС АГ ВКЭ»
 Тест-система иммуноферментная для выявления антигена вируса клещевого энцефалита по ТУ 21.20.23-085-20401675-2022
 Комплект № 1
 Для профессионального использования

НАЗНАЧЕНИЕ
 Набор реагентов «ИФА ТС АГ ВКЭ» Тест-система иммуноферментная для выявления антигена вируса клещевого энцефалита (далее - антиген) в крови человека (сыворотка и осадок крови) методом ИФА.



Адрес производства: Россия, 634040, Томская область, г. Томск, ул. Маяковского, д. 8, тел. (3822) 83-37-34

ПАСПОРТ № 001 от 15.11.2024

Наименование изделия: Набор реагентов «ИФА ТС АГ ВКЭ» Тест-система иммуноферментная для выявления антигена вируса клещевого энцефалита по ТУ 21.20.23-085-20401675-2022
 Номер серии (партия): 050222-1
 Дата изготовления: 15.11.2024
 Срок годности: 24 мес.
 Условия хранения: от 2 до 8 °С в защищенном от света месте.
 Состав:

ИФА-ТС, серия 050222-1	1 шт., 20 мл
ИФА-ТС-А, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-В, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-Г, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-Д, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-Е, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-Ж, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-З, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-И, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-К, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-Л, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-М, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-Н, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-О, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-П, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-Р, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-С, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-Т, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-У, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-Ф, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-Х, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-Ц, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-Ч, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-Ш, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-Щ, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-Ъ, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-Ь, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-Э, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-Ю, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл
ИФА-ТС-Я, серия 050222-1	1 шт., 0,5 мл



	Lot Серия: 060322-1 Годен до: 03 23						
Не кантовать	Число единиц потребит. упак. изделия: 18						
Набор реагентов ИФА ТС АГ ВКЭ Тест-система иммуноферментная для выявления антигена вируса клещевого энцефалита по ТУ 21.21.23-085-23-0401676-2022 Комплект № 2 БИОПРЕПАРАТЫ							
Транспортировать всевозможные виды крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте. Замораживание не допускается. Хранить в упаковке производителя в течение всего срока годности при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте. Замораживание не допускается.	МИКРОХИТ АО «НПО «Микрохим» Россия, 115088, г. Москва, 1-я Дубровская ул., д. 15, строение 2 тел. (495) 710-37-87 Адрес производства: Россия, 634040, Томская область, г. Томск, ул. Маяковского, д. 8 тел. (3822) 63-37-34						
<table border="1"> <tr> <td>Масса брутто</td> <td>7.14</td> </tr> <tr> <td>Масса нетто</td> <td>6.84</td> </tr> <tr> <td>Масса нетто потребит. упак.</td> <td>0.38</td> </tr> </table>	Масса брутто	7.14	Масса нетто	6.84	Масса нетто потребит. упак.	0.38	
Масса брутто	7.14						
Масса нетто	6.84						
Масса нетто потребит. упак.	0.38						

МИКРОХИГЕН

Набор реагентов

ИФА ТС АГ ВКЭ

Тест-система иммуноферментная для выявления антигена вируса клещевого энцефалита

по ТУ 21.20.23-085-20401675-2022

Комплект № 2

Для профессионального применения



ИНСТРУКЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ
к применению набора реагентов
"ИФА ТС АГ ВКЭ"
для иммуноферментного анализа для выявления
антител к вирусу папилломы человека (ВПЧ)
типа 16 в сыворотке крови
Комплект № 2

©CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Акционерное общество
«Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим
препаратам «Микроген»
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности:
634040, Томская область, г. Томск, ул. Измайловского, 8

ПАСПОРТ № 113/1 от 25.08.2020

Наименование изделия: Набор реагентов «ИФА ТС АГ ВКЭ» Test-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу клещевого энцефалита
тел. 71 20 23-085-20401675-2622

УТВЕРЖДАЮ
 Главный специалист-эксперт
 по направлению МИБП
 Управления по регистрации
 АО «НПО «Микроген»
 по доверенности
 О.М. Волощук
 2022 г.

**Набор реагентов
 «ИФА ТС АГ ВКЭ»**
**Тест-система иммуноферментная для выявления
 антигена вируса клещевого энцефалита
 по ТУ 21.20.23-085-20401675-2022**
Комплект № 1

1. Маркировка внутренней упаковки (ампул, флаконов):

Размер этикетки: 34x25 мм

Микроген ИФА ТС АГ ВКЭ ИГ Рабочее разведение 1: 1 мл С	Микроген ИФА ТС АГ ВКЭ КА⁺ инактивированный Рабочее разведение 1: 0,5 мл С	Микроген ИФА ТС АГ ВКЭ КА⁻ Рабочее разведение 1: 0,5 мл С	Микроген ИФА ТС АГ ВКЭ Конъюгат Рабочее разведение 1: 0,5 мл С	Микроген ИФА ТС АГ ВКЭ КББ^{x20} 1 мл С
--	--	--	--	--


Размер этикетки: 40x25 мм

Микроген ИФА ТС АГ ВКЭ ФСБ-Т^{x25} 20 мл С	Микроген ИФА ТС АГ ВКЭ БСА 1 г С	Микроген ИФА ТС АГ ВКЭ ЦБР 20 мл С	Микроген ИФА ТС АГ ВКЭ ТМБ 5 мл С
---	---	---	--

**Набор реагентов
«ИФА ТС АГ ВКЭ»**
**Тест-система иммуноферментная для выявления
антигена вируса клещевого энцефалита
по ТУ 21.20.23-085-20401675-2022**
Комплект № 1

2. Маркировка внешней упаковки (коробки):

Размер коробки: 135х90х90 мм




УТВЕРЖДАЮ
Главный специалист-эксперт
по направлению МИБГ
Управления по регистрации
АО «НПО «Микроген»
по доверенности
О.М. Волощук
« 02 » 20 2022 г.

**Набор реагентов
«ИФА ТС АГ ВКЭ»
Тест-система иммуноферментная для выявления
антигена вируса клещевого энцефалита
по ТУ 21.20.23-085-20401675-2022
Комплект № 1**

3. Маркировка транспортной тары:

Размер этикетки: 148x115 мм

 Не кантовать!	LOT Серия: _____ Годен до: _____						
Набор реагентов ИФА ТС АГ ВКЭ Тест-система иммуноферментная для выявления антигена вируса клещевого энцефалита по ТУ 21.20.23-085-20401675-2022 Комплект № 1							
БИОПРЕПАРАТЫ							
Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте. Замораживание не допускается. Хранить в упаковке изготовителя в течение всего срока годности при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте. Замораживание не допускается.	МИКРОХГЕН АО «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 15, строение 2 тел. (495) 710-37-87 Адрес производства: Россия, 634040, Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, д. 8 тел. (3822) 63-37-34						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Масса брутто</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Масса нетто</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Масса нетто потребит. упак.</td> <td></td> </tr> </table>		Масса брутто		Масса нетто		Масса нетто потребит. упак.	
Масса брутто							
Масса нетто							
Масса нетто потребит. упак.							

УТВЕРЖДАЮ
 Главный специалист-эксперт
 по направлению МИБП
 управления по регистрации
 АО «НПО «Микроген»
 по доверенности

 О.М. Волощук
 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный специалист-эксперт
 по направлению МИБП
 Управления по регистрации
 АО «НПО «Микроген»
 по доверенности

О.М. Волощук

2022 г.

**Набор реагентов
 «ИФА ТС АГ ВКЭ»
 Тест-система иммуноферментная для выявления
 антигена вируса клещевого энцефалита
 по ТУ 21.20.23-085-20401675-2022
 Комплект № 2**

1. Маркировка внутренней упаковки (ампул, флаконов):

Размер этикетки: 34x25 мм

Микроген ИФА ТС АГ ВКЭ ИГ Рабочее разведение 1: 0,5 мл С	Микроген ИФА ТС АГ ВКЭ КА⁺ инактивированный Рабочее разведение 1: 0,3 мл С	Микроген ИФА ТС АГ ВКЭ КА⁻ Рабочее разведение 1: 0,3 мл С	Микроген ИФА ТС АГ ВКЭ Конъюгат Рабочее разведение 1: 0,3 мл С
--	--	--	--


Размер этикетки: 40x25 мм

Микроген ИФА ТС АГ ВКЭ КББ 10 мл С	Микроген ИФА ТС АГ ВКЭ ФСБ-Т_{x25} 20 мл С	Микроген ИФА ТС АГ ВКЭ РР 20 мл С
Микроген ИФА ТС АГ ВКЭ ЦБР 12 мл С	Микроген ИФА ТС АГ ВКЭ ТМБ 3 мл С	Микроген ИФА ТС АГ ВКЭ Стоп-реагент 6 мл С

**Набор реагентов
«ИФА ТС АГ ВКЭ»**
**Тест-система иммуноферментная для выявления
антигена вируса клещевого энцефалита**
по ТУ 21.20.23-085-20401675-2022
Комплект № 2

2. Маркировка внешней упаковки (коробки):

Размер коробки: 135x90x90 мм




**Набор реагентов
«ИФА ТС АГ ВКЭ»**
Тест-система иммуноферментная для выявления
антигена вируса клещевого энцефалита
по ТУ 21.20.23-085-20401675-2022
Комплект № 2

3. Маркировка транспортной тары:

Размер этикетки: 148x115 мм

 Не кантовать!	 Серия:  Годен до:
Набор реагентов ИФА ТС АГ ВКЭ Тест-система иммуноферментная для выявления антигена вируса клещевого энцефалита по ТУ 21.20.23-085-20401675-2022 Комплект № 2	
БИОПРЕПАРАТЫ	
Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте. Замораживание не допускается. Хранить в упаковке изготовителя в течение всего срока годности при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте. Замораживание не допускается.	МИКРОХГЕН  АО «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 15, строение 2 тел. (495) 710-37-87 Адрес производства: Россия, 634040, Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, д. 8 тел. (3822) 63-37-34
Масса брутто	
Масса нетто	
Масса нетто потребит. упак.	

УТВЕРЖДАЮ
Главный специалист-эксперт
по направлению МИБП
Управления по регистрации
АО «НПО «Микроген»
по доверенности

 О.М. Волощук

2022 г.

Прочито, пронумеровано и
скреплено печатью
6 листа(ов)



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
АО НПО МИКРОГЕН
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОМ ВОПОЩУК