

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»



Б.Ю. Бронштейн

«15» 03 2023 г.



Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

«Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные

по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020»

(Дополнение к фотографическим изображениям общего вида от 07.11.2022 г.)

2023

Фотографическое изображение общего вида на медицинское изделие «Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020», в исполнении ЭМАКРИЛ® размер 200x245 мм (липкий слой 200x170 мм)



Фотографическое изображение общего вида на медицинское изделие «Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020», в исполнении ЭМАКРИЛ® размер 200x245 мм (липкий слой 200x200 мм)



Фотографическое изображение общего вида на медицинское изделие «Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020», в исполнении ЭМАКРИЛ® размер 200x500 мм (липкий слой 200x340 мм)



ООО «ГК ПАЛЬМА»

ПЛЕНКА ЛИПКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ

ЭМАКРИЛ®

200 x 500 мм (липкий слой 200 x 340 мм), 5 штук

СТЕРИЛЬНО



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Обработать операционное поле спиртом или спиртовым раствором антисептика. В случае обработки кожи не-спиртовым раствором **обязательно** протереть ее спиртом

Убедиться, что кожа сухая. Не клеить на влажную кожу.

2. Вскрыть индивидуальную упаковку, извлечь из нее пленку и развернуть ее.
3. Взять пленку за нелипкие кромки и расположить ее в расправленном состоянии над операционным полем бумажным защитным покрытием вниз (рис. 1).

4. Полностью отслоить бумажное защитное покрытие и сильно прижать пленку в месте предполагаемого разреза, чтобы обеспечить хороший контакт с кожей (рис. 2).
5. Продолжить прижимать пленку разглаживающими движениями от центра к периферии, чтобы обеспечить надежную фиксацию на коже без морщин и воздушных пузырей.


6. Разрез производить непосредственно через пленку, которая остается на коже до конца операции (рис. 3).
7. При удалении пленки необходимо **снимать ее параллельно коже под углом 180°** (рис. 4).

Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® с перекисью

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначены для маркировки операционного поля до проведения хирургической манипуляции с целью защиты и защиты от инфицирования раны, разреза или прокола и кожи вокруг них

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость

Контроль качества: обязательное наличие маркировки системы на упаковке, наличие, подтверждающей сертификацию ГОСТ ISO 13485



ТУ 32.50.50-005-83228278-2020
 Рег. заяв. № Р.Р. 020007006 от 05.05.2020
 Изготовлено в соответствии с
 ГОСТ ИСО 13485
 ООО «ГК ПАЛЬМА»-117105, Россия,
 г. Москва, Митинский пр-д, д. 12, к. 1, 3 эт.,
 пом. II, комн. 615, тел.: +7(495) 925-9718,
www.palma-med.ru

4 600951 001239

Партия №: 03.21
 Дата изг: 03.21
 Годен до: 03.24

Фотографическое изображение общего вида на медицинское изделие «Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020», в исполнении ЭМАКРИЛ® размер 200х500 мм (липкий слой 200х400 мм)



ООО «ГСК ПАЛЬМА»


ПЛЕНКА ЛИПКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ

ЭМАКРИЛ®

Восстановление операционного поля



200 x 500 мм (липкий слой 200 x 400 мм), 5 штук



СТЕРИЛЬНО

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ:

1. Пленка-основа
2. Липкий слой
3. Бумажное защитное покрытие

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Обработать операционное поле спиртом или спиртовым раствором антисептика. В случае обработки кожи неспиртовым раствором **обязательно** протереть ее спиртом.
2. Убедиться, что кожа сухая. Не клеить на влажную кожу.
3. Вскрыть индивидуальную упаковку, извлечь из нее пленку и развернуть ее.
4. Взять пленку за нелипкие хвостики и расположить ее в расправленном состоянии над операционным полем бумажным защитным покрытием вниз (рис. 1).
5. Полностью отслоить бумажное защитное покрытие и сильно прижать пленку в месте предполагаемого разреза, чтобы обеспечить хороший контакт с кожей (рис. 2).
6. Продолжить прижимать пленку разглаживающими движениями от центра к периферии, чтобы обеспечить надежную фиксацию на коже без морщин и воздушных пузырей.
7. Разрез производить непосредственно через пленку, которая остается на коже до конца операции (рис. 3).
8. При удалении пленки необходимо **снимать ее параллельно коже под углом 180°** (рис. 4).

Партия № 04.3-21
Дата изг. 03.21
Годен до 03.24

27

ООО «ГСК ПАЛЬМА» - 117106, Россия,
г. Москва, Митинский пр-д, д. 12, к. 1, 2, 3, 4,
5, этаж №13, каб. - 13404, 13405, 13411,
www.palfarm-neo.ru



4600951001239

Фотографическое изображение общего вида на медицинское изделие «Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020», в исполнении ЭМАКРИЛ® размер 300x500 мм (липкий слой 300x340 мм)



ПЛЕНКА ЛИПКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ

ЭМАКРИЛ®

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ:
 1. Пленка-основа
 2. Липкий слой
 3. Бумажное защитное покрытие

500 мм

0.05 мм

300 х 500 мм (липкий слой 300 х 400 мм), 5 штук

СТЕРИЛЬНО

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Обработать операционное поле спиртом или спиртовым раствором антисептика. В случае обработки кожи неспиртовым раствором обязательно протереть ее спиртом.

Убедиться, что кожа сухая.
Не клеить на влажную кожу.

- Вскрыть индивидуальную упаковку, извлечь из нее пленку и развернуть ее.
- Взять пленку за липкие кромки и расположить ее в расправленном состоянии над операционным полем бумажным защитным покрытием вниз (рис. 1).

- Полностью отслоить бумажное защитное покрытие и сильно прижать пленку в месте предполагаемого разреза, чтобы обеспечить хороший контакт с кожей (рис. 2).
- Продолжить прижимать пленку разглаживающими движениями от центра к периферии, чтобы обеспечить надежную фиксацию на коже без морщин и воздушных пузырей.

- Разрез проводить непосредственно через пленку, которая остается на коже до конца операции (рис. 3).
- При удалении пленки необходимо снимать ее параллельно коже под углом 180° (рис. 4).

Пленка липкая однокомпонентная, ПЭЛМАЧ, стерильная.

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначен для закрытия операционного поля до проведения хирургической манипуляции с целью изоляции и защиты от инфицирования раны, предотвращения пропитки и кровотечения во время процедуры.

Преимущества:

- простота использования;
- высокая адгезия к тканям человека;
- высокая прочность;
- высокая эластичность;
- высокая термостойкость;
- высокая биологическая совместимость;
- соответствие требованиям ГОСТ ISO 15425.

TV 89 To Se 180-452/06175-0070

Рис. 4. № РМ 100000000, от JUL 20, 2000

Изготовлено в соответствии с Законом РФ № 62-ФЗ от 08.02.2002 г.

ООО «ГК ПАЛЬМА» - 117105, Россия, г. Москва, Котловый проезд д. 12, к. 1, 3 эт., пом. II, комн. N-15, тел.: +7(495) 921-3719, www.palmo-med.ru

Партия №: 063-21

Дата изг.: 03.21

Годен до: 03.24

27

Фотографическое изображение общего вида на медицинское изделие «Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020», в исполнении ЭМАКРИЛ® размер 400x500 мм (липкий слой 400x340 мм)



Фотографическое изображение общего вида на медицинское изделие «Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020», в исполнении ЭМАКРИЛ® размер 400x500 мм (липкий слой 400x400 мм)



Фотографическое изображение общего вида на медицинское изделие «Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020», в исполнении ЭМАКРИЛ® размер 500x500 мм (липкий слой 500x340 мм)



Фотографическое изображение общего вида на медицинское изделие «Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020», в исполнении ЭМАКРИЛ® размер 500x500 мм (липкий слой 500x400 мм)



Фотографическое изображение общего вида на медицинское изделие «Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020», в исполнении ЭМАКРИЛ® размер 600x500 мм (липкий слой 600x340 мм)



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Фотографическое изображение общего вида на медицинское изделие «Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020», в исполнении ЭМАКРИЛ® размер 600x500 мм (липкий слой 600x400 мм)



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Фотографическое изображение общего вида на медицинское изделие «Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020», в исполнении СИЛАКРИЛ® размер 200x245 мм (липкий слой 200x170 мм)



Фотографическое изображение общего вида на медицинское изделие «Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020», в исполнении СИЛАКРИЛ® размер 200x245 мм (липкий слой 200x200 мм)



Фотографическое изображение общего вида на медицинское изделие «Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020», в исполнении СИЛАКРИЛ® размер 200x500 мм (липкий слой 200x340 мм)



Фотографическое изображение общего вида на медицинское изделие «Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020», в исполнении СИЛАКРИЛ® размер 200x500 мм (липкий слой 200x400 мм)



Фотографическое изображение общего вида на медицинское изделие «Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020», в исполнении СИЛАКРИЛ® размер 300x500 мм (липкий слой 300x340 мм)



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Фотографическое изображение общего вида на медицинское изделие «Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020», в исполнении СИЛАКРИЛ® размер 300x500 мм (липкий слой 300x400 мм)



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Фотографическое изображение общего вида на медицинское изделие «Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020», в исполнении СИЛАКРИЛ® размер 400x500 мм (липкий слой 400x340 мм)



[illegible]

Фотографическое изображение общего вида на медицинское изделие «Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020», в исполнении СИЛАКРИЛ® размер 500x500 мм (липкий слой 500x340 мм)



Фотографическое изображение общего вида на медицинское изделие «Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020», в исполнении СИЛАКРИЛ® размер 500x500 мм (липкий слой 500x400 мм)



Фотографическое изображение общего вида на медицинское изделие «Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020», в исполнении СИЛАКРИЛ® размер 600x500 мм (липкий слой 600x340 мм)



Фотографическое изображение общего вида на медицинское изделие «Пленки липкие операционные ПАЛЬМА® стерильные по ТУ 32.50.50-005-83228278-2020», в исполнении СИЛАКРИЛ® размер 600x500 мм (липкий слой 600x400 мм)



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 25

(двадцать пять) листа(ов)

Генеральный директор

ООО «ГК ПАЛЬМА»



Бронштейн Б.Ю.

«15» 03 2023 г.

