



Фотографическое изображение изделия медицинского назначения Головки эластичные стоматологические по ТУ 9433-040-10614163-2015:



Головки эластичные стоматологические «Superflex», модель 01, комплектностью 100 шт.



Головки эластичные стоматологические «Poliflex», модель CK11 комплектностью 2 шт.



Головки эластичные стоматологические «Poliflex», модели CK11, CK12, CK14, CK17 комплектностью 8 шт.



Головки эластичные стоматологические «Poliflex», модели SK11, SK13, SK15, SK16 комплектностью 8 шт.



Головки эластичные стоматологические «Poliflex», модель SK11 комплектностью 50 шт.



Головки эластичные стоматологические «Poliflex», модели СК11, СК12, СК14, СК15
комплектностью 100 шт.



Головки эластичные стоматологические «Diaflex», модели SK11, SK12, SK13, SK14 комплектностью 8 шт.



Головки эластичные стоматологические «Diaflex», модели SK15, SK16, SK17, SK18 комплектностью 8 шт.



Головки эластичные стоматологические «Diaflex», модели СК11, СК12, СК14, СК15
комплектностью 100 шт.



Головки эластичные стоматологические «Siliflex», модели СК14, комплектностью 2 шт.



Головки эластичные стоматологические «Siliflex», модели СК12, СК13, СК14, СК15, комплектностью 8 шт.



Головки эластичные стоматологические «Siliflex», модели СК11, СК12, СК14, СК15, комплектностью 100 шт.



Головки эластичные стоматологические «Diaflex – керамика», модели CK12, комплектностью 2 шт.



Головки эластичные стоматологические «Diaflex – керамика», модели СК12, СК14, СК15, СК17 комплектностью 8 шт.



Головки эластичные стоматологические «Diaflex – керамика», модели TK19 комплектностью 2 шт.



Головки эластичные стоматологические «Ortoflex - металл», модели TK21, комплектностью 1 шт.



Головки эластичные стоматологические «Ortoflex - металл», модели TK19, TK20, TK21, TK22, TK23, комплектностью 8 шт.



Головки эластичные стоматологические «Ortoflex – пластмасса», модели TK19, TK20, комплектностью 2 шт.



Головки эластичные стоматологические «Orthoflex – пластмасса», модели ТК19, ТК20, ТК21, ТК24 комплектностью 8 шт.




Головки эластичные стоматологические «Siliflex одностадийные», модели СК11, комплектностью 1 шт.



Головки эластичные стоматологические «Siliflex одностадийные», модели CK11, комплектностью 10 шт.



Головки эластичные стоматологические «Siliflex одностадийные», модели CK11, CK12, CK13, CK14, CK15, CK16, CK17, CK18 комплектностью 8 шт.



Головки эластичные стоматологические «Siliflex одностадийные», модели CK14, комплектностью 50 шт.




Головки эластичные стоматологические «Siliflex одностадийные», модели CK11, CK12, CK14, CK15, комплектностью 100 шт.



Головки эластичные стоматологические «EasyFlex», модели SK12 комплектностью 8 шт.
(пластиковый держатель)



Головки эластичные стоматологические «EasyFlex», модели SK12 комплектностью 8 шт.
(металлический держатель)



Головки эластичные стоматологические «EasyFlex», модели СК12 комплектностью 8 шт.



Головки эластичные стоматологические «EasyFlex», модели СК12 комплектностью 8 шт.



Головки эластичные стоматологические «EasyFlex», модели СК12 комплектностью 8 шт.




Головки эластичные стоматологические «EasyFlex», модели СК12 комплектностью 10 шт.



Головки эластичные стоматологические «EasyFlex», модели СК12 комплектностью 30 шт.



**Головки эластичные стоматологические «EasyFlex», модели SK12 комплектностью 100 шт.
и 50 шт.**



Головки эластичные стоматологические «EasyFlex», модели СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, СК16, СК17, СК18, СК25 (общий вид).

В настоящем документе приводятся типовые фото упаковок. Остальные модели и комплектности головок упаковываются аналогичным образом.

22/09/2025 листа(ов)
Должность Генеральный директор ООО «Целит»
Подпись /М.В. Блажко/





«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «Селит»

М.В. Блажко

12 2022 г

Макеты упаковки

изделия медицинского назначения

Головки эластичные стоматологические по ТУ 9433-040-10614163-2015

Головки эластичные стоматологические выпускаются в следующих исполнениях:

1. Головки эластичные стоматологические «Superflex», модель 01, комплектностью не более 100 шт.;
 2. Головки эластичные стоматологические «Poliflex», модели СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, СК16, СК17, СК18, СК25, комплектностью не более 100 шт.;
 3. Головки эластичные стоматологические «Diaflex», модели СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, СК16, СК17, СК18, СК25, комплектностью не более 100 шт.;
 4. Головки эластичные стоматологические «Siliflex», модели СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, СК16, СК17, СК18, СК25, комплектностью не более 100 шт.;
 5. Головки эластичные стоматологические «Diaflex – керамика», модели СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, СК16, СК17, СК18, СК25, ТК19, ТК20, ТК21, ТК22, ТК23, ТК24, комплектностью не более 100 шт.;
 6. Головки эластичные стоматологические «Ortoflex - металл», модели ТК19, ТК20, ТК21, ТК22, ТК23, ТК24, комплектностью не более 100 шт.;
 7. Головки эластичные стоматологические «Ortoflex – пластмасса», модели ТК19, ТК20, ТК21, ТК22, ТК23, ТК24, комплектностью не более 100 шт.;
 8. Головки эластичные стоматологические «Siliflex одностадийные», модели СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, СК16, СК17, СК18, СК25, комплектностью не более 100 шт.;
- Головки эластичные стоматологические «EasyFlex», модели СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, СК16, СК17, СК18, СК25, комплектностью не более 100 шт.

Головки эластичные стоматологические DIAFLEX
с алмазным наполнением для обработки пломб из материалов
стоматологических полимерных восставительных,
цементов на водной основе,
композитов,
композитов
и композитов
100/50 шт

CELIT
DENTAL
COMPANY


ООО «Целит» РОССИЯ 394028, г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 124 И
тел./факс: +7(473) 237-61-06, 220-43-84
Условия хранения от +5°C до +40°C. Срок годности 3 года
ТУ 9433-040-106141163-2015 РУ № ФСР 2010/08181 от 08.09.2016 г.

Партия №
Дата выпуска

Официальный сайт и интернет магазин: www.celit.ru

Отзыв при использовании головок утилизировать согласно СанПин 2.1.7.2790-10, класс А
Итого: ООО «Целит» РОССИЯ 394028, г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 124 И
тел./факс: +7(473) 237-61-06, 220-43-84

Технические характеристики:
Рабочая часть головок - эластичная связка на основе натурального каучука, наполненная абразивом и запрессована на вставку типа 1 Ø 2,35 мм. В качестве абразива используются алмазы синтетической различной зернистости.
Способ применения:
Перед применением головок провести их дезинфекцию формальдином 3% (по формальдиду) при температуре не менее 18°C. Время выдержки 30 мин при полном погружении изделия в раствор. Обработку вести при скорости до 10000 об/мин с опрыскиванием водой.
Условия хранения и транспортирования:
Головки в упакованном виде до срока хранения в закрытых помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков при температуре от +5°C до +40°C.
Комплект поставки:
Транспортирование при температуре от -50°C до +50°C.
Головки - 100 шт / 50шт, любой формы.
Упаковочная тара - 1 шт.
Итого: головок соответствует всем требованиям ТУ 9433-040-106141163-2015 при соблюдении условий транспортирования и хранения в течение 3 лет с момента выпуска.



обработку пломб из материалов стоматологических полимерных восставительных, цементов на водной основе.
Для предварительной (серые)
для окончательной (бежевые)
Назначение: головки предназначены для обработки пломб из материалов стоматологических полимерных восставительных, цементов на водной основе.
ТУ 9433-040-106141163-2015
РУ № ФСР 2010/08181 от 08.09.2016 г.


DIAFLEX

Dental polishers
with diamond grit for abrasion and polishing of tooth filling
made of polymer, restorative materials or water-based
cements:

composites
glass ionomer
cements

Matrix - natural rubber
Filler - diamond grit

-БЫСТРАЯ ОБРАБОТКА ЗА СЧЕТ АЛМАЗНОГО АБРАЗИВА
-ЗЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАСТ
-ВЫСОКАЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ





-УСТОЙЧИВЫ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
-ЗЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАСТ
-ВЫСОКАЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ
-АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Головки эластичные стоматологические «Siliflex»

ТУ 9433-040-10614163-2015


РД № ФСТ 2010/08181 от 08.09.2016 г.

Назначение изделия: головки предназначены для окончательной (голубые)

обработки пломб из материалов стоматологических полимерных восстановительных

Для предварительной (красные)

обработки пломб из материалов стоматологических полимерных восстановительных



Технические характеристики:

Рабочая часть головок изготовлена из специальных резиновых смесей на основе силиконового каучука и лапсосола

на жесткость тип 1, $\varnothing = 2,35$ мм. В качестве абразива используются фракции анкерной пыли различной зернистости.

Перед применением головок провести их дезинфекцию формальдином, концентрацией 3% (по формальдегиду) при

температуре не менее 18°С. Время выдержки 30 мин при полном погружении изделия в раствор. Обработку вести при

скорости вращения 12000/7000 об/мин с опрокидыванием воды в конце процесса полировки.

Головки в упакованном виде должны храниться в закрытых помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных

лучей и атмосферных осадков при температуре от +5°С до +40°С.

Транспортирование при температуре от -50°С до +50°С.

Комплект поставки: Головки - 100 шт. / 50шт. любой формы.

Упаковочная тара - 1 шт.

Гарантия изготовителя: Гарантирует соответствие головок всем требованиям ТУ 9433-040-10614163-2015 при соблюдении условий

эксплуатации и хранения в течение 3 лет с момента выпуска.

Уточнения: Отходы при использовании головок утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10, класс А.

Изготовитель: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

ул. Димитрова, 124 И +7(473)237-61-06, 237-79-87

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

Юридический адрес: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж.

SILIFLEX

Головки эластичные стоматологические для обработки пломб из материалов стоматологических полимерных восстановительных

компания

информационные материалы

100/50 шт

CELLIT COMPANY

100/50 pcs

композит
микрозаполненные композиты

Дентальные полировщики для абразивной и полировки пломб из полимерных реставрационных материалов

SILIFLEX

Материал: - силиконовый каучук
- алюминий

ПОЛИФЛЕКС

ГОЛОВКИ ЭЛАСТИЧНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
 Для обработки пломб из материалов стоматологических
 полимерных восстановительных
 - все типы композитов

Основа - натуральный и синтетический каучук
 Наносить - сухим способом

100/50 шт

CELIT
 DENTAL
 COMPANY

ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж, ул. Димитрова, 124 И,
 тел./факс: +7(473)237-61-06, 220-43-48, 279-78-87
 Условия хранения: от +5° до +40° С. Срок годности 3 года.
 ТУ 9433-040-10614163-2015. РУ № ФСР 2010/08181 от 08.09.2016 г.

Партия №
 Дата выпуска

Официальный сайт и интернет магазин: www.celit.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение: головки предназначены для обработки пломб из материалов стоматологических полимерных восстановительных.

Для предварительной (зеленые)
 Для окончательной (белые)

Рабочая часть головки изготовлена из стальных резиновых смесей на основе натурального каучука и лапсасована на хвостовик тип 1 Ø 2,35 мм. В качестве абразива используется фракция эластичной резины различной зернистости.

Способ применения:
 Перед применением головку проведите из дезинфицирующего раствора на 30 мин при полном погружении изделия в раствор. Обработку вести при температуре не менее 18° С. Время выдержки 30 мин при полном погружении изделия в раствор. Обработку вести при скорости до 12000 об/мин с опрыскиванием водой.

Условия хранения и транспортирования:
 Головки в упакованном виде должны храниться в закрытых полиэтиленовых, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков при температуре от +5°С до +40°С.


Комплект поставки:
 Транспортирование при температуре от -50°С до +50°С.
 Головки - 100 шт / 50шт, любой формы.
 Упаковочная тара - 1 шт.

Гарантия изготовителя
 Изготовитель гарантирует соответствие головок всем требованиям ТУ 9433-040-10614163-2015 при соблюдении условий транспортирования и хранения в течение 3 лет с момента выпуска.

Утилизация
 Отходы при использовании головок утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10, класс А.

Ил. Димитрова, 124 И, тел./факс: +7(473)237-61-06, 220-43-48, 279-78-87

CELIT
 DENTAL
 COMPANY



ПОЛИФЛЕКС

Dental polishers
 for abrasion and polishing of tooth filling made of polymers
 restorative materials:
 - composites
 - all types of composites

Base - natural and synthetic rubber
 Filler - aluminum oxide

100/50 pcs

- СНИЖЕННОЕ ТЕПЛОУДЕЛЕНИЕ ЗА СЧЕТ НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА
 - ЗЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАСТ
 - ВЫСОКАЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ

DIAFLEX

Головки эластичные стоматологические
с алмазным наполнением для обработки пломб из материалов
стоматологических полимерных композиционных
цементов на водной основе

композиты
-компомеры
-стеклоиомеры

100/50 шт

CELIT
DENTAL

ООО «Целит» РОССИЯ 394028, г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 124 И
тел./факс: +7(473) 237-61-06, 220-43-84
Условия хранения от +5°C до +40°C. Срок годности 3 года
ТУ 9433-040-106141163-2015 РУ № ФСР 2010/08181 от 08.09.2016 г.

Партия №
Дата выпуска

Официальный сайт и интернет магазин: www.celit.ru



CELIT
DENTAL


100/50 pcs

DIAFLEX

Dental polishers
with diamond stones for abrasion and polishing of tooth filling
made of polymeric restorative materials or water-based
cements.

composites
-compoimer
-glass ionomer

Matrix - natural rubber
Filler - Diamond grit



обработке пломб из материалов стоматологических полимерных композиционных цементов на водной основе.

Назначение: головки предназначены для предварительной (серые) и окончательной (бежевые) обработки пломб из материалов стоматологических полимерных композиционных цементов на водной основе.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Головки эластичные стоматологические Diaflex с алмазным наполнением.
РУ № ФСР 2010/08181 от 08.09.2016 г.
ТУ 9433-040-106141163-2015

Технические характеристики:
Рабочая часть головок - эластичная связка на основе натурального каучука, наполненная абразивом и лабирезована на хвостовике тип 1 Ø 2,35 мм. В качестве абразива используются алмазы синтетического равной зернистости.
Способ применения:
Перед применением головок проведите их дезинфекцию формальным раствором (по формальдегиду) при температуре не менее 18°C. Время выдержки 30 мин при полном погружении изделия в раствор. Сбросьте влагу. Уложите изделие в пакет с влажной салфеткой.
Условия хранения и транспортирования:
Головки в упаковке выдерживаются в закрытых помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков при температуре от +5°C до +40°C.
Транспортирование при температуре от -50°C до +50°C.
Комплект поставки:
Головки - 100 шт. / 50 шт., любой формы.
Упаковочная тара - 1 шт.
Исполнитель гарантирует соответствие головок всем требованиям ТУ 9433-040-106141163-2015 при соблюдении условий транспортирования и хранения в течение 3 лет с момента выпуска.

Открыта при использовании головок утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10, класс А
Итого: ООО «Целит» РОССИЯ 394028, г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 124 И
тел./факс: +7(473) 237-61-06, 220-43-84

-БЫСТРАЯ ОБРАБОТКА ЗА СЧЕТ АЛМАЗНОГО АБРАЗИВА
-ЗЕРКАЛЫЙ БЛЕСК БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАСТ
-ВЫСОКАЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ



ГОЛОВКИ ЭЛАСТИЧНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

DIAFLEX 
- керамика

для обработки ортопедических конструкций
из стоматологической керамики

головки эластичные стоматологические


ORTOFLEX
-пластмасса


для обработки ортопедических конструкций
из материалов полимерных для базисов зубных протезов

ГОЛОВКИ ЭЛАСТИЧНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

ORTOFLEX
-металл

для обработки ортопедических конструкций и изделий
из нержавеющей стали и твердых сплавов





ГОЛОВКИ ЭЛАСТИЧНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

POLIFLEX

для обработки пломб из материалов стоматологических
полимерных восстановительных

ГОЛОВКИ ЭЛАСТИЧНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

DIAFLEX 

с алмазным наполнением для обработки пломб из материалов
стоматологических полимерных восстановительных, цементов
на водной основе

головки эластичные стоматологические

SILIFLEX

для обработки пломб из материалов стоматологических
полимерных восстановительных

ГОЛОВКИ ЭЛАСТИЧНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

SUPERFLEX

для полировки естественных зубов, пломб из материалов
стоматологических полимерных восстановительных
с применением полировальных паст



CELIT
DENTAL
COMPANY

ООО «Целит» Россия 394028, г.Воронеж, ул. Димитрова,
124И, тел./факс: +7(473) 237-61-06, 220-43-84

Официальный сайт и интернет магазин: www.celit.ru

ТУ 9433-040-10614163-2015

ПУ № ФСР 2010/08181 от 08.09.2016г.



Партия:

Срок годности 3 года

Условия хранения:

Дата выпуска:

t° от +5° до +40° С

171 *См. на ч. 4* листа(ов)
Должность Генеральный директор ООО «Целит»
Подпись *М.В. Блажко* /М.В. Блажко/

