

Руководитель направления по регистрации
продукции для in vitro диагностики,
иммунохимия, гематология и гемостаз
ООО «Сименс Здравоохранение»


Е.А. Чигринец



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор реагентов для количественного определения ракового углеводного антигена СА 125
(ОМ-МА)/ОМ-МА (СА125) на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000
(Immulite 2000 ОМ-МА (СА 125))»**

производства «Сименс Хелскэа Диагностикс Продактс Лимитед» (Siemens Healthcare Diagnostics
Products Limited), Великобритания
Glyn Rhonwy, Llanberis, Gwynedd LL55 4EL, United Kingdom

2022

SIEMENS

IMMULITE® 2000 Systems

OV OM-MA (CA125)



LOT 308

EXP 2022-05-31

REF L2KOP2

SMN 10380972

BEAD PACK 1 x L2OP12483

REAG WEDGE 1 x L2OPA2505

ADJUSTOR L 1 x LOP1134

ADJUSTOR H 1 x LOPH134

IVD



16

[siemens.com/eifu](https://www.siemens.com/eifu)

FOR USA


ENGLISH: For the quantitative measurement of OM-MA (CA125)
Contains: murine monoclonal antibody, bovine alkaline phosphatase,
rabbit polyclonal antibody

0521JL111:15



(01)00630414961798
(10) 308
(17)220531
(240)10380972
(422)826

GTIN
LOT/BATCH
EXPIRY
SMN
ORIGIN GB



Siemens Healthcare Diagnostics Products Ltd.
Glyn Rhonwy
Llanberis, Gwynedd, LL55 4EL UK

EC REP

Siemens Healthcare Diagnostics
Manufacturing Ltd
Chapel Lane
Swords, Co. Dublin, Ireland

[siemens-healthineers.com](https://www.siemens-healthineers.com)

Рисунок 1 Набор реагентов для количественного определения ракового углеводного антигена CA 125 (OM-MA)/OM-MA (CA125) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 OM-MA (CA 125)), маркировка вторичной упаковки

OV

IMMULITE® 2000 Systems

REF L2KOP2

LOT 308

 2022-05-31




Рисунок 2. Набор реагентов для количественного определения ракового углеводного антигена СА 125 (ОМ-МА)/ОМ-МА (СА125) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 ОМ-МА (СА 125)), штрих-код




Рисунок 3. Набор реагентов для количественного определения ракового углеводного антигена СА 125 (OM-MA)/OM-MA (CA125) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 OM-MA (CA 125)), общий вид




Рисунок 4 Набор реагентов для количественного определения ракового углеводного антигена СА 125 (ОМ-МА)/ОМ-МА (СА125) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 ОМ-МА (СА 125)), клин с реагентом (1)




Рисунок 5. Набор реагентов для количественного определения ракового углеводного антигена СА 125 (ОМ-МА)/ОМ-МА (СА125) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 ОМ-МА (СА 125)), клин с реагентом (2)



Рисунок 6. Набор реагентов для количественного определения ракового углеводного антигена СА 125 (OM-MA)/OM-MA (CA125) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 OM-MA (CA 125)). Калибратор с низкой концентрацией OM-MA Adjustors (LOPL), (1)




Рисунок 7. Набор реагентов для количественного определения ракового углеводного антигена СА 125 (ОМ-МА)/ОМ-МА (CA125) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 ОМ-МА (CA 125)). Калибратор с низкой концентрацией ОМ-МА Adjustors (LOPL), (2)




Рисунок 8. Набор реагентов для количественного определения ракового углеводного антигена СА 125 (ОМ-МА)/ОМ-МА (СА125) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 ОМ-МА (СА 125)). Калибратор с высокой концентрацией ОМ-МА Adjustors (LOPH), (1)




Рисунок 9 Набор реагентов для количественного определения ракового углеводного антигена СА 125 (ОМ-МА)/ОМ-МА (CA125) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 ОМ-МА (CA 125)). Калибратор с высокой концентрацией ОМ-МА Adjustors (LOPH), (2)



Рисунок 10 Набор реагентов для количественного определения ракового углеводного антигена CA 125 (OM-MA)/OM-MA (CA125) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 OM-MA (CA 125)), стикеры

10380972

Набор реагентов для количественного определения ракового углеводного антигена СА 125 (ОМ-МА)/ОМ-МА (СА125) на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 ОМ-МА (СА 125))

Информация о производителе и стране производства:

см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ _____ от _____

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 11. Пример макета русскоязычной маркировки Набор реагентов для количественного определения ракового углеводного антигена СА 125 (ОМ-МА)/ОМ-МА (СА125) на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 ОМ-МА (СА 125))



Всего прошито и пронумеровано
листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»