



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 января 2023 года № РЗН 2018/7520

На медицинское изделие

Автомат фиксации и окраски мазков по ТУ 26.60.12-005-23475651-2021

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью МЛТ (ООО МЛТ), Россия,
141981, Московская обл., г. Дубна, ул. Технологическая, д. 7**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью МЛТ (ООО МЛТ), Россия,
141981, Московская обл., г. Дубна, ул. Технологическая, д. 7**

Место производства медицинского изделия

**ООО МЛТ, Россия, 141981, Московская обл., г.о. Дубна, г. Дубна,
ул. Технологическая, д. 7**

Номер регистрационного досье № РД-54283/104763 от 20.01.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **26.51.53.142**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 27 января 2023 года № 452
допущено к обращению на территории Российской Федерации.
**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0069762

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2018/7520

Лист 1

На медицинское изделие

Автомат фиксации и окраски мазков по ТУ 26.60.12-005-23475651-2021,
варианты исполнения:

I. АФОМК-16-25-ПРО:

- Автомат фиксации и окраски мазков АФОМК-16-25-ПРО - 1 шт.
- Штатив для предметных стекол ШВ-25 (на 25 стекол) - 2 шт.
- Штатив для предметных стекол ШВ-10 (на 10 стекол) - не более 2 шт.
- Штатив-вкладыш для предметных стёкол ШВВ-20 (на 20 стекол) - не более 2 шт.
- Штатив держатель ШД-20 (под штатив - вкладыш ШВВ-20) - не более 2 шт.
- Штатив для предметных стекол ШВ-20 (на 20 стекол) - не более 2 шт.
- Ванна для реагентов с крышкой ВВ-10-ПП (под штатив ШВ-10) - не более 15 шт.
- Ванна для реагентов с крышкой ВВ-10-ПОМ (под штатив ШВ-10) - не более 15 шт.
- Ванна для реагентов с крышкой ВВ-25-ПП (под штативы: ШВ-10 ШВ-25, ШВ-20, ШД-20) - не более 15 шт.
- Ванна для реагентов с крышкой ВВ-25-ПОМ (под штативы: ШВ-10 ШВ-25, ШВ-20, ШД-20) - не более 15 шт.
- Ванна для реагентов с крышкой ВВ-25-М (под штативы: ШВ-10 ШВ-25, ШВ-20, ШД-20) - не более 15 шт.
- Комплект сантехнический для подключения к водопроводу:
 1. Шланг подвода воды - 1 шт.
 2. Зажим для шланга слива воды - 1 шт.
 3. Сливной гофрированный шланг - 1 шт.
- Комплект для подключения к вентиляции или угольному фильтру:
 1. Канал вентиляционный гибкий - 1 шт.
 2. Хомут для вент. - 2 шт.
- Фильтродержатель - не более 1 шт.
- Фильтр угольный - не более 1 шт.
- Сетевой шнур питания - 1 шт.
- Предохранитель 250В, 10А (стекло) - 2 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Инструкции по монтажу - 1 шт.

II. АФОМК-16-ГИСТО:

- Автомат фиксации и окраски мазков АФОМК-16-ГИСТО - 1 шт.
- Штатив для предметных стекол ШВ-25 (на 25 стекол) - 2 шт.
- Штатив для предметных стекол ШВ-10 (на 10 стекол) - не более 2 шт.
- Штатив-вкладыш для предметных стёкол ШВВ-20 (на 20 стекол) - не более 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0115958

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2018/7520

Лист 2

- Штатив держатель ШД-20 (под штатив - вкладыш ШВВ-20) - не более 2 шт.
- Штатив для предметных стекол ШВ-20 (на 20 стекол) - не более 2 шт.
- Ванна для реагентов с крышкой ВВ-10-ПП (под штатив ШВ-10) - не более 15 шт.
- Ванна для реагентов с крышкой ВВ-10-ПОМ (под штатив ШВ-10) - не более 15 шт.
- Ванна для реагентов с крышкой ВВ-25-ПП (под штативы: ШВ-10 ШВ-25, ШВ-20, ШД-20) - не более 15 шт.
- Ванна для реагентов с крышкой ВВ-25-ПОМ (под штативы: ШВ-10 ШВ-25, ШВ-20, ШД-20) - не более 15 шт.
- Ванна для реагентов с крышкой ВВ-25-М (под штативы: ШВ-10 ШВ-25, ШВ-20, ШД-20) - не более 15 шт.
- Комплект сантехнический для подключения к водопроводу:
 1. Шланг подвода воды - 1 шт.
 2. Зажим для шланга слива воды - 1 шт.
 3. Сливной гофрированный шланг - 1 шт.
- Комплект для подключения к вентиляции или угольному фильтру:
 1. Канал вентиляционный гибкий - 1 шт.
 2. Хомут для вент. канала - 2 шт.
- Фильтродержатель - не более 1 шт.
- Фильтр угольный - не более 1 шт.
- Сетевой шнур питания - 1 шт.
- Предохранитель 250В, 10А (стекло) - 2 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Инструкции по монтажу - 1 шт.

2

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0115959