

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор


АО «ПРОТЕКО»

 Шалак К. В.
«8» декабря 2022 г.



**Фотографические изображения
Медицинского изделия
«Иглы стоматологические карпульные одноразового
применения «Healtex®»**


**«Иглы стоматологические карпульные одноразового применения
Healtex®» 27G (0,4x21 мм)
Индивидуальная упаковка**




**«Иглы стоматологические карпульные одноразового применения
Healtex®» 27G (0,4x25 мм)
Индивидуальная упаковка**




**«Иглы стоматологические карпульные одноразового применения
«Healtex®» 27G (0,4x30 мм)
Индивидуальная упаковка**




**«Иглы стоматологические карпульные одноразового применения
Healtex®» 27G (0,4x35 мм)
Индивидуальная упаковка**



**«Иглы стоматологические карпульные одноразового применения
«Healtex®» 27G (0,4x38 мм)
Индивидуальная упаковка**




**«Иглы стоматологические карпульные одноразового применения
«Healtex®» 27G (0,4x40 мм)
Индивидуальная упаковка**




**«Иглы стоматологические карпульные одноразового применения
«Healtex®» 30G (0,3x12 мм)
Индивидуальная упаковка**



**«Иглы стоматологические карпульные одноразового применения
Healtex®» 30G (0,3x16 мм)
Индивидуальная упаковка**




**«Иглы стоматологические карпульные одноразового применения
Healtex®» 30G (0,3x21 мм)
Индивидуальная упаковка**




**«Иглы стоматологические карпульные одноразового применения
Healtex®» 30G (0,3x25 мм)
Индивидуальная упаковка**



**«Иглы стоматологические карпульные одноразового применения
«Healtex®» 30G (0,3x30 мм)
Индивидуальная упаковка**



**«Иглы стоматологические карпульные одноразового применения
Healtex®» 31G (0,25x12 мм)
Индивидуальная упаковка**




метрическая

27G

0,4x21 мм	☐
0,4x25 мм	☐
0,4x30 мм	☐
0,4x35 мм	☐
0,4x38 мм	☐
0,4x40 мм	☐



HEALTEX®



ИГЛЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
КАРПУЛЬНЫЕ

Потребительская упаковка

метрическая

30G

0,3x12 мм

0,3x16 мм

0,3x21 мм

0,3x25 мм


0,3x30 мм

31G

0,25x12 мм



HEALTEX



ИГЛЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
КАРПУЛЬНЫЕ



Производитель:

«Си-Кей Дентал Инд., Ко., Лтд.»
(C-K DENTAL IND. CO., LTD.)
Адрес: 88-50, Sudo-Ro, Bucheon-Si,
Gyeonggi-Do, the Republic of Korea
(88-50, Судо-ро, г. Пучхон, провинция
Кенгидо, Республика Корея)

Уполномоченный представитель
производителя: АО «ПРОТЕКО»,
192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Салова, д. 57, корп. 1, лит. И
Телефон: +7 (812) 779-30-90
Email: info@protecodent.ru

STERILE EO



Способ применения:

1. Сломайте герметичную упаковку (поверните колпачок, чтобы открыть - не сгибайте и не снимайте).
2. Присоедините иглу к стоматологическому карпульному шприцу с картриджем.
3. Снимите защитный колпачок для использования.

Рег. удостоверение
№ РЗН ____ от ____



Меры предосторожности:

- Перед использованием изучите инструкцию по применению.
- Не используйте повторно во избежание заражения и неисправности.
- Не используйте, если упаковка повреждена.
- Используйте сразу после вскрытия упаковки. Игла должна оставаться внутри защитного колпачка до момента фактического использования.
- Не сгибайте иглу в месте ее соединения с пластиковой частью. Если согнуть трубку иглы, она может попасть в ткань и причинить травму.
- Не сгибайте трубку иглы при использовании даже на небольшой угол.
- Выбросьте иглу, надев защитный колпачок, и не касайтесь трубки иглы, чтобы избежать заражения после использования.





Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ПРОТЕКО»
ШАДАН К. В.



_____ листах