证 明 书

CERTIFICATE

中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 暨 中 国 国 际 商 会

China Council for the Promotion of International Trade is China Chamber of Interna

Паспорт медицинского изделия

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

中国国际贸易促进委员会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书
CERTIFICATE

号码 No. 234201A0/000462

兹证明：在所附文件上的武汉迈瑞科技有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD. on the annexed DOCUMENT is genuine.

China Council for the Promotion of International Trade

授权签字：

Authorized Signature: Xu Qian

日期：2023年03月21日

(Date: Mar. 21, 2023)

证书查询网址 Website for verifying the certificate: http://www.rzccpit.com/validate.html

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

mindray

2023-03-20

To whom it may concern,

Declaration

We, **Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.**, the manufacturer of the following medical devices:

The set of tools for installing orthopedic implants

hereby declare that,

1. the attached contents with the cover page of the < **OPERATING DOCUMENTATION. PASSPORT of the medical device The set of tools for installing orthopedic implants** > used for Russian medical device registration; this file introduces the basic information about the medical device, technical data and manufacturer's warranty.
2. the attached contents is used only for the medical device registration in Russia, and is required notarizing according to Russian official regulations.

Very truly yours,

The set of tools for installing orthopedic implants

WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.

Mr. Guan Zhiyong

Deputy General Manager of the Company

Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.

Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.
Add : No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065, Hubei Province, P.R. China
Tel: +86-27-88309090
Fax: +86-27-88309082
Website: www.mindray.com

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

No 18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065, Hubei Province, P.R. China
Тел. +86-27-88309090,
факс: +86-27-88309082
http:// www.mindray.com

УТВЕРЖДАЮ / I certify

От имени «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
On behalf of Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.

Заместитель генерального директора Компании /
Deputy General Manager of the Company

Уань Чжиюн (Guan Zhiyong)

подпись / signature

дата/date 20 марта 2023 года

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ПАСПОРТ

медицинского изделия /

OPERATING DOCUMENTATION. PASSPORT

of the medical devices

Набор инструментов для установки ортопедических имплантатов

The set of tools for installing orthopedic implants

производства компании / manufactured by the company
«Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.

Версия: 20032023

2023

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Настоящая эксплуатационная документация (паспорт) подготовлена для предоставления сведений в целях государственной регистрации и обращения медицинского изделия Набор инструментов для установки ортопедических имплантатов (далее по тексту – набор, инструменты, набор инструментов, изделие, медицинское изделие, устройство) на территории Российской Федерации.

Сведения представлены в объеме, требуемом в соответствии с Правилами государственной регистрации медицинских изделий (Постановление Правительства от 27.12.2012 г. № 1416) и Приказа Минздрава России от 19.01.2017 г. № 11н.

Оглавление

1. Сведения о производителе, разработчике, уполномоченном представителе 13
1.1. Сведения о производителе и разработчике 13
1.2. Сведения об уполномоченном представителе в ЕС 13
1.3. Сведения об уполномоченном представителе в РФ 13
2. Сведения о наименовании и назначении медицинского изделия 14
2.1. Общая информация о медицинском изделии 14
2.2. Наименование медицинского изделия 14
2.3. Назначение и область применения медицинского изделия 14
2.3.1. Назначение медицинского изделия 14
2.3.2. Область применения медицинского изделия 14
2.4. Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия 14
2.5. Информация об обстоятельствах, при которых потребитель должен проконсультироваться с врачом 14
2.6. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями 14
2.7. Показания к применению медицинского изделия 15
2.8. Противопоказания для применения медицинского изделия 15
2.9. Побочные действия 15
2.10. Меры предосторожности 15
2.11. Частота и особенности использования 15
2.12. Стерильность 15
2.13. Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения 15
2.14. Информация о наличии в медицинском изделии канцерогенных, мутагенных или токсичных веществ 16
3. Описание и принцип действия медицинского изделия 16
4. Технические характеристики медицинского изделия 18
4.1. Основные требования к материалам 18
4.2. Конструкция изделий 19
4.3. Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR) 19
4.3.1. Сверло, диаметр 2,0 мм, длина 140,0 мм 19
4.3.2. Сверло, диаметр 2,5 мм, длина 130,0 мм 20
4.3.3. Сверло, диаметр 2,8 мм, длина 160,0 мм 20
4.3.4. Сверло, диаметр 2,8 мм, длина 230,0 мм 20
4.3.5. Сверло, диаметр 3,5 мм, длина 130,0 мм 21
4.3.6. Гильза для сверла диаметром 2,0 мм 21
4.3.7. Гильза для сверла диаметром 2,8 мм 21
4.3.8. Гильза для сверла диаметром 2,8 мм, длина 100,0 мм 22
4.3.9. Гильза защитная, диаметр 2,0 мм 22
4.3.10. Глубиномер 2,7 мм / 2,4 мм 22
4.3.11. Глубиномер 3,5 мм 23
4.3.12. Глубиномер 3,5L 23
4.3.13. Зенкер, диаметр 6,0 мм 23
4.3.14. Ключ для ручной правки (левый) 24
4.3.15. Ключ для ручной правки (правый) 24
4.3.16. Лоток для инструментов (MR) 25
4.3.17. Стержень метчика, диаметр 3,5 мм 25

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.3.18. Стержень метчика, диаметр 4,0 мм 26
4.3.19. Направляющая сверла DCP диаметром 2,5 мм / 2,5 мм 26
4.3.20. Направляющая сверла двойная, диаметр 4,0 мм / 2,5 мм 27
4.3.21. Направляющая сверла универсальная, диаметр 3,5 мм / 2,5 мм 27
4.3.22. Отвертка Stardrive T15 27
4.3.23. Отвертка Stardrive T8 28
4.3.24. Отвертка Stardrive T8 с ограничением крутящего момента 0,8 Н·м 28
4.3.25. Отвертка Stardrive T8 с ограничением крутящего момента 1,5 Н·м 29
4.3.26. Ретрактор 8 мм 29
4.3.27. Рукоятка быстроразъемная 29
4.3.28. Рукоятка быстроразъёмная для стержней 30
4.3.29. Рукоятка быстроразъемная, Т-образная 30
4.3.30. Спица направляющая, диаметр 1,6 мм, длина 150,0 мм 31
4.3.31. Спица направляющая, диаметр 2,0 мм, длина 150,0 мм 31
4.3.32. Стержень отвертки Stardrive T15 31
4.3.33. Стержень отвертки Stardrive T8 32
4.3.34. Винт извлекающий 2,0 мм 32
4.3.35. Винт извлекающий, диаметр 2,5 мм 32
4.3.36. Ключ штифтовой, диаметр 4,5 мм 33
4.3.37. Крючок острый 33
4.3.38. Распатор костный 12 мм, плоский 34
4.3.39. Распатор костный 6,5 мм, плоский 34
4.3.40. Ретрактор 15 мм 34
4.3.41. Ретрактор 6 мм 35
4.3.42. Спица направляющая, с резьбовым концом, диаметр 1,6 мм, длина 150,0 мм 35
4.3.43. Стержень экстрактора 2,7 мм 36
4.3.44. Стержень экстрактора 4,0 мм /3,5 мм 36
4.3.45. Щипцы редукционные (S) 36
4.3.46. Щипцы редукционные с зубчатой кремальерой (S) 37
4.3.47. Щипцы репозиционные самоцентрирующиеся костные (S) 37
4.3.48. Кейс набора инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR) 38
4.4. Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR) 38
4.4.1. Сверло, диаметр 3,2 мм, длина 195,0 мм 38
4.4.2. Сверло, диаметр 4,5 мм, длина 195,0 мм 39
4.4.3. Сверло, диаметр 4,3 мм, длина 221,0 мм 39
4.4.4. Гильза для направляющей спицы диаметром 2,0 мм 39
4.4.5. Гильза для сверла диаметром 4,3 мм 40
4.4.6. Глубиномер 5,0 мм 40
4.4.7. Зенкер, диаметр 8,0 мм 40
4.4.8. Ключ для ручной правки (левый) 41
4.4.9. Ключ для ручной правки (правый) 41
4.4.10. Лоток набора больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR) 42
4.4.11. Стержень метчика, диаметр 4,5 мм 42
4.4.12. Направляющая сверла DCP диаметром 3,2 мм / 3,2 мм 43
4.4.13. Направляющая сверла двойная, диаметр 6,5 мм / 3,2 мм 43
4.4.14. Направляющая сверла универсальная, диаметр 4,5 мм /3,2 мм 43
4.4.15. Отвертка Stardrive T25 44
4.4.16. Отвертка Stardrive T25 с ограничением крутящего момента 4,0 Н·м 44
4.4.17. Рукоятка быстроразъемная 45
4.4.18. Рукоятка быстроразъёмная для стержней 45
4.4.19. Рукоятка быстроразъемная, Т-образная 45
4.4.20. Спица направляющая, диаметр 2,0 мм, длина 280,0 мм 45
4.4.21. Стержень отвертки Stardrive T25 45
4.4.22. Винт извлекающий 3,5 мм 46
4.4.23. Ключ штифтовой, диаметр 4,5 мм 46
4.4.24. Крючок острый 46
4.4.25. Стержень метчика, диаметр 6,5 мм 46
4.4.26. Распатор костный 16 мм 46
4.4.27. Распатор костный 8 мм 47

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.4.28. Ретрактор 16 мм ... 47
4.4.29. Ретрактор 43 мм ... 48
4.4.30. Спица направляющая, с резьбовым концом, диаметр 2,0 мм, длина 280,0 мм ... 48
4.4.31. Щипцы редукционные, левые ... 48
4.4.32. Щипцы редукционные, с зубчатой кремальерой, левые ... 49
4.4.33. Щипцы репозиционные костные, самоцентрирующиеся, левые ... 49
4.4.34. Стержень экстрактора 4,5 мм ... 50
4.4.35. Стержень экстрактора 6,5 мм ... 50
4.4.36. Кейс набора больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR) ... 51
4.5. Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов ... 51
4.5.1. Сверло, диаметр 2,5 мм, длина 130,0 мм ... 51
4.5.2. Сверло, диаметр 3,5 мм, длина 130,0 мм ... 51
4.5.3. Глубиномер 3,5 мм ... 51
4.5.4. Зажим, диаметр 3,5 мм ... 51
4.5.5. Зенкер, диаметр 6,0 мм ... 52
4.5.6. Ключ для ручной правки (левый) ... 52
4.5.7. Ключ для ручной правки (правый) ... 52
4.5.8. Стержень метчика, диаметр 3,5 мм ... 52
4.5.9. Стержень метчика, диаметр 4,0 мм ... 52
4.5.10. Направляющая сверла DCP диаметром 2,5 мм / 2,5 мм ... 52
4.5.11. Направляющая сверла двойная, диаметр 2,5 мм / 3,5 мм ... 52
4.5.12. Направляющая сверла двойная, диаметр 4,0 мм / 2,5 мм ... 53
4.5.13. Отвертка шестигранная SW2,5 ... 53
4.5.14. Ретрактор 8 мм ... 53
4.5.15. Рукоятка быстроразъемная, Т-образная ... 53
4.5.16. Винт извлекающий, диаметр 2,5 мм ... 53
4.5.17. Распатор костный 12 мм, плоский ... 53
4.5.18. Распатор костный 6,5 мм, плоский ... 53
4.5.19. Ретрактор 15 мм ... 54
4.5.20. Рукоятка быстроразъёмная для стержней ... 54
4.5.21. Стержень шестигранной отвертки SW2,5 ... 54
4.5.22. Стержень экстрактора 4,0 мм / 3,5 мм ... 54
4.5.23. Щипцы редукционные (S) ... 54
4.5.24. Щипцы редукционные с зубчатой кремальерой (S) ... 54
4.5.25. Щипцы репозиционные самоцентрирующиеся костные (S) ... 54
4.5.26. Кейс набора инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов 54
4.6. Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей ... 55
4.6.1. Сверло, диаметр 3,2 мм, длина 195,0 мм ... 55
4.6.2. Сверло, диаметр 4,5 мм, длина 195,0 мм ... 55
4.6.3. Глубиномер 5,0 мм ... 55
4.6.4. Зажим, диаметр 4,5 мм ... 55
4.6.5. Зенкер, диаметр 8,0 мм ... 56
4.6.6. Ключ для ручной правки (левый) ... 56
4.6.7. Ключ для ручной правки (правый) ... 56
4.6.8. Стержень метчика, диаметр 4,5 мм ... 56
4.6.9. Стержень метчика, диаметр 6,5 мм ... 56
4.6.10. Направляющая сверла DCP диаметром 3,2 мм/ 3,2 мм ... 56
4.6.11. Направляющая сверла двойная, диаметр 4,5 мм / 3,2 мм ... 56
4.6.12. Направляющая сверла двойная, диаметр 6,5 мм / 3,2 мм ... 56
4.6.13. Отвертка шестигранная SW3,5 ... 57
4.6.14. Рукоятка быстроразъёмная, Т-образная ... 57
4.6.15. Винт извлекающий 3,5 мм ... 57
4.6.16. Распатор костный 16 мм ... 57
4.6.17. Распатор костный 8 мм ... 57
4.6.18. Ретрактор 16 мм ... 57
4.6.19. Ретрактор 43 ... 57
4.6.20. Рукоятка быстроразъёмная для стержней ... 57
4.6.21. Стержень шестигранной отвертки SW3,5 ... 58
4.6.22. Щипцы редукционные, левые ... 58
4.6.23. Щипцы редукционные, с зубчатой кремальерой, левые ... 58

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.6.24. Щипцы репозиционные костные, самоцентрирующиеся, левые 58
4.6.25. Стержень экстрактора 6,5 мм 58
4.6.26. Кейс набора инструментов 58
4.7. Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин 59
4.7.1. Глубиномер 1,5 мм 59
4.7.2. Глубиномер 2,0 мм 59
4.7.3. Глубиномер 2,7 мм / 2,4 мм 60
4.7.4. Ключ для ручной правки 2,0 мм 60
4.7.5. Ключ для ручной правки 2,7 мм /2,4 мм 60
4.7.6. Крючок острый 60
4.7.7. Отвертка Stardrive T6 61
4.7.8. Отвертка Stardrive T8 61
4.7.9. Плоскогубцы гибочные 61
4.7.10. Отвертка Stardrive T8 с ограничением крутящего момента 0,8 Н·м 61
4.7.11. Распатор костный 3 мм 61
4.7.12. Распатор костный 5 мм 62
4.7.13. Ретрактор 15 мм 62
4.7.14. Ретрактор 6 мм 62
4.7.15. Ретрактор 8 мм 62
4.7.16. Рукоятка быстроразъемная, малая 62
4.7.17. Отвертка Stardrive T6 с ограничением крутящего момента 0,4 Н·м 63
4.7.18. Спица направляющая, диаметр 1,25 мм, длина 150,00 мм 63
4.7.19. Щипцы изгибающие / режущие 64
4.7.20. Щипцы редукционные изогнутые (М) 64
4.7.21. Щипцы редукционные с зубцами (М) 64
4.7.22. Кейс набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин 65
4.8. Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм 65
4.8.1. Сверло, диаметр 1,1 мм, длина 90,0 мм 65
4.8.2. Гильза для сверла, диаметр 1,1 мм 66
4.8.3. Зажим для блокирующего винта 1,5 мм 66
4.8.4. Зажим для кортикального винта 1,5 мм 66
4.8.5. Зенкер, диаметр 1,5 мм 67
4.8.6. Ключ для ручной правки 1,5 мм 67
4.8.7. Стержень метчика, диаметр 1,5 мм 67
4.8.8. Направляющая сверла, с короткой резьбой 1,5 мм 68
4.8.9. Направляющая сверла самоцентрирующаяся, диаметр 1,5 мм / 1,1 мм 68
4.8.10. Стержень отвертки Stardrive T4 68
4.8.11. Лоток набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм 69
4.9. Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,0 мм 69
4.9.1. Гильза для сверла, диаметр 1,5 мм 69
4.9.2. Сверло, диаметр 1,5 мм, длина 110,0 мм 70
4.9.3. Зенкер, диаметр 2,0 мм 70
4.9.4. Стержень метчика, диаметр 2,0 мм 70
4.9.5. Направляющая сверла самоцентрирующаяся, диаметр 2,0 мм / 1,5 мм 71
4.9.6. Стержень отвертки Stardrive T6 71
4.9.7. Лоток набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,0 мм 72
4.10. Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,4 мм 72
4.10.1. Сверло, диаметр 1,8 мм, длина 110 мм 72
4.10.2. Зенкер, диаметр 2,7 мм / 2,4 мм 72
4.10.3. Стержень метчика, диаметр 2,4 мм 73
4.10.4. Направляющая сверла самоцентрирующаяся, диаметр 2,4 мм / 1,8 мм 73
4.10.5. Направляющая сверла диаметром 1,8 мм 73
4.10.6. Стержень отвертки Stardrive T8 74
4.10.7. Лоток набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,4 мм 74
4.11. Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,7 мм 75
4.11.1. Сверло, диаметр 2,0 мм, длина 110 мм 75
4.11.2. Стержень метчика, диаметр 2,7 мм 75

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.11.3. Направляющая сверла самоцентрирующаяся, диаметр 2,7 мм / 2,0 мм 75
4.11.4. Направляющая сверла, диаметр 2,0 мм 76
4.11.5. Лоток набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,7 мм 76
4.12. Набор для имплантации минипластин 77
4.12.1. Сверло, диаметр 1,5 мм, длина 120,0 мм 77
4.12.2. Гильза для сверла, диаметр 1,5 мм 77
4.12.3. Гильза компрессионная для сверла, диаметр 1,5 мм 77
4.12.4. Глубиномер 78
4.12.5. Ключ для ручной правки (левый) 78
4.12.6. Ключ для ручной правки (правый) 78
4.12.7. Лоток набора для имплантации минипластин 79
4.12.8. Распатор костный 5 мм 79
4.12.9. Ретрактор 6 мм 79
4.12.10. Ретрактор 8 мм 80
4.12.11. Ретрактор кожный, с 2 острыми зубцами 80
4.12.12. Рукоятка быстроразъемная 81
4.12.13. Рукоятка для гильзы сверла 81
4.12.14. Стержень крестовой отвертки, диаметр 3,0 мм 81
4.12.15. Стержень метчика, диаметр 2,0 мм 82
4.12.16. Щипцы для удержания винтов 82
4.12.17. Щипцы для удержания пластин 82
4.12.18. Кейс набора для имплантации минипластин 83
4.13. Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II 83
4.13.1. Сверло, диаметр 1,1 мм, длина 4,0 мм 84
4.13.2. Сверло, диаметр 1,1 мм, длина 6,0 мм 84
4.13.3. Сверло, диаметр 1,5 мм × 10,0 мм, общая длина 95,0 мм 84
4.13.4. Сверло, диаметр 1,5 мм × 10,0 мм, общая длина 50,0 мм 85
4.13.5. Сверло, диаметр 1,5 мм × 8,0 мм, общая длина 95,0 мм 85
4.13.6. Сверло, диаметр 1,5 мм × 8,0 мм, общая длина 50,0 мм 85
4.13.7. Сверло, диаметр 1,9 мм, длина 90 мм 86
4.13.8. Гильза блокируемая для сверла, диаметр 2,0 мм 86
4.13.9. Гильза блокируемая для сверла, диаметр 2,5 мм 86
4.13.10. Гильза для сверла, диаметр 1,1 мм / 1,5 мм 87
4.13.11. Глубиномер 87
4.13.12. Лоток набора инструментов для челюстно-лицевой хирургии II 87
4.13.13. Направляющая сверла, диаметр 2,0 мм 87
4.13.14. Направляющая сверла, диаметр 2,5 мм 88
4.13.15. Стержень отвертки шестигранной торцевой SW2,5 88
4.13.16. Приспособление трансбуккальное для троакара 88
4.13.17. Рукоятка быстроразъемная I 89
4.13.18. Рукоятка для направляющих сверла 89
4.13.19. Стержень гильзы для сверла, диаметр 1,1 мм 90
4.13.20. Стержень гильзы для сверла, диаметр 1,5 мм 90
4.13.21. Стержень гильзы для сверла, диаметр 1,9 мм 90
4.13.22. Стержень крестовой блокируемой отвертки, диаметр 2,0 мм, длина 95,0 мм 91
4.13.23. Стержень крестовой блокируемой отвертки, диаметр 2,5 мм, длина 100,0 мм 91
4.13.24. Стержень крестовой отвертки, диаметр 1,5 мм, длина 65 мм 91
4.13.25. Стержень крестовой отвертки, диаметр 1,5 мм, длина 95 мм 92
4.13.26. Стержень крестовой отвертки, диаметр 2,0 мм, длина 65 мм 92
4.13.27. Стержень крестовой отвертки, диаметр 2,0 мм, длина 95 мм 93
4.13.28. Троакар 93
4.13.29. Щипцы гибочные 93
4.13.30. Щипцы гибочные I 94
4.13.31. Щипцы для удержания винтов 94
4.13.32. Щипцы для удержания пластин 94
4.13.33. Щипцы изгибающие / режущие 94
4.13.34. Кейс набора инструментов для челюстно-лицевой хирургии II 95
4.14. Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм 95
4.14.1. Сверло канюлированное, диаметр 2,5 мм, длина 150,0 мм 95

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.14.2. Сверло, диаметр 2,1 мм, длина 120 мм 96
4.14.3. Винт извлекающий, диаметр 2,5 мм 96
4.14.4. Гильза двойная для сверла, диаметр 1,0 мм / 2,1 мм 96
4.14.5. Гильза двойная для сверла, диаметр 1,0 мм / 2,5 мм 97
4.14.6. Гильза компрессионная 97
4.14.7. Зажим 97
4.14.8. Зенкер канюлированный, диаметр 3,0 мм / 1,0 мм 98
4.14.9. Зенкер канюлированный, диаметр 5,0 мм / 1,0 мм 98
4.14.10. Ключ шестигранный, L-образный, SW2,5 98
4.14.11. Стержень канюлированного метчика, диаметр 3,5 мм 99
4.14.12. Рукоятка быстроразъемная 99
4.14.13. Рукоятка компрессионной гильзы 99
4.14.14. Спица направляющая, диаметр 1,0 мм, длина 120,00 мм 100
4.14.15. Стержень канюлированной отвертки Stardrive T8 100
4.14.16. Стержень отвертки Stardrive T8 100
4.14.17. Стержень шестигранной канюлированной отвертки SW2,5 101
4.14.18. Стержень шестигранной отвертки SW2,5 101
4.14.19. Стилет для очистки 101
4.14.20. Устройство для измерения направляющей спицы 102
4.14.21. Фиксатор 102
4.14.22. Щипцы для удержания винтов 102
4.14.23. Кейс набора инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм 103
4.15. Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм 103
4.15.1. Сверло канюлированное, диаметр 3,2 мм, длина 150,0 мм 103
4.15.2. Винт извлекающий, диаметр 3,5 мм 104
4.15.3. Гильза для сверла, диаметр 3,2 мм 104
4.15.4. Гильза защитная, днаметр 1,5 мм 104
4.15.5. Гильза компрессионная 105
4.15.6. Зажим 105
4.15.7. Зенкер канюлированный, диаметр 4,5 мм / 1,5 мм 105
4.15.8. Зенкер канюлированный, диаметр 7,0 мм / 1,5 мм 106
4.15.9. Ключ шестигранный, L-образный, SW2,5 106
4.15.10. Ограничитель для сверла, диаметр 3,2 мм / SW2,5 106
4.15.11. Рукоятка быстроразъемная 106
4.15.12. Рукоятка компрессионной гильзы 106
4.15.13. Спица направляющая, диаметр 1,5 мм, длина 150,0 мм – 6 шт. 107
4.15.14. Стержень канюлированного метчика, диаметр 4,5 мм 107
4.15.15. Стержень канюлированной отвертки Stardrive T15 107
4.15.16. Стержень отвертки Stardrive T15 108
4.15.17. Стержень шестигранной отвертки SW3.5 108
4.15.18. Стержень шестигранной, канюлированной отвертки, тип SW3.5 108
4.15.19. Стилет для очистки, диаметр 1,5 мм 108
4.15.20. Устройство для измерения направляющей спицы 109
4.15.21. Шило, диаметр 1,5 мм 109
4.15.22. Щипцы для удержания винтов 109
4.15.23. Кейс набора инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм 109
4.16. Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм 110
4.16.1. Сверло канюлированное, диаметр 5,0 мм, длина 250 мм 110
4.16.2. Винт извлекающий, диаметр 5,0 мм 110
4.16.3. Гильза для сверла, диаметр 5,0 мм 111
4.16.4. Гильза для сверла, диаметр 5,0 мм / 3,0 мм 111
4.16.5. Гильза защитная 112
4.16.6. Зенкер канюлированный, диаметр 9,0 мм 112
4.16.7. Ключ гаечный 10 мм 112
4.16.8. Ключ шестигранный, L-образный, SW3 113
4.16.9. Метчик канюлированный, диаметр 7,5 мм 113
4.16.10. Направляющая параллельная, регулируемая, для направляющих спиц диаметром 3,0 мм 114
4.16.11. Направляющая параллельная, с регулируемыми углами наклона, для направляющих спиц диаметром 3,0 мм 114

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.16.12. Отвертка шестигранная канюлированная SW5 114
4.16.13. Отвертка шестигранная SW5 115
4.16.14. Спица Киршнера, диаметр 3,0 мм, длина 250,0 мм 115
4.16.15. Спица направляющая, с резьбовым концом, диаметр 3,0 мм, длина 250,0 мм 115
4.16.16. Стилет для очистки, диаметр 3,0 мм 116
4.16.17. Троакар, диаметр 10,0 мм / 3,0 мм 116
4.16.18. Устройство для измерения направляющей спицы, диаметр 3,0 мм, длина 250,0 мм 117
4.16.19. Фиксатор сверла, диаметр 5,0 мм 117
4.16.20. Щипцы для удержания винтов 117
4.16.21. Кейс набора инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм 117
4.17. Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS 118
4.17.1. Сверло, диаметр 3,2 мм, длина 195,0 мм 118
4.17.2. Сверло, диаметр 4,5 мм, длина 195,0 мм 118
4.17.3. Винт извлекающий, диаметр 3,5 мм 118
4.17.4. Винт соединительный, длинный 118
4.17.5. Винт соединительный, короткий 119
4.17.6. Гильза дугообразная для сверла 119
4.17.7. Гильза центровочная DHS/DCS 120
4.17.8. Гильза центровочная для метчика 120
4.17.9. Глубиномер 5,0 мм 120
4.17.10. Зажим, диаметр 4,5 мм 120
4.17.11. Импактор DHC/DCS 120
4.17.12. Ключ DHS/DCS 121
4.17.13. Стержень метчика DHS/DCS 121
4.17.14. Стержень метчика, диаметр 4,5 мм 122
4.17.15. Стержень метчика, диаметр 6,5 мм 122
4.17.16. Направляющая сверла DCP диаметром 3,2 мм / 3,2 мм 122
4.17.17. Направляющая сверла двойная, диаметр 4,5 мм / 3,2 мм 122
4.17.18. Направляющая сверла двойная, диаметр 6,5 мм / 3,2 мм 122
4.17.19. Направляющая угловая для DCS 95° 122
4.17.20. Направляющая угловая для DHS 135° 123
4.17.21. Направляющая угловая переменная для DHS 123
4.17.22. Направляющий вал 123
4.17.23. Отвертка шестигранная SW3,5 124
4.17.24. Расширитель тройной DCS 124
4.17.25. Расширитель тройной DHS 124
4.17.26. Рукоятка быстроразъёмная для стержней 125
4.17.27. Рукоятка быстроразъемная, Т-образная 125
4.17.28. Рукоятка быстроразъёмная, Т-образная DHS/DCS 125
4.17.29. Спица Киршнера, диаметр 2,5 мм, длина 250,0 мм 125
4.17.30. Спица направляющая, с резьбовым концом, диаметр 2,5 мм, длина 250,0 мм 125
4.17.31. Стержень шестигранной отвертки SW3,5 126
4.17.32. Стилет для очистки 126
4.17.33. Устройство для прямого измерения DHS/DCS 126
4.17.34. Щипцы для удержания винтов 127
4.17.35. Кейс набора инструментов для имплантации пластин DHS/DCS 127
4.18. Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин 127
4.18.1. Сверло, диаметр 2,5 мм, длина 150,0 мм 127
4.18.2. Сверло, диаметр 3,0 мм, длина 150,0 мм 128
4.18.3. Гильза для гибкого сверла, диаметр 2,5 мм 128
4.18.4. Глубиномер 128
4.18.5. Зажим, диаметр 6,0 мм 129
4.18.6. Ключ для ручной правки, левый 129
4.18.7. Ключ для ручной правки, правый 130
4.18.8. Крючок 130
4.18.9. Крючок с Т-образной рукояткой 130
4.18.10. Стержень метчика, диаметр 3,5 мм 131
4.18.11. Стержень метчика, диаметр 4,0 мм 131
4.18.12. Наконечник шариковый 132
4.18.13. Наконечник шариковый, изогнутый 132

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.18.14. Направляющая сверла, диаметр 2,5 мм / 3,5 мм 133
4.18.15. Направляющая сверла, диаметр 3,0 мм / 4,0 мм 133
4.18.16. Отвертка шестигранная, с универсальным соединением, тип SW2,5 133
4.18.17. Отвертка шестигранная SW2,5 134
4.18.18. Пробойник шариковый, прямой, для костей таза 134
4.18.19. Ретрактор 134
4.18.20. Сверло гибкое, диаметр 2,5 мм, длина 40,0 мм 135
4.18.21. Шаблон для сгибания 140 135
4.18.22. Шаблон для сгибания 165 135
4.18.23. Шаблон для сгибания, изогнутый, 200 136
4.18.24. Шаблон для сгибания, изогнутый, 90 136
4.18.25. Щипцы большие, для тазовых пластин 137
4.18.26. Щипцы гибочные 137
4.18.27. Щипцы для удержания винтов 137
4.18.28. Щипцы малые, для тазовых пластин 138
4.18.29. Щипцы редукционные угловые, большие, с острыми/шариковыми наконечниками 138
4.18.30. Щипцы редукционные угловые, малые, с острыми/шариковыми наконечниками 139
4.18.31. Щипцы редукционные, асимметричные для костей таза 139
4.18.32. Щипцы редукционные, большие, с острыми/шариковыми наконечниками, для тазовых пластин 139
4.18.33. Щипцы редукционные, с ограничителем скорости, для тазовых пластин 140
4.18.34. Щипцы редукционные, с острыми/шариковыми наконечниками, для тазовых пластин 140
4.18.35. Щипцы редукционные, с тремя острыми/шариковыми наконечниками, для тазовых пластин 141
4.18.36. Кейс набора инструментов для имплантации реконструктивных пластин 141
4.19. Набор инструментов для извлечения имплантатов 141
4.19.1. Бур, диаметр 4,0 мм 142
4.19.2. Бур, диаметр 6,0 мм 142
4.19.3. Винт извлекающий тонкий, диаметр 2,5 мм 142
4.19.4. Винт извлекающий, диаметр 1,5 мм 143
4.19.5. Винт извлекающий, диаметр 2,0 мм 143
4.19.6. Винт извлекающий, диаметр 2,5 мм 143
4.19.7. Винт извлекающий, диаметр 3,0 мм 144
4.19.8. Винт извлекающий, диаметр 3,5 мм 144
4.19.9. Винт извлекающий, диаметр 4,0 мм 145
4.19.10. Вращатель экстрактора, диаметр 2,0 - 3,5 мм 145
4.19.11. Вращатель экстрактора, диаметр 3,5 - 5,0 мм 145
4.19.12. Вращатель экстрактора, диаметр 5,5 - 7,3 мм 146
4.19.13. Гильза защитная для экстрактора 146
4.19.14. Долото 146
4.19.15. Зажим отвинчивающийся 147
4.19.16. Ключ Т-образный SW1,2 147
4.19.17. Ключ Т-образный SW1,5 148
4.19.18. Ключ торцевой, диаметр 8,0 мм / 7,2 мм 148
4.19.19. Ключ торцевой SW6 148
4.19.20. Ключ торцевой SW7 149
4.19.21. Ключ торцевой SW8 149
4.19.22. Крючок острый 149
4.19.23. Отвертка прямошлицевая 0,5 мм 150
4.19.24. Отвертка прямошлицевая 0,8 мм 150
4.19.25. Рукоятка быстроразъемная 150
4.19.26. Рукоятка быстроразъёмная для стержней 150
4.19.27. Рукоятка быстроразъемная, Т-образная 150
4.19.28. Рукоятка трепана, диаметр 3,5 мм / 4,0 мм 151
4.19.29. Рукоятка трепана, диаметр 4,5 мм / 5,0 мм 151
4.19.30. Рукоятка трепана, диаметр 6,5 мм 151
4.19.31. Рукоятка экстрактора 152
4.19.32. Стержень крестовой отвертки 0,5 мм / диаметр 2,5 мм 152
4.19.33. Стержень крестовой отвертки 0,5 мм / диаметр 3,5 мм 152
4.19.34. Стержень отвертки Stardrive, диаметр 2,1 мм 153

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.19.35. Стержень отвертки Stardrive, диаметр 2,6 мм 153
4.19.36. Стержень отвертки Stardrive, диаметр 3,1 мм 154
4.19.37. Стержень отвертки Stardrive, диаметр 3,7 мм 154
4.19.38. Стержень отвертки Stardrive T10 154
4.19.39. Стержень отвертки Stardrive T15 155
4.19.40. Стержень отвертки Stardrive T20 155
4.19.41. Стержень отвертки Stardrive T25 155
4.19.42. Стержень отвертки Stardrive T30 156
4.19.43. Стержень отвертки Stardrive T4 156
4.19.44. Стержень отвертки Stardrive T6 156
4.19.45. Стержень отвертки Stardrive T8 157
4.19.46. Стержень шестигранного ключа SW1,5 157
4.19.47. Стержень шестигранного ключа SW2 157
4.19.48. Стержень шестигранного ключа SW2,5 158
4.19.49. Стержень шестигранного ключа SW3 158
4.19.50. Стержень шестигранного ключа SW3,5 159
4.19.51. Стержень шестигранного ключа SW4 159
4.19.52. Стержень шестигранного ключа SW4,5 159
4.19.53. Стержень шестигранного ключа SW5 160
4.19.54. Трепан, диаметр 1,5 мм 160
4.19.55. Трепан, диаметр 2,0 мм 160
4.19.56. Трепан, диаметр 2,7 мм 161
4.19.57. Трепан, диаметр 3,5 мм / 4,0 мм 161
4.19.58. Трепан, диаметр 4,5 мм / 5,0 мм 161
4.19.59. Трепан, диаметр 6,5 мм 162
4.19.60. Шило 162
4.19.61. Штифт резьбовой для трепана диаметром 3,5 мм / 4,0 мм 162
4.19.62. Штифт резьбовой для трепана диаметром 4,5 мм / 5,0 мм 163
4.19.63. Штифт резьбовой для трепана диаметром 6,5 мм 163
4.19.64. Стержень экстрактора, диаметр 3,5 мм / 4,0 мм 163
4.19.65. Стержень экстрактора, диаметр 4,5 мм / 5,0 мм 164
4.19.66. Стержень экстрактора, диаметр 6,5 мм 164
4.19.67. Кейс набора инструментов для извлечения имплантатов 164
4.20. Специальный набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS 165
4.20.1. Вкладыш направляющей для проксимального конца бедренной кости, левый 165
4.20.2. Вкладыш направляющей для проксимального конца бедренной кости, правый 166
4.20.3. Кейс специального набора инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS 166
4.21. Набор инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин 167
4.21.1. Гильза для сверла LCP, диаметр 2,8 мм 167
4.21.2. Гильза прицельного устройства для сверла, диаметр 5,0 мм / 2,9 мм 167
4.21.3. Втулка сверлильная для направляющей спицы, диаметр 2,9 мм / 1,6 мм 167
4.21.4. Гильза центрирующая для прицельного устройства, диаметр 6,0 мм / 5,0 мм 168
4.21.5. Глубиномер 168
4.21.6. Зонд длины 168
4.21.7. Устройство прицельное для проксимальной плечевой пластины I 169
4.21.8. Устройство прицельное для проксимальной плечевой пластины II 169
4.21.9. Шаблон 169
4.21.10. Шаблон длинный 170
4.21.11. Лоток набора инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин 170
4.22. Специальный набор инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA 170
4.22.1. Блок направляющий 19,5 мм, 6 отверстий, левый 170
4.22.2. Блок направляющий 19,5 мм, 6 отверстий, правый 171
4.22.3. Блок направляющий 22,0 мм, 6 отверстий, левый 171
4.22.4. Блок направляющий 22,0 мм, 6 отверстий, правый 171
4.22.5. Блок направляющий 25,5 мм, 7 отверстий, левый 172
4.22.6. Блок направляющий, 25,5 мм, 7 отверстий, правый 172
4.22.7. Гильза для сверла 2,4 VA-LCP 172

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.22.8. Гильза для сверла с крутой винтовой канавкой 173
4.22.9. Лоток специального набора инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA 173
4.23. Специальный набор инструментов для имплантации пластин MR-VA с отверстием 2,7 мм 174
4.23.1. Гильза для сверла 2,7 VA-LCP 174
4.23.2. Отвертка Stardrive T8 с ограничением крутящего момента 1,2 Н·м 174
4.23.3. Лоток специального набора инструментов для имплантации пластин MR-VA 2,7 мм 174
4.24. Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS 175
4.24.1. Болт фиксирующий для вкладыша направляющей, диаметр 6,5 мм 175
4.24.2. Сверло канюлированное, диаметр 5,0 мм, длина 350,0 мм 175
4.24.3. Гильза для сверла, диаметр 5,0 мм 176
4.24.4. Гильза защитная, диаметр 8,7 мм 176
4.24.5. Втулка сверлильная для направляющей спицы диаметром 2,8 мм 176
4.24.6. Метчик канюлированный, диаметр 6,5 мм 177
4.24.7. Ограничитель, диаметр 5,0 мм 177
4.24.8. Отвёртка шестигранная канюлированная SW4,0 177
4.24.9. Спица направляющая с резьбовым концом, диаметр 2,8 мм, длина 350,0 мм 178
4.24.10. Стилет для очистки 178
4.24.11. Троакар, диаметр 8,7 мм 178
4.24.12. Устройство для измерения направляющей спицы 179
4.24.13. Кейс набора инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS . 179
4.25. Набор инструментов для имплантации пластин OSTO 179
4.25.1. Сверло, диаметр 3,2 мм, длина 195,0 мм 180
4.25.2. Сверло, диаметр 4,3 мм, длина 221,0 мм 180
4.25.3. Винт извлекающий 3,5 мм 180
4.25.4. Гильза для направляющей спицы диаметром 2,0 мм 180
4.25.5. Гильза для сверла диаметром 4,3 мм 180
4.25.6. Глубиномер 5,0 мм 180
4.25.7. Долото для остеотомии 10 мм 180
4.25.8. Долото для остеотомии 15 мм 180
4.25.9. Долото для остеотомии 20 мм 181
4.25.10. Долото для остеотомии 25 мм 181
4.25.11. Стержень метчика, диаметр 4,5 мм 182
4.25.12. Направляющая сверла универсальная, диаметр 4,5 мм /3,2 мм 182
4.25.13. Ограничитель, диаметр 4,3 мм 182
4.25.14. Отвертка Stardrive T25 182
4.25.15. Отвертка Stardrive T25 с ограничением крутящего момента 4,0 Н·м 182
4.25.16. Расширитель кости 182
4.25.17. Расширитель кости с мягкой блокировкой 182
4.25.18. Рукоятка быстроразъёмная для стержней 183
4.25.19. Спица направляющая, диаметр 2,0 мм, длина 280,0 мм 183
4.25.20. Спица направляющая, диаметр 2,5 мм, длина 280,0 183
4.25.21. Стержень 183
4.25.22. Стержень выравнивающий 184
4.25.23. Стержень отвертки Stardrive T25 184
4.25.24. Устройство для измерения остеотомического зазора 184
4.25.25. Штатив для выравнивающего стержня, большой 184
4.25.26. Штатив для выравнивающего стержня, малый 185
4.25.27. Кейс набора инструментов для имплантации пластин OSTO 185
4.26. Набор инструментов для имплантации блокируемых пяточных пластин 186
4.26.1. Ключ для ручной правки 186
4.26.2. Кусачки для пластин 186
4.26.3. Плоскогубцы гибочные 187
4.26.4. Шаблон 64 мм 187
4.26.5. Шаблон 69 мм 187
4.26.6. Шаблон 76 мм 187
4.26.7. Шаблон 81 мм 188
4.26.8. Лоток набора инструментов для имплантации блокируемых пяточных пластин 188
4.27. Характеристики принадлежностей наборов 188
4.27.1. Малый ящик для винтов (MR) 188

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.27.2. Большой ящик для винтов (MR) 189
4.27.3. Малый ящик для базовых винтов 189
4.27.4. Большой ящик для базовых винтов 190
5. Сведения о материалах медицинского изделия и видах контакта с пациентом 190
5.1. Материалы для изготовления изделий 190
5.2. Классификация контакта с организмом человека 191
5.3. Метод стерилизации 192
6. Маркировка, упаковка, комплект поставки 192
6.1. Маркировка медицинского изделия 192
6.2. Упаковка медицинского изделия 195
6.3. Комплект поставки медицинского изделия 196
7. Техническое обслуживание и ремонт 211
8. Гарантии производителя 212
8.1. Гарантийный срок 212
8.2. Срок хранения 218
8.3. Срок службы 218
8.4. Исключения 218
8.5. Рекламация 218
9. Утилизация 219
9.1. Утилизация изделия 219
9.2. Утилизация отходов упаковки 219
9.3. Требования к охране окружающей среды 219
Приложение А. Наименование медицинского изделия 220

td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. Сведения о производителе, разработчике, уполномоченном представителе

1.1. Сведения о производителе и разработчике

Наименование производителя / разработчика	«Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)
Адрес	No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City, 430065, Hubei Province, P.R. China
Адрес места производства	No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City, 430065, Hubei Province, P.R. China
Сайт / E-mail	www.mindray.com / service@mindray.com
Тел.:	+86-27-88309090
Факс:	+86-27-88309082

1.2. Сведения об уполномоченном представителе в ЕС

Наименование уполномоченного представителя в ЕС	Шанхай Интернешнл Холдинг Корп. ГмбХ (Европа) (Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe))
Адрес	Айффештрассе 80, 20537 Гамбург, Германия (Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany)
Тел.:	0049-40-2513175
Факс:	0049-40-255726

1.3. Сведения об уполномоченном представителе в РФ

Наименование уполномоченного представителя в РФ	Общество с ограниченной ответственостью «Миндрей Медикал Рус» (ООО «Миндрей Медикал Рус»)
Адрес	129110, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/I, ком. 7, 11А
Тел.:	(499) 553-60-36
Факс:	(499) 553-60-39
E-mail:	info.ru@mindray.com

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2. Сведения о наименовании и назначении медицинского изделия

2.1. Общая информация о медицинском изделии

Наименование медицинского изделия	Набор инструментов для установки ортопедических имплантатов
Классификация	Класс I (согласно требованиям Директивы 93/42/EEC по медицинским изделиям)
Срок хранения изделия	Не ограничен

2.2. Наименование медицинского изделия

Набор инструментов для установки ортопедических имплантатов.

Наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению), с указанием товарного знака и иных средств индивидуализации медицинского изделия в случае их нанесения на упаковку медицинского изделия приведено в приложении А.

2.3. Назначение и область применения медицинского изделия

2.3.1. Назначение медицинского изделия

Предназначен для имплантации пластин и костных винтов на фрагменты сломанных костей.

2.3.2. Область применения медицинского изделия

Рассчитан на использование в хирургии и травматологии при имплантации пластин и костных винтов для лечения переломов у пациентов.

2.4. Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия

Потенциальным потребителем медицинского изделия является высший медицинский персонал учреждений или подразделений медицинского профиля, владеющий навыками работы с хирургическими инструментами для установки и удаления имплантатов для остеосинтеза.

2.5. Информация об обстоятельствах, при которых потребитель должен проконсультироваться с врачом

Изделие не рассчитано на использование пациентами, поэтому консультаций с врачом не требуется.

2.6. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Набор рассчитан на совместное использование с медицинским изделием Набор имплантатов для остеосинтеза, производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» / Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.

Сверла, буры, зенкеры, метчики рассчитаны на использование совместно с медицинской электрической дрелью (если не указано иное) или с быстроразъемными рукоятками наборов. Другие изделия, в зависимости от конструкции, рассчитаны на использование в качестве самостоятельного ручного хирургического инструмента или в комбинации, в том числе в механическом соединении, с другими изделиями наборов. Сведения о совместимости изделий приведены в настоящем документе.

Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2.7. Показания к применению медицинского изделия

Набор показан к применению для имплантации и извлечения изделий Набора имплантатов для остеосинтеза, производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» / Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.

Решение о применении набора и о выборе конкретных инструментов должен принимать врач.

2.8. Противопоказания для применения медицинского изделия

Острая системная инфекция, тяжелый остеопороз, психические расстройства и непереносимость хирургических операций, аллергия на материалы изделий набора.

2.9. Побочные действия

Побочные действия, специфичные для применения изделий набора, отсутствуют.

2.10. Меры предосторожности

Набор инструментов является многоразовым изделием с неограниченным сроком эксплуатации, но необходимо надлежащим образом проводить обслуживание изделий набора после использования, чтобы обеспечить хорошие эксплуатационные характеристики.

Перед каждым применением необходимо стерилизовать изделия набора, применяемые в операционном поле. Инструкции по стерилизации изложены в инструкции по применению.

Перед каждым применением необходимо внимательно осмотреть каждое изделие на предмет наличия механических повреждений, изменения формы или размеров, ослабления соединений деталей, появления следов коррозии, и убедиться, что каждое изделие может функционировать правильно. При обнаружении негативных признаков использовать изделие не допускается.

Изделия, рассчитанные на применение с изделиями определенной конструкции или определенного размера, следует применять только с такими совместимыми изделиями.

Самостоятельный ремонт изделий не допускается.

Изделия набора следует использовать строго по назначению.

Каждое изделие набора следует использовать осторожно и точно, чтобы избежать повреждения имплантата и причинения вреда пациенту.

Каждое изделие после использования необходимо тщательно очистить и высушить.

Изделия следует хранить в чистом и сухом состоянии.

Не следует применять изделия набора для установки и извлечения имплантатов других производителей.

2.11. Частота и особенности использования

Набор инструментов является многоразовым изделием и может применяться на неограниченном числе пациентов.

2.12. Стерильность

Изделия набора инструментов поставляются нестерильными.

Все изделия набора инструментов, за исключением кейсов и лотков, должны быть простерилизованы потребителем перед применением.

Инструкции по стерилизации изложены в инструкции по применению.

2.13. Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения

Лекарственные средства для медицинского применения, материалы животного и (или) человеческого происхождения в медицинском изделии отсутствуют.

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2.14. Информация о наличии в медицинском изделии канцерогенных, мутагенных или токсичных веществ

Канцерогенные, мутагенные и/или токсичные вещества в медицинском изделии отсутствуют.

3. Описание и принцип действия медицинского изделия

Набор инструментов для установки ортопедических имплантатов является неотъемлемым изделием для ортопедической хирургии, он включает в себя различные ручные хирургические инструменты для имплантации пластин и винтов на фрагменты сломанных костей пациента (имплантатов для остеосинтеза), а также их извлечения после завершения лечения перелома.

В составе набора не предусмотрены механические, электрические, пневматические и другие активные изделия или компоненты.

Изделия набора имеют различную конструкцию и, в рамках общего назначения, используются на определённых этапах хирургической операции со своей целью:

- Буры используются для высверливания отверстий в твердых материалах, например в пластинах при их извлечении, а также к кости пациента;
- Винты извлекающие используются для извлечения ранее имплантированных пациенту костных пластин;
- Винты соединительные используются для соединения инструментов набора с имплантатами;
- Вращатели экстрактора используются для передачи крутящего момента от рукоятки к экстрактору;
- Гильзы для сверла используются для правильного позиционирования сверла и, при наличии размерной шкалы, для определения глубины высверливаемого отверстия;
- Гильзы защитные используются для защиты окружающих тканей пациента от повреждения при использовании хирургического инструмента;
- Гильзы компрессионные используются в качестве направляющих, а также для компрессии канюлированных винтов;
- Глубиномеры используются для определения глубины отверстия в кости;
- Долото для остеотомии используется для устранения деформаций или анатомических функциональных нарушений кости пациента путём её искусственного перелома и корректного сращивания в дальнейшем;
- Долото используется для трепанации кости пациента, удаления костных новообразований, а также для отсечения загрязнённых костных участков при обработке ран.
- Зажимы в качестве зажимного винта;
- Зажимы отвинчивающиеся используются для извлечения сломанных винтов из кости пациента;
- Зенкеры используются для обработки заранее высверленного цилиндрического отверстия в кости пациента с целью увеличения диаметра отверстия, очистки и сглаживания поверхности отверстия;
- Импакторы DHC/DCS используется для обеспечения правильного прилегания пластин DHC/DCS и отломков кости пациента друг к другу;
- Инструменты для чистки используются для очистки головки винта;
- Калибраторы рентгеновские используется для правильного визуального определения относительных размеров предметов и тканей, изображенных на рентгеновском снимке;
- Кейсы, лотки, ящики, контейнеры используются для хранения инструментов и имплантатов в нестерильном виде до и/или после операции. Эти изделия не подлежат стерилизации и не предназначены для хранения стерильных инструментов;
- Ключи для ручной правки используются для устранения деформаций пластин;
- Ключи шестигранные / гаечные / торцевые / DHS/DCS / комбинированные используются для закручивания и выкручивания костных винтов;
- Крючки используются как приспособления для извлечения из организма пациента фрагментов тканей и установленных имплантатов, а также для оттеснения тканей пациента;
- Кусачки для пластин используются для разрезания костных пластин;
- Метчики используются для создания внутренней резьбы в подготовленном цилиндрическом отверстии в кости пациента;
- Наконечники шариковые используются для зажима и репозиции костных отломков;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Направляющие / прицельные приспособления (блоки направляющие, устройства прицельные, вкладыши направляющих, направляющие сверла, направляющие спицы, направляющие для спиц, направляющие валы, болты фиксирующие вкладышей, ограничители вкладышей, прицельные устройства, гильзы прицельного устройства для сверла, гильзы центровочные, сверлильные втулки для направляющей спицы и др.) используются для правильного позиционирования отломков кости и/или хирургического инструмента при установке имплантатов;

- Ограничители используются вместе с бурами, зенкерами, метчиками (в зависимости от конструкции) для ограничения глубины их введения в кость пациента;

- Ограничители крутящего момента (приспособления, рукоятки, отвертки с ограничением) используются для закручивания костных винтов с затяжкой до заданного крутящего момента и обеспечивают защиту от чрезмерного затягивания;

- Отвертки используются для закручивания и выкручивания костных винтов;

- Плоскогубцы гибочные используются для сгибания костных пластин;

- Приспособления трансбуккальные для троакара используются для вытяжения, репозиции и фиксации костных отломков;

- Пробойники шариковые, прямые, для костей таза используются для репозиции и подпрессовывания костных отломков;

- Распаторы используются для отделения надкостницы пациента от кости;

- Расширители кости используются для создания или увеличения остеотомического зазора в кости пациента;

- Расширители тройные DCS / DHS используется для высверливания отверстий со ступенью и фаской под пластины DCS или DHS, соответственно;

- Ретракторы используются для оттеснения тканей кожи и/или мышц пациента с целью обеспечения оперативного доступа к кости;

- Рукоятки используются вместе со стержневыми или сборным инструментом для удержания такого инструмента рукой и выполнения манипуляций в соответствии с назначением инструмента; в зависимости от конструкции могут иметь функцию быстрого разъединения, Т-образную форму, ограничение крутящего момента;

- Сверла используются для высверливания в кости пациента отверстий под винты для фиксации костных пластин;

- Спицы Киршнера используются для вытяжения и фиксации отломков кости пациента при установке имплантатов;

- Стержневые инструменты (стержень отвертки, стержень метчика, стержень ключа, стержень экстрактора и др.) представляют собой рабочую часть соответствующего инструмента; используются вместе с рукоятками для выполнения манипуляций в соответствии с назначением инструмента;

- Стержни используются для определения местоположения целевого участка кости пациента, выравнивания положения инструмента и имплантата относительно кости;

- Стилеты для очистки используются для очистки внутренних полостей канюлированных инструментов в процессе проведения хирургической операции;

- Трепаны используются для пробуравливания кости;

- Троакары используются для проникновения к кости пациента через мягкие ткани и обеспечения доступа к кости другим инструментам;

- Устройства для измерения (глубиномеры, зонды, и др.) используются для измерения соответствующих размеров кости пациента, инструментов и глубины их введения с целью выбора размера компонентов и изделий;

- Фиксаторы / фиксаторы сверла используются для ограничения глубины погружения сверл, метчиков, спиц или стержней в кость пациента;

- Шаблоны используются для придания костным пластинам для остеосинтеза необходимой формы;

- Шило используется для перфорации кости и мягких тканей пациента при подготовке к установке имплантатов;

- Штативы для выравнивающего стержня используются вместе с выравнивающими стержнями для определения местоположения целевого участка кости пациента, выравнивания положения инструмента и имплантата относительно кости;

- Штифты резьбовые для трепана используются для извлечения винтов из кости пациента;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Щипцы гибочные / изгибающие / режущие используются для придания костным пластинам для остеосинтеза необходимой формы;
- Щипцы для удержания винтов / для пластин для захвата и удержания костных пластин и винтов;
- Щипцы редукционные / малые /большие для пластин используются для временной фиксации пластин на кости пациента при проведении имплантации;
- Щипцы репозиционные используются для захвата, перемещения и временной фиксации отломков кости пациента в нужном положении при установке костных пластин;
- Экстракторы используются для извлечения отломков костных винтов из кости пациента.

4. Технические характеристики медицинского изделия

4.1. Основные требования к материалам

Материалы, применяемые для изготовления изделий, имеют высокие показатели (в зависимости от предусмотренного применения изделия) механической прочности, гибкости, износостойкости, обладают сравнительно небольшой или достаточно большой массой.

Характеристика	Значение
Твердость рабочей части режущих инструментов из нержавеющих сталей по шкале С Роквелла	более 35 HRC
Твердость рабочей части не режущих инструментов из нержавеющих сталей по шкале С Роквелла	от 40 до 65 HRC
Твердость рабочей части шестигранных ключей по шкале HRC Роквелла	от 48 до 54 HRC
Твердость рабочей части отверток с одним и крестообразным шлицем по шкале HRC Роквелла	от 48 до 50 HRC
Радиус притупления рабочей части инструментов	- не более 0,03 мм (для колющих инструментов); - не менее 0,30 мм (для зондирующих и оттесняющих инструментов); - не более 0,10 мм (для зажимных инструментов с зубчатой рабочей частью).
Коррозионная стойкость	после испытаний на устойчивость к коррозии металлические части изделий не должны иметь ржавчины, точечной коррозии и других дефектов, которые невозможно удалить.
Рентгеноконтрастность	рабочие части инструментов, рассчитанных на использование в теле пациента рентгенокотрастны и визуально определяемы на снимках, выполненных при помощи стандартного рентгенологического оборудования, применяемого в медицинских учреждениях.

Цветовые метки на изделиях (при наличии) должны быть такого размера, чтобы они определялись визуально при нормальной освещенности пользователем с нормальным или скорректированным до нормального зрением с расстояния, определенного с учетом формы и размера конкретного изделия.

Ход бранш инструментов с замковыми соединениями должен быть легким и плавным. Замки инструментов должны обеспечивать легкое открывание и закрывание инструментов двумя пальцами. Перемещение кремальеры с зуба на зуб должно происходить легко, без заеданий.

При смыкании оттесняющих и зажимных инструментов с зубцами, вершины зубцов одной половины инструмента должны входить во впадины другой (если это предусмотрено конструкцией соответствующего инструмента).

 Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.2. Конструкция изделий

Конструкция изделий выполнена с учётом обеспечения необходимых показателей назначения, при этом, в зависимости от изделия производителем учтены необходимые физические и механические свойства изделий; простота применения, очистки, дезинфекции и стерилизации; устойчивости к многократному повторению циклов стерилизации; последствия контакта изделий с организмом пациента, имплантатами и другими изделиями, в том числе с учётом формы изделий, их размеров и применяемых для изготовления материалов; возможности соединения и разъединения сборных изделий; возможности обнаружения рабочих частей изделий при помощи рентгенологического исследования. Материалы, применяемые для изготовления изделий, а также особенности конструкции изделий сводят к минимуму эффекты ухудшения свойств материалов в процессе применения изделий, стерилизации и хранения; эффекты износа материалов и влияние износа и его продуктов на изделия и на организм человека.

Изделия не содержат жидкостей и газов и не предназначены для доставки жидкостей и газов в организм пациента. Материалы, применяемые для изготовления изделий, сводят к минимуму эффекты диффузии жидкостей внутрь изделий.

Особенности конструкции изделий и основные размеры, существенные для предусмотренного применения изделия указаны далее.


В комплекте, в зависимости от набора, предусмотрены изделия, необходимые для выполнения полного цикла хирургической операции по установке или извлечению имплантатов, а также изделия, необходимые для выполнения отдельных действий в рамках операции и рассчитанные на использование отдельно или в комбинации с другими наборами. Изделия наборов, в зависимости от их конструкции и свойств, могут быть предусмотрены в комплекте только одного набора или могут входить в комплект двух и более наборов; информация о применении изделий в наборах указана далее.

4.3. Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR)

Данный набор рассчитан на использование при имплантации и извлечении пластин производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) для внутренней фиксации переломов верхних и нижних конечностей. В комбинации с изделиями других наборов данный набор может использоваться для установки и извлечения других видов пластин.

4.3.1. Сверло, диаметр 2,0 мм, длина 140,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	Масса, г
140,00 ± 2,00	30,00 ± 5,00	3,50 ± 0,50	2,00 ± 0,50	5,50 ± 30,00%


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR).

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.3.2. Сверло, диаметр 2,5 мм, длина 130,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	Масса, г
130,00 ± 2,00	50,00 ± 5,00	3,50 ± 0,50	2,50 ± 0,50	5,90 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

4.3.3. Сверло, диаметр 2,8 мм, длина 160,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
160,00 ± 2,00	40,00 ± 5,00	2,80 ± 0,50	8,30 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR).

4.3.4. Сверло, диаметр 2,8 мм, длина 230,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
230,00 ± 3,00	40,00 ± 5,00	2,80 ± 0,50	11,60 ± 25,00 %

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR).

4.3.5. Сверло, диаметр 3,5 мм, длина 130,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	Масса, г
130,00 ± 3,00	64,00 ± 5,00	3,50 ± 0,50	3,50 ± 0,50	8,40 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

4.3.6. Гильза для сверла диаметром 2,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлом диаметром 2,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
52,00 ± 1,00	8,00 ± 0,50	9,30 ± 30,00 %	от 6 до 58 мм	2 мм

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR).

4.3.7. Гильза для сверла диаметром 2,8 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлами диаметром 2,8 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	12,00 ± 1,00	6,50 ± 0,50	20,80 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR).

4.3.8. Гильза для сверла диаметром 2,8 мм, длина 100,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлами диаметром 2,8 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	12,00 ± 0,50	29,20 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR).

4.3.9. Гильза защитная, диаметр 2,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе направляющей спицей диаметром 2,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
70,00 ± 1,00	10,00 ± 0,50	2,80 ± 0,50	5,70 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR).

4.3.10. Глубиномер 2,7 мм / 2,4 мм

Изделие используется для измерения глубины отверстий под костные винты диаметром 2,4 мм или 2,7 мм и правильного выбора длины винта. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
178,80 ± 3,00	8,00 ± 0,50	28,10 ± 25,00 %	от 5 до 60 мм	1 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор мини-инструментов для имплантации блокируемых пластин.

4.3.11. Глубиномер 3,5 мм

Изделие используется для измерения глубины отверстий под костные винты диаметром 3,5 мм и длиной до 60 мм, для правильного выбора длины винта. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
188,60 ± 3,00	12,00 ± 0,50	70,70 ± 20,00 %	от 0 до 60 мм	2 мм

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

4.3.12. Глубиномер 3,5L

Изделие используется для измерения глубины отверстий под костные винты диаметром 3,5 мм и длиной до 100 мм правильного выбора длины винта. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
277,90 ± 3,00	12,00 ± 0,50	97,50 ± 20,00 %	от 6 до 100 мм	2 мм

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR).

4.3.13. Зенкер, диаметр 6,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
72,00 ± 1,00	6,00 ± 0,50	6,50 ± 0,50	4,50 ± 0,50	9,40 ± 30,00 %

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

4.3.14. Ключ для ручной правки (левый)

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента для сгибания и выравнивания пластин для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	Масса, г
200,00 ± 3,00	50,00 ± 1,00	9,00 ± 0,50	10,00 ± 0,50	5,50 ± 0,50	4,00 ± 0,50	228,70 ± 15,00 %
L6, мм	**L7, мм**	**L8, мм**	**L9, мм**	**L10, мм**	**L11, мм**	
10,20 ± 0,50	2,50 ± 0,30	4,50 ± 0,50	3,20 ± 0,50	4,60 ± 0,50	3,40 ± 0,50	
L12, мм	**L13, мм**	**L14, мм**	**L15, мм**	**L16, мм**	**D, мм**	
20,00 ± 1,00	4,50 ± 0,50	11,00 ± 0,50	16,00 ± 1,00	20,00 ± 1,00	3,70 ± 0,50	

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

4.3.15. Ключ для ручной правки (правый)

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента для сгибания и выравнивания пластин для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	Масса, г
200,00 ± 3,00	50,00 ± 1,00	4,50 ± 0,50	10,00 ± 0,50	10,20 ± 0,50	4,00 ± 0,50	228,70 ± 15,00 %
L6, мм	**L7, мм**	**L8, мм**	**L9, мм**	**L10, мм**	**L11, мм**	
5,50 ± 0,50	2,50 ± 0,30	3,20 ± 0,50	4,60 ± 0,50	3,40 ± 0,50	20,00 ± 1,00	
L12, мм	**L13, мм**	**L14, мм**	**L15, мм**	**L16, мм**	**D, мм**	
4,50 ± 0,50	11,00 ± 0,50	16,00 ± 1,00	9,00 ± 0,50	20,00 ± 1,00	3,70 ± 0,50	

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

4.3.16. Лоток для инструментов (MR)

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
296,50 ± 5,00	228,80 ± 5,00	49,40 ± 3,00	700,00 ± 10,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR).

4.3.17. Стержень метчика, диаметр 3,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
177,00 ± 2,00	30,00 ± 5,00	3,50 ± 0,50	2,45 ± 0,50	3,50 ± 0,50	11,00 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

4.3.18. Стержень метчика, диаметр 4,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
127,00 ± 2,00	31,20 ± 5,00	3,50 ± 0,50	4,00 ± 0,50	2,45 ± 0,50	4,00 ± 0,50	9,30 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

4.3.19. Направляющая сверла DCP диаметром 2,5 мм / 2,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлами диаметром 2,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
143,00 ± 3,00	40,00 ± 0,50	40,00 ± 0,50	70,80 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);


td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

4.3.20. Направляющая сверла двойная, диаметр 4,0 мм / 2,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлом диаметром 2,5 мм и метчиком диаметром 4,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
154,00 ± 2,00	44,50 ± 1,00	12,00 ± 0,50	28,30 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

4.3.21. Направляющая сверла универсальная, диаметр 3,5 мм / 2,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлом диаметром 2,5 мм и метчиком диаметром 3,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, г
137,00 ± 3,00	35,00 ± 1,00	41,50 ± 1,00	10,00 ± 0,50	26,50 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR).

4.3.22. Отвертка Stardrive T15

Изделие рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
207,00 ± 3,00	100,00 ± 2,00	22,50 ± 1,00	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	134,10 ± 20,00 %

4.3.23. Отвертка Stardrive T8

Изделие рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
187,00 ± 3,00	80,00 ± 2,00	23,00 ± 1,00	2,27 ± 0,10	1,67 ± 0,10	126,40 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор мини-инструментов для имплантации блокируемых пластин.

4.3.24. Отвертка Stardrive T8 с ограничением крутящего момента 0,8 Н·м

Изделие рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке и обеспечивает защиту головки винта от повреждения в случае непреднамеренного превышения усилия вращения. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г	Крутящий момент, Н·м
184,00 ± 3,00	87,50 ± 2,00	30,00 ± 1,00	2,27 ± 0,10	1,67 ± 0,10	212,90 ± 15,00 %	не более 0,8


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор мини-инструментов для имплантации блокируемых пластин.

td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.3.25. Отвертка Stardrive T8 с ограничением крутящего момента 1,5 Н·м

Изделие рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке и обеспечивает защиту головки винта от повреждения в случае непреднамеренного превышения усилия вращения. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г	Крутящий момент, Н·м
207,00 ± 3,00	106,00 ± 2,00	32,80 ± 1,00	3,26 ± 0,10	2,43 ± 0,10	252,60 ± 15,00 %	не более 1,5

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR).

4.3.26. Ретрактор 8 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	∩ L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	L6, мм	L7, мм	Масса, г
160,00 ± 3,00	162,00 ± 3,00	114,00 ± 2,00	10,00 ± 2,00	2,00 ± 0,50	3,30 ± 1,00	8,00 ± 1,00	12,00 ± 0,50	24,70 ± 25,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин;
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

4.3.27. Рукоятка быстроразъемная

Изделие рассчитано на использование в качестве рукоятки для стержневого инструмента наборов, например, стержень отвертки Stardrive T15, стержень отвертки Stardrive T8, стержень отвертки Stardrive T25. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	D, мм	Масса, г
141,70 ± 3,00	22,60 ± 1,00	131,60 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для извлечения пластин.

4.3.28. Рукоятка быстроразъёмная для стержней

Изделие рассчитано на использование в качестве рукоятки для сверл, метчиков, зенкеров и стержневого инструмента наборов, например, стержень метчика, диаметр 3,5 мм, сверло, диаметр 2,0 мм, длина 140,0 мм, отвертка Stardrive T15. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
58,00 ± 2,00	15,50 ± 1,00	35,80 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов;
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей;
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS;
- Набор инструментов для извлечения пластин;
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

4.3.29. Рукоятка быстроразъемная, Т-образная

Изделие рассчитано на использование в качестве рукоятки для сверл, метчиков, зенкеров и стержневого инструмента наборов, например стержень метчика, диаметр 3,5 мм, сверло, диаметр 2,0 мм, длина 140,0 мм, отвертка Stardrive T15. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



td. Все права защищены.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	L1, мм	Масса, г
70,00 ± 2,00	75,00 ± 2,00	68,20 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов;
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей;
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS;
- Набор инструментов для извлечения пластин.

4.3.30. Спица направляющая, диаметр 1,6 мм, длина 150,0 мм

Используется в качестве ручного инструмента самостоятельно или совместно с направляющими и гильзами соответствующих размеров для позиционирования направления и определения положения других инструментов и имплантатов. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
150,00 ± 2,00	1,60 ± 0,20	2,30 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR).

4.3.31. Спица направляющая, диаметр 2,0 мм, длина 150,0 мм

Используется в качестве ручного инструмента самостоятельно или совместно с направляющими и гильзами соответствующих размеров для позиционирования направления и определения положения других инструментов и имплантатов. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D, мм	Масса, г
150,00 ± 2,00	2,00 ± 0,20	3,60 ± 30,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR).

4.3.32. Стержень отвертки Stardrive T15

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	60,75 ± 1,00	3,60 ± 0,50	5,00 ± 0,50	3,26 ± 0,10	2,43 ± 0,10	13,40 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR).

4.3.33. Стержень отвертки Stardrive T8

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
93,00 ± 1,00	53,50 ± 1,00	3,50 ± 0,50	2,60 ± 0,50	3,50 ± 0,50	1,67 ± 0,10	2,27 ± 0,10	7,80 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR).

4.3.34. Винт извлекающий 2,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для извлечения имплантатов из организма пациента. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	2,00 ± 0,50	5,00 ± 0,50	72,20 ± 20,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR).

4.3.35. Винт извлекающий, диаметр 2,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для извлечения имплантатов из организма пациента. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

.td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	21,00 ± 1,00	2,50 ± 0,50	5,00 ± 0,50	4,50 ± 0,50	13,10 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

4.3.36. Ключ штифтовой, диаметр 4,5 мм

Изделие используется в качестве ручного инструмента для соединения деталей сборного инструмента с отверстием под штифтовой ключ. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	Масса, г
120,00 ± 2,00	16,30 ± 1,00	17,00 ± 1,00	4,50 ± 0,50	15,20 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR).

4.3.37. Крючок острый

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	Масса, г
154,00 ± 2,00	9,00 ± 2,00	19,00 ± 25,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR).

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.3.38. Распатор костный 12 мм, плоский

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, г
185,00 ± 2,00	82,50 ± 2,00	20,00 ± 1,00	12,00 ± 1,00	115,90 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

4.3.39. Распатор костный 6,5 мм, плоский

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, г
185,00 ± 2,00	82,50 ± 1,00	20,00 ± 1,00	6,50 ± 1,00	116,20 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

4.3.40. Ретрактор 15 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	∩ L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	L6, мм	L7, мм	Масса, г
160,00 ± 3,00	162,00 ± 2,00	124,00 ± 2,00	10,00 ± 2,00	2,00 ± 0,50	15,00 ± 1,00	8,80 ± 0,50	12,00 ± 0,50	27,00 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов;
- Набор мини-инструментов для имплантации блокируемых пластин.

4.3.41. Ретрактор 6 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	∩ L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	L6, мм	Масса, г
160,00 ± 3,00	162,00 ± 2,00	114,00 ± 2,00	10,00 ± 2,00	2,00 ± 0,50	6,00 ± 1,00	12,00 ± 0,50	22,40 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор мини-инструментов для имплантации блокируемых пластин.

4.3.42. Спица направляющая, с резьбовым концом, диаметр 1,6 мм, длина 150,0 мм

Используется в качестве ручного инструмента самостоятельно или совместно с направляющими и гильзами соответствующих размеров для позиционирования направления и определения положения других инструментов и имплантатов. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	M1.6	α°	Масса, г
150,00 ± 2,00	8,00 ± 1,00	1,60 ± 0,10	1,60 ± 0,10	120 ± 1	2,30 ± 30 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.3.43. Стержень экстрактора 2,7 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками и рассчитано для извлечения костных винтов диаметром 2,7 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D, мм	Масса, г
112,00 ± 2,00	4,10 ± 0,50	8,20 ± 30 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR).

4.3.44. Стержень экстрактора 4,0 мм /3,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками и рассчитано для извлечения костных винтов диаметром 3,5 или 4,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
112,00 ± 2,00	3,50 ± 0,50	5,60 ± 0,50	13,40 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

4.3.45. Щипцы редукционные (S)

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	L6, мм	L7, мм	Масса, г
166,80 ± 3,00	35,00 ± 2,00	16,60 ± 2,00	60,00 ± 2,00	12,50 ± 1,00	31,60 ± 2,00	42,00 ± 2,00	72,60 ± 3,00	129,10 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

4.3.46. Щипцы редукционные с зубчатой кремальерой (S)

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	L6, мм	Масса, г
183,00 ± 3,00	38,60 ± 2,00	25,20 ± 2,00	88,00 ± 2,00	2,00 ± 0,20	2,20 ± 0,20	3,16 ± 0,20	83,80 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

4.3.47. Щипцы репозиционные самоцентрирующиеся костные (S)

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	L6, мм	L7, мм	Масса, г
190,00 ± 3,00	45,00 ± 2,00	61,00 ± 2,00	33,30 ± 2,00	13,00 ± 1,00	24,00 ± 2,00	20,60 ± 2,00	85,20 ± 3,00	213,20 ± 15,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR);
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.3.48. Кейс набора инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR)

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
313,00 ± 5,00	247,00 ± 5,00	98,20 ± 3,00	2250,00 ± 10,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR).

4.4. Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR)

Данный набор рассчитан на использование при имплантации и извлечении пластин производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) для внутренней фиксации переломов нижних конечностей. Данный набор может использоваться самостоятельно, а также в комбинации с изделиями набора инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR).

4.4.1. Сверло, диаметр 3,2 мм, длина 195,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
195,00 ± 2,00	58,00 ± 5,00	3,20 ± 0,50	11,50 ± 25,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей;
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS;
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.4.2. Сверло, диаметр 4,5 мм, длина 195,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
195,00 ± 2,00	81,40 ± 5,00	4,50 ± 0,50	20,00 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей;
- Сверло, диаметр 4,5 мм, длина 195,0 мм.

4.4.3. Сверло, диаметр 4,3 мм, длина 221,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
221,00 ± 3,00	60,00 ± 5,00	4,30 ± 0,50	20,90 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR).
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

4.4.4. Гильза для направляющей спицы диаметром 2,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе направляющей спицей диаметром 2,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
110,00 ± 2,00	4,30 ± 0,50	10,00 ± 0,50	12,40 ± 25,00 %

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

4.4.5. Гильза для сверла диаметром 4,3 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлом диаметром 4,3 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	14,00 ± 1,00	36,30 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

4.4.6. Глубиномер 5,0 мм

Изделие используется для измерения глубины отверстий под костные винты диаметром 5,0 мм и длиной до 100 мм, для правильного выбора длины винта. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
269,00 ± 3,00	12,00 ± 0,50	96,40 ± 20,00 %	от 6 до 100 мм	2 мм

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей;
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS;
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

4.4.7. Зенкер, диаметр 8,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
145,00 ± 2,00	8,00 ± 0,50	4,50 ± 0,50	21,20 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей.

4.4.8. Ключ для ручной правки (левый)

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента для сгибания и выравнивания пластин для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	L6, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
250,00 ± 3,00	98,00 ± 1,00	42,00 ± 2,00	7,60 ± 1,00	6,70 ± 1,00	5,20 ± 1,00	9,00 ± 1,00	25,00 ± 1,00	16,00 ± 1,00	14,00 ± 1,00	331,50 ± 15,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей.

4.4.9. Ключ для ручной правки (правый)

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента для сгибания и выравнивания пластин для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	L6, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
250,00 ± 3,00	98,00 ± 1,00	42,00 ± 2,00	6,70 ± 1,00	5,20 ± 1,00	7,60 ± 1,00	9,00 ± 1,00	25,00 ± 1,00	16,00 ± 1,00	14,00 ± 1,00	331,50 ± 15,00 %

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей.

4.4.10. Лоток набора больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR)

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
296,50 ± 4,00	228,80 ± 4,00	49,40 ± 2,00	650,00 ± 10,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR).

4.4.11. Стержень метчика, диаметр 4,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
172,00 ± 2,00	50,00 ± 5,00	4,50 ± 0,50	3,00 ± 0,50	15,90 ± 25,00 %

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей;
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS;
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

4.4.12. Направляющая сверла DCP диаметром 3,2 мм / 3,2 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлами диаметром 3,2 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
160,00 ± 3,00	15,00 ± 1,00	15,00 ± 1,00	80,70 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей.

4.4.13. Направляющая сверла двойная, диаметр 6,5 мм / 3,2 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлом диаметром 3,2 мм и метчиком диаметром 6,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
169,30 ± 3,00	45,00 ± 1,00	50,00 ± 1,00	42,70 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей;
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.4.14. Направляющая сверла универсальная, диаметр 4,5 мм /3,2 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлом диаметром 3,2 мм и метчиком диаметром 4,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
175,00 ± 3,00	50,00 ± 1,00	50,00 ± 1,00	51,20 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

4.4.15. Отвертка Stardrive T25

Изделие рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
240,00 ± 4,00	133,00 ± 2,00	22,60 ± 2,00	26,60 ± 2,00	3,27 ± 0,10	4,37 ± 0,10	140,10 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

4.4.16. Отвертка Stardrive T25 с ограничением крутящего момента 4,0 Н·м

Изделие рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке и обеспечивает защиту головки винта от повреждения в случае непреднамеренного превышения усилия вращения. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г	Крутящий момент, Н·м
240,00 ± 4,00	127,00 ± 2,00	32,80 ± 1,00	3,27 ± 0,10	4,37 ± 0,10	284,60 ± 15,00 %	4,0 ± 0,4

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.4.17. Рукоятка быстроразъемная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.3.27 настоящего документа.

4.4.18. Рукоятка быстроразъёмная для стержней


Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.3.28 настоящего документа.

4.4.19. Рукоятка быстроразъемная, Т-образная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.3.29 настоящего документа.

4.4.20. Спица направляющая, диаметр 2,0 мм, длина 280,0 мм

Используется в качестве ручного инструмента самостоятельно или совместно с направляющими и гильзами соответствующих размеров для позиционирования направления и определения положения других инструментов и имплантатов. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
280,00 ± 3,00	2,00 ± 0,40	6,80 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

4.4.21. Стержень отвертки Stardrive T25

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
120,00 ± 2,00	80,30 ± 1,00	6,00 ± 0,50	3,27 ± 0,10	4,37 ± 0,10	20,30 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.4.22. Винт извлекающий 3,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для извлечения имплантатов из организма пациента. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
160,00 ± 2,00	3,50 ± 0,50	6,00 ± 0,50	31,30 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей;
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

4.4.23. Ключ штифтовой, диаметр 4,5 мм


Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.3.36 настоящего документа.

4.4.24. Крючок острый

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.3.37 настоящего документа.

4.4.25. Стержень метчика, диаметр 6,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
202,00 ± 3,00	50,00 ± 5,00	6,50 ± 0,50	3,00 ± 0,50	6,50 ± 0,50	26,20 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей;
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.4.26. Распатор костный 16 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	Масса, г
185,00 ± 2,00	82,50 ± 2,00	7,00 ± 0,50	1,70 ± 0,20	20,00 ± 1,00	16,00 ± 1,00	93,40 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей.

4.4.27. Распатор костный 8 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	Масса, г
185,00 ± 2,00	82,50 ± 2,00	7,00 ± 0,50	1,70 ± 0,20	20,00 ± 1,00	8,00 ± 0,50	94,10 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей.

4.4.28. Ретрактор 16 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	L6, мм	L7, мм	Масса, г
90,00 ± 1,00	150,00 ± 2,00	13,50 ± 1,00	2,50 ± 0,20	16,00 ± 1,00	41,00 ± 1,00	37,00 ± 1,00	8,00 ± 1,00	56,30 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей.

4.4.29. Ретрактор 43 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	L6, мм	L7, мм	Масса, г
90,00 ± 1,00	150,00 ± 2,00	13,50 ± 1,00	2,50 ± 0,20	43,00 ± 2,00	28,00 ± 1,00	35,00 ± 1,00	14,00 ± 1,00	90,00 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей.

4.4.30. Спица направляющая, с резьбовым концом, диаметр 2,0 мм, длина 280,0 мм

Используется в качестве ручного инструмента самостоятельно или совместно с направляющими и гильзами соответствующих размеров для позиционирования направления и определения положения других инструментов и имплантатов. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
280,00 ± 3,00	12,60 ± 1,00	2,00 ± 0,20	6,60 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR).

4.4.31. Щипцы редукционные, левые

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	L6, мм	Масса, г
223,40 ± 4,00	99,20 ± 4,00	22,00 ± 1,00	53,40 ± 2,00	12,00 ± 1,00	51,00 ± 2,00	87,00 ± 2,00	227,30 ± 15,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей.

4.4.32. Щипцы редукционные, с зубчатой кремальерой, левые

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	Масса, г
216,30 ± 4,00	110,30 ± 4,00	30,00 ± 2,00	55,00 ± 2,00	86,30 ± 3,00	94,10 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей.

4.4.33. Щипцы репозиционные костные, самоцентрирующиеся, левые

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	Масса, г
270,00 ± 4,00	127,00 ± 3,00	30,00 ± 2,00	12,00 ± 1,00	46,60 ± 2,00	350,00 ± 15,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей.

4.4.34. Стержень экстрактора 4,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками и рассчитано для извлечения костных винтов диаметром 4,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
112,00 ± 2,00	46,00 ± 2,00	5,80 ± 0,50	4,50 ± 0,50	4,50 ± 0,50	13,90 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR).

4.4.35. Стержень экстрактора 6,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками и рассчитано для извлечения костных винтов диаметром 6,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
112,00 ± 2,00	46,00 ± 2,00	7,80 ± 0,50	4,50 ± 0,50	6,50 ± 0,50	20,80 ± 25,00 %

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR);
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей.

4.4.36. Кейс набора больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR)

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
313,10 ± 5,00	247,10 ± 5,00	98,20 ± 3,00	2200,00 ± 10,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR).

4.5. Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов

Данный набор рассчитан на использование при имплантации и извлечении пластин производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) для внутренней фиксации переломов верхних конечностей. В комбинации с изделиями других наборов данный набор может использоваться для установки и извлечения других видов пластин.

4.5.1. Сверло, диаметр 2,5 мм, длина 130,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.2 настоящего документа.

4.5.2. Сверло, диаметр 3,5 мм, длина 130,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.5 настоящего документа.

4.5.3. Глубиномер 3,5 мм


Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.11 настоящего документа.

4.5.4. Зажим, диаметр 3,5 мм

Изделие используется для захвата и фиксации кортикальных костных винтов диаметром 3,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
55,00 ± 1,00	3,80 ± 0,50	15,00 ± 1,00	6,00 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

4.5.5. Зенкер, диаметр 6,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.13 настоящего документа.

4.5.6. Ключ для ручной правки (левый)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.14 настоящего документа.

4.5.7. Ключ для ручной правки (правый)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.15 настоящего документа.

4.5.8. Стержень метчика, диаметр 3,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.17 настоящего документа.

4.5.9. Стержень метчика, диаметр 4,0 мм


Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.18 настоящего документа.

4.5.10. Направляющая сверла DCP диаметром 2,5 мм / 2,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.19 настоящего документа.

4.5.11. Направляющая сверла двойная, диаметр 2,5 мм / 3,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлами диаметром 2,5 и 3,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
136,00 ± 3,00	35,00 ± 1,00	30,00 ± 1,00	22,70 ± 25,00 %

 Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

4.5.12. Направляющая сверла двойная, диаметр 4,0 мм / 2,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.20 настоящего документа.

4.5.13. Отвертка шестигранная SW2,5

Изделие рассчитано для ввинчивания винтов с шестигранным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	D, мм	Масса, г
240,00 ± 3,00	145,00 ± 2,00	18,00 ± 1,00	2,50± 0,50	30,00 ± 1,00	77,18 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

4.5.14. Ретрактор 8 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.26 настоящего документа.

4.5.15. Рукоятка быстроразъемная, Т-образная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.29 настоящего документа.

4.5.16. Винт извлекающий, диаметр 2,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.35 настоящего документа.

4.5.17. Распатор костный 12 мм, плоский

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.38 настоящего документа.

4.5.18. Распатор костный 6,5 мм, плоский

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.39 настоящего документа.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.5.19. Ретрактор 15 мм


Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.40 настоящего документа.

4.5.20. Рукоятка быстроразъёмная для стержней

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.28 настоящего документа.

4.5.21. Стержень шестигранной отвертки SW2,5

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов для ввинчивания винтов с шестигранным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	Масса, г
140,00 ± 2,00	101,00 ± 2,00	2,50 ± 0,50	5,00 ± 0,50	18,70 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

4.5.22. Стержень экстрактора 4,0 мм / 3,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.44 настоящего документа.

4.5.23. Щипцы редукционные (S)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.45 настоящего документа.

4.5.24. Щипцы редукционные с зубчатой кремальерой (S)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.46 настоящего документа.


4.5.25. Щипцы репозиционные самоцентрирующиеся костные (S)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.47 настоящего документа.

4.5.26. Кейс набора инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
313,10 ± 5,00	247,10 ± 5,00	98,20 ± 5,00	3000,00 ± 10,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов.

4.6. Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей

Данный набор рассчитан на использование при имплантации и извлечении пластин производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) для внутренней фиксации переломов нижних конечностей. В комбинации с изделиями других наборов данный набор может использоваться для установки и извлечения других видов пластин.

4.6.1. Сверло, диаметр 3,2 мм, длина 195,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.1 настоящего документа.

4.6.2. Сверло, диаметр 4,5 мм, длина 195,0 мм


Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.2 настоящего документа.

4.6.3. Глубиномер 5,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.6 настоящего документа.

4.6.4. Зажим, диаметр 4,5 мм

Изделие используется для захвата и фиксации кортикальных костных винтов диаметром 4,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
76,00 ± 1,00	4,50 ± 0,50	13,80 ± 1,00	8,20 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей;
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.6.5. Зенкер, диаметр 8,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.7 настоящего документа.

4.6.6. Ключ для ручной правки (левый)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.8 настоящего документа.

4.6.7. Ключ для ручной правки (правый)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.9 настоящего документа.

4.6.8. Стержень метчика, диаметр 4,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.11 настоящего документа.

4.6.9. Стержень метчика, диаметр 6,5 мм


Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.25 настоящего документа.

4.6.10. Направляющая сверла DCP диаметром 3,2 мм/ 3,2 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.12 настоящего документа.

4.6.11. Направляющая сверла двойная, диаметр 4,5 мм / 3,2 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлами диаметром 3,2 и 4,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
172,00 ± 3,00	50,00 ± 1,00	50,00 ± 1,00	42,90 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей;
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.


4.6.12. Направляющая сверла двойная, диаметр 6,5 мм / 3,2 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.13 настоящего документа.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.6.13. Отвертка шестигранная SW3,5

Изделие рассчитано для ввинчивания винтов с шестигранным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	Масса, г
260,00 ± 4,00	155,00 ± 2,00	3,50 ± 0,50	6,00 ± 0,50	129,00 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей;
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.6.14. Рукоятка быстроразъёмная, Т-образная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.29 настоящего документа.

4.6.15. Винт извлекающий 3,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.22 настоящего документа.

4.6.16. Распатор костный 16 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.26 настоящего документа.

4.6.17. Распатор костный 8 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.27 настоящего документа.

4.6.18. Ретрактор 16 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.28 настоящего документа.

4.6.19. Ретрактор 43

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.29 настоящего документа.


4.6.20. Рукоятка быстроразъёмная для стержней

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.28 настоящего документа.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.6.21. Стержень шестигранной отвертки SW3,5

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестигранным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
190,00 ± 2,00	3,50 ± 0,50	6,00 ± 0,50	41,10 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей;
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм;
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.6.22. Щипцы редукционные, левые

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.31 настоящего документа.

4.6.23. Щипцы редукционные, с зубчатой кремальерой, левые

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.32 настоящего документа.

4.6.24. Щипцы репозиционные костные, самоцентрирующиеся, левые


Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.33 настоящего документа.

4.6.25. Стержень экстрактора 6,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.35 настоящего документа.

4.6.26. Кейс набора инструментов

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
313,10 ± 5,00	247,10 ± 5,00	98,20 ± 5,00	2900,00 ± 10,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей.

4.7. Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин

Данный набор рассчитан на использование при имплантации и извлечении пластин производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) для внутренней фиксации микропереломов кости, в том числе переломов пальцев, стопы, лодыжек. Данный набор может использоваться в комбинации с изделиями набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм, набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,0 мм, набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,4 мм, инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,7 мм, специального набора инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA, специального набора инструментов для имплантации пластин MR-VA с отверстием 2,7 мм.

4.7.1. Глубиномер 1,5 мм

Изделие используется для измерения глубины отверстий под костные винты диаметром 1,5 мм и длиной до 30 мм, для правильного выбора длины винта. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
120,00 ± 3,00	9,60 ± 0,50	19,10 ± 25,00 %	от 5 до 30 мм	1 мм

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор мини-инструментов для имплантации блокируемых пластин.

4.7.2. Глубиномер 2,0 мм

Изделие используется для измерения глубины отверстий под костные винты диаметром 2,0 мм и длиной до 40 мм, для правильного выбора длины винта. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
139,60 ± 3,00	9,60 ± 0,50	22,20 ± 25,00 %	от 5 до 40 мм	1 мм

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор мини-инструментов для имплантации блокируемых пластин.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.7.3. Глубиномер 2,7 мм / 2,4 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.3.10 настоящего документа.

4.7.4. Ключ для ручной правки 2,0 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента для сгибания и выравнивания пластин для остеосинтеза с диаметром отверстий 2,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	4,00 ± 0,50	5,50 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор мини-инструментов для имплантации блокируемых пластин.

4.7.5. Ключ для ручной правки 2,7 мм /2,4 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента для сгибания и выравнивания пластин для остеосинтеза с диаметром отверстий 2,4 и 2,7 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	4,00 ± 0,50	5,60 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор мини-инструментов для имплантации блокируемых пластин.

4.7.6. Крючок острый

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения фуикционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, г
180,00 ± 2,00	15,00 ± 1,00	3,50 ± 1,00	5,00 ± 1,00	30,20 ± 25,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор мини-инструментов для имплантации блокируемых пластин.

td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.7.7. Отвертка Stardrive T6

Изделие рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
187,00 ± 3,00	80,00 ± 2,00	22,90 ± 1,00	1,739 ± 0,100	1,238 ± 0,100	122,70 ± 20,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор мини-инструментов для имплантации блокируемых пластин.

4.7.8. Отвертка Stardrive T8

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.3.23 настоящего документа.

4.7.9. Плоскогубцы гибочные

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента для сгибания и выравнивания пластин для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, г
161,00 ± 3,00	40,00 ± 3,00	32,80 ± 1,00	5,30 ± 1,00	135,40 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор мини-инструментов для имплантации блокируемых пластин;
- Набор инструментов для имплантации блокируемых пяточных пластин.

4.7.10. Отвертка Stardrive T8 с ограничением крутящего момента 0,8 Н·м


Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.3.24 настоящего документа.

4.7.11. Распатор костный 3 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
160,00 ± 2,00	3,00 ± 0,50	3,00 ± 0,50	16,50 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор мини-инструментов для имплантации блокируемых пластин.

4.7.12. Распатор костный 5 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
160,00 ± 2,00	5,00 ± 0,50	5,00 ± 0,50	16,60 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор мини-инструментов для имплантации блокируемых пластин.

4.7.13. Ретрактор 15 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.3.40 настоящего документа.

4.7.14. Ретрактор 6 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.3.41 настоящего документа.


4.7.15. Ретрактор 8 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.3.26 настоящего документа.

4.7.16. Рукоятка быстроразъемная, малая

Изделие рассчитано на использование в качестве рукоятки для стержневого инструмента, зенкеров и метчиков наборов, например, стержень отвертки Stardrive T8, зенкер, диаметр 1,5 мм, стержень метчика, диаметр 1,5 мм, стержень метчика, диаметр 2,0 мм, стержень метчика, диаметр 2,7 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	D, мм	Масса, г
111,50 ± 2,00	24,50 ± 0,50	132,10 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор мини-инструментов для имплантации блокируемых пластин.

4.7.17. Отвертка Stardrive T6 с ограничением крутящего момента 0,4 Н·м

Изделие рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке и обеспечивает защиту головки винта от повреждения в случае непреднамеренного превышения усилия вращения. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г	Крутящий момент, Н·м
165,00 ± 3,00	79,00 ± 1,00	29,80 ± 1,00	1,739 ± 0,100	1,238 ± 0,100	186,50 ± 20,00 %	0,4 ± 0,15

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор мини-инструментов для имплантации блокируемых пластин.

4.7.18. Спица направляющая, диаметр 1,25 мм, длина 150,00 мм

Используется в качестве ручного инструмента самостоятельно или совместно с направляющими и гильзами соответствующих размеров для позиционирования направления и определения положения других инструментов и имплантатов. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
150,00 ± 2,00	1,25 ± 0,20	1,40 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор мини-инструментов для имплантации блокируемых пластин.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.7.19. Щипцы изгибающие / режущие

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	Масса, г
148,60 ± 4,00	80,40 ± 3,00	19,00 ± 1,00	11,50 ± 1,00	17,20 ± 1,00	134,10 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор мини-инструментов для имплантации блокируемых пластин.

4.7.20. Щипцы редукционные изогнутые (М)

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, г
148,50 ± 3,00	41,00 ± 2,00	14,40 ± 1,00	27,70 ± 2,00	77,10 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор мини-инструментов для имплантации блокируемых пластин.

4.7.21. Щипцы редукционные с зубцами (М)

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



d. Все права защищены.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, г
152,00 ± 4,00	41,00 ± 3,00	21,00 ± 2,00	31,50 ± 2,00	68,40 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор мини-инструментов для имплантации блокируемых пластин.

4.7.22. Кейс набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
254,10 ± 5,00	212,10 ± 5,00	93,20 ± 5,00	1950,00 ± 10,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор мини-инструментов для имплантации блокируемых пластин.

4.8. Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм

Данный набор рассчитан на использование при имплантации и извлечении пластин производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) для внутренней фиксации микропереломов кости, в том числе переломов пальцев, стопы, лодыжек минипластинами с отверстиями диаметром 1,5 мм. Данный набор может использоваться в комбинации с изделиями набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин.

4.8.1. Сверло, диаметр 1,1 мм, длина 90,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
90,00 ± 1,00	28,20 ± 5,00	1,10 ± 0,20	1,50 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.8.2. Гильза для сверла, диаметр 1,1 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлами диаметром 1,1 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
35,00 ± 1,00	6,60 ± 0,50	5,00 ± 0,50	4,90 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм.

4.8.3. Зажим для блокирующего винта 1,5 мм

Изделие используется для захвата и фиксации блокирующих костных винтов диаметром 1,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
37,70 ± 1,00	8,00 ± 0,50	6,40 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм.

4.8.4. Зажим для кортикального винта 1,5 мм

Изделие используется для захвата и фиксации кортикальных костных винтов диаметром 1,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D, мм	Масса, г
37,40 ± 1,00	8,00 ± 0,50	6,40 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм.

td. Все права защищены.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.8.5. Зенкер, диаметр 1,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками для обработки отверстий под костные винты диаметром 1,5 мм.

Данный зенкер не следует использовать совместно с медицинской электрической дрелью.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
70,00 ± 1,00	2,70 ± 0,50	4,50 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:

- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм.

4.8.6. Ключ для ручной правки 1,5 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента для сгибания и выравнивания пластин для остеосинтеза с диаметром отверстий 1,5 мм и винтов диаметром 1,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	4,50 ± 0,50	6,40 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:

- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм.

4.8.7. Стержень метчика, диаметр 1,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
90,00 ± 1,00	18,00 ± 5,00	1,50 ± 0,30	4,50 ± 0,50	3,40 ± 30,00 %

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм.

4.8.8. Направляющая сверла, с короткой резьбой 1,5 мм

Изделие рассчитано на использование с изделиями набора для подготовки отверстий под винт диаметром 1,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
6,00 ± 1,00	2,90 ± 0,50	1,90 ± 0,40	0,30 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм.

4.8.9. Направляющая сверла самоцентрирующаяся, диаметр 1,5 мм / 1,1 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлом диаметром 1,1 мм и метчиком диаметром 1,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
121,50 ± 2,00	30,00 ± 1,00	20,00 ± 1,00	23,60 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм.

4.8.10. Стержень отвертки Stardrive T4

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
75,00 ± 1,00	47,00 ± 1,00	2,20 ± 0,50	1,317 ± 0,100	0,947 ± 0,100	4,00 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм.

4.8.11. Лоток набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
250,00 ± 5,00	155,00 ± 5,00	47,00 ± 3,00	900,00 ± 10,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм.


4.9. Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,0 мм

Данный набор рассчитан на использование при имплантации и извлечении пластин производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) для внутренней фиксации микропереломов кости, в том числе переломов пальцев, стопы, лодыжек минипластинами с отверстиями диаметром 2,0 мм. Данный набор может использоваться в комбинации с изделиями набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин.

4.9.1. Гильза для сверла, диаметр 1,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлом диаметром 1,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	D, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
52,00 ± 1,00	8,00 ± 0,50	10,00 ± 25,00 %	от 6 до 30 мм	2 мм

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,0 мм.

4.9.2. Сверло, диаметр 1,5 мм, длина 110,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
110,00 ± 2,00	28,20 ± 5,00	1,50 ± 0,30	2,10 ± 30,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,0 мм.

4.9.3. Зенкер, диаметр 2,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками для обработки отверстий под костные винты диаметром 2,0 мм.

Данный зенкер не следует использовать совместно с медицинской электрической дрелью.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D, мм	Масса, г
70,00 ± 1,00	3,60 ± 0,50	6,00 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,0 мм.


4.9.4. Стержень метчика, диаметр 2,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с

td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
90,00 ± 1,00	18,00 ± 5,00	2,00 ± 0,50	3,90 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,0 мм.

4.9.5. Направляющая сверла самоцентрирующаяся, диаметр 2,0 мм / 1,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлом диаметром 1,5 мм и метчиком диаметром 2,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
121,80 ± 2,00	30,00 ± 1,00	20,00 ± 1,00	23,30 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,0 мм.

4.9.6. Стержень отвертки Stardrive T6

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
75,00 ± 1,00	48,50 ± 1,00	3,50 ± 0,50	1,739 ± 0,100	1,238 ± 0,100	5,90 ± 30,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,0 мм.

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.9.7. Лоток набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,0 мм

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
240,00 ± 5,00	155,00 ± 4,00	48,00 ± 2,00	800,00 ± 10,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,0 мм.

4.10. Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,4 мм

Данный набор рассчитан на использование при имплантации и извлечении пластин производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) для внутренней фиксации микропереломов кости, в том числе переломов пальцев, лучевой и локтевой кости, стопы, лодыжек минипластинами с отверстиями диаметром 2,4 мм. Данный набор может использоваться в комбинации с изделиями набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин.

4.10.1. Сверло, диаметр 1,8 мм, длина 110 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
110,00 ± 2,00	28,20 ± 5,00	1,80 ± 0,50	2,50 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,4 мм.


4.10.2. Зенкер, диаметр 2,7 мм / 2,4 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками для обработки отверстий под костные винты диаметром 2,4 и 2,7 мм.

Данный зенкер не следует использовать совместно с медицинской электрической дрелью.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D, мм	Масса, г
70,00 ± 1,00	4,10 ± 0,50	6,80 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,4 мм.

4.10.3. Стержень метчика, диаметр 2,4 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
90,00 ± 1,00	18,00 ± 5,00	2,40 ± 0,50	4,50 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,4 мм.

4.10.4. Направляющая сверла самоцентрирующаяся, диаметр 2,4 мм / 1,8 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлами диаметром 1,8 мм и метчиками диаметром 2,4 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
122,50 ± 2,00	30,00 ± 1,00	20,00 ± 1,00	23,20 ± 25,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,4 мм.

4.10.5. Направляющая сверла диаметром 1,8 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлами диаметром 1,8 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	D, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
52,00 ± 1,00	8,00 ± 0,50	9,50 ± 30,00 %	от 6 до 30 мм	2 мм

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,4 мм.

4.10.6. Стержень отвертки Stardrive T8

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
80,00 ± 1,00	53,50 ± 1,00	3,50 ± 0,50	2,27 ± 0,10	1,67 ± 0,10	6,50 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,4 мм.

4.10.7. Лоток набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,4 мм

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
240,00 ± 5,00	155,00 ± 4,00	48,00 ± 2,00	900,00 ± 10,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,4 мм.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.11. Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,7 мм

Данный набор рассчитан на использование при имплантации и извлечении пластин производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) для внутренней фиксации микропереломов кости, в том числе переломов пальцев, лучевой и локтевой кости, стопы, лодыжек минипластинами с отверстиями диаметром 2,7 мм. Данный набор может использоваться в комбинации с изделиями набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин.

4.11.1. Сверло, диаметр 2,0 мм, длина 110 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
110,00 ± 2,00	28,20 ± 5,00	2,00 ± 0,40	2,90 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых мини пластин с отверстием 2,7 мм.

4.11.2. Стержень метчика, диаметр 2,7 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	Масса, г
90,00 ± 1,00	18,00 ± 5,00	3,50 ± 0,50	2,70 ± 0,50	5,00 ± 30,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых мини пластин с отверстием 2,7 мм.

4.11.3. Направляющая сверла самоцентрирующаяся, диаметр 2,7 мм / 2,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлом диаметром 2,0 мм и метчиком диаметром 2,7 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
126,40 ± 2,00	32,50 ± 1,00	25,00 ± 1,00	24,70 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых мини пластин с отверстием 2,7 мм.

4.11.4. Направляющая сверла, диаметр 2,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлом диаметром 2,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
52,00 ± 1,00	8,00 ± 0,50	9,60 ± 30,00 %	от 6 до 30 мм	2 мм

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых мини пластин с отверстием 2,7 мм.

4.11.5. Лоток набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,7 мм

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
240,00 ± 5,00	155,00 ± 4,00	48,00 ± 2,00	900,00 ± 10,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых мини пластин с отверстием 2,7 мм.

 Все права защищены.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.12. Набор для имплантации минипластин

Данный набор рассчитан на использование при имплантации и извлечении пластин производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) для внутренней фиксации микропереломов кости, в том числе переломов пальцев, лучевой и локтевой кости, стопы, лодыжек мини- и микропластинами.

4.12.1. Сверло, диаметр 1,5 мм, длина 120,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
110,00 ± 2,00	19,20 ± 5,00	1,50 ± 0,50	1,30 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор для имплантации минипластин.

4.12.2. Гильза для сверла, диаметр 1,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлами диаметром 1,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
33,00 ± 1,00	1,50 ± 0,50	4,20 ± 0,50	7,50 ± 0,50	12,00 ± 0,50	5,90 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор для имплантации минипластин.

4.12.3. Гильза компрессионная для сверла, диаметр 1,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлами диаметром 1,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
33,00 ± 1,00	4,20 ± 0,50	12,00 ± 0,50	1,50 ± 0,50	5,80 ± 30,00 %

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор для имплантации минипластин.

4.12.4. Глубиномер

Изделие используется для измерения глубины отверстий под костные винты. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
117,00 ± 3,00	4,50 ± 0,50	5,00 ± 0,50	12,00 ± 0,50	13,50 ± 0,50	51,50 ± 20,00 %	от 0 до 20 мм	2 мм

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор для имплантации минипластин;
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.12.5. Ключ для ручной правки (левый)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	L6, мм	Масса, г
140,00 ± 2,00	22,00 ± 0,50	10,00 ± 0,50	1,80 ± 0,30	1,20 ± 0,30	2,70 ± 0,50	6,00 ± 0,50	125,50 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор для имплантации минипластин.

4.12.6. Ключ для ручной правки (правый)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	L6, мм	Масса, г
140,00 ± 2,00	22,00 ± 0,50	1,80 ± 0,30	1,20 ± 0,30	2,70 ± 0,50	6,00 ± 0,50	10,00 ± 0,50	134,20 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор для имплантации минипластин.

4.12.7. Лоток набора для имплантации минипластин

Лоток рассчитан на размещение мини- и микропластин производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) до их имплантации пациенту (в частности, для наглядного выбора подходящего инструмента во время планирования операции и определения стратегии имплантации). Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
224,00 ± 5,00	120,00 ± 5,00	32,50 ± 3,00	750,00 ± 10,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор для имплантации минипластин.

4.12.8. Распатор костный 5 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	Масса, г
160,00 ± 2,00	5,00 ± 0,40	5,50 ± 0,40	6,50 ± 0,40	20,00 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор для имплантации минипластин.


4.12.9. Ретрактор 6 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза.

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, г
168,00 ± 2,00	8,30 ± 2,00	2,00 ± 0,20	6,00 ± 0,40	22,90 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор для имплантации минипластин.

4.12.10. Ретрактор 8 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, г
168,00 ± 2,00	8,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	8,00 ± 0,40	22,80 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор для имплантации минипластин.

4.12.11. Ретрактор кожный, с 2 острыми зубцами

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, г
182,00 ± 2,00	5,00 ± 0,50	15,00 ± 0,50	5,00 ± 0,20	27,10 ± 25,00 %


td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор для имплантации минипластин.

4.12.12. Рукоятка быстроразъемная

Изделие рассчитано на использование в качестве рукоятки для стержневого инструмента наборов, например, стержень крестовой отвертки, диаметр 3,0 мм, стержень метчика, диаметр 2,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
108,00 ± 3,00	14,00 ± 0,50	29,00 ± 1,00	137,30 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор для имплантации минипластин.

4.12.13. Рукоятка для гильзы сверла

Изделие рассчитано на использование в качестве рукоятки для гильзы сверла, диаметр 1,5 мм и компрессионной гильзы сверла, диаметр 1,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
122,00 ± 3,00	15,00 ± 0,40	14,50 ± 2,00	40,00 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор для имплантации минипластин.

4.12.14. Стержень крестовой отвертки, диаметр 3,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с крестообразным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
86,40 ± 1,00	54,20 ± 1,00	0,50 ± 0,10	3,00 ± 0,50	2,80 ± 0,50	4,30 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор для имплантации минипластин.

4.12.15. Стержень метчика, диаметр 2,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
90,00 ± 1,00	40,00 ± 1,00	2,00 ± 0,50	3,10 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор для имплантации минипластин.

4.12.16. Щипцы для удержания винтов

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента для захвата и удержания костных винтов. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
175,00 ± 2,00	10,00 ± 0,40	18,00 ± 2,00	32,20 ± 25,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор для имплантации минипластин;
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.12.17. Щипцы для удержания пластин

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента для захвата и удержания костных пластин. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

 Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
175,00 ± 2,00	10,00 ± 0,40	18,00 ± 2,00	31,60 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор для имплантации минипластин;
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.12.18. Кейс набора для имплантации минипластин

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
337,00 ± 5,00	252,00 ± 5,00	68,00 ± 3,00	2250,00 ± 10,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор для имплантации минипластин.

4.13. Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II


Данный набор рассчитан на использование при имплантации пластин производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) для внутренней фиксации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

переломов. Набор включает в себя изделия для имплантации и извлечения черепно-лицевых и челюстно-лицевых имплантатов.

4.13.1. Сверло, диаметр 1,1 мм, длина 4,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
50,00 ± 1,00	4,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	2,30 ± 0,50	1,50 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.2. Сверло, диаметр 1,1 мм, длина 6,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
50,00 ± 1,00	6,00 ± 0,50	1,10 ± 0,20	2,30 ± 0,50	1,40 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.3. Сверло, диаметр 1,5 мм × 10,0 мм, общая длина 95,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
95,00 ± 1,00	10,00 ± 0,50	1,50 ± 0,30	2,30 ± 0,50	2,80 ± 30,00 %


td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.4. Сверло, диаметр 1,5 мм × 10,0 мм, общая длина 50,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
50,00 ± 1,00	10,00 ± 0,50	1,50 ± 0,30	2,30 ± 0,50	1,40 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.5. Сверло, диаметр 1,5 мм × 8,0 мм, общая длина 95,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
95,00 ± 1,00	8,00 ± 0,50	1,50 ± 0,30	2,30 ± 0,50	2,80 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.6. Сверло, диаметр 1,5 мм × 8,0 мм, общая длина 50,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
50,00 ± 1,00	8,00 ± 0,50	1,50 ± 0,30	2,30 ± 0,50	1,40 ± 30,00 %

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.7. Сверло, диаметр 1,9 мм, длина 90 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
90,00 ± 1,00	10,00 ± 1,00	2,40 ± 0,20	2,80 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.8. Гильза блокируемая для сверла, диаметр 2,0 мм

Изделие рассчитано на использование с изделиями набора для подготовки отверстий под винт диаметром 2,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
30,00 ± 1,00	10,00 ± 1,00	6,00 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.9. Гильза блокируемая для сверла, диаметр 2,5 мм

Изделие рассчитано на использование с изделиями набора для подготовки отверстий под винт диаметром 2,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D, мм	Масса, г
30,00 ± 1,00	10,00 ± 0,50	6,00 ± 30,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.13.10. Гильза для сверла, диаметр 1,1 мм / 1,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлами диаметром 1,1 и 1,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
128,80 ± 3,00	4,00 ± 0,50	4,00 ± 0,50	26,10 ± 25,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.11. Глубиномер

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.12.4 настоящего документа.

4.13.12. Лоток набора инструментов для челюстно-лицевой хирургии II

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, г
220,00 ± 4,00	118,00 ± 3,00	36,00 ± 1,00	41,00 ± 1,00	167,20 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.13. Направляющая сверла, диаметр 2,0 мм

Изделие рассчитано на использование с изделиями набора для подготовки отверстий под винт диаметром 2,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
1,60 ± 0,20	2,90 ± 0,30	2,50 ± 0,20	не более 1,0

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.14. Направляющая сверла, диаметр 2,5 мм

Изделие рассчитано на использование с изделиями набора для подготовки отверстий под винт диаметром 2,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
2,50 ± 0,50	3,65 ± 0,50	3,00 ± 0,50	не более 1,0

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.15. Стержень отвертки шестигранной торцевой SW2,5

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками и рассчитано для ввинчивания винтов с соответствующей формой и размерами головки. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	SW, мм	Масса, г
70,00 ± 1,00	3,73 ± 1,00	5,50 ± 0,50	2,50 ± 0,50	5,30 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.16. Приспособление трансбуккальное для троакара

Изделие рассчитано на использование вместе с троакаром. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, г
84,00 ± 2,00	79,00 ± 0,20	44,00 ± 3,00	20,00 ± 2,00	65,20 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.17. Рукоятка быстроразъемная I

Изделие рассчитано на использование в качестве рукоятки для сверл, метчиков, зенкеров и стержневого инструмента наборов, например, стержень крестовой блокируемой отвертки, диаметр 2,0 мм, длина 95,0 мм, стержень крестовой блокируемой отвертки, диаметр 2,5 мм, длина 100,0 мм, стержень крестовой отвертки, диаметр 2,0 мм, длина 95 мм, стержень крестовой отвертки, диаметр 2,0 мм, длина 65 мм, стержень крестовой отвертки, диаметр 1,5 мм, длина 95 мм, стержень крестовой отвертки, диаметр 1,5 мм, длина 65 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
103,50 ± 3,00	16,00 ± 1,00	25,00 ± 2,00	78,40 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.18. Рукоятка для направляющих сверла

Изделие рассчитано на использование вместе с троакаром, стержнем гильзы для сверла, диаметр 1,1 мм, стержнем гильзы для сверла, диаметр 1,5 мм, стержнем гильзы для сверла, диаметр 1,9 мм, приспособлением трансбуккальным для троакара. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
125,00 ± 3,00	47,00 ± 2,00	33,00 ± 2,00	285,40 ± 15,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.19. Стержень гильзы для сверла, диаметр 1,1 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с рукояткой для направляющих сверла и со сверлами диаметром 1,1 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
51,50 ± 1,00	4,10 ± 1,00	5,50 ± 1,00	23,00 ± 1,00	11,00 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.20. Стержень гильзы для сверла, диаметр 1,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с рукояткой для направляющих сверла и со сверлами диаметром 1,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
52,00 ± 1,00	23,00 ± 1,00	10,70 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.21. Стержень гильзы для сверла, диаметр 1,9 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с рукояткой для направляющих сверла и со сверлами диаметром 1,9 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	D, мм	Масса, г
51,50 ± 1,00	23,00 ± 1,00	10,60 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.22. Стержень крестовой блокируемой отвертки, диаметр 2,0 мм, длина 95,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с крестообразным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
95,00 ± 1,00	70,00 ± 1,00	0,50 ± 0,10	0,50 ± 0,10	3,00 ± 0,50	2,40 ± 0,10	4,80 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.23. Стержень крестовой блокируемой отвертки, диаметр 2,5 мм, длина 100,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с крестообразным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	0,60 ± 0,10	0,60 ± 0,10	4,00 ± 0,50	3,50 ± 0,10	8,30 ± 30,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.24. Стержень крестовой отвертки, диаметр 1,5 мм, длина 65 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с крестообразным углублением соответствующего размера в

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
65,00 ± 1,00	40,00 ± 1,00	0,50 ± 0,10	0,50 ± 0,10	3,00 ± 0,50	2,40 ± 0,10	3,20 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.25. Стержень крестовой отвертки, диаметр 1,5 мм, длина 95 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с крестообразным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
95,00 ± 1,00	70,00 ± 1,00	0,50 ± 0,10	0,50 ± 0,10	3,00 ± 0,50	2,40 ± 0,10	4,90 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.26. Стержень крестовой отвертки, диаметр 2,0 мм, длина 65 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с крестообразным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
65,00 ± 1,00	40,00 ± 1,00	0,50 ± 0,10	0,50 ± 0,10	3,00 ± 0,50	2,80 ± 0,10	3,30 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
td. Все права защищены.

4.13.27. Стержень крестовой отвертки, диаметр 2,0 мм, длина 95 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с крестообразным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
95,00 ± 1,00	0,50 ± 0,10	0,50 ± 0,10	3,00 ± 0,50	2,80 ± 0,10	4,90 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.28. Троакар

Изделие рассчитано на использование вместе с рукояткой для направляющих сверла и трансбуккальным приспособлением. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
56,00 ± 1,00	4,10 ± 0,50	20,00 ± 1,00	11,30 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.29. Щипцы гибочные

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента для сгибания пластин для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	Масса, г
157,00 ± 4,00	100,00 ± 3,00	24,30 ± 3,00	17,60 ± 3,00	25,00 ± 3,00	203,70 ± 15,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.30. Щипцы гибочные I

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента для сгибания пластин для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	Масса, г
220,80 ± 3,00	93,80 ± 5,00	29,80 ± 2,00	7,10 ± 3,00	8,50 ± 1,00	389,20 ± 15,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.31. Щипцы для удержания винтов


Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.12.16 настоящего документа.

4.13.32. Щипцы для удержания пластин

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.12.17 настоящего документа.

4.13.33. Щипцы изгибающие / режущие

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента для сгибания и обрезания пластин для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



td. Все права защищены.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	Масса, г
157,00 ± 4,00	100,00 ± 3,00	20,00 ± 2,00	17,60 ± 2,00	25,00 ± 2,00	207,30 ± 15,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.13.34. Кейс набора инструментов для челюстно-лицевой хирургии II

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
330,00 ± 5,00	250,00 ± 4,00	78,00 ± 3,00	2300,00 ± 10,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II.

4.14. Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм

Данный набор рассчитан на использование для установки имплантатов производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) для внутренней фиксации переломов. Набор включает в себя изделия для установки и извлечения канюлированных винтов диаметром 3,0 и 3,5 мм.

4.14.1. Сверло канюлированное, диаметр 2,5 мм, длина 150,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
150,00 ± 2,00	56,00 ± 5,00	2,50 ± 0,50	3,80 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.14.2. Сверло, диаметр 2,1 мм, длина 120 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
120,00 ± 2,00	40,00 ± 5,00	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,50	3,70 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм.

4.14.3. Винт извлекающий, диаметр 2,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов, для извлечения пластин с диаметром отверстий 2,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
100,00 ± 1,00	2,50 ± 0,40	5,70 ± 0,50	4,50 ± 0,50	11,60 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм.

4.14.4. Гильза двойная для сверла, диаметр 1,0 мм / 2,1 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
114,60 ± 3,00	15,00 ± 1,00	20,00 ± 1,00	3,00 ± 0,50	5,00 ± 0,50	21,50 ± 25,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм.

 Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.14.5. Гильза двойная для сверла, диаметр 1,0 мм / 2,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлами диаметром 1,0 и 2,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
114,60 ± 2,00	15,00 ± 1,00	20,00 ± 1,00	3,00 ± 0,50	5,00 ± 0,50	21,40 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм.

4.14.6. Гильза компрессионная

Изделие рассчитано на использование вместе с рукояткой для компрессирования канюлированных винтов. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
80,00 ± 1,00	6,70 ± 0,50	12,00 ± 0,50	28,20 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм.

4.14.7. Зажим

Используется для захвата и удержания канюлированных винтов. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
54,00 ± 1,00	9,50 ± 1,00	15,00 ± 1,00	6,90 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.14.8. Зенкер канюлированный, диаметр 3,0 мм / 1,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D, мм	Масса, г
120,00 ± 2,00	4,50 ± 0,50	12,70 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм.

4.14.9. Зенкер канюлированный, диаметр 5,0 мм / 1,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
120,00 ± 2,00	5,00 ± 0,50	14,90 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм.

4.14.10. Ключ шестигранный, L-образный, SW2,5

Изделие рассчитано для ввинчивания винтов с шестигранным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	Масса, г
52,30 ± 1,00	22,00 ± 1,00	10,00 ± 1,00	10,00 ± 1,00	2,50 ± 0,50	2,50 ± 0,50	5,90 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:


td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм;
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм.

4.14.11. Стержень канюлированного метчика, диаметр 3,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
120,00 ± 2,00	19,00 ± 2,00	3,50 ± 0,50	4,50 ± 0,50	8,20 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм.

4.14.12. Рукоятка быстроразъемная

Изделие рассчитано на использование в качестве рукоятки для стержневого инструмента наборов, например, зенкер канюлированный, диаметр 3,0 мм / 1,0 мм, винт извлекающий, диаметр 2,5 мм, зенкер канюлированный, диаметр 5,0 мм / 1,0 мм, стержень канюлированного метчика, диаметр 3,5 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
140,00 ± 4,00	19,00 ± 2,00	64,90 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм;
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм.

4.14.13. Рукоятка компрессионной гильзы

Изделие рассчитано на использование вместе с компрессионной гильзой. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	D, мм	Масса, г
136,00 ± 4,00	19,00 ± 2,00	45,50 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм;
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм.

4.14.14. Спица направляющая, диаметр 1,0 мм, длина 120,00 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
120,00 ± 2,00	1,00 ± 0,50	0,60 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм.

4.14.15. Стержень канюлированной отвертки Stardrive T8

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	Масса, г
120,00 ± 2,00	58,40 ± 1,00	2,60 ± 0,50	4,50 ± 0,50	2,32 ± 0,10	1,75 ± 0,10	1,20 ± 0,10	9,70 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм.

4.14.16. Стержень отвертки Stardrive T8

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
100,00 ± 1,00	72,00 ± 1,00	2,60 ± 0,50	4,50 ± 0,50	2,32 ± 0,10	1,75 ± 0,10	8,10 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм.

4.14.17. Стержень шестигранной канюлированной отвертки SW2,5

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
110,00 ± 2,00	24,00 ± 1,00	2,50 ± 0,50	4,00 ± 0,50	4,50 ± 0,50	10,90 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм.

4.14.18. Стержень шестигранной отвертки SW2,5

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
110,00 ± 2,00	24,00 ± 1,00	2,50 ± 0,50	4,00 ± 0,50	4,50 ± 0,50	12,10 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм.

4.14.19. Стилет для очистки

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
200,00 ± 2,00	1,00 ± 0,10	22,20 ± 2,00	1,50 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм.

4.14.20. Устройство для измерения направляющей спицы

Изделие рассчитано на использование вместе с направляющей спицей диаметр 1,0 мм, длина 120,00 мм для её измерения. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
120,00 ± 2,00	10,00 ± 0,50	10,80 ± 25,00 %	от 0 до 54 мм	2 мм

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм.

4.14.21. Фиксатор

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлами, зенкерами, метчиками набора. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
8,00 ± 0,50	10,50 ± 0,50	4,50 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм.

4.14.22. Щипцы для удержания винтов

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента для захвата и удержания канюлированных винтов для фиксации пластин. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



td. Все права защищены.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	D, мм	Масса, г
85,00 ± 2,00	10,50 ± 2,00	15,10 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм;
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм;
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм;
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.14.23. Кейс набора инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
296,00 ± 4,00	176,00 ± 3,00	65,00 ± 3,00	1600,00 ± 10,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм.

4.15. Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм

Данный набор рассчитан на использование для установки имплантатов производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) для внутренней фиксации переломов. Набор включает в себя изделия для установки и извлечения канюлированных винтов диаметром 4,5 мм.

4.15.1. Сверло канюлированное, диаметр 3,2 мм, длина 150,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
150,00 ± 2,00	30,50 ± 5,00	3,20 ± 0,50	5,90 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.15.2. Винт извлекающий, диаметр 3,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов, для извлечения пластин с диаметром отверстий 3,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
160,00 ± 2,00	6,00 ± 0,50	4,50 ± 0,20	31,30 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм.

4.15.3. Гильза для сверла, диаметр 3,2 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлом канюлированным диаметром 3,2 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
156,50 ± 4,00	43,50 ± 2,00	7,00 ± 0,50	28,70 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм.

4.15.4. Гильза защитная, диаметр 1,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с шилом диаметром 1,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
51,00 ± 1,00	3,20 ± 0,50	10,00 ± 0,50	4,40 ± 30,00 %


td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм.

4.15.5. Гильза компрессионная

Изделие рассчитано на использование вместе канюлированными винтами для фиксации пластин. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
80,00 ± 1,00	6,70 ± 0,50	12,00 ± 0,50	28,50 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм.

4.15.6. Зажим

Используется вместе со стержнем шестигранной отвертки SW3,5 для зажимания канюлированных винтов для фиксации пластин. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
74,00 ± 1,00	4,80 ± 0,30	9,90 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм.

4.15.7. Зенкер канюлированный, диаметр 4,5 мм / 1,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками и направляющими спицами диаметром 1,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
150,00 ± 2,00	11,60 ± 1,00	5,60 ± 1,00	4,50 ± 0,30	6,00 ± 0,50	1,70 ± 0,20	4,50 ± 0,50	14,90 ± 25,00 %

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм.

4.15.8. Зенкер канюлированный, диаметр 7,0 мм / 1,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками и направляющими спицами диаметром 1,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
160,00 ± 2,00	14,00 ± 1,00	7,00 ± 0,50	4,50 ± 0,50	17,70 ± 25,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм.

4.15.9. Ключ шестигранный, L-образный, SW2,5

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.14.10 настоящего документа.

4.15.10. Ограничитель для сверла, диаметр 3,2 мм / SW2,5

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлом канюлированным, диаметром 3,2 мм и ключом шестигранным, L-образным, SW2,5. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D, мм	Масса, г
8,00 ± 0,50	10,50 ± 0,50	4,20 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм.

4.15.11. Рукоятка быстроразъемная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.14.12 настоящего документа.

4.15.12. Рукоятка компрессионной гильзы


Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.14.13 настоящего документа.

.td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.15.13. Спица направляющая, диаметр 1,5 мм, длина 150,0 мм – 6 шт.

Используется в качестве ручного инструмента самостоятельно или совместно с зенкерами набора для позиционирования направления и определения положения инструментов и имплантатов. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
150,00 ± 3,00	1,50 ± 0,20	1,70 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм.

4.15.14. Стержень канюлированного метчика, диаметр 4,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
160,00 ± 3,00	21,00 ± 5,00	3,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	4,50± 0,20	11,70 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм.

4.15.15. Стержень канюлированной отвертки Stardrive T15

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	Масса, г
150,00 ± 2,00	60,00 ± 1,00	3,60 ± 0,50	4,50 ± 0,50	3,50 ± 0,10	2,60 ± 0,10	1,50 ± 0,10	12,60 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.15.16. Стержень отвертки Stardrive T15

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
100,00 ± 1,00	74,20 ± 1,00	3,60 ± 0,50	4,50 ± 0,50	3,50 ± 0,10	2,60 ± 0,10	8,60 ± 30,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм.

4.15.17. Стержень шестигранной отвертки SW3.5

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.6.21 настоящего документа.

4.15.18. Стержень шестигранной, канюлированной отвертки, тип SW3.5

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
160,00 ± 3,00	134,00 ± 2,00	3,50± 0,50	4,20 ± 0,20	6,00 ± 0,50	4,50± 0,20	1,70 ± 0,50	26,60 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм.

4.15.19. Стилет для очистки, диаметр 1,5 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU td. Все права защищены.

L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
195,00 ± 3,00	1,50 ± 0,30	25,00 ± 2,00	3,30 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм.

4.15.20. Устройство для измерения направляющей спицы

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
150,00 ± 2,00	6,50 ± 0,50	10,00 ± 0,50	13,70 ± 25,00 %	от 0 до 68 мм	2 мм

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм.

4.15.21. Шило, диаметр 1,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с защитной гильзой диаметром 1,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
57,00 ± 1,00	1,50 ± 0,20	7,00 ± 0,50	1,90 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм.


4.15.22. Щипцы для удержания винтов

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.14.22 настоящего документа.

4.15.23. Кейс набора инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
256,00 ± 3,00	256,00 ± 3,00	79,00 ± 3,00	1950,00 ± 10,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм.

4.16. Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм

Данный набор рассчитан на использование для установки имплантатов производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) для внутренней фиксации переломов. Набор включает в себя изделия для установки и извлечения канюлированных винтов диаметром 6,5 и 7,5 мм.

4.16.1. Сверло канюлированное, диаметр 5,0 мм, длина 250 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
250,00 ± 2,00	35,00 ± 5,00	5,00 ± 0,20	20,10 ± 25,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм.

4.16.2. Винт извлекающий, диаметр 5,0 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
180,00 ± 4,00	80,00 ± 2,00	5,00 ± 0,20	3,80 ± 0,20	82,30 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм.

4.16.3. Гильза для сверла, диаметр 5,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с канюлированными сверлами диаметром 5,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
188,00 ± 4,00	86,50 ± 2,00	10,00 ± 0,40	89,50 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм.

4.16.4. Гильза для сверла, диаметр 5,0 мм / 3,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с канюлированными сверлами диаметром 5,0 мм и направляющими спицами диаметром 3,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
106,00 ± 1,00	5,00 ± 0,20	12,00 ± 0,50	17,30 ± 25,00 %

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм.

4.16.5. Гильза защитная

Изделие рассчитано на использование вместе с канюлированными сверлами, метчиками и зенкерами набора. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
185,00 ± 4,00	81,00 ± 2,00	12,00 ± 0,10	56,30 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм.

4.16.6. Зенкер канюлированный, диаметр 9,0 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента для подготовки отверстий в кости пациента. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	Масса, г
220,00 ± 4,00	80,00 ± 1,00	9,00 ± 2,00	9,00 ± 0,50	87,60 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм.

4.16.7. Ключ гаечный 10 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
70,00 ± 2,00	20,00 ± 1,00	10,00 ± 0,50	15,30 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм.

4.16.8. Ключ шестигранный, L-образный, SW3

Изделие рассчитано для ввинчивания винтов с шестигранным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	D, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	22,00 ± 0,50	10,00 ± 0,50	10,00 ± 0,50	3,00 ± 0,50	3,00 ± 0,50	4,00 ± 0,20	10,90 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм.

4.16.9. Метчик канюлированный, диаметр 7,5 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	Масса, г
250,00 ± 4,00	80,00 ± 2,00	42,00 ± 5,00	7,50 ± 0,50	78,60 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.16.10. Направляющая параллельная, регулируемая, для направляющих спиц диаметром 3,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с направляющими спицами диаметром 3,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
257,00 ± 3,00	72,00 ± 2,00	6,50 ± 0,50	119,70 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм.

4.16.11. Направляющая параллельная, с регулируемыми углами наклона, для направляющих спиц диаметром 3,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с направляющими спицами диаметром 3,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	Масса, г
158,30 ± 3,00	114,80 ± 3,00	224,50 ± 15,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм.

4.16.12. Отвертка шестигранная канюлированная SW5

Изделие рассчитано для ввинчивания винтов с шестигранным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	D, мм	Масса, г
240,00 ± 4,00	140,00 ± 2,00	21,00 ± 0,50	5,00 ± 0,50	3,00 ± 0,10	131,30 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм.

4.16.13. Отвертка шестигранная SW5

Изделие рассчитано для ввинчивания винтов с шестигранным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, г
240,00 ± 4,00	140,00 ± 2,00	21,00 ± 0,50	5,00 ± 0,50	128,40 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм.

4.16.14. Спица Киршнера, диаметр 3,0 мм, длина 250,0 мм

Изделие используется в качестве ручного инструмента самостоятельно или совместно с направляющими и гильзами соответствующих размеров, троакарами для позиционирования направления и определения положения других инструментов и имплантатов. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D, мм	Масса, г
250,00 ± 2,00	3,00 ± 0,20	11,40 ± 25,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм.

4.16.15. Спица направляющая, с резьбовым концом, диаметр 3,0 мм, длина 250,0 мм

Изделие используется в качестве ручного инструмента самостоятельно или совместно с направляющими, гильзами соответствующих размеров, троакарами для позиционирования

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

направления и определения положения других инструментов и имплантатов. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
250,00 ± 3,00	15,00 ± 2,00	3,00 ± 0,20	11,10 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм.

4.16.16. Стилет для очистки, диаметр 3,0 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
282,00 ± 2,00	30,00 ± 1,00	3,00 ± 0,50	17,80 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм.

4.16.17. Троакар, диаметр 10,0 мм / 3,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со спицами диаметром 3,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
107,00 ± 2,00	91,50 ± 1,00	3,00 ± 0,30	10,00 ± 0,20	14,00 ± 0,50	64,50 ± 20,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм.

td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.16.18. Устройство для измерения направляющей спицы, диаметр 3,0 мм, длина 250,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с направляющими спицами диаметром 3,0 мм и длиной 250 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
250,00 ± 3,00	10,00 ± 0,50	26,90 ± 25,00 %	от 0 до 150 мм	5 мм

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм.

4.16.19. Фиксатор сверла, диаметр 5,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлами диаметром 5,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	Масса, г
11,00 ± 0,50	13,50 ± 0,50	9,90 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм.


4.16.20. Щипцы для удержания винтов

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.14.22 настоящего документа.

4.16.21. Кейс набора инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
295,00 ± 3,00	190,00 ± 3,00	103,00 ± 3,00	2450,00 ± 10,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации канолированного винта 6,5 мм / 7,5 мм.

4.17. Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS

Данный набор рассчитан на использование при имплантации и извлечении пластин и винтов DHS/DCS производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.).

4.17.1. Сверло, диаметр 3,2 мм, длина 195,0 мм


Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.1 настоящего документа.

4.17.2. Сверло, диаметр 4,5 мм, длина 195,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.2 настоящего документа.

4.17.3. Винт извлекающий, диаметр 3,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для извлечения имплантатов из организма пациента. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
102,00 ± 2,00	4,50 ± 0,20	3,50 ± 0,50	13,00 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.17.4. Винт соединительный, длинный

Изделие используется для соединения и фиксации изделий набора инструментов. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	Масса, г
246,00 ± 3,00	18,00 ± 2,00	238,00 ± 3,00	17,50 ± 0,40	47,30 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.17.5. Винт соединительный, короткий

Изделие используется для соединения и фиксации изделий набора инструментов. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	Диаметр резьбы (M4), мм	Масса, г
126,70 ± 2,00	111,70 ± 2,00	11,30 ± 1,00	6,90 ± 0,40	4,00 ± 0,20	13,50 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.17.6. Гильза дугообразная для сверла

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлами. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
113,00 ± 5,00	47,80 ± 3,00	12,50 ± 1,00	90,10 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.17.7. Гильза центровочная DHS/DCS

Изделие рассчитано на использование вместе с метчиками DHS/DCS. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
145,00 ± 3,00	22,00 ± 0,50	82,60 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.17.8. Гильза центровочная для метчика

Изделие рассчитано на использование вместе с метчиками DHS/DCS. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D, мм	Масса, г
113,00 ± 3,00	22,00 ± 0,50	70,70 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.17.9. Глубиномер 5,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.6 настоящего документа.

4.17.10. Зажим, диаметр 4,5 мм


Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.6.4 настоящего документа.

4.17.11. Импактор DHC/DCS

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	D, мм	Масса, г
225,00 ± 3,00	6,90 ± 0,30	230,00 ± 15,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.17.12. Ключ DHS/DCS

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	D, мм	Масса, г
240,00 ± 3,00	90,00 ± 2,00	10,90 ± 0,50	5,00 ± 0,05	15,00 ± 0,05	15,00 ± 1,50	5,50 ± 0,20	160,20 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.17.13. Стержень метчика DHS/DCS

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными Т-образными рукоятками DHS/DCS. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	Масса, г
250,00 ± 3,00	25,30 ± 1,00	12,00 ± 1,00	7,80 ± 0,20	68,90 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.17.14. Стержень метчика, диаметр 4,5 мм


Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.11 настоящего документа.

4.17.15. Стержень метчика, диаметр 6,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.25 настоящего документа.

4.17.16. Направляющая сверла DCP диаметром 3,2 мм / 3,2 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлами диаметром 3,2 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, г
170,50 ± 3,00	41,50 ± 1,00	41,50 ± 1,00	11,00 ± 1,00	79,10 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.17.17. Направляющая сверла двойная, диаметр 4,5 мм / 3,2 мм


Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.6.11 настоящего документа.

4.17.18. Направляющая сверла двойная, диаметр 6,5 мм / 3,2 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.13 настоящего документа.

4.17.19. Направляющая угловая для DCS 95°

Используется для установки пластин и винтов DCS под углом 95°. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D, мм	Масса, г
126,60 ± 3,00	7,00 ± 0,50	84,80 ± 20,00 %


 Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.17.20. Направляющая угловая для DHS 135°

Используется для позиционирования пластина LCP динамического бедренного винта (DHS) под углом 135°. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	Масса, г
120,90 ± 3,00	65,00 ± 3,00	71,50 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.17.21. Направляющая угловая переменная для DHS

Используется для позиционирования пластин и винтов DHS. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	Масса, г	Предел регулирования угла, °	Шаг регулирования угла, °
131,00 ± 3,00	75,00 ± 2,00	151,90 ± 20,00 %	от 125 до 145	5

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.17.22. Направляющий вал

Используется вместе с инструментами набора для позиционирования их направления. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



L, мм	L1, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	7,90 ± 0,50	17,90 ± 25,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.17.23. Отвертка шестигранная SW3,5

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.6.13 настоящего документа.

4.17.24. Расширитель тройной DCS

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными Т-образными рукоятками DHS/DCS. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
250,00 ± 3,00	28,00 ± 2,00	45,00 ± 2,00	8,20 ± 0,40	22,00 ± 0,40	168,70 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.17.25. Расширитель тройной DHS

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными Т-образными рукоятками DHS/DCS. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
250,00 ± 3,00	45,00 ± 2,00	8,20 ± 0,40	177,70 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.17.26. Рукоятка быстроразъёмная для стержней


Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.28 настоящего документа.

4.17.27. Рукоятка быстроразъемная, Т-образная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.29 настоящего документа.

4.17.28. Рукоятка быстроразъёмная, Т-образная DHS/DCS

Используется вместе со стержнями метчика DHS/DCS и тройными расширителями DCS и DHS. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	Масса, г
91,00 ± 2,00	90,00 ± 2,00	134,70 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.17.29. Спица Киршнера, диаметр 2,5 мм, длина 250,0 мм

Изделие используется в качестве ручного инструмента самостоятельно или совместно с направляющими и гильзами соответствующих размеров, троакарами для позиционирования направления и определения положения других инструментов и имплантатов. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
250,00 ± 2,00	2,50 ± 0,50	7,70 ± 30,00 %

4.17.30. Спица направляющая, с резьбовым концом, диаметр 2,5 мм, длина 250,0 мм

Изделие используется в качестве ручного инструмента самостоятельно или совместно с направляющими, гильзами соответствующих размеров, троакарами для позиционирования направления и определения положения других инструментов и имплантатов. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



L, мм	D, мм	Масса, г
250,00 ± 2,00	2,50 ± 0,50	7,80 ± 30,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.17.31. Стержень шестигранной отвертки SW3,5

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.6.21 настоящего документа.

4.17.32. Стилет для очистки

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
315,00 ± 5,00	2,50 ± 0,50	30,00 ± 0,50	13,70 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.17.33. Устройство для прямого измерения DHS/DCS

Изделие используется для измерений при имплантации пластин DHS/DCS. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
250,00 ± 3,00	8,00 ± 0,50	40,60 ± 25,00 %	от 0 до 145 мм	5 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.17.34. Щипцы для удержания винтов

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.14.22 настоящего документа.

4.17.35. Кейс набора инструментов для имплантации пластин DHS/DCS

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
365,00 ± 5,00	222,00 ± 5,00	107,00 ± 5,00	3350,00 ± 10,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS.

4.18. Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин

Данный набор рассчитан на использование при имплантации и извлечении реконструктивных пластин и винтов производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.).

4.18.1. Сверло, диаметр 2,5 мм, длина 150,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
150,00 ± 3,00	50,00 ± 5,00	2,50 ± 0,20	4,80 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.2. Сверло, диаметр 3,0 мм, длина 150,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
150,00 ± 2,00	50,00 ± 5,00	3,00 ± 0,20	6,80 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.3. Гильза для гибкого сверла, диаметр 2,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с гибким сверлом диаметром 2,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
222,80 ± 3,00	22,00 ± 1,00	2,50 ± 0,20	29,10 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.4. Глубиномер

Изделие используется для измерения глубины отверстий под костные винты. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
188,00 ± 3,00	10,00 ± 0,40	50,20 ± 25,00 %	от 0 до 66 мм	2 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU td. Все права защищены.

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.5. Зажим, диаметр 6,0 мм

Изделие используется для захвата и фиксации костных винтов. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
70,00 ± 2,00	6,00 ± 0,20	7,60 ± 0,40	9,30 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.6. Ключ для ручной правки, левый

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента для сгибания и выравнивания пластин для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	L6, мм	L7, мм	Масса, г
200,00 ± 3,00	50,00 ± 1,00	10,00 ± 0,50	3,00 ± 0,50	3,00 ± 0,50	4,80 ± 0,50	4,00 ± 0,50	10,20 ± 0,50	232,50 ± 15,00 %
L8, мм	L9, мм	L10, мм	L11, мм	L12, мм	L13, мм	D, мм		
21,00 ± 0,50	21,00 ± 0,50	16,00 ± 0,50	6,10 ± 0,50	4,10 ± 0,50	11,20 ± 0,50	4,10 ± 0,20		

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.18.7. Ключ для ручной правки, правый

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента для сгибания и выравнивания пластин для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	Масса, г
200,00 ± 3,00	50,00 ± 1,00	3,00 ± 0,50	4,80 ± 0,50	4,00 ± 0,50	3,00 ± 0,50	233,30 ± 15,00 %
L6, мм	**L7, мм**	**L8, мм**	**L9, мм**	**L10, мм**	**L11, мм**	
10,00 ± 0,50	10,20 ± 0,50	21,00 ± 0,50	6,10 ± 0,50	4,10 ± 0,50	11,20 ± 0,50	

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.8. Крючок

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, г
260,00 ± 3,00	21,00 ± 3,00	5,00 ± 0,20	32,00 ± 0,60	70,90 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.


4.18.9. Крючок с Т-образной рукояткой

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза.

td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	D, мм	Масса, г
210,00 ± 5,00	90,00 ± 1,00	35,30 ± 3,00	38,20 ± 3,00	5,00 ± 0,20	117,10 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.10. Стержень метчика, диаметр 3,5 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента, а также может использоваться вместе с направляющими сверла соответствующего размера в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	Масса, г
165,00 ± 3,00	70,00 ± 1,00	38,50 ± 5,00	3,50 ± 0,20	31,50 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.11. Стержень метчика, диаметр 4,0 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента, а также может использоваться вместе с направляющими сверла соответствующего размера в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	Масса, г
170,00 ± 3,00	70,00 ± 2,00	42,00 ± 5,00	4,00 ± 0,20	32,80 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.12. Наконечник шариковый

Изделие рассчитано на использование вместе с редукционными ассиметричными щипцами для костей таза, редукционными щипцами, с острыми/шариковыми наконечниками, для тазовых пластин, редукционные щипцами, с тремя острыми/шариковыми наконечниками, для тазовых пластин. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
20,00 ± 1,00	24,80 ± 1,00	18,00 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.13. Наконечник шариковый, изогнутый

Изделие рассчитано на использование вместе с редукционными ассиметричными щипцами для костей таза, редукционными щипцами, с острыми/шариковыми наконечниками, для тазовых пластин, редукционными щипцами, с тремя острыми/шариковыми наконечниками, для тазовых пластин. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



td. Все права защищены.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	D, мм	Масса, г
19,80 ± 1,00	24,80 ± 0,50	18,30 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.14. Направляющая сверла, диаметр 2,5 мм / 3,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с метчиками диаметром 3,5 мм и со сверлами диаметром 2,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
168,00 ± 3,00	13,00 ± 0,40	40,00 ± 1,00	40,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30	3,50 ± 0,30	41,70 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.15. Направляющая сверла, диаметр 3,0 мм / 4,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с метчиками диаметром 4,0 мм и со сверлами диаметром 3,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
168,00 ± 3,00	13,00 ± 0,40	40,00 ± 1,00	40,00 ± 1,00	3,10 ± 0,20	4,10 ± 0,20	35,60 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.16. Отвертка шестигранная, с универсальным соединением, тип SW2,5

Изделие рассчитано для ввинчивания винтов с шестигранным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	Масса, г
245,00 ± 3,00	155,00 ± 2,00	2,50 ± 0,20	30,00 ± 3,00	82,40 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.17. Отвертка шестигранная SW2,5

Изделие рассчитано для ввинчивания винтов с шестигранным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
220,00 ± 3,00	130,00 ± 2,00	2,50 ± 0,20	5,50 ± 0,20	30,00 ± 1,00	70,60 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.18. Пробойник шариковый, прямой, для костей таза

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
300,00 ± 5,00	160,00 ± 3,00	8,50 ± 0,40	173,50 ± 20,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.19. Ретрактор

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	Масса, г
300,00 ± 3,00	126,70 ± 3,00	30,00 ± 0,40	20,00 ± 1,00	17,70 ± 3,00	2,50 ± 0,20	159,60 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.20. Сверло гибкое, диаметр 2,5 мм, длина 40,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками и гильзами. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
195,00 ± 4,00	17,00 ± 3,00	2,50 ± 0,20	43,10 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.21. Шаблон для сгибания 140

Изделие рассчитано на использование вместе с реконструктивными пластинами длиной до 140 мм и гибочными щипцами. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
168,00 ± 5,00	10,00 ± 0,40	1,00 ± 0,20	3,10 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.22. Шаблон для сгибания 165

Изделие рассчитано на использование вместе с реконструктивными пластинами длиной до 165 мм и гибочными щипцами. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
144,00 ± 5,00	10,00 ± 0,40	1,00 ± 0,20	2,90 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.23. Шаблон для сгибания, изогнутый, 200

Изделие рассчитано на использование вместе с изогнутыми реконструктивными пластинами длиной до 200 мм и гибочными щипцами. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	B1, мм	B2, мм	H, мм	Масса, г
200,00 ± 5,00	55,60 ± 5,00	10,00 ± 0,40	1,00 ± 0,20	2,00 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.24. Шаблон для сгибания, изогнутый, 90

Изделие рассчитано на использование вместе с изогнутыми реконструктивными пластинами длиной до 90 мм и гибочными щипцами. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



ltd. Все права защищены.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	B1, мм	B2, мм	H, мм	Масса, г
96,00 ± 5,00	23,00 ± 5,00	10,00 ± 0,40	1,00 ± 0,20	4,10 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.25. Щипцы большие, для тазовых пластин

Изделие используется в качестве самостоятельного ручного инструмента для захвата и удержания реконструктивных пластин для таза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, г
255,00 ± 3,00	82,80 ± 3,00	26,00 ± 1,00	42,50 ± 2,00	440,20 ± 15,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.26. Щипцы гибочные

Изделие используется в качестве самостоятельного ручного инструмента для сгибания шаблонов и реконструктивных пластин. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	Масса, г
259,00 ± 3,00	85,00 ± 3,00	34,00 ± 2,00	30,00 ± 3,00	11,20 ± 1,00	553,90 ± 15,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.27. Щипцы для удержания винтов

Изделие используется в качестве самостоятельного ручного инструмента для захвата и удержания фиксирующих костных винтов для пластин. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	Масса, г
200,00 ± 3,00	78,50 ± 3,00	2,90 ± 0,50	4,20 ± 0,50	53,00 ± 3,00	90,30 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.28. Щипцы малые, для тазовых пластин

Изделие используется в качестве самостоятельного ручного инструмента для захвата и удержания реконструктивных пластин для таза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, г
204,00 ± 3,00	42,00 ± 1,00	38,00 ± 2,00	26,00 ± 1,00	324,60 ± 15,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.29. Щипцы редукционные угловые, большие, с острыми/шариковыми наконечниками

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента, а также вместе с шариковыми наконечниками в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	Масса, г
266,00 ± 3,00	80,40 ± 2,00	117,00 ± 2,00	89,00 ± 3,00	50,60 ± 3,00	92,70 ± 3,00	237,30 ± 15,00 %

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.30. Щипцы редукционные угловые, малые, с острыми/шариковыми наконечниками

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента, а также вместе с шариковыми наконечниками в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	Масса, г
250,00 ± 3,00	80,30 ± 2,00	101,00 ± 2,00	89,00 ± 3,00	70,00 ± 3,00	50,60 ± 3,00	230,10 ± 15,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.31. Щипцы редукционные, асимметричные для костей таза

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента, а также вместе с шариковыми наконечниками в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	Масса, г
410,00 ± 5,00	158,00 ± 3,00	112,00 ± 3,00	62,00 ± 2,00	85,70 ± 3,00	64,10 ± 2,00	750,00 ± 10,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.32. Щипцы редукционные, большие, с острыми/шариковыми наконечниками, для тазовых пластин

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента, а также вместе с шариковыми наконечниками в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	Масса, г
410,00 ± 5,00	132,40 ± 3,00	62,00 ± 2,00	85,20 ± 3,00	64,80 ± 2,00	750,00 ± 10,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.33. Щипцы редукционные, с ограничителем скорости, для тазовых пластин

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	Масса, г
340,00 ± 5,00	83,30 ± 3,00	65,00 ± 2,00	166,00 ± 5,00	29,00 ± 2,00	700,00 ± 10,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.34. Щипцы редукционные, с острыми/шариковыми наконечниками, для тазовых пластин

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента, а также вместе с шариковыми наконечниками в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



td. Все права защищены.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	Масса, г
280,00 ± 3,00	88,60 ± 3,00	80,00 ± 2,00	89,00 ± 3,00	49,00 ± 2,00	248,70 ± 15,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.35. Щипцы редукционные, с тремя острыми/шариковыми наконечниками, для тазовых пластин

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента, а также вместе с шариковыми наконечниками в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	Масса, г
410,00 ± 5,00	132,40 ± 3,00	62,00 ± 2,00	85,40 ± 3,00	65,00 ± 2,00	750,00 ± 10,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.18.36. Кейс набора инструментов для имплантации реконструктивных пластин

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
485,00 ± 5,00	280,00 ± 5,00	115,00 ± 5,00	4800,00 ± 10,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин.

4.19. Набор инструментов для извлечения имплантатов


Данный набор рассчитан на использование для проведения точной хирургической операции по извлечению костных пластин и винтов производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.»

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

(Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) из организма пациента после заживления перелома, а также по извлечению пластин и винтов в случае их излома в организме пациента.

4.19.1. Бур, диаметр 4,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	37,40 ± 5,00	4,00 ± 0,20	8,00 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.2. Бур, диаметр 6,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	30,00 ± 5,00	6,00 ± 0,20	19,00 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.3. Винт извлекающий тонкий, диаметр 2,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для извлечения пластин с отверстиями диаметром 2,5 мм из организма пациента. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



td. Все права защищены.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	2,70 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,80 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.4. Винт извлекающий, диаметр 1,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для извлечения пластин с отверстиями диаметром 1,5 мм из организма пациента. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	1,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20	4,50 ± 0,20	5,10 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.5. Винт извлекающий, диаметр 2,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для извлечения пластин с отверстиями диаметром 2,0 мм из организма пациента. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	2,20 ± 0,20	4,00 ± 0,20	4,50 ± 0,20	5,80 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.6. Винт извлекающий, диаметр 2,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для извлечения пластин с отверстиями диаметром 2,5 мм из организма пациента. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	2,70 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,60 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.7. Винт извлекающий, диаметр 3,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для извлечения пластин с отверстиями диаметром 3,0 мм из организма пациента. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	3,20 ± 0,20	5,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20	7,90 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.8. Винт извлекающий, диаметр 3,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для извлечения пластин с отверстиями диаметром 3,5 мм из организма пациента. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	3,70 ± 0,20	6,00 ± 0,20	4,50 ± 0,20	9,10 ± 30,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.19.9. Винт извлекающий, диаметр 4,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для извлечения пластин с отверстиями диаметром 4,0 мм из организма пациента. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	4,20 ± 0,20	6,00 ± 0,20	4,50 ± 0,20	9,40 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.10. Вращатель экстрактора, диаметр 2,0 - 3,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со стержнями экстрактора, защитными гильзами экстрактора, рукоятками экстрактора для извлечения винтов диаметром 2,0 – 3,5 мм из организма пациента. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
150,00 ± 3,00	6,20 ± 0,50	13,60 ± 1,00	10,00 ± 0,50	61,30 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.11. Вращатель экстрактора, диаметр 3,5 - 5,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со стержнями экстрактора, защитными гильзами экстрактора, рукоятками экстрактора для извлечения винтов диаметром 3,5 – 5,0 мм из организма пациента. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
150,00 ± 3,00	7,80 ± 0,50	13,60 ± 1,00	10,00 ± 0,50	61,90 ± 20,00 %

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.12. Вращатель экстрактора, диаметр 5,5 - 7,3 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со стержнями экстрактора, защитными гильзами экстрактора, рукоятками экстрактора для извлечения винтов диаметром 5,5 – 7,3 мм из организма пациента. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
151,00 ± 3,00	10,00 ± 0,50	14,60 ± 1,00	10,00 ± 0,50	61,00 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.13. Гильза защитная для экстрактора

Используется вместе со стержнями экстрактора, вращателями экстрактора, рукоятками экстрактора для извлечения винтов из организма пациента. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, г
122,00 ± 4,00	95,90 ± 4,00	12,00 ± 0,50	13,00 ± 0,50	133,80 ± 20,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.14. Долото

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	Масса, г
190,00 ± 3,00	90,00 ± 3,00	8,00 ± 1,00	19,00 ± 0,50	79,70 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.15. Зажим отвинчивающийся

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, г
205,00 ± 5,00	57,40 ± 5,00	30,00 ± 3,00	6,40 ± 2,00	267,30 ± 15,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.16. Ключ Т-образный SW1,2

Изделие рассчитано на использование вместе с Т-образной быстроразъемной рукояткой для ввинчивания винтов с шестигранным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	D, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	34,00 ± 1,00	1,20 ± 0,20	1,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20	4,60 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.19.17. Ключ Т-образный SW1,5

Изделие рассчитано на использование вместе с Т-образной быстроразъемной рукояткой для ввинчивания винтов с шестигранным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функциональиого назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	D, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	34,00 ± 1,00	1,50 ± 0,20	1,50 ± 0,20	4,50 ± 0,20	4,60 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.18. Ключ торцевой, диаметр 8,0 мм / 7,2 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с головкой соответствующей формы и размеров. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	7,20 ± 0,50	6,00 ± 0,50	4,50 ± 0,20	8,00 ± 0,50	21,10 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.19. Ключ торцевой SW6

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестигранной головкой соответствующих размеров. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	6,00 ± 0,50	6,00 ± 0,50	4,50 ± 0,20	20,00 ± 25,00 %

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.20. Ключ торцевой SW7

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестигранной головкой соответствующих размеров. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	7,00 ± 0,50	6,00 ± 0,50	4,50 ± 0,20	21,20 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.21. Ключ торцевой SW8

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестигранной головкой соответствующих размеров. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	8,00 ± 0,50	6,00 ± 0,50	4,50 ± 0,20	22,80 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.22. Крючок острый

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
155,80 ± 3,00	7,50 ± 3,00	4,00 ± 0,20	17,70 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.19.23. Отвертка прямошлицевая 0,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с прямым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	D, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	34,00 ± 1,00	0,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20	5,90 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.24. Отвертка прямошлицевая 0,8 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с прямым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	73,30 ± 2,00	0,80 ± 0,10	6,00 ± 0,50	4,50 ± 0,20	17,30 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.25. Рукоятка быстроразъемная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.3.27 настоящего документа.

4.19.26. Рукоятка быстроразъёмная для стержней

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.28 настоящего документа.


4.19.27. Рукоятка быстроразъемная, Т-образная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.29 настоящего документа.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.19.28. Рукоятка трепана, диаметр 3,5 мм / 4,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками, резьбовыми штифтами и трепанами диаметром 3,5 мм / 4,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	5,00 ± 0,20	6,00 ± 0,20	4,50 ± 0,20	8,20 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.29. Рукоятка трепана, диаметр 4,5 мм / 5,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками, резьбовыми штифтами и трепанами диаметром 4,5 мм / 5,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	6,00 ± 0,20	6,90 ± 0,50	4,50 ± 0,20	9,90 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.30. Рукоятка трепана, диаметр 6,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками, резьбовыми штифтами и трепанами диаметром 6,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	8,00 ± 0,50	8,90 ± 0,50	4,50 ± 0,20	13,60 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.31. Рукоятка экстрактора

Изделие рассчитано на использование вместе со стержнями экстрактора. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	Диаметр резьбы (M10), мм	Масса, г
90,00 ± 1,00	54,00 ± 1,00	28,60 ± 1,00	10,00 ± 0,10	72,20 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.32. Стержень крестовой отвертки 0,5 мм / диаметр 2,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с крестообразным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	0,50 ± 0,10	2,50 ± 0,20	4,50 ± 0,20	2,50 ± 0,20	4,60 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.33. Стержень крестовой отвертки 0,5 мм / диаметр 3,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с крестообразным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	0,50 ± 0,10	3,50 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20	5,90 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.34. Стержень отвертки Stardrive, диаметр 2,1 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
60,00 ± 2,00	2,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20	1,50 ± 0,10	2,10 ± 0,10	6,20 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.35. Стержень отвертки Stardrive, диаметр 2,6 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	2,60 ± 0,20	4,50 ± 0,20	1,90 ± 0,10	2,60 ± 0,10	6,40 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.19.36. Стержень отвертки Stardrive, диаметр 3,1 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	3,10 ± 0,20	6,00 ± 0,50	4,50 ± 0,20	2,20 ± 0,10	3,10 ± 0,10	17,20 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.37. Стержень отвертки Stardrive, диаметр 3,7 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	3,70 ± 0,10	6,00 ± 0,50	4,50 ± 0,20	2,60 ± 0,20	3,70 ± 0,20	17,40 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.38. Стержень отвертки Stardrive T10

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	2,75 ± 0,20	6,00 ± 0,50	4,50 ± 0,20	2,05 ± 0,20	2,75 ± 0,20	16,90 ± 25,00 %


td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.39. Стержень отвертки Stardrive T15

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	3,28 ± 0,20	6,00 ± 0,50	4,50 ± 0,20	2,34 ± 0,20	3,28 ± 0,20	17,20 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.40. Стержень отвертки Stardrive T20

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	3,90 ± 0,20	6,00 ± 0,50	4,50 ± 0,20	3,90 ± 0,20	2,85 ± 0,20	17,50 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.41. Стержень отвертки Stardrive T25

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	4,50 ± 0,20	6,00 ± 0,50	4,50 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	18,00 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.42. Стержень отвертки Stardrive T30

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	5,55 ± 0,20	6,00 ± 0,50	4,50 ± 0,20	5,55 ± 0,20	4,00 ± 0,20	18,10 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.43. Стержень отвертки Stardrive T4

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	1,35 ± 0,20	3,50 ± 0,20	4,50 ± 0,20	1,00 ± 0,10	1,35 ± 0,10	4,90 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.44. Стержень отвертки Stardrive T6

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
60,00 ± 2,00	1,72 ± 0,20	4,50 ± 0,20	1,24 ± 0,10	1,72 ± 0,10	6,10 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.45. Стержень отвертки Stardrive T8

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
60,00 ± 2,00	2,32 ± 0,20	4,50 ± 0,20	1,72 ± 0,10	2,32 ± 0,10	6,30 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.46. Стержень шестигранного ключа SW1,5

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестигранным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
60,00 ± 2,00	1,50 ± 0,50	1,50 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,00 ± 30,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.47. Стержень шестигранного ключа SW2

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестигранным углублением соответствующего размера в

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
60,00 ± 2,00	2,00 ± 0,50	2,00 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,20 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.48. Стержень шестигранного ключа SW2,5

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестигранным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	2,50 ± 0,50	2,50 ± 0,20	6,00 ± 0,50	4,50 ± 0,20	17,10 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.49. Стержень шестигранного ключа SW3

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестигранным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	3,00 ± 0,50	3,00 ± 0,20	6,00 ± 0,50	4,50 ± 0,20	17,30 ± 25,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.19.50. Стержень шестигранного ключа SW3,5

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестигранным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	3,50 ± 0,50	3,50 ± 0,20	6,00 ± 0,50	4,50 ± 0,20	17,80 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.51. Стержень шестигранного ключа SW4

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестигранным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	4,00 ± 0,50	4,00 ± 0,20	6,00 ± 0,50	4,50 ± 0,20	18,10 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.52. Стержень шестигранного ключа SW4,5

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестигранным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	4,50 ± 0,50	4,50 ± 0,20	6,00 ± 0,50	4,50 ± 0,20	18,40 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.53. Стержень шестигранного ключа SW5

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов и рассчитано для ввинчивания винтов с шестигранным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
100,00 ± 2,00	5,00 ± 0,50	5,00 ± 0,20	6,00 ± 0,50	4,50 ± 0,20	18,50 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.54. Трепан, диаметр 1,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов для извлечения из организма пациента сломанных костных винтов диаметром 1,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
50,00 ± 1,00	24,00 ± 1,00	2,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	1,50 ± 0,50	3,70 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.55. Трепан, диаметр 2,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов для извлечения из организма пациента сломанных костных винтов диаметром 2,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



td. Все права защищены.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
50,00 ± 1,00	24,00 ± 1,00	3,30 ± 0,20	4,50 ± 0,20	2,00 ± 0,50	3,70 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.56. Трепан, диаметр 2,7 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками наборов для извлечения из организма пациента сломанных костных винтов диаметром 2,7 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	34,00 ± 1,00	4,00 ± 0,20	4,50 ± 0,20	2,70 ± 0,50	4,80 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.57. Трепан, диаметр 3,5 мм / 4,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с рукояткой трепана и резьбовым штифтом соответствующего размера для извлечения из организма пациента сломанных костных винтов диаметром 3,5 мм / 4,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
70,00 ± 2,00	6,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,00 ± 0,20	6,40 ± 30,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.58. Трепан, диаметр 4,5 мм / 5,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с рукояткой трепана и резьбовым штифтом соответствующего размера для извлечения из организма пациента сломанных костных винтов диаметром 4,5 мм / 5,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

Компания «Ухань Майндрэй Саинтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
70,00 ± 2,00	7,00 ± 0,20	6,90 ± 0,50	5,30 ± 0,20	7,90 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.59. Трепан, диаметр 6,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с рукояткой трепана и резьбовым штифтом соответствующего размера для извлечения из организма пациента сломанных костных винтов диаметром 6,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
70,00 ± 2,00	9,00 ± 0,20	7,30 ± 0,50	8,90 ± 0,50	10,50 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.60. Шило

Изделие рассчитано на использование вместе с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
160,00 ± 3,00	36,00 ± 2,00	6,00 ± 0,20	4,50 ± 0,20	25,60 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.61. Штифт резьбовой для трепана диаметром 3,5 мм / 4,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с трепанами диаметром 3,5 мм / 4,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
80,00 ± 2,00	3,50 ± 0,20	4,50 ± 0,20	2,50 ± 0,20	5,80 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.62. Штифт резьбовой для трепана диаметром 4,5 мм / 5,0 мм


Изделие рассчитано на использование вместе с трепанами диаметром 4,5 мм / 5,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
80,00 ± 2,00	4,50 ± 0,20	5,30 ± 0,20	3,00 ± 0,20	9,10 ± 30,00 %

4.19.63. Штифт резьбовой для трепана диаметром 6,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с трепаном диаметром 6,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г
82,00 ± 2,00	4,50 ± 0,20	7,30 ± 0,50	5,00 ± 0,20	11,30 ± 25,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.64. Стержень экстрактора, диаметр 3,5 мм / 4,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с рукояткой экстрактора для извлечения из организма пациента сломанных костных винтов диаметром 3,5 мм / 4,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
60,00 ± 1,00	6,00 ± 0,20	4,50 ± 0,20	8,80 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.65. Стержень экстрактора, диаметр 4,5 мм / 5,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с рукояткой экстрактора для извлечения из организма пациента сломанных костных винтов диаметром 4,5 мм / 5,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
80,00 ± 2,00	7,00 ± 0,50	4,50 ± 0,20	13,00 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.66. Стержень экстрактора, диаметр 6,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с рукояткой экстрактора для извлечения из организма пациента сломанных костных винтов диаметром 6,5 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
80,00 ± 2,00	8,80 ± 0,50	4,50 ± 0,20	19,20 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.19.67. Кейс набора инструментов для извлечения имплантатов

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
386,00 ± 5,00	229,00 ± 5,00	67,00 ± 5,00	2600,00 ± 10,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для извлечения имплантатов.

4.20. Специальный набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS

Данный набор рассчитан на использование при имплантации пластин производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) для внутренней фиксации проксимального отдела бедренной кости и переломов ствола бедренной кости, он содержит специальные прицельные приспособления для использования на проксимальном отделе бедренной кости. Данный набор может использоваться в комбинации с набором инструментов для имплантации пластин LISS.

4.20.1. Вкладыш направляющей для проксимального конца бедренной кости, левый

Изделие рассчитано на использование вместе с ограничителями вкладыша направляющей для позиционирования пластин LISS при их имплантации в организм пациента. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, г
400,00 ± 6,00	85,00 ± 6,00	126,00 ± 6,00	30,00 ± 1,00	700,00 ± 10,00 %


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:

- Специальный набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS.

4.20.2. Вкладыш направляющей для проксимального конца бедренной кости, правый

Изделие рассчитано на использование вместе с ограничителями вкладыша направляющей для позиционирования пластин LISS при их имплантации в организм пациента. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, г
400,00 ± 6,00	85,00 ± 6,00	29,00 ± 2,00	126,00 ± 6,00	700,00 ± 10,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:

- Специальный набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS.

4.20.3. Кейс специального набора инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
436,00 ± 5,00	206,00 ± 3,00	92,00 ± 2,00	1700,00 ± 10,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:

- Специальный набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS.

 Все права защищены.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.21. Набор инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин

Данный набор рассчитан на использование при имплантации пластин производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) для внутренней фиксации переломов плечевой кости. Данный набор может использоваться в комбинации с набором инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR).

4.21.1. Гильза для сверла LCP, диаметр 2,8 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлом, диаметром 2,8 мм, длиной 160,0 или 230,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
50,00 ± 1,00	6,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30	5,20 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин.

4.21.2. Гильза прицельного устройства для сверла, диаметр 5,0 мм / 2,9 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлом, диаметром 2,9 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
60,00 ± 3,00	5,00 ± 0,30	2,90 ± 0,30	8,60 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин.

4.21.3. Втулка сверлильная для направляющей спицы, диаметр 2,9 мм / 1,6 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с направляющими спицами диаметром 1,6 мм и длиной 150,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
70,00 ± 3,00	2,90 ± 0,30	7,50 ± 0,50	1,60 ± 0,30	6,20 ± 30,00 %


Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин.

4.21.4. Гильза центрирующая для прицельного устройства, диаметр 6,0 мм / 5,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с прицельными устройствами для проксимальной плечевой пластины набора. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
47,00 ± 0,50	6,00 ± 0,30	3,50 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин.

4.21.5. Глубиномер

Изделие используется для измерения глубины отверстий под костные винты. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
80,00 ± 1,00	10,00 ± 0,30	24,40 ± 25,00 %	от 10 до 60 мм	1 мм

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин.

4.21.6. Зонд длины

Изделие используется в качестве самостоятельного ручного инструмента для измерения длины. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
232,00 ± 3,00	23,00 ± 3,00	2,50 ± 0,20	123,60 ± 20,00 %	от 26 до 74 мм	2 мм

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:

td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Набор инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин.

4.21.7. Устройство прицельное для проксимальной плечевой пластины I

Изделие используется в вместе с центрирующими гильзами для позиционирования проксимальных плечевых пластин при их установке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	Масса, г
54,50 ± 1,00	20,20 ± 0,50	21,50 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин.

4.21.8. Устройство прицельное для проксимальной плечевой пластины II

Изделие используется в вместе с центрирующими гильзами для позиционирования проксимальных плечевых пластин при их установке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	Масса, г
43,20 ± 1,00	20,20 ± 0,50	19,00 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин.

4.21.9. Шаблон

Изделие рассчитано на использование вместе с проксимальными плечевыми пластинами длиной до 113,50 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	Масса, г
113,50 ± 3,00	19,20 ± 0,50	3,60 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.21.10. Шаблон длинный

Изделие рассчитано на использование вместе с проксимальными плечевыми пластинами длиной до 284,50 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	Масса, г
284,50 ± 3,00	18,00 ± 0,50	7,20 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин.

4.21.11. Лоток набора инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
300,00 ± 5,00	180,00 ± 3,00	38,00 ± 2,00	1300,00 ± 10,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин.

4.22. Специальный набор инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA


Данный набор рассчитан на использование при имплантации пластин MR-VA с диаметром отверстий 2,4 мм, и винтов MR-VA диаметром 2,4 мм производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) для внутренней фиксации дистальных переломов лучевой кости. Данный набор может использоваться в комбинации с набором инструментов для имплантации блокируемых минипластин, с набором инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,4 мм.

4.22.1. Блок направляющий 19,5 мм, 6 отверстий, левый

Изделие используется для позиционирования направления инструмента при установке пластин для остеосинтеза соответствующего размера. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	Масса, г
18,00 ± 2,00	6,00 ± 2,00	6,10 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Специальный набор инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA.

4.22.2. Блок направляющий 19,5 мм, 6 отверстий, правый

Изделие используется для позиционирования направления инструмента при установке пластин для остеосинтеза соответствующего размера. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
18,00 ± 1,00	5,80 ± 1,00	13,00 ± 1,00	5,30 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Специальный набор инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA.

4.22.3. Блок направляющий 22,0 мм, 6 отверстий, левый

Изделие используется для позиционирования направления инструмента при установке пластин для остеосинтеза соответствующего размера. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
20,00 ± 1,00	6,00 ± 1,00	14,00 ± 1,00	6,60 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Специальный набор инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA.

4.22.4. Блок направляющий 22,0 мм, 6 отверстий, правый

Изделие используется для позиционирования направления инструмента при установке пластин для остеосинтеза соответствующего размера. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
18,00 ± 1,00	5,80 ± 1,00	13,00 ± 1,00	6,60 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Специальный набор инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA.

4.22.5. Блок направляющий 25,5 мм, 7 отверстий, левый

Изделие используется для позиционирования направления инструмента при установке пластин для остеосинтеза соответствующего размера. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
23,00 ± 1,00	5,90 ± 1,00	16,00 ± 1,00	8,00 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Специальный набор инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA.

4.22.6. Блок направляющий, 25,5 мм, 7 отверстий, правый

Изделие используется для позиционирования направления инструмента при установке пластин для остеосинтеза соответствующего размера. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
23,00 ± 1,00	5,90 ± 1,00	16,00 ± 1,00	8,00 ± 30,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Специальный набор инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA.

4.22.7. Гильза для сверла 2,4 VA-LCP

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлами и костными винтами диаметром 2,4 мм для фиксации пластин. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

 Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	Масса, г
150,00 ± 2,00	40,00 ± 2,00	33,20 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Специальный набор инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA.

4.22.8. Гильза для сверла с крутой винтовой канавкой

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлами диаметром 1,8 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
53,00 ± 1,00	3,50 ± 0,50	8,00 ± 0,50	9,40 ± 30,00 %	от 6 до 30 мм	4 мм

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Специальный набор инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA.

4.22.9. Лоток специального набора инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
207,00 ± 5,00	142,00 ± 5,00	68,00 ± 5,00	700,00 ± 10,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Специальный набор инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.23. Специальный набор инструментов для имплантации пластин MR-VA с отверстием 2,7 мм

Данный набор рассчитан на использование при имплантации пластин MR-VA с диаметром отверстий 2,7 мм, и винтов MR-VA диаметром 2,7 мм производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) для внутренней фиксации переломов плечевой кости. Данный набор может использоваться в комбинации с набором инструментов для имплантации блокируемых минипластин, с набором инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,7 мм.

4.23.1. Гильза для сверла 2,7 VA-LCP

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлами и костными винтами диаметром 2,7 мм для фиксации пластин. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	Масса, г
150,00 ± 400	40,00 ± 2,00	35,30 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Специальный набор инструментов для имплантации пластин MR-VA с отверстием 2,7 мм.

4.23.2. Отвертка Stardrive T8 с ограничением крутящего момента 1,2 Н·м

Изделие рассчитано для ввинчивания винтов с шестилучевым углублением соответствующего размера в головке и обеспечивает защиту головки винта от повреждения в случае непреднамеренного превышения усилия вращения. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
167,50 ± 2,00	83,40 ± 2,00	28,00 ± 1,00	5,00 ± 1,00	189,70 ± 20,00 %
D2, мм	**D3, мм**	**D4, мм**	**D5, мм**	**Крутящий момент, Н·м**
4,00 ± 1,00	2,60 ± 1,00	2,27 ± 0,50	1,67 ± 0,50	не более 1,2


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Специальный набор инструментов для имплантации пластин MR-VA с отверстием 2,7 мм.

4.23.3. Лоток специального набора инструментов для имплантации пластин MR-VA 2,7 мм

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

 Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



L, мм	B, мм	H, мм	Масса, г
192,00 ± 3,00	142,00 ± 3,00	47,00 ± 3,00	575,30 ± 15,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Специальный набор инструментов для имплантации пластин MR-VA с отверстием 2,7 мм.

4.24. Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS

Данный набор рассчитан на использование при имплантации пластин LISS производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) для внутренней фиксации переломов проксимального отдела бедренной кости и переломов ствола бедренной кости. Он в основном используется для имплантации и извлечения канюлированных винтов на проксимальном конце бедренной кости Данный набор может использоваться в комбинации с набором инструментов для имплантации пластин LISS.

4.24.1. Болт фиксирующий для вкладыша направляющей, диаметр 6,5 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со вкладышами направляющей бедренной кости. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
156,00 ± 3,00	13,50 ± 0,50	8,40 ± 0,50	77,00 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS.

4.24.2. Сверло канюлированное, диаметр 5,0 мм, длина 350,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с медицинской электрической дрелью с трехкулачковым сверлильным патроном или, в случае необходимости, совместно с быстроразъемными рукоятками. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
350,00 ± 5,00	25,00 ± 5,00	5,00 ± 0,20	33,00 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS.

4.24.3. Гильза для сверла, диаметр 5,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлами и костными винтами диаметром 5,0 мм для фиксации пластин. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
155,00 ± 3,00	14,00 ± 0,50	8,70 ± 0,50	55,50 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS.

4.24.4. Гильза защитная, диаметр 8,7 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с троакаром диаметром 8,7 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
125,00 ± 2,00	21,40 ± 1,00	10,00 ± 0,50	8,70 ± 0,50	12,40 ± 1,00	27,70 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS.

4.24.5. Втулка сверлильная для направляющей спицы диаметром 2,8 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с направляющей спицей с резьбовым концом диаметром 2,8 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
156,00 ± 3,00	8,70 ± 0,50	14,00 ± 0,50	74,30 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS.

4.24.6. Метчик канюлированный, диаметр 6,5 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	Масса, г
260,00 ± 3,00	68,00 ± 5,00	90,00 ± 1,00	6,50 ± 0,50	103,30 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS.

4.24.7. Ограничитель, диаметр 5,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлами диаметром 5,0 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
12,00 ± 0,50	16,00 ± 0,50	14,80 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS.

4.24.8. Отвёртка шестигранная канюлированная SW4,0

Изделие рассчитано для ввинчивания винтов с шестигранным углублением соответствующего размера в головке. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	D, мм	Масса, г
260,00 ± 3,00	165,00 ± 2,00	4,00 ± 0,20	22,60 ± 3,00	4,00 ± 0,50	2,80 ± 0,50	130,10 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS.

4.24.9. Спица направляющая с резьбовым концом, диаметр 2,8 мм, длина 350,0 мм

Изделие рассчитано на использование вместе со сверлильной втулкой для направляющей спицы. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
350,00 ± 5,00	2,80 ± 0,20	16,60 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS.

4.24.10. Стилет для очистки

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, г
400,00 ± 5,00	25,00 ± 0,50	2,80 ± 0,20	19,30 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS.

4.24.11. Троакар, диаметр 8,7 мм

Изделие рассчитано на использование вместе с защитной гильзой диаметром 8,7 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	Масса, г
162,00 ± 3,00	136,00 ± 2,00	14,00 ± 0,50	8,70 ± 0,50	83,50 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS.

4.24.12. Устройство для измерения направляющей спицы

Изделие рассчитано на использование вместе с направляющими спицами диаметром 3,0 мм и длиной 250 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
191,00 ± 3,00	3,50 ± 0,30	5,00 ± 0,30	40,50 ± 25,00 %	от 0 до 130 мм	5 мм

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS.

4.24.13. Кейс набора инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
426,00 ± 5,00	236,00 ± 3,00	72,00 ± 5,00	1950,00 ± 10,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS.

4.25. Набор инструментов для имплантации пластин OSTO

Данный набор рассчитан на использование при имплантации и извлечении пластин OSTO производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) для остеотомии коленного сустава.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.25.1. Сверло, диаметр 3,2 мм, длина 195,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.4.1 настоящего документа.

4.25.2. Сверло, диаметр 4,3 мм, длина 221,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.4.3 настоящего документа.

4.25.3. Винт извлекающий 3,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.22 настоящего документа.

4.25.4. Гильза для направляющей спицы диаметром 2,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.4 настоящего документа.

4.25.5. Гильза для сверла диаметром 4,3 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.5 настоящего документа.

4.25.6. Глубиномер 5,0 мм


Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.6 настоящего документа.

4.25.7. Долото для остеотомии 10 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза.

Данное изделие не рассчитано на выполнение измерений, мерная шкала на изделии используется для ориентировочного наблюдения за глубиной проникновения инструмента.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
240,00 ± 3,00	20,00 ± 0,50	10,00 ± 0,50	77,30 ± 20,00 %	от 0 до 110 мм	10 мм

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.


4.25.8. Долото для остеотомии 15 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие не рассчитано на выполнение измерений, мерная шкала на изделии используется для ориентировочного наблюдения за глубиной проникновения инструмента.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
240,00 ± 3,00	20,00 ± 0,50	15,00 ± 0,50	86,10 ± 20,00 %	от 0 до 110 мм	10 мм


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

4.25.9. Долото для остеотомии 20 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза.

Данное изделие не рассчитано на выполнение измерений, мерная шакла на изделии используется для ориентировочного наблюдения за глубиной проникновения инструмента.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
240,00 ± 3,00	20,00 ± 0,50	93,20 ± 20,00 %	от 0 до 110 мм	10 мм


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

4.25.10. Долото для остеотомии 25 мм

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза.

Данное изделие не рассчитано на выполнение измерений, мерная шакла на изделии используется для ориентировочного наблюдения за глубиной проникновения инструмента.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
240,00 ± 3,00	25,00 ± 0,50	118,70 ± 20,00 %	от 0 до 110 мм	10 мм

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.25.11. Стержень метчика, диаметр 4,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.11 настоящего документа.

4.25.12. Направляющая сверла универсальная, диаметр 4,5 мм /3,2 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.14 настоящего документа.

4.25.13. Ограничитель, диаметр 4,3 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.20.12 настоящего документа.

4.25.14. Отвертка Stardrive T25


Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.15 настоящего документа.

4.25.15. Отвертка Stardrive T25 с ограничением крутящего момента 4,0 Н·м

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.4.16 настоящего документа.

4.25.16. Расширитель кости

Изделие рассчитано на использование вместе с молотком. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
130,00 ± 3,00	67,00 ± 2,00	226,70 ± 15,00 %	от 5 до 20°	1°

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

4.25.17. Расширитель кости с мягкой блокировкой

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента в процессе хирургической операции по установке или извлечению имплантатов для остеосинтеза. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU td. Все права защищены.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
214,00 ± 3,00	81,00 ± 3,00	95,00 ± 3,00	174,90 ± 20,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

4.25.18. Рукоятка быстроразъёмная для стержней


Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены п. 4.3.28 настоящего документа.

4.25.19. Спица направляющая, диаметр 2,0 мм, длина 280,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.4.20 настоящего документа.

4.25.20. Спица направляющая, диаметр 2,5 мм, длина 280,0

Используется в качестве ручного инструмента самостоятельно или совместно с направляющими и гильзами соответствующих размеров для позиционирования направления и определения положения других инструментов и имплантатов. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	D, мм	Масса, г
280,00 ± 3,00	2,50 ± 0,30	10,80 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

4.25.21. Стержень

Изделие рассчитано на использование вместе с большими и малыми штативами для выравнивающего стержня. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	D, мм	Диаметр резьбы (M7), мм	Масса, г
200,00 ± 2,00	8,00 ± 0,50	7,00 ± 0,10	13,50 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

4.25.22. Стержень выравнивающий

Изделие рассчитано на использование вместе с большими и малыми штативами для выравнивающего стержня. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	D, мм	Масса, г
370,00 ± 3,00	10,00 ± 3,00	4,95 ± 0,30	54,00 ± 20,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

4.25.23. Стержень отвертки Stardrive T25

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.4.21 настоящего документа.

4.25.24. Устройство для измерения остеотомического зазора

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента для измерения остеотомического зазора. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	Масса, г	Пределы измерения	Шаг измерения (цена деления)
117,50 ± 3,00	20,00 ± 0,50	77,10 ± 20,00 %	от 5 до 16 мм	0,5 мм


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

4.25.25. Штатив для выравнивающего стержня, большой

Изделие рассчитано на использование вместе со стержнями и выравнивающими стержнями, а также вместе с малыми штативами для выравнивающего стержня. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

 Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




L, мм	L1, мм	α, °	Масса, г
113,60 ± 3,00	149,00 ± 3,00	70	25,40 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

4.25.26. Штатив для выравнивающего стержня, малый

Изделие рассчитано на использование вместе со стержнями и выравнивающими стержнями, а также вместе с большими штативами для выравнивающего стержня. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	Масса, г
72,00 ± 2,00	10,00 ± 0,50	7,70 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

4.25.27. Кейс набора инструментов для имплантации пластин OSTO

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
459,00 ± 5,00	215,00 ± 3,00	83,30 ± 3,00	2600,00 ± 10,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации пластин OSTO.

4.26. Набор инструментов для имплантации блокируемых пяточных пластин

Данный набор рассчитан на использование при имплантации и извлечении пластин производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) для внутренней фиксации перелома пяточной кости Данный набор может использоваться в комбинации с набором инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR).

4.26.1. Ключ для ручной правки

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента для сгибания и выравнивания пластин для остеосинтеза с диаметром отверстий 2,4 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	Масса, г
80,00 ± 2,00	6,00 ± 0,50	16,80 ± 25,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых пяточных пластин.

4.26.2. Кусачки для пластин

Изделие рассчитано на использование в качестве самостоятельного ручного инструмента для обрезания пластин. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, г
173,90 ± 3,00	91,30 ± 3,00	45,00 ± 2,00	21,30 ± 2,00	276,20 ± 15,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых пяточных пластин.

td. Все права защищены.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.26.3. Плоскогубцы гибочные

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены в п. 4.7.9 настоящего документа.

4.26.4. Шаблон 64 мм

Изделие используется в качестве шаблона в процессе хирургической операции по установке пяточных пластин для остеосинтеза размером 64 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
64,00 ± 1,00	51,30 ± 1,00	1,00 ± 0,20	3,30 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых пяточных пластин.

4.26.5. Шаблон 69 мм

Изделие используется в качестве шаблона в процессе хирургической операции по установке пяточных пластин для остеосинтеза размером 69 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
69,00 ± 1,00	53,80 ± 1,00	1,00 ± 0,20	3,30 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых пяточных пластин.

4.26.6. Шаблон 76 мм

Изделие используется в качестве шаблона в процессе хирургической операции по установке пяточных пластин для остеосинтеза размером 76 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
76,00 ± 1,00	53,80 ± 1,00	1,00 ± 0,20	3,50 ± 30,00 %

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых пяточных пластин.

4.26.7. Шаблон 81 мм

Изделие используется в качестве шаблона в процессе хирургической операции по установке пяточных пластин для остеосинтеза размером 81 мм. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
81,00 ± 1,00	53,40 ± 1,00	1,00 ± 0,20	3,50 ± 30,00 %

Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых пяточных пластин.

4.26.8. Лоток набора инструментов для имплантации блокируемых пяточных пластин

Изделие рассчитано для хранения инструментов между операциями. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
250,00 ± 3,00	155,00 ± 3,00	33,00 ± 3,00	550,00 ± 15,00 %


Данное изделие предусмотрено в комплекте следующих наборов:
- Набор инструментов для имплантации блокируемых пяточных пластин.

4.27. Характеристики принадлежностей наборов

4.27.1. Малый ящик для винтов (MR)

Изделие рассчитано для хранения костных винтов для фиксации пластин до начала операции. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
d. Все права защищены.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
240,00 ± 5,00	120,00 ± 5,00	100,00 ± 5,00	750,00 ± 10,00 %

4.27.2. Большой ящик для винтов (MR)


Изделие рассчитано для хранения костных винтов для фиксации пластин до начала операции. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
240,00 ± 5,00	120,00 ± 5,00	110,00 ± 5,00	750,00 ± 10,00 %

4.27.3. Малый ящик для базовых винтов

Изделие рассчитано для хранения костных винтов для фиксации пластин до начала операции. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.




L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
210,00 ± 5,00	108,00 ± 5,00	98,00 ± 5,00	465,00 ± 15,00 %

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.27.4. Большой ящик для базовых винтов

Изделие рассчитано для хранения костных винтов для фиксации пластин до начала операции. Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
235,00 ± 5,00	118,00 ± 5,00	96,00 ± 5,00	553,50 ± 15,00 %

5. Сведения о материалах медицинского изделия и видах контакта с пациентом

5.1. Материалы для изготовления изделий

Изделия набора инструментов изготавливаются из безопасных для пациента материалов. Материалы, применяемые для изготовления изделий, рассчитанных на использование в контакте с организмом человека, также обладают устойчивостью к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма, с которыми они контактируют в процессе эксплуатации, длительный клинический опыт применения таких материалов, показал, что при условии их надлежащего использования можно ожидать приемлемый уровень биологической реакции организма.

Материалы, применяемые для изготовления изделий, широко используются в медицине для изготовления хирургических инструментов, различных медицинских изделий и для изготовления имплантатов.

Для изготовления изделий используются следующие материалы, как по-отдельности, так и в комбинации:

- Аустенитная нержавеющая сталь марки 00Cr18Ni14Mo3, производства Shanghai Sukang Medical Special Metal Materials Co., Ltd. (Шанхай Сукан Медикал Спешл Метал Материалс Ко., Лтд.), Китай.
- Мартенситная нержавеющая сталь марки 05Cr17Ni4Cu4Nb, производства Changzhou Kaixiang Medical Stainless Steel Co., Ltd. (Чанчжоу Кайсян Медикал Стейнлес Стил Ко., Лтд.), Китай.
- Нержавеющая сталь марки 06Cr19Ni10, производства Guangdong Guangqing Metal Technology Co., Ltd. (Гуандонг Гуанкинг Метал Технолоджи Ко., Лтд.), Китай.
- Нержавеющая сталь марки 32Cr13Mo, производства Changzhou Kaixiang Medical Stainless Steel Co., Ltd. (Чанчжоу Кайсян Медикал Стейнлес Стил Ко., Лтд.), Китай.
- Нержавеющая сталь марки 1RK91, производства Zapp Precision Metals (Taicang) Co., Ltd. (Запп Прецишан Металс (Тайсанг) Ко., Лтд.), Китай.
- Нержавеющая сталь марки AISI 317, производства Shanghai Sukang Medical Special Metal Materials Co., Ltd. (Шанхай Сукан Медикал Спешл Метал Материалс Ко., Лтд.), Китай.
- Аустенитная низкоуглеродистая нержавеющая сталь марки AISI 304, производства Zhejiang Aero&Biome Material Company Limited (Жейджанг Аэро анд Биом Материал Компани Лимитед), Китай.
- Нержавеющая сталь марки 420B, производства Gloria Material Technology Corp. (Глориа Материал Технолоджи Корп.), Тайвань.
- Нержавеющая сталь марки 465, производства Carpenter Technology Corporation (Карпентер Технолоджи Корпорейшн), США.

d. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Нержавеющая сталь марки X15TN, производства Zhejiang Aero&Biome Material Company Limited (Жейджанг Аэро анд Биом Материал Компани Лимитед), Китай.
- Никель-титановый сплав марки Ni-Ti-V, производства RenChangNiEtal Co., Ltd. (РенЧангНиЭтал Ко., Лтд.), Китай.
- Коммерчески чистый алюминий марки 1060, производства Changzhou Zhuangcheng Metal Materials Co., Ltd. (Чанчжоу Чжуанчэн Метал Материалс Ко., Лтд.), Китай.
- Алюминиевый сплав марки 6061, производства Changzhou Zhuangcheng Metal Materials Co., Ltd. (Чанчжоу Чжуанчэн Метал Материалс Ко., Лтд.), Китай.
- Полипропилен марки TECAPROMT, производства Ensinger (China) Co., Ltd. (Энсайнер (Чайна) Ко., Лтд.), Китай.
- Полифенилсульфон марки PPSU-300, производства JUNHUA PEEK CO., LTD. (Джунхуа Пик Ко., Лтд.), Китай.
- Цементированный карбид марки YL10.2, производства ZHUZHOU CEMENTED CARBIDE GROUP CO., LTD. (Жужоу Цементед Карбид Гроуп Ко., Лтд.), Китай.
- Титановый сплав марки TC4, производства XI`AN SAITE SIMAI TITANIUM INDUSTRY CO., LTD. (Си`Ан Сайте Симай Титаниум Индастри Ко., Лтд.), Китай.
- Углепластик марки LF-CF/PEEK, производства Jiangsu Junhua Special Engineering Plastic Products Co., Ltd. (Джиангсу Джунхуа Спешал Инжениринг Пластик Продактс Ко., Лтд.), Китай.

Изделия, в зависимости от конструкции, могут быть полностью изготовлены из одного материала, или из двух и более материалов. Изделия, в зависимости от конструкции и предусмотренных целей применения могут быть рассчитанными на контакт с организмом человека, или нет.

На отдельные изделия нанесены цветовые метки при помощи красителя марок серии DUBUIT PL, производства Encres Dubuit SA division Encres Dubuit Shanghai (Анкрэ Дюбуи СА подразделение Анкрэ Дюбуи Шанхай), Китай различных цветов. На частях отдельных изделий закреплены несъемные кольца из силикона марки Silicagel, производства Dongguan Zhengan Silicone Technology Co., Ltd. (Донггуан Женган Силикон Технолоджи Ко., Лтд.), Китай.

Также отдельные изделия оснащены несъемными рукоятками или другими несъемными конструктивными элементами из бакелита (формальдегидной смолы) марки PFCC41, производства Nantong Huawei Insulation Materials Co., Ltd. (Нантонг Хуавей Инсулейшн Материалс Ко., Лтд.), Китай, или силикона марки Silicagel, производства Dongguan Zhengan Silicone Technology Co., Ltd. (Донггуан Женган Силикон Технолоджи Ко., Лтд.), Китай. Данные материалы изготавливаются без использования красителей, технологии обработки материалов являются коммерческой тайной производителей.

Изделия и их конструктивные элементы из коммерчески чистого алюминия марки 1060 и алюминиевого сплава марки 6061, производства Changzhou Zhuangcheng Metal Materials Co., Ltd. (Чанчжоу Чжуанчэн Метал Материалс Ко., Лтд.), Китай, изготавливаются с покрытием различных цветов. Покрытия не имеют красителя. Цвет достигается только за счет процесса гальванического окисления изделий (покрытие анодным оксидированием). Цвет определяется производителем с учётом текущих особенностей производства на момент изготовления партии изделий. Доступные цвета: черный, серебристый (серый); коричневый; небесно-голубой; золотисто-желтый; розово-красный; голубой (цвет морской волны); травяной зелёный.

Маркировка, наносимая непосредственно на изделие, цветовые метки черного цвета, линии разметки длины выполняются без использования красителя, методом лазерной гравировки.

5.2. Классификация контакта с организмом человека

Изделия набора, применяемые в контакте с организмом человека, по характеру контакта относятся к изделиям кратковременного контакта с внутренней средой и тканями организма. Согласно ISO 10993 (ГОСТ Р ИСО 10993-1-2021) изделия имеют следующую классификацию по виду и продолжительности контакта с организмом человека:

Медицинское изделие, присоединяемое извне, контактирующее с мягкими тканями, костью или системой «канал-дентин» (подп. «b», п. 5.2.3 ГОСТ Р ИСО 10993-1-2021); категория А – медицинское изделие кратковременного контакта — общая продолжительность однократного, многократного или непрерывного воздействия которых составляет не более 24 ч (подп. «a» п. 5.3.1 ГОСТ Р ИСО 10993-1-2021).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5.3. Метод стерилизации

Все изделия набора поставляются нестерильными. Все изделия набора инструментов, за исключением кейсов и лотков, должны быть простерилизованы потребителем перед применением. Метод стерилизации – стерилизация влажным теплом.

Инструкции по очистке и стерилизации изделий приведены в инструкции по применению медицинского изделия.

6. Маркировка, упаковка, комплект поставки

6.1. Маркировка медицинского изделия


Маркировка изделия выполняется путём нанесения сведений на изделие, на основную и дополнительную этикетку, прикрепляемую к индивидуальной упаковке каждого изделия, на основную и дополнительную этикетку набора, прикрепляемую к индивидуальной упаковке кейса или лотка набора, а также на этикетку, прикрепляемую к внешней (транспортной) упаковке.

а) Маркировка изделия наносится на его поверхность и содержит:

- надпись «mindray» или «Dragonbio»;
- серийный номер изделия;
- номер изделия по каталогу, присвоенный производителем;
- обозначение типа, типоразмера или номинального размера изделия (при наличии, кроме случаев, указанных далее).



На гильзах, направляющих сверла, рукоятках и других изделиях, которые являются вспомогательными для определенных изделий вместо обозначения собственного типа (типоразмера или номинального размера), возле места соединения наносится обозначение номинального размера совместимого изделия.

На изделиях, которые имеют соединительные втулки, строго предназначенные для изделий определенного вида (а не только определенного размера), дополнительно наносятся условные обозначения совместимых изделий возле соответствующих втулок:




Условное обозначение	Описание
Ø2.5 	Совместимое изделие: Сверло, диаметр 2,5 мм, длина 130,0 мм (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR); Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов)
Ø4.0 	Совместимое изделие: Стержень метчика, диаметр 4,0 мм (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR); Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов)
Ø3.5 	Совместимое изделие: Стержень метчика, диаметр 3,5 мм (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR); Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов)
Ø3.5 	Примечание: В зависимости от вида направляющей, её формы и наличия достаточного свободного места на поверхности, стержень метчика может иметь разные условные обозначения.
Ø4.5 	Совместимое изделие: Стержень метчика, диаметр 4,5 мм (Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR); - Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей; Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS; Набор инструментов для имплантации пластин OSTO)
	Совместимое изделие: Винт кортикальный (Набор имплантатов для остеосинтеза, производства «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» / Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)

 Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Условное обозначение	Описание
Ø3.2 	Совместимое изделие: Сверло, диаметр 3,2 мм, длина 195,0 мм (Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR); Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей; Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS; Набор инструментов для имплантации пластин OSTO)
Ø6.5 	Совместимое изделие: Стержень метчика, диаметр 6,5 мм (Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR); Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей; Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS)
Ф1.1 	Совместимое изделие: Сверло, диаметр 1,1 мм, длина 90,0 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм)
Ф1.5 	Совместимое изделие: Стержень метчика, диаметр 1,5 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм)
Ф1.5 	Совместимое изделие: Сверло, диаметр 1,5 мм, длина 110,0 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,0 мм)
Ф2.0 	Совместимое изделие: Стержень метчика, диаметр 2,0 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,0 мм)
Ø1.8 	Совместимое изделие: Сверло, диаметр 1,8 мм, длина 110 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,4 мм)
Ø2.4 	Совместимое изделие: Стержень метчика, диаметр 2,4 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,4 мм)
Ø2.0 	Совместимое изделие: Сверло, диаметр 2,0 мм, длина 110 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых мини пластин с отверстием 2,7 мм)
Ø2.7 	Совместимое изделие: Стержень метчика, диаметр 2,7 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых мини пластин с отверстием 2,7 мм)
ø1.0 	Совместимое изделие: Спица направляющая, диаметр 1,0 мм, длина 120,00 мм (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм)
ø2.1 	Совместимое изделие: Сверло, диаметр 2,1 мм, длина 120 мм (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм)
ø2.5 	Совместимое изделие: Сверло канюлированное, диаметр 2,5 мм, длина 150,0 мм (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Условное обозначение	Описание
	Совместимое изделие: Сверло, диаметр 2,5 мм, длина 150,0 мм (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
	Совместимое изделие: Стержень метчика, диаметр 3,5 мм (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
	Совместимое изделие: Сверло, диаметр 3,0 мм, длина 150,0 мм (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
	Совместимое изделие: Стержень метчика, диаметр 4,0 мм (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)

При отсутствии на поверхности изделия достаточного свободного места маркировка полностью или частично наносится на основную этикетку, прикрепляемую к индивидуальной упаковке.

Если не указано иное, обозначения номинальных размеров на изделиях указаны в миллиметрах.

б) Основная этикетка с маркировкой крепится на внешнем слое индивидуальной упаковки изделия. Этикетка содержит:

- наименование изделия;
- обозначение типа, типоразмера или номинального размера изделия (при наличии);
- символ «Номер по каталогу» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием присвоенного производителем номера изделия по каталогу;
- символ «Серийный номер» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием присвоенного производителем серийного номера изделия;
- надпись «QTY:», с указанием количества изделий в упаковке;
- символ «Дата изготовления» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием даты изготовления изделия в формате «ГГГГ-ММ-ДД»;
- маркировку CE (знак соответствия требованиям Директивы Совета Европейского союза 93/42/EEC о медицинском оборудовании);
- символ «Нестерильно» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Осторожно!» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- штрих-код и/или QR-код;
- условный номер изделия по нумерации производителя;
- символ «Уполномоченный представитель в Европейском сообществе» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием наименования и адреса уполномоченного представителя производителя;
- логотип производителя;
- символ «Изготовитель» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием наименования, адреса, телефона и факса производителя.

Если не указано иное, обозначения размеров на этикетке указаны в миллиметрах.

в) Дополнительная этикетка крепится на внешнем слое индивидуальной упаковки изделия. Этикетка выполняется на русском языке и содержит следующие сведения:

- наименование изделия и, при наличии, обозначение типа, типоразмера или номинального размера;
- номер и дата регистрационного удостоверения на медицинское изделие (после государственной регистрации медицинского изделия в Российской Федерации).
- символ «Изготовитель» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием наименования и адреса производителя;

 Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- наименование, адрес и телефон уполномоченного представителя производителя в Российской Федерации.

г) Каждый вариант исполнения набора сопровождается основной и дополнительной этикеткой, прикрепляемой к индивидуальной упаковке кейса или лотка набора.

Основная этикетка содержит следующие сведения:

- наименование набора;
- символ «Номер по каталогу» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием присвоенного производителем номера изделия по каталогу;
- символ «Серийный номер» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием присвоенного производителем серийного номера изделия;
- надпись «QTY:», с указанием количества изделий в упаковке;
- символ «Дата изготовления» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием даты изготовления изделия в формате «ГГГГ-ММ-ДД»;
- маркировку CE (знак соответствия требованиям Директивы Совета Европейского союза 93/42/EEC о медицинском оборудовании);
- символ «Нестерильно» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Осторожно!» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- штрих-код и/или QR-код;
- условный номер изделия по нумерации производителя;
- символ «Уполномоченный представитель в Европейском сообществе» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием наименования и адреса уполномоченного представителя производителя;
- логотип производителя;
- символ «Изготовитель» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием наименования, адреса, телефона и факса производителя.

Дополнительная этикетка выполняется на русском языке и содержит следующие сведения:

- наименование набора;
- номер и дата регистрационного удостоверения на медицинское изделие (после государственной регистрации медицинского изделия в Российской Федерации);
- символ «Изготовитель» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием наименования и адреса производителя;
- наименование, адрес и телефон уполномоченного представителя производителя в Российской Федерации.

д) Этикетка на внешней (транспортной) упаковке изделия содержит следующие сведения:

- количество упаковок/общее количество упаковок данного заказа;
- наименование государства-получателя;
- количество изделий в упаковке;
- габаритные размеры упаковки;
- масса нетто изделий;
- масса брутто изделий;
- символ «Изготовитель» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием наименования, адреса и телефона производителя;
- логотип производителя;
- символ «Предел температуры» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием соответствующего диапазона климатических значений транспортирования изделия;
- символ «Диапазон влажности» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием соответствующего диапазона климатических значений транспортирования изделия;
- символ «Не допускать воздействия солнечного света» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Беречь от влаги» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- манипуляционные знаки «Верх» и «Крюками не брать».

На внешнюю (транспортную) упаковку изделия также нанесены манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от солнечных лучей», «Беречь от влаги», «Верх».

6.2. Упаковка медицинского изделия

Изделия в количестве 1 штука упаковываются в индивидуальную упаковку из двух слоев. Внутренний слой – прозрачная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,05 мм. Внешний слой

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

– двухслойная полимерная воздушно-пузырьковая пленка.

Края обоих слоев упаковки запаяны термическим способом с образованием сварного шва на кромке (ширина сварного шва не нормируется).

Индивидуальная упаковка изделия не предназначена для стерилизации. Для того чтобы стерилизовать изделие перед применением потребителю следует извлечь его из всех заводских упаковок и упаковать в соответствии с инструкциями по стерилизации, приведенными в эксплуатационной документации.

Наборы в необходимом количестве оборачиваются в полиэтиленовую пленку или укладываются полиэтиленовый в пакет, а затем помещаются во внешнюю (транспортную) упаковку с надписью «mindray», изготовленную из ячеистого картона толщиной не менее 3,0 мм.

В упаковку также вкладывается упаковочный лист с указанием наименования, количества и номера партии изделия. Свободное пространство внутри упаковки заполняется прокладками из вспененного полиэтилена или двухслойной полимерной воздушно-пузырьковой пленки, препятствующими непреднамеренному перемещению изделий внутри упаковки, и защищающими изделия от механических воздействий в процессе транспортирования. Внешняя упаковка с изделиями оклеивается полиэтиленовой лентой с липким слоем.

6.3. Комплект поставки медицинского изделия

В комплект поставки медицинского изделия, в зависимости от варианта исполнения, входят инструменты, а также лотки и кейсы для них, в количестве и составе, указанном далее.

Каждый набор инструментов сопровождается одним экземпляром инструкции по применению и паспорта на бумажном носителе.

1) Комплект поставки Набора инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR):

Наименование	Количество
Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR), в составе:	
1. Сверло, диаметр 2,0 мм, длина 140,0 мм	2 шт.
2. Сверло, диаметр 2,5 мм, длина 130,0 мм	2 шт.
3. Сверло, диаметр 2,8 мм, длина 160,0 мм	2 шт.
4. Сверло, диаметр 2,8 мм, длина 230,0 мм	2 шт.
5. Сверло, диаметр 3,5 мм, длина 130,0 мм	1 шт.
6. Гильза для сверла диаметром 2,0 мм	2 шт.
7. Гильза для сверла диаметром 2,8 мм	2 шт.
8. Гильза для сверла диаметром 2,8 мм, длина 100,0 мм	2 шт.
9. Гильза защитная, диаметр 2,0 мм	2 шт.
10. Глубиномер 2,7 мм / 2,4 мм	1 шт.
11. Глубиномер 3,5 мм	1 шт.
12. Глубиномер 3,5L	1 шт.
13. Зенкер, диаметр 6,0 мм	1 шт.
14. Ключ для ручной правки (левый)	1 шт.
15. Ключ для ручной правки (правый)	1 шт.
16. Лоток для инструментов (MR)	1 шт.
17. Стержень метчика, диаметр 3,5 мм	1 шт.
18. Стержень метчика, диаметр 4,0 мм	1 шт.
19. Направляющая сверла DCP диаметром 2,5 мм / 2,5 мм	1 шт.
20. Направляющая сверла двойная, диаметр 4,0 мм / 2,5 мм	1 шт.
21. Направляющая сверла универсальная, диаметр 3,5 мм / 2,5 мм	1 шт.
22. Отвертка Stardrive T15	1 шт.
23. Отвертка Stardrive T8	1 шт.
24. Отвертка Stardrive T8 с ограничением крутящего момента 0,8 Н·м	1 шт.
25. Отвертка Stardrive T8 с ограничением крутящего момента 1,5 Н·м	1 шт.
26. Ретрактор 8 мм	1 шт.

d. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Количество
27. Рукоятка быстроразъемная	1 шт.
28. Рукоятка быстроразъёмная для стержней	1 шт.
29. Рукоятка быстроразъемная, Т-образная	1 шт.
30. Спица направляющая, диаметр 1,6 мм, длина 150,0 мм	4 шт.
31. Спица направляющая, диаметр 2,0 мм, длина 150,0 мм	4 шт.
32. Стержень отвертки Stardrive T15	1 шт.
33. Стержень отвертки Stardrive T8	1 шт.
34. Винт извлекающий 2,0 мм	1 шт. (при необходимости)
35. Винт извлекающий, диаметр 2,5 мм	1 шт. (при необходимости)
36. Ключ штифтовой, диаметр 4,5 мм	1 шт. (при необходимости)
37. Крючок острый	1 шт. (при необходимости)
38. Распатор костный 12 мм, плоский	1 шт. (при необходимости)
39. Распатор костный 6,5 мм, плоский	1 шт. (при необходимости)
40. Ретрактор 15 мм	1 шт. (при необходимости)
41. Ретрактор 6 мм	1 шт. (при необходимости)
42. Спица направляющая, с резьбовым концом, диаметр 1,6 мм, длина 150,0 мм	2 шт. (при необходимости)
43. Стержень экстрактора 2,7 мм	1 шт. (при необходимости)
44. Стержень экстрактора 4,0 мм / 3,5 мм	1 шт. (при необходимости)
45. Щипцы редукционные (S)	1 шт. (при необходимости)
46. Щипцы редукционные с зубчатой кремальерой (S)	1 шт. (при необходимости)
47. Щипцы репозиционные самоцентрирующиеся костные (S)	2 шт. (при необходимости)
48. Кейс набора инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR)	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

2) Комплект поставки Набора больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR):

Наименование	Количество
Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR), в составе:	
1. Сверло, диаметр 3,2 мм, длина 195,0 мм	2 шт.
2. Сверло, диаметр 4,5 мм, длина 195,0 мм	1 шт.
3. Сверло, диаметр 4,3 мм, длина 221,0 мм	2 шт.
4. Гильза для направляющей спицы диаметром 2,0 мм	2 шт.
5. Гильза для сверла диаметром 4,3 мм	3 шт.
6. Глубиномер 5,0 мм	1 шт.
7. Зенкер, диаметр 8,0 мм	1 шт.
8. Ключ для ручной правки (левый)	1 шт.
9. Ключ для ручной правки (правый)	1 шт.
10. Лоток набора больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR)	1 шт.
11. Стержень метчика, диаметр 4,5 мм	1 шт.
12. Направляющая сверла DCP диаметром 3,2 мм / 3,2 мм	1 шт.
13. Направляющая сверла двойная, диаметр 6,5 мм / 3,2 мм	1 шт.
14. Направляющая сверла универсальная, диаметр 4,5 мм /3,2 мм	1 шт.
15. Отвертка Stardrive T25	1 шт.
16. Отвертка Stardrive T25 с ограничением крутящего момента 4,0 Н·м	1 шт.
17. Рукоятка быстроразъемная	1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Количество
18. Рукоятка быстроразъёмная для стержней	1 шт.
19. Рукоятка быстроразъемная, Т-образная	1 шт.
20. Спица направляющая, диаметр 2,0 мм, длина 280,0 мм	4 шт.
21. Стержень отвертки Stardrive T25	1 шт.
22. Винт извлекающий 3,5 мм	1 шт. (при необходимости)
23. Ключ штифтовой, диаметр 4,5 мм	1 шт. (при необходимости)
24. Крючок острый	1 шт. (при необходимости)
25. Стержень метчика, диаметр 6,5 мм	1 шт. (при необходимости)
26. Распатор костный 16 мм	1 шт. (при необходимости)
27. Распатор костный 8 мм	1 шт. (при необходимости)
28. Ретрактор 16 мм	1 шт. (при необходимости)
29. Ретрактор 43 мм	1 шт. (при необходимости)
30. Спица направляющая, с резьбовым концом, диаметр 2,0 мм, длина 280,0 мм	3 шт. (при необходимости)
31. Щипцы редукционные, левые	1 шт. (при необходимости)
32. Щипцы редукционные, с зубчатой кремальерой, левые	1 шт. (при необходимости)
33. Щипцы репозиционные костные, самоцентрирующиеся, левые	2 шт. (при необходимости)
34. Стержень экстрактора 4,5 мм	1 шт. (при необходимости)
35. Стержень экстрактора 6,5 мм	1 шт. (при необходимости)
36. Кейс набора больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR)	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

3) Комплект поставки Набора инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов:

Наименование	Количество
Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов, в составе:	
1. Сверло, диаметр 2,5 мм, длина 130,0 мм	2 шт.
2. Сверло, диаметр 3,5 мм, длина 130,0 мм	1 шт.
3. Глубиномер 3,5 мм	1 шт.
4. Зажим, диаметр 3,5 мм, тип 2	1 шт.
5. Зенкер, диаметр 6,0 мм	1 шт.
6. Ключ для ручной правки (левый)	1 шт.
7. Ключ для ручной правки (правый)	1 шт.
8. Стержень метчика, диаметр 3,5 мм	1 шт.
9. Стержень метчика 4,0 мм	1 шт.
10. Направляющая сверла DCP диаметром 2,5 мм / 2,5 мм	1 шт.
11. Направляющая сверла двойная, диаметр 2,5 мм / 3,5 мм	1 шт.
12. Направляющая сверла двойная, диаметр 4,0 мм / 2,5 мм	1 шт.
13. Отвертка шестигранная SW2,5	1 шт.
14. Ретрактор 8 мм	1 шт.
15. Рукоятка быстроразъемная, Т-образная	1 шт.
16. Винт извлекающий, диаметр 2,5 мм	1 шт. (при необходимости)
17. Распатор костный 12 мм, плоский	1 шт. (при необходимости)
18. Распатор костный 6,5 мм, плоский	1 шт. (при необходимости)
19. Ретрактор 15 мм	1 шт. (при необходимости)
20. Рукоятка быстроразъёмная для стержней	1 шт. (при необходимости)
21. Стержень шестигранной отвертки SW2,5	1 шт. (при необходимости)

td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Количество
22. Стержень экстрактора 4,0 мм / 3,5 мм	1 шт. (при необходимости)
23. Щипцы редукционные (S)	1 шт. (при необходимости)
24. Щипцы редукционные с зубчатой кремальерой (S)	1 шт. (при необходимости)
25. Щипцы репозиционные самоцентрирующиеся костные (S)	2 шт. (при необходимости)
26. Кейс набора инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

4) Комплект поставки Набора инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей:

Наименование	Количество
Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей, в составе:	
1. Сверло, диаметр 3,2 мм, длина 195,0 мм	2 шт.
2. Сверло, диаметр 4,5 мм, длина 195,0 мм	1 шт.
3. Глубиномер 5,0 мм	1 шт.
4. Зажим, диаметр 4,5 мм	1 шт.
5. Зенкер, диаметр 8,0 мм	1 шт.
6. Ключ для ручной правки (левый)	1 шт.
7. Ключ для ручной правки (правый)	1 шт.
8. Стержень метчика, диаметр 4,5 мм	1 шт.
9. Стержень метчика, диаметр 6,5 мм	1 шт.
10. Направляющая сверла DCP диаметром 3,2 мм / 3,2 мм	1 шт.
11. Направляющая сверла двойная, диаметр 4,5 мм / 3,2 мм	1 шт.
12. Направляющая сверла двойная, диаметр 6,5 мм / 3,2 мм	1 шт.
13. Отвертка шестигранная SW3,5	1 шт.
14. Рукоятка быстроразъёмная, Т-образная	1 шт.
15. Винт извлекающий 3,5 мм	1 шт. (при необходимости)
16. Распатор костный 16 мм	1 шт. (при необходимости)
17. Распатор костный 8 мм	1 шт. (при необходимости)
18. Ретрактор 16 мм	1 шт. (при необходимости)
19. Ретрактор 43 мм	1 шт. (при необходимости)
20. Рукоятка быстроразъёмная для стержней	1 шт. (при необходимости)
21. Стержень шестигранной отвертки SW3,5	1 шт. (при необходимости)
22. Щипцы редукционные, левые	1 шт. (при необходимости)
23. Щипцы редукционные, с зубчатой кремальерой, левые	1 шт. (при необходимости)
24. Щипцы репозиционные костные, самоцентрирующиеся, левые	2 шт. (при необходимости)
25. Стержень экстрактора 6,5 мм	1 шт. (при необходимости)
26. Кейс набора инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5) Комплект поставки Набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин:

Наименование	Количество
Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин, в составе:	
1. Глубиномер 1,5 мм	1 шт.
2. Глубиномер 2,0 мм	1 шт.
3. Глубиномер 2,7 мм / 2,4 мм	1 шт.
4. Ключ для ручной правки 2,0 мм	2 шт.
5. Ключ для ручной правки 2,7 мм /2,4 мм	2 шт.
6. Крючок острый	2 шт.
7. Отвертка Stardrive T6	1 шт.
8. Отвертка Stardrive T8	1 шт.
9. Плоскогубцы гибочные	2 шт.
10. Отвертка Stardrive T8 с ограничением крутящего момента 0,8 Н·м	1 шт.
11. Распатор костный 3 мм	1 шт.
12. Распатор костный 5 мм	1 шт.
13. Ретрактор 15 мм	1 шт.
14. Ретрактор 6 мм	1 шт.
15. Ретрактор 8 мм	1 шт.
16. Рукоятка быстроразъемная, малая	1 шт.
17. Отвертка Stardrive T6 с ограничением крутящего момента 0,4 Н·м	1 шт.
18. Спица направляющая, диаметр 1,25 мм, длина 150,00 мм	4 шт.
19. Щипцы изгибающие / режущие	2 шт.
20. Щипцы редукционные изогнутые (М)	1 шт.
21. Щипцы редукционные с зубцами (М)	1 шт.
22. Кейс набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

6) Комплект поставки Набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм:

Наименование	Количество
Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм, в составе:	
1. Сверло, диаметр 1,1 мм, длина 90,0 мм	2 шт.
2. Гильза для сверла, диаметр 1,1 мм	2 шт.
3. Зажим для блокирующего винта 1,5 мм	1 шт.
4. Зажим для кортикального винта 1,5 мм	1 шт.
5. Зенкер, диаметр 1,5 мм	1 шт.
6. Ключ для ручной правки 1,5 мм	2 шт.
7. Стержень метчика, диаметр 1,5 мм	1 шт.
8. Направляющая сверла, с короткой резьбой 1,5 мм	8 шт.
9. Направляющая сверла самоцентрирующаяся, диаметр 1,5 мм / 1,1 мм	1 шт.
10. Стержень отвертки Stardrive T4	2 шт.
11. Лоток набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.

td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Количество
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

7) Комплект поставки Набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,0 мм:

Наименование	Количество
Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,0 мм, в составе:	
1. Гильза для сверла, диаметр 1,5 мм	2 шт.
2. Сверло, диаметр 1,5 мм, длина 110,0 мм	2 шт.
3. Зенкер, диаметр 2,0 мм	1 шт.
4. Стержень метчика, диаметр 2,0 мм	2 шт.
5. Направляющая сверла самоцентрирующаяся, диаметр 2,0 мм / 1,5 мм	1 шт.
6. Стержень отвертки Stardrive T6	1 шт.
7. Лоток набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,0 мм	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

8) Комплект поставки Набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,4 мм:

Наименование	Количество
Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,4 мм, в составе:	
1. Сверло, диаметр 1,8 мм, длина 110 мм	2 шт.
2. Зенкер, диаметр 2,7 мм / 2,4 мм	1 шт.
3. Стержень метчика, диаметр 2,4 мм	1 шт.
4. Направляющая сверла самоцентрирующаяся, диаметр 2,4 мм / 1,8 мм	1 шт.
5. Направляющая сверла диаметром 1,8 мм	2 шт.
6. Стержень отвертки Stardrive T8	1 шт.
7. Лоток набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,4 мм	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

9) Комплект поставки Набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,7 мм:

Наименование	Количество
Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,7 мм, в составе:	
1. Сверло, диаметр 2,0 мм, длина 110 мм	2 шт.
2. Стержень метчика, диаметр 2,7 мм	1 шт.
3. Направляющая сверла самоцентрирующаяся, диаметр 2,7 мм / 2,0 мм	1 шт.

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Количество
4. Направляющая сверла, диаметр 2,0 мм	2 шт.
5. Лоток набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,7 мм	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

10) Комплект поставки Набора для имплантации минипластин:

Наименование	Количество
Набор для имплантации минипластин, в составе	
1. Сверло, диаметр 1,5 мм, длина 120,0 мм	2 шт.
2. Гильза для сверла, диаметр 1,5 мм	1 шт.
3. Гильза компрессионная для сверла, диаметр 1,5 мм	1 шт.
4. Глубиномер	1 шт.
5. Ключ для ручной правки (левый)	1 шт.
6. Ключ для ручной правки (правый)	1 шт.
7. Лоток набора для имплантации минипластин	1 шт.
8. Распатор костный 5 мм	1 шт.
9. Ретрактор 6 мм	1 шт.
10. Ретрактор 8 мм	1 шт.
11. Ретрактор кожный, с 2 острыми зубцами	2 шт.
12. Рукоятка быстроразъемная	1 шт.
13. Рукоятка для гильзы сверла	1 шт.
14. Стержень крестовой отвертки, диаметр 3,0 мм	2 шт.
15. Стержень метчика, диаметр 2,0 мм	1 шт.
16. Щипцы для удержания винтов	1 шт.
17. Щипцы для удержания пластин	1 шт.
18. Кейс набора для имплантации минипластин	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

11) Комплект поставки Набора инструментов для челюстно-лицевой хирургии II:

Наименование	Количество
Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II, в составе:	
1. Сверло, диаметр 1,1 мм, длина 4,0 мм	2 шт.
2. Сверло, диаметр 1,1 мм, длина 6,0 мм	2 шт.
3. Сверло, диаметр 1,5 мм × 10,0 мм, общая длина 95,0 мм	1 шт.
4. Сверло, диаметр 1,5 мм × 10,0 мм, общая длина 50,0 мм	2 шт.
5. Сверло, диаметр 1,5 мм × 8,0 мм, общая длина 95,0 мм	1 шт.
6. Сверло, диаметр 1,5 мм × 8,0 мм, общая длина 50,0 мм	2 шт.
7. Сверло, диаметр 1,9 мм, длина 90 мм	2 шт.
8. Гильза блокируемая для сверла, диаметр 2,0 мм	2 шт.
9. Гильза блокируемая для сверла, диаметр 2,5 мм	2 шт.
10. Гильза для сверла, диаметр 1,1 мм / 1,5 мм	1 шт.
11. Глубиномер	1 шт.
12. Лоток набора инструментов для челюстно-лицевой хирургии II	1 шт.
13. Направляющая сверла, диаметр 2,0 мм	20 шт.

d. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Количество
14. Направляющая сверла, диаметр 2,5 мм	20 шт.
15. Стержень отвертки шестигранной торцевой SW2,5	1 шт.
16. Приспособление трансбуккальное для троакара	1 шт.
17. Рукоятка быстроразъемная I	1 шт.
18. Рукоятка для направляющих сверла	1 шт.
19. Стержень гильзы для сверла, диаметр 1,1 мм	1 шт.
20. Стержень гильзы для сверла, диаметр 1,5 мм	1 шт.
21. Стержень гильзы для сверла, диаметр 1,9 мм	1 шт.
22. Стержень крестовой блокируемой отвертки, диаметр 2,0 мм, длина 95,0 мм	2 шт.
23. Стержень крестовой блокируемой отвертки, диаметр 2,5 мм, длина 100,0 мм	2 шт.
24. Стержень крестовой отвертки, диаметр 1,5 мм, длина 65 мм	1 шт.
25. Стержень крестовой отвертки, диаметр 1,5 мм, длина 95 мм	1 шт.
26. Стержень крестовой отвертки, диаметр 2,0 мм, длина 65 мм	1 шт.
27. Стержень крестовой отвертки, диаметр 2,0 мм, длина 95 мм	1 шт.
28. Троакар	1 шт.
29. Щипцы гибочные	1 шт.
30. Щипцы гибочные I	1 шт.
31. Щипцы для удержания винтов	1 шт.
32. Щипцы для удержания пластин	1 шт.
33. Щипцы изгибающие / режущие	1 шт.
34. Кейс набора инструментов для челюстно-лицевой хирургии II	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

12) Комплект поставки Набора инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм:

Наименование	Количество
Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм, в составе:	
1. Сверло канюлированное, диаметр 2,5 мм, длина 150,0 мм	2 шт.
2. Сверло, диаметр 2,1 мм, длина 120 мм	2 шт.
3. Винт извлекающий, диаметр 2,5 мм	1 шт.
4. Гильза двойная для сверла, диаметр 1,0 мм / 2,1 мм	1 шт.
5. Гильза двойная для сверла, диаметр 1,0 мм / 2,5 мм	1 шт.
6. Гильза компрессионная	1 шт.
7. Зажим	1 шт.
8. Зенкер канюлированный, диаметр 3,0 мм / 1,0 мм	1 шт.
9. Зенкер канюлированный, диаметр 5,0 мм / 1,0 мм	1 шт.
10. Ключ шестигранный, L-образный SW2,5	1 шт.
11. Стержень канюлированного метчика, диаметр 3,5 мм	1 шт.
12. Рукоятка быстроразъемная	1 шт.
13. Рукоятка компрессионной гильзы	1 шт.
14. Спица направляющая, диаметр 1,0 мм, длина 120,00 мм	6 шт.
15. Стержень канюлированной отвертки Stardrive T8	1 шт.
16. Стержень отвертки Stardrive T8	1 шт.
17. Стержень шестигранной канюлированной отвертки SW2,5	1 шт.
18. Стержень шестигранной отвертки SW2,5	1 шт.
19. Стилет для очистки	1 шт.
20. Устройство для измерения направляющей спицы	1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Количество
21. Фиксатор	1 шт.
22. Щипцы для удержания винтов	1 шт.
23. Кейс набора инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

13) Комплект поставки Набора инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм:

Наименование	Количество
Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм, в составе:	
1. Сверло канюлированное, диаметр 3,2 мм, длина 150,0 мм	2 шт.
2. Винт извлекающий, диаметр 3,5 мм	1 шт.
3. Гильза для сверла, диаметр 3,2 мм	1 шт.
4. Гильза защитная, диаметр 1,5 мм	1 шт.
5. Гильза компрессионная	1 шт.
6. Зажим	1 шт.
7. Зенкер канюлированный, диаметр 4,5 мм / 1,5 мм	1 шт.
8. Зенкер канюлированный, диаметр 7,0 мм / 1,5 мм	1 шт.
9. Ключ шестигранный, L-образный SW2,5	1 шт.
10. Ограничитель для сверла, диаметр 3,2 мм / SW2,5	1 шт.
11. Рукоятка быстроразъемная	1 шт.
12. Рукоятка компрессионной гильзы	1 шт.
13. Спица направляющая, диаметр 1,5 мм, длина 150,0 мм	6 шт.
14. Стержень канюлированного метчика, диаметр 4,5 мм	1 шт.
15. Стержень канюлированной отвертки Stardrive T15	1 шт.
16. Стержень отвертки Stardrive T15	1 шт.
17. Стержень шестигранной отвертки SW3,5	1 шт.
18. Стержень шестигранной, канюлированной отвертки SW3,5	1 шт.
19. Стилет для очистки, диаметр 1,5 мм	1 шт.
20. Устройство для измерения направляющей спицы	1 шт.
21. Шило, диаметр 1,5 мм	1 шт.
22. Щипцы для удержания винтов	1 шт.
23. Кейс набора инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

14) Комплект поставки Набора инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм:

Наименование	Количество
Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм, в составе:	
1. Сверло канюлированное, диаметр 5,0 мм, длина 250 мм	1 шт.
2. Винт извлекающий, диаметр 5,0 мм	1 шт.
3. Гильза для сверла, диаметр 5,0 мм	1 шт.
4. Гильза для сверла, диаметр 5,0 мм / 3,0 мм	1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Количество
5. Гильза защитная	1 шт.
6. Зенкер канюлированный, диаметр 9,0 мм	1 шт.
7. Ключ гаечный 10 мм	1 шт.
8. Ключ шестигранный, L-образный, SW3	1 шт.
9. Метчик канюлированный, диаметр 7,5 мм	1 шт.
10. Направляющая параллельная, регулируемая, для направляющих спиц диаметром 3,0 мм	1 шт.
11. Направляющая параллельная, с регулируемыми углами наклона, для направляющих спиц диаметром 3,0 мм	1 шт.
12. Отвертка шестигранная канюлированная SW5	1 шт.
13. Отвертка шестигранная SW5	1 шт.
14. Спица Киршнера, диаметр 3,0 мм, длина 250,0 мм	3 шт.
15. Спица направляющая, с резьбовым концом, диаметр 3,0 мм, длина 250,0 мм	3 шт.
16. Стилет для очистки, диаметр 3,0 мм	1 шт.
17. Троакар, диаметр 10,0 мм / 3,0 мм	1 шт.
18. Устройство для измерения направляющей спицы, диаметр 3,0 мм, длина 250,0 мм	1 шт.
19. Фиксатор сверла, диаметр 5,0 мм	1 шт.
20. Щипцы для удержания винтов	1 шт.
21. Кейс набора инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

15) Комплект поставки Набора инструментов для имплантации пластин DHS/DCS:

Наименование	Количество
Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS, в составе:	
1. Сверло, диаметр 3,2 мм, длина 195,0 мм	3 шт.
2. Сверло, диаметр 4,5 мм, длина 195,0 мм	2 шт.
3. Винт извлекающий, диаметр 3,5 мм	1 шт.
4. Винт соединительный, длинный	1 шт.
5. Винт соединительный, короткий	2 шт.
6. Гильза дугообразная для сверла	1 шт.
7. Гильза центровочная DHS/DCS	1 шт.
8. Гильза центровочная для метчика	1 шт.
9. Глубиномер 5,0 мм	1 шт.
10. Зажим, диаметр 4,5 мм	1 шт.
11. Импактор DHC/DCS	1 шт.
12. Ключ DHS/DCS	1 шт.
13. Стержень метчика DHS/DCS	1 шт.
14. Стержень метчика, диаметр 4,5 мм	2 шт.
15. Стержень метчика, диаметр 6,5 мм	1 шт.
16. Направляющая сверла DCP диаметром 3,2 мм / 3,2 мм	1 шт.
17. Направляющая сверла двойная, диаметр 4,5 мм / 3,2 мм	1 шт.
18. Направляющая сверла двойная, диаметр 6,5 мм / 3,2 мм	1 шт.
19. Направляющая угловая для DCS 95°	1 шт.
20. Направляющая угловая для DHS 135°	1 шт.
21. Направляющая угловая переменная для DHS	1 шт.
22. Направляющий вал	1 шт.

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Количество
23. Отвертка шестигранная SW3,5	1 шт.
24. Расширитель тройной DCS	1 шт.
25. Расширитель тройной DHS	1 шт.
26. Рукоятка быстроразъёмная для стержней	1 шт.
27. Рукоятка быстроразъемная, Т-образная	1 шт.
28. Рукоятка быстроразъёмная, Т-образная DHS/DCS	1 шт.
29. Спица Киршнера, диаметр 2,5 мм, длина 250,0 мм	2 шт.
30. Спица направляющая, с резьбовым концом, диаметр 2,5 мм, длина 250,0 мм	2 шт.
31. Стержень шестигранной отвертки SW3,5	1 шт.
32. Стилет для очистки	1 шт.
33. Устройство для прямого измерения DHS/DCS	1 шт.
34. Щипцы для удержания винтов	1 шт.
35. Кейс набора инструментов для имплантации пластин DHS/DCS	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

16) Комплект поставки Набора инструментов для имплантации реконструктивных пластин:

Наименование	Количество
Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин, в составе:	
1. Сверло, диаметр 2,5 мм, длина 150,0 мм	6 шт.
2. Сверло, диаметр 3,0 мм, длина 150,0 мм	2 шт.
3. Гильза для гибкого сверла, диаметр 2,5 мм	1 шт.
4. Глубиномер	1 шт.
5. Зажим, диаметр 6,0 мм	1 шт.
6. Ключ для ручной правки, левый	1 шт.
7. Ключ для ручной правки, правый	1 шт.
8. Крючок	1 шт.
9. Крючок с Т-образной рукояткой	1 шт.
10. Стержень метчика, диаметр 3,5 мм	1 шт.
11. Стержень метчика, диаметр 4,0 мм	1 шт.
12. Наконечник шариковый	1 шт.
13. Наконечник шариковый, изогнутый	1 шт.
14. Направляющая сверла, диаметр 2,5 мм / 3,5 мм	1 шт.
15. Направляющая сверла, диаметр 3,0 мм / 4,0 мм	1 шт.
16. Отвертка шестигранная, с универсальным соединением SW2,5	1 шт.
17. Отвертка шестигранная SW2,5	1 шт.
18. Пробойник шариковый, прямой, для костей таза	2 шт.
19. Ретрактор	1 шт.
20. Сверло гибкое, диаметр 2,5 мм, длина 40,0 мм	1 шт.
21. Шаблон для сгибания 140	1 шт.
22. Шаблон для сгибания 165	1 шт.
23. Шаблон для сгибания, изогнутый, 200	1 шт.
24. Шаблон для сгибания, изогнутый, 90	1 шт.
25. Щипцы большие, для тазовых пластин	1 шт.
26. Щипцы гибочные	1 шт.
27. Щипцы для удержания винтов	1 шт.
28. Щипцы малые, для тазовых пластин	1 шт.
29. Щипцы редукционные угловые, большие, с острыми/шариковыми наконечниками	1 шт.

td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Количество
30. Щипцы редукционные угловые, малые, с острыми/шариковыми наконечниками	1 шт.
31. Щипцы редукционные, асимметричные для костей таза	1 шт.
32. Щипцы редукционные, большие, с острыми/шариковыми наконечниками, для тазовых пластин	1 шт.
33. Щипцы редукционные, с ограничителем скорости, для тазовых пластин	1 шт.
34. Щипцы редукционные, с острыми/шариковыми наконечниками, для тазовых пластин	1 шт.
35. Щипцы редукционные, с тремя острыми/шариковыми наконечниками, для тазовых пластин	1 шт.
36. Кейс набора инструментов для имплантации реконструктивных пластин	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

17) Комплект поставки Набора инструментов для извлечения имплантатов:

Наименование	Количество
Набор инструментов для извлечения имплантатов, в составе:	
1. Бур, диаметр 4,0 мм	1 шт.
2. Бур, диаметр 6,0 мм	1 шт.
3. Винт извлекающий тонкий, диаметр 2,5 мм	1 шт.
4. Винт извлекающий, диаметр 1,5 мм	1 шт.
5. Винт извлекающий, диаметр 2,0 мм	1 шт.
6. Винт извлекающий, диаметр 2,5 мм	1 шт.
7. Винт извлекающий, диаметр 3,0 мм	1 шт.
8. Винт извлекающий, диаметр 3,5 мм	1 шт.
9. Винт извлекающий, диаметр 4,0 мм	1 шт.
10. Вращатель экстрактора, диаметр 2,0 - 3,5 мм	1 шт.
11. Вращатель экстрактора, диаметр 3,5 - 5,0 мм	1 шт.
12. Вращатель экстрактора, диаметр 5,5 - 7,3 мм	1 шт.
13. Гильза защитная для экстрактора	1 шт.
14. Долото	1 шт.
15. Зажим отвинчивающийся	1 шт.
16. Ключ Т-образный SW1,2	1 шт.
17. Ключ Т-образный SW1,5	1 шт.
18. Ключ торцевой, диаметр 8,0 мм / 7,2 мм	1 шт.
19. Ключ торцевой SW6	1 шт.
20. Ключ торцевой SW7	1 шт.
21. Ключ торцевой SW8	1 шт.
22. Крючок острый	1 шт.
23. Отвертка прямошлицевая 0,5 мм	1 шт.
24. Отвертка прямошлицевая 0,8 мм	1 шт.
25. Рукоятка быстроразъемная	1 шт.
26. Рукоятка быстроразъёмная для стержней	1 шт.
27. Рукоятка быстроразъемная, Т-образная	1 шт.
28. Рукоятка трепана, диаметр 3,5 мм / 4,0 мм	1 шт.
29. Рукоятка трепана, диаметр 4,5 мм / 5,0 мм	1 шт.
30. Рукоятка трепана, диаметр 6,5 мм	1 шт.
31. Рукоятка экстрактора	1 шт.

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Количество
32. Стержень крестовой отвертки 0,5 мм / диаметр 2,5 мм	1 шт.
33. Стержень крестовой отвертки 0,5 мм / диаметр 3,5 мм	1 шт.
34. Стержень отвертки Stardrive, диаметр 2,1 мм	1 шт.
35. Стержень отвертки Stardrive, диаметр 2,6 мм	1 шт.
36. Стержень отвертки Stardrive, диаметр 3,1 мм	1 шт.
37. Стержень отвертки Stardrive, диаметр 3,7 мм	1 шт.
38. Стержень отвертки Stardrive T10	1 шт.
39. Стержень отвертки Stardrive T15	1 шт.
40. Стержень отвертки Stardrive T20	1 шт.
41. Стержень отвертки Stardrive T25	1 шт.
42. Стержень отвертки Stardrive T30	1 шт.
43. Стержень отвертки Stardrive T4	1 шт.
44. Стержень отвертки Stardrive T6	1 шт.
45. Стержень отвертки Stardrive T8	1 шт.
46. Стержень шестигранного ключа SW1,5	1 шт.
47. Стержень шестигранного ключа SW2	1 шт.
48. Стержень шестигранного ключа SW2,5	1 шт.
49. Стержень шестигранного ключа SW3	1 шт.
50. Стержень шестигранного ключа SW3,5	1 шт.
51. Стержень шестигранного ключа SW4	1 шт.
52. Стержень шестигранного ключа SW4,5	1 шт.
53. Стержень шестигранного ключа SW5	1 шт.
54. Трепан, диаметр 1,5 мм	1 шт.
55. Трепан, диаметр 2,0 мм	1 шт.
56. Трепан, диаметр 2,7 мм	1 шт.
57. Трепан, диаметр 3,5 мм / 4,0 мм	1 шт.
58. Трепан, диаметр 4,5 мм / 5,0 мм	1 шт.
59. Трепан, диаметр 6,5 мм	1 шт.
60. Шило	1 шт.
61. Штифт резьбовой для трепана диаметром 3,5 мм / 4,0 мм	1 шт.
62. Штифт резьбовой для трепана диаметром 4,5 мм / 5,0 мм	1 шт.
63. Штифт резьбовой для трепана диаметром 6,5 мм	1 шт.
64. Стержень экстрактора, диаметр 3,5 мм / 4,0 мм	1 шт.
65. Стержень экстрактора, диаметр 4,5 мм / 5,0 мм	1 шт.
66. Стержень экстрактора, диаметр 6,5 мм	1 шт.
67. Кейс набора инструментов для извлечения имплантатов	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

18) Комплект поставки Специального набора инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS:

Наименование	Количество
Специальный набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS, в составе:	
1. Вкладыш направляющей для проксимального конца бедренной кости, левый	1 шт.
2. Вкладыш направляющей для проксимального конца бедренной кости, правый	1 шт.
3. Кейс специального набора инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS	1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Количество
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

19) Комплект поставки Набора инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин:

Наименование	Количество
Набор инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин, в составе:	
1. Гильза для сверла LCP, диаметр 2,8 мм	1 шт.
2. Гильза прицельного устройства для сверла, диаметр 5,0 мм / 2,9 мм	1 шт.
3. Втулка сверлильная для направляющей спицы, диаметр 2,9 мм / 1,6 мм	1 шт.
4. Гильза центрирующая для прицельного устройства, диаметр 6,0 мм / 5,0 мм	1 шт.
5. Глубиномер	1 шт.
6. Зонд длины	1 шт.
7. Устройство прицельное для проксимальной плечевой пластины I	1 шт.
8. Устройство прицельное для проксимальной плечевой пластины II	1 шт.
9. Шаблон	1 шт.
10. Шаблон длинный	1 шт.
11. Лоток набора инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

20) Комплект поставки Специального набора инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA:

Наименование	Количество
Специальный набор инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA, в составе:	
1. Блок направляющий 19,5 мм, 6 отверстий, левый	1 шт.
2. Блок направляющий 19,5 мм, 6 отверстий, правый	1 шт.
3. Блок направляющий 22,0 мм, 6 отверстий, левый	1 шт.
4. Блок направляющий 22,0 мм, 6 отверстий, правый	1 шт.
5. Блок направляющий 25,5 мм, 7 отверстий, левый	1 шт.
6. Блок направляющий, 25,5 мм, 7 отверстий, правый	1 шт.
7. Гильза для сверла 2,4 VA-LCP	1 шт.
8. Гильза для сверла с крутой винтовой канавкой	1 шт.
9. Лоток специального набора инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

21) Комплект поставки Специального набора инструментов для имплантации пластин MR-VA с отверстием 2,7 мм:

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Количество
Специальный набор инструментов для имплантации пластин MR-VA с отверстием 2,7 мм, в составе:	
1. Гильза для сверла 2,7 VA-LCP	1 шт.
2. Отвертка Stardrive T8 с ограничением крутящего момента 1,2 Н·м	1 шт.
3. Лоток специального набора инструментов для имплантации пластин MR-VA с отверстием 2,7 мм	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

22) Комплект поставки Набора инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS:

Наименование	Количество
Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS, в составе:	
1. Болт фиксирующий для вкладыша направляющей, диаметр 6,5 мм	1 шт.
2. Сверло канюлированное, диаметр 5,0 мм, длина 350,0 мм	2 шт.
3. Гильза для сверла, диаметр 5,0 мм	1 шт.
4. Гильза защитная, диаметр 8,7 мм	2 шт.
5. Втулка сверлильная для направляющей спицы диаметром 2,8 мм	2 шт.
6. Метчик канюлированный, диаметр 6,5 мм	1 шт.
7. Ограничитель, диаметр 5,0 мм	1 шт.
8. Отвёртка шестигранная канюлированная SW4,0	1 шт.
9. Спица направляющая с резьбовым концом, диаметр 2,8 мм, длина 350,0 мм	5 шт.
10. Стилет для очистки	1 шт.
11. Троакар, диаметр 8,7 мм	1 шт.
12. Устройство для измерения направляющей спицы	1 шт.
13. Кейс набора инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

23) Комплект поставки Набора инструментов для имплантации пластин OSTO:

Наименование	Количество
Набор инструментов для имплантации пластин OSTO, в составе:	
1. Сверло, диаметр 3,2 мм, длина 195,0 мм	1 шт.
2. Сверло, диаметр 4,3 мм, длина 221,0 мм	2 шт.
3. Винт извлекающий 3,5 мм	1 шт.
4. Гильза для направляющей спицы диаметром 2,0 мм	1 шт.
5. Гильза для сверла диаметром 4,3 мм	3 шт.
6. Глубиномер 5,0 мм	1 шт.
7. Долото для остеотомии 10 мм	1 шт.
8. Долото для остеотомии 15 мм	1 шт.
9. Долото для остеотомии 20 мм	1 шт.
10. Долото для остеотомии 25 мм	1 шт.
11. Стержень метчика, диаметр 4,5 мм	1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
Ltd. Все права защищены.

Наименование	Количество
12. Направляющая сверла универсальная, диаметр 4,5 мм /3,2 мм	1 шт.
13. Ограничитель, диаметр 4,3 мм	1 шт.
14. Отвертка Stardrive T25	1 шт.
15. Отвертка Stardrive T25 с ограничением крутящего момента 4,0 Н·м	1 шт.
16. Расширитель кости	1 шт.
17. Расширитель кости с мягкой блокировкой	1 шт.
18. Рукоятка быстроразъёмная для стержней	1 шт.
19. Спица направляющая, диаметр 2,0 мм, длина 280,0 мм	4 шт.
20. Спица направляющая, диаметр 2,5 мм, длина 280,0 мм	6 шт.
21. Стержень	2 шт.
22. Стержень выравнивающий	3 шт.
23. Стержень отвертки Stardrive T25	1 шт.
24. Устройство для измерения остеотомического зазора	1 шт.
25. Штатив для выравнивающего стержня, большой	1 шт.
26. Штатив для выравнивающего стержня, малый	1 шт.
27. Кейс набора инструментов для имплантации пластин OSTO	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

24) Комплект поставки Набора инструментов для имплантации блокируемых пяточных пластин:

Наименование	Количество
Набор инструментов для имплантации блокируемых пяточных пластин, в составе:	
1. Ключ для ручной правки	2 шт.
2. Кусачки для пластин	1 шт.
3. Плоскогубцы гибочные	1 шт.
4. Шаблон 64 мм	1 шт.
5. Шаблон 69 мм	1 шт.
6. Шаблон 76 мм	1 шт.
7. Шаблон 81 мм	1 шт.
8. Лоток набора инструментов для имплантации блокируемых пяточных пластин	1 шт.
Принадлежности:	
1. Малый ящик для винтов (MR)	1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR)	1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов	1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов	1 шт.

7. Техническое обслуживание и ремонт

Изнашиваемые инструменты, например сверла, буры, метчики и другие инструменты, на которые не установлен гарантийный срок эксплуатации, не подлежат техническому обслуживанию и ремонту в процессе эксплуатации. В случае износа или выхода из строя (притупления режущих кромок, любого повреждения, искривления или излома, появления следов коррозии) такие инструменты использовать не допускается, их следует утилизировать.

Долговечные инструменты в случае износа или выхода из строя могут быть переданы производителю или его уполномоченному представителю для оценки ремонтопригодности и ремонта. Самостоятельный ремонт таких изделий потребителем или третьими лицами не допускается. В случае невозможности ремонта таких инструментов, использовать их не

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

допускается, их следует утилизировать. Перечень изделий, на которые установлен гарантийный срок, приведен далее.

8. Гарантии производителя

Производитель гарантирует соответствие медицинского изделия всем предъявляемым к изделию требованиям, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в эксплуатационной документации, и не несёт ответственности за использование изделия не по назначению.

8.1. Гарантийный срок

Гарантийный срок эксплуатации и хранения изделий составляет 18 месяцев с момента продажи. Условие о гарантийном сроке эксплуатации распространяется только на долговечные инструменты, перечисленные в таблице далее.

№	Наименование изделия (Наименование набора (-ов))
1.	Ретрактор 8 мм (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR), Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов, Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин)
2.	Ключ для ручной правки (левый) (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR), Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов)
3.	Ключ для ручной правки (правый) (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR), Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов)
4.	Зажим, диаметр 3,5 мм, тип 2 (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов)
5.	Гильза защитная, диаметр 2,0 мм (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR))
6.	Направляющая сверла универсальная, диаметр 3,5 мм / 2,5 мм (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR))
7.	Направляющая сверла двойная, диаметр 4,0 мм / 2,5 мм (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR), Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов)
8.	Направляющая сверла DCP диаметром 2,5 мм / 2,5 мм (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR), Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов)
9.	Рукоятка быстроразъёмная для стержней (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR), Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR), Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов, Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей, Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS, Набор инструментов для извлечения имплантатов, Набор инструментов для имплантации пластин OSTO)
10.	Рукоятка быстроразъемная, Т-образная (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR), Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR), Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов, Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей, Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS, Набор инструментов для извлечения имплантатов)
11.	Рукоятка быстроразъемная (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR), Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR), Набор инструментов для извлечения имплантатов)
12.	Крючок острый (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR), Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR))
13.	Ретрактор 6 мм (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR), Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин)
14.	Распатор костный 6,5 мм, плоский (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR), Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов)
15.	Распатор костный 12 мм, плоский (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых

 Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

№	Наименование изделия (Наименование набора (-ов))
	костных фрагментов (MR), Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов)
16.	Ключ штифтовой, диаметр 4,5 мм (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR), Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR))
17.	Щипцы редукционные с зубчатой кремальерой (S) (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR), Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов)
18.	Щипцы редукционные (S) (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR), Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов)
19.	Щипцы репозиционные самоцентрирующиеся костные (S) (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR), Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов)
20.	Ретрактор 15 мм (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR), Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов, Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин)
21.	Гильза для сверла диаметром 2,8 мм (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR))
22.	Гильза для сверла диаметром 2,8 мм, длина 100,0 мм (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR))
23.	Гильза для сверла диаметром 2,0 мм (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR))
24.	Зажим, диаметр 4,5 мм (Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей, Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS)
25.	Ключ для ручной правки (левый) (Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR), Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей)
26.	Ключ для ручной правки (правый) (Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR), Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей)
27.	Гильза для направляющей спицы диаметром 2,0 мм (Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR), Набор инструментов для имплантации пластин OSTO)
28.	Направляющая сверла двойная, диаметр 6,5 мм / 3,2 мм (Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR), Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей, Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS)
29.	Направляющая сверла универсальная, диаметр 4,5 мм /3,2 мм (Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR), Набор инструментов для имплантации пластин OSTO)
30.	Направляющая сверла DCP диаметром 3,2 мм / 3,2 мм (Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR), Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей)
31.	Распатор костный 16 мм (Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR), Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей)
32.	Распатор костный 8 мм (Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR), Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей)
33.	Щипцы редукционные, с зубчатой кремальерой, левые (Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR), Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей)
34.	Щипцы редукционные, левые (Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR), Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей)
35.	Щипцы репозиционные костные, самоцентрирующиеся, левые (Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR), Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей)
36.	Ретрактор 16 мм (Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR), Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей)
37.	Ретрактор 43 мм (Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR), Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей)
38.	Направляющая сверла двойная, диаметр 2,5 мм / 3,5 мм (Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов)
39.	Направляющая сверла двойная, диаметр 4,5 мм / 3,2 мм (Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей, Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS)
40.	Рукоятка быстроразъемная, малая (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

№	Наименование изделия (Наименование набора (-ов))
41.	Ключ для ручной правки 2,0 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин)
42.	Ключ для ручной правки 2,7 мм /2,4 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин)
43.	Распатор костный 3 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин)
44.	Распатор костный 5 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин)
45.	Щипцы редукционные с зубцами (М) (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин)
46.	Щипцы редукционные изогнутые (М) (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин)
47.	Щипцы изгибающие / режущие (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин)
48.	Плоскогубцы гибочные (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин, Набор инструментов для имплантации блокируемых пяточных пластин)
49.	Ключ для ручной правки 1,5 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм)
50.	Направляющая сверла самоцентрирующаяся, диаметр 1,5 мм / 1,1 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм)
51.	Направляющая сверла, с короткой резьбой 1,5 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм)
52.	Зажим для блокирующего винта 1,5 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм)
53.	Зажим для кортикального винта 1,5 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм)
54.	Гильза для сверла, диаметр 1,5 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,0 мм)
55.	Направляющая сверла самоцентрирующаяся, диаметр 2,0 мм / 1,5 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,0 мм)
56.	Направляющая сверла диаметром 1,8 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,4 мм)
57.	Направляющая сверла самоцентрирующаяся, диаметр 2,4 мм / 1,8 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,4 мм)
58.	Направляющая сверла, диаметр 2,0 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,7 мм)
59.	Направляющая сверла самоцентрирующаяся, диаметр 2,7 мм / 2,0 мм (Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,7 мм)
60.	Щипцы гибочные (Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II)
61.	Щипцы изгибающие / режущие (Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II)
62.	Щипцы для удержания пластин (Набор для имплантации минипластин, Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II)
63.	Щипцы для удержания винтов (Набор для имплантации минипластин, Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II)
64.	Рукоятка быстроразъемная (Набор для имплантации минипластин)
65.	Рукоятка для гильзы сверла (Набор для имплантации минипластин)
66.	Гильза для сверла, диаметр 1,5 мм (Набор для имплантации минипластин)
67.	Гильза компрессионная для сверла, диаметр 1,5 мм (Набор для имплантации минипластин)
68.	Ключ для ручной правки (левый) (Набор для имплантации минипластин)
69.	Ключ для ручной правки (правый) (Набор для имплантации минипластин)
70.	Ретрактор 6 мм (Набор для имплантации минипластин)
71.	Ретрактор 8 мм (Набор для имплантации минипластин)
72.	Распатор костный 5 мм (Набор для имплантации минипластин)
73.	Рукоятка для направляющих сверла (Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II)
74.	Троакар (Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II)
75.	Стержень гильзы для сверла, диаметр 1,1 мм (Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II)
76.	Стержень гильзы для сверла, диаметр 1,5 мм (Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II)
77.	Стержень гильзы для сверла, диаметр 1,9 мм (Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II)
78.	Приспособление трансбуккальное для троакара (Набор инструментов для челюстно-лицевой

 Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

№	Наименование изделия (Наименование набора (-ов))
	хирургии II)
79.	Рукоятка быстроразъемная I (Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II)
80.	Щипцы гибочные I (Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II)
81.	Гильза для сверла, диаметр 1,1 мм / 1,5 мм (Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II)
82.	Направляющая сверла, диаметр 2,0 мм (Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II)
83.	Направляющая сверла, диаметр 2,5 мм (Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II)
84.	Гильза блокируемая для сверла, диаметр 2,0 мм (Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II)
85.	Гильза блокируемая для сверла, диаметр 2,5 мм (Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II)
86.	Гильза двойная для сверла, диаметр 1,0 мм / 2,1 мм (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм)
87.	Гильза двойная для сверла, диаметр 1,0 мм / 2,5 мм (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм)
88.	Рукоятка быстроразъемная (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм, Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм)
89.	Щипцы для удержания винтов (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм, Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм, Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм, Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS)
90.	Гильза компрессионная (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм)
91.	Рукоятка компрессионной гильзы (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм, Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм)
92.	Зажим (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм)
93.	Ключ шестигранный, L-образный, SW2,5 (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм, Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм)
94.	Фиксатор (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм)
95.	Гильза для сверла, диаметр 3,2 мм (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм)
96.	Гильза защитная, диаметр 1,5 мм (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм)
97.	Шило, диаметр 1,5 мм (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм)
98.	Гильза компрессионная (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм)
99.	Зажим (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм)
100.	Ограничитель для сверла, диаметр 3,2 мм / SW2,5 (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм)
101.	Гильза для сверла, диаметр 5,0 мм (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм)
102.	Троакар, диаметр 10,0 мм / 3,0 мм (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм)
103.	Гильза защитная (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм)
104.	Направляющая параллельная, регулируемая, для направляющих спиц диаметром 3,0 мм (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм)
105.	Гильза для сверла, диаметр 5,0 мм / 3,0 мм (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм)
106.	Фиксатор сверла, диаметр 5,0 мм (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм)
107.	Направляющая параллельная, с регулируемыми углами наклона, для направляющих спиц диаметром 3,0 мм (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм)
108.	Ключ гаечный 10 мм (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм)
109.	Ключ шестигранный, L-образный, SW3 (Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм)
110.	Гильза дугообразная для сверла (Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS)
111.	Винт соединительный, короткий (Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS)
112.	Направляющий вал (Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS)
113.	Ключ DHS/DCS (Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS)
114.	Винт соединительный, длинный (Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

№	Наименование изделия (Наименование набора (-ов))
115.	Импактор DHC/DCS (Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS)
116.	Гильза центровочная для метчика (Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS)
117.	Гильза центровочная DHS/DCS (Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS)
118.	Направляющая угловая для DCS 95° (Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS)
119.	Направляющая угловая для DHS 135° (Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS)
120.	Направляющая угловая переменная для DHS (Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS)
121.	Рукоятка быстроразъёмная, Т-образная DHS/DCS (Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS)
122.	Направляющая сверла DCP диаметром 3,2 мм / 3,2 мм (Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS)
123.	Наконечник шариковый, изогнутый (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
124.	Наконечник шариковый (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
125.	Пробойник шариковый, прямой, для костей таза (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
126.	Щипцы редукционные угловые, малые, с острыми/шариковыми наконечниками (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
127.	Щипцы редукционные угловые, большие, с острыми/шариковыми наконечниками (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
128.	Щипцы редукционные, большие, с острыми/шариковыми наконечниками, для тазовых пластин (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
129.	Щипцы малые, для тазовых пластин (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
130.	Щипцы большие, для тазовых пластин (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
131.	Щипцы редукционные, асимметричные для костей таза (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
132.	Щипцы редукционные, с острыми/шариковыми наконечниками, для тазовых пластин (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
133.	Щипцы редукционные, с тремя острыми/шариковыми наконечниками, для тазовых пластин (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
134.	Щипцы редукционные, с ограничителем скорости, для тазовых пластин (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
135.	Щипцы гибочные (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
136.	Ключ для ручной правки, левый (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
137.	Ключ для ручной правки, правый (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
138.	Крючок (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
139.	Крючок с Т-образной рукояткой (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
140.	Ретрактор (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
141.	Зажим, диаметр 6,0 мм (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
142.	Гильза для гибкого сверла, диаметр 2,5 мм (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
143.	Направляющая сверла, диаметр 2,5 мм / 3,5 мм (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
144.	Направляющая сверла, диаметр 3,0 мм / 4,0 мм (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
145.	Щипцы для удержания винтов (Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин)
146.	Ключ торцевой SW6 (Набор инструментов для извлечения имплантатов)
147.	Ключ торцевой SW7 (Набор инструментов для извлечения имплантатов)
148.	Ключ торцевой SW8 (Набор инструментов для извлечения имплантатов)
149.	Ключ торцевой, диаметр 8,0 мм / 7,2 мм (Набор инструментов для извлечения имплантатов)
150.	Рукоятка трепана, диаметр 3,5 мм / 4,0 мм (Набор инструментов для извлечения имплантатов)
151.	Штифт резьбовой для трепана диаметром 3,5 мм / 4,0 мм (Набор инструментов для извлечения имплантатов)
152.	Рукоятка трепана, диаметр 4,5 мм / 5,0 мм (Набор инструментов для извлечения имплантатов)
153.	Штифт резьбовой для трепана диаметром 4,5 мм / 5,0 мм (Набор инструментов для извлечения

 Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

№	Наименование изделия (Наименование набора (-ов))
	имплантатов)
154.	Рукоятка трепана, диаметр 6,5 мм (Набор инструментов для извлечения имплантатов)
155.	Штифт резьбовой для трепана диаметром 6,5 мм (Набор инструментов для извлечения имплантатов)
156.	Крючок острый (Набор инструментов для извлечения имплантатов)
157.	Рукоятка экстрактора (Набор инструментов для извлечения имплантатов)
158.	Гильза защитная для экстрактора (Набор инструментов для извлечения имплантатов)
159.	Вращатель экстрактора, диаметр 3,5 - 5,0 мм (Набор инструментов для извлечения имплантатов)
160.	Вращатель экстрактора, диаметр 2,0 - 3,5 мм (Набор инструментов для извлечения имплантатов)
161.	Вращатель экстрактора, диаметр 5,5 - 7,3 мм (Набор инструментов для извлечения имплантатов)
162.	Зажим отвинчивающийся (Набор инструментов для извлечения имплантатов)
163.	Вкладыш направляющей для проксимального конца бедренной кости, левый (Специальный набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS)
164.	Вкладыш направляющей для проксимального конца бедренной кости, правый (Специальный набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS)
165.	Втулка сверлильная для направляющей спицы диаметром 2,8 мм (Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS)
166.	Гильза для сверла, диаметр 5,0 мм (Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS)
167.	Болт фиксирующий для вкладыша направляющей, диаметр 6,5 мм (Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS)
168.	Троакар, диаметр 8,7 мм (Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS)
169.	Гильза защитная, диаметр 8,7 мм (Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS)
170.	Ограничитель, диаметр 5,0 мм (Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS)
171.	Гильза для сверла LCP, диаметр 2,8 мм (Набор инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин)
172.	Устройство прицельное для проксимальной плечевой пластины I (Набор инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин)
173.	Устройство прицельное для проксимальной плечевой пластины II (Набор инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин)
174.	Гильза центрирующая для прицельного устройства, диаметр 6,0 мм / 5,0 мм (Набор инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин)
175.	Гильза прицельного устройства для сверла, диаметр 5,0 мм / 2,9 мм (Набор инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин)
176.	Втулка сверлильная для направляющей спицы, диаметр 2,9 мм / 1,6 мм (Набор инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин)
177.	Блок направляющий 25,5 мм, 7 отверстий, левый (Специальный набор инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA)
178.	Блок направляющий, 25,5 мм, 7 отверстий, правый (Специальный набор инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA)
179.	Блок направляющий 22,0 мм, 6 отверстий, левый (Специальный набор инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA)
180.	Блок направляющий 22,0 мм, 6 отверстий, правый (Специальный набор инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA)
181.	Блок направляющий 19,5 мм, 6 отверстий, левый (Специальный набор инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA)
182.	Блок направляющий 19,5 мм, 6 отверстий, правый (Специальный набор инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA)
183.	Гильза для сверла 2,4 VA-LCP (Специальный набор инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA)
184.	Гильза для сверла с крутой винтовой канавкой (Специальный набор инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA)
185.	Гильза для сверла 2,7 VA-LCP (Специальный набор инструментов для имплантации пластин MR-VA с отверстием 2,7 мм)
186.	Ограничитель, диаметр 4,3 мм (Набор инструментов для имплантации пластин OSTO)
187.	Расширитель кости с мягкой блокировкой (Набор инструментов для имплантации пластин OSTO)
188.	Расширитель кости (Набор инструментов для имплантации пластин OSTO)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

№	Наименование изделия (Наименование набора (-ов))
189.	Устройство для измерения остеотомического зазора (Набор инструментов для имплантации пластин OSTO)
190.	Штатив для выравнивающего стержня, большой (Набор инструментов для имплантации пластин OSTO)
191.	Штатив для выравнивающего стержня, малый (Набор инструментов для имплантации пластин OSTO)
192.	Стержень выравнивающий (Набор инструментов для имплантации пластин OSTO)
193.	Стержень (Набор инструментов для имплантации пластин OSTO)
194.	Кусачки для пластин (Набор инструментов для имплантации блокируемых пяточных пластин)
195.	Ключ для ручной правки (Набор инструментов для имплантации блокируемых пяточных пластин)

8.2. Срок хранения

Изделия имеют неограниченный срок хранения, что обусловлено свойствами применяемых для производства материалов, технологией производства и конструкцией изделий.

8.3. Срок службы

Срок службы изделий не ограничен определенным периодом времени, он зависит от бережного обращения с изделиями, соблюдения правил эксплуатации, транспортирования, хранения, очистки и стерилизации.

8.4. Исключения

Согласно настоящей гарантии, производитель снимает с себя обязательства и не несет ответственности за транспортные или иные расходы, а также не несет ответственности за прямые, косвенные или случайные убытки или задержки, обусловленные ненадлежащим использованием изделия или же использованием запасных частей или дополнительных принадлежностей, не рекомендованных к применению компанией Mindray, а также ремонтными работами, произведенными лицами, не относящимися к техническому персоналу, уполномоченному производителем.

Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Повреждение или неисправность, обусловленные ненадлежащим использованием изделия или неправильными действиями медицинского персонала.
- Повреждение или неисправность, обусловленные форс-мажорными обстоятельствами, такими как пожар или землетрясение.
- Неисправность или повреждение вследствие использования и ремонта изделия неквалифицированным или неуполномоченным обслуживающим персоналом.
- Неисправность изделия с неразборчивым серийным номером.
- Другие неисправности, не обусловленные самим изделием.

8.5. Рекламация

Если возникает необходимость возврата изделия производителю, следуйте указаниям, приведенным ниже.

Право на возврат: обратитесь в отдел обслуживания клиентов и получите номер авторизации. Этот номер должен находиться на внешней поверхности контейнера для транспортировки. Если он нанесен нечетко, обратная отправка не будет санкционирована. Укажите номер модели, серийный номер, а также краткое описание причины возврата.

Фрахтовая политика: заказчик берет на себя любые расходы на перевозку при доставке настоящего изделия производителю (включая таможенные сборы).

Адрес возврата: изделие следует отправлять по адресу, предоставленному отделом обслуживания клиентов.

td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. Утилизация

9.1. Утилизация изделия

Во избежание возможного загрязнения окружающей среды изделия должны утилизироваться в соответствии с местными государственными или больничными нормативными требованиями.

После использования изделия подлежат сбору, временному хранению, вывозу и утилизации в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Использованные изделия следует помещать в контейнеры, имеющие специальную маркировку, и в дальнейшем перемещать на участок по обращению с медицинскими отходами или помещение для временного хранения до последующего вывоза транспортом специализированных организаций к месту обеззараживания/обезвреживания и дальнейшей утилизации, при условии обеспечения необходимых требований эпидемиологической безопасности.

Использованные изделия перед утилизацией должны быть подвергнуты дезинфекции и / или стерилизации, если это необходимо в соответствии с местными государственными или больничными нормативными требованиями.

9.2. Утилизация отходов упаковки

Упаковка изделий разработана с целью сведения к минимуму загрязнения окружающей среды при сохранении целостности изделия во время транспортировки и хранения. Упаковочные отходы должны утилизироваться в местных пунктах сбора упаковки, в специализированные контейнеры или другим способом, предусмотренным местными правилами.

9.3. Требования к охране окружающей среды

Изделие удовлетворяет установленным экологическим требованиям для данного типа изделий.

Изделие не содержит в своем составе, а также не производит и не выделяет при испытании, хранении, эксплуатации и утилизации вредных веществ, способных нанести вред окружающей природной среде, здоровью и генетическому фонду человека.

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Приложение А.
Наименование медицинского изделия

Наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению), с указанием товарного знака и иных средств индивидуализации медицинского изделия в случае их нанесения на упаковку медицинского изделия

Набор инструментов для установки ортопедических имплантатов,
варианты исполнения:

1. Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR), в составе:
1.1. Сверло, диаметр 2,0 мм, длина 140,0 мм – 2 шт.
1.2. Сверло, диаметр 2,5 мм, длина 130,0 мм – 2 шт.
1.3. Сверло, диаметр 2,8 мм, длина 160,0 мм – 2 шт.
1.4. Сверло, диаметр 2,8 мм, длина 230,0 мм – 2 шт.
1.5. Сверло, диаметр 3,5 мм, длина 130,0 мм – 1 шт.
1.6. Гильза для сверла диаметром 2,0 мм – 2 шт.
1.7. Гильза для сверла диаметром 2,8 мм – 2 шт.
1.8. Гильза для сверла диаметром 2,8 мм, длина 100,0 мм – 2 шт.
1.9. Гильза защитная, диаметр 2,0 мм – 2 шт.
1.10. Глубиномер 2,7 мм / 2,4 мм – 1 шт.
1.11. Глубиномер 3,5 мм – 1 шт.
1.12. Глубиномер 3,5L – 1 шт.
1.13. Зенкер, диаметр 6,0 мм – 1 шт.
1.14. Ключ для ручной правки (левый) – 1 шт.
1.15. Ключ для ручной правки (правый) – 1 шт.
1.16. Лоток для инструментов (MR) – 1 шт.
1.17. Стержень метчика, диаметр 3,5 мм – 1 шт.
1.18. Стержень метчика, диаметр 4,0 мм – 1 шт.
1.19. Направляющая сверла DCP диаметром 2,5 мм / 2,5 мм – 1 шт.
1.20. Направляющая сверла двойная, диаметр 4,0 мм / 2,5 мм – 1 шт.
1.21. Направляющая сверла универсальная, диаметр 3,5 мм / 2,5 мм – 1 шт.
1.22. Отвертка Stardrive T15 – 1 шт.
1.23. Отвертка Stardrive T8 – 1 шт.
1.24. Отвертка Stardrive T8 с ограничением крутящего момента 0,8 Н·м – 1 шт.
1.25. Отвертка Stardrive T8 с ограничением крутящего момента 1,5 Н·м – 1 шт.
1.26. Ретрактор 8 мм – 1 шт.
1.27. Рукоятка быстроразъемная – 1 шт.
1.28. Рукоятка быстроразъёмная для стержней – 1 шт.
1.29. Рукоятка быстроразъемная, Т-образная – 1 шт.
1.30. Спица направляющая, диаметр 1,6 мм, длина 150,0 мм – 4 шт.
1.31. Спица направляющая, диаметр 2,0 мм, длина 150,0 мм – 4 шт.
1.32. Стержень отвертки Stardrive T15 – 1 шт.
1.33. Стержень отвертки Stardrive T8 – 1 шт.
1.34. Винт извлекающий 2,0 мм – 1 шт. (при необходимости).
1.35. Винт извлекающий, диаметр 2,5 мм– 1 шт. (при необходимости).
1.36. Ключ штифтовой, диаметр 4,5 мм – 1 шт. (при необходимости).
1.37. Крючок острый – 1 шт. (при необходимости).
1.38. Распатор костный 12 мм, плоский – 1 шт. (при необходимости).
1.39. Распатор костный 6,5 мм, плоский – 1 шт. (при необходимости).
1.40. Ретрактор 15 мм – 1 шт. (при необходимости).
1.41. Ретрактор 6 мм – 1 шт. (при необходимости).
1.42. Спица направляющая, с резьбовым концом, диаметр 1,6 мм, длина 150,0 мм – 2 шт. (при необходимости).
1.43. Стержень экстрактора 2,7 мм – 1 шт. (при необходимости).
1.44. Стержень экстрактора 4,0 мм / 3,5 мм – 1 шт. (при необходимости).
1.45. Щипцы редукционные (S) – 1 шт. (при необходимости).
1.46. Щипцы редукционные с зубчатой кремальерой (S) – 1 шт. (при необходимости).
1.47. Щипцы репозиционные самоцентрирующиеся костные (S) – 2 шт. (при необходимости).
1.48. Кейс набора инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов (MR) – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Ltd. Все права защищены.

2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

2. Набор больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR), в составе:
2.1. Сверло, диаметр 3,2 мм, длина 195,0 мм – 2 шт.
2.2. Сверло, диаметр 4,5 мм, длина 195,0 мм – 1 шт.
2.3. Сверло, диаметр 4,3 мм, длина 221,0 мм – 2 шт.
2.4. Гильза для направляющей спицы диаметром 2,0 мм – 2 шт.
2.5. Гильза для сверла диаметром 4,3 мм – 3 шт.
2.6. Глубиномер 5,0 мм – 1 шт.
2.7. Зенкер, диаметр 8,0 мм – 1 шт.
2.8. Ключ для ручной правки (левый) – 1 шт.
2.9. Ключ для ручной правки (правый) – 1 шт.
2.10. Лоток набора больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR) – 1 шт.
2.11. Стержень метчика, диаметр 4,5 мм – 1 шт.
2.12. Направляющая сверла DCP диаметром 3,2 мм / 3,2 мм – 1 шт.
2.13. Направляющая сверла двойная, диаметр 6,5 мм / 3,2 мм – 1 шт.
2.14. Направляющая сверла универсальная, диаметр 4,5 мм /3,2 мм – 1 шт.
2.15. Отвертка Stardrive T25 – 1 шт.
2.16. Отвертка Stardrive T25 с ограничением крутящего момента 4,0 Н·м – 1 шт.
2.17. Рукоятка быстроразъемная – 1 шт.
2.18. Рукоятка быстроразъёмная для стержней – 1 шт.
2.19. Рукоятка быстроразъемная, Т-образная – 1 шт.
2.20. Спица направляющая, диаметр 2,0 мм, длина 280,0 мм – 4 шт.
2.21. Стержень отвертки Stardrive T25 – 1 шт.
2.22. Винт извлекающий 3,5 мм – 1 шт. (при необходимости).
2.23. Ключ штифтовой, диаметр 4,5 мм – 1 шт. (при необходимости).
2.24. Крючок острый – 1 шт. (при необходимости).
2.25. Стержень метчика, диаметр 6,5 мм – 1 шт. (при необходимости).
2.26. Распатор костный 16 мм – 1 шт. (при необходимости).
2.27. Распатор костный 8 мм – 1 шт. (при необходимости).
2.28. Ретрактор 16 мм – 1 шт. (при необходимости).
2.29. Ретрактор 43 мм – 1 шт. (при необходимости).
2.30. Спица направляющая, с резьбовым концом, диаметр 2,0 мм, длина 280,0 мм – 3 шт. (при необходимости).
2.31. Щипцы редукционные, левые – 1 шт. (при необходимости).
2.32. Щипцы редукционные, с зубчатой кремальерой, левые – 1 шт. (при необходимости).
2.33. Щипцы репозиционные костные, самоцентрирующиеся, левые – 2 шт. (при необходимости).
2.34. Стержень экстрактора 4,5 мм – 1 шт. (при необходимости).
2.35. Стержень экстрактора 6,5 мм – 1 шт. (при необходимости).
2.36. Кейс набора больших инструментов для имплантации блокируемых пластин (MR) – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

3. Набор инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов, в составе:
3.1. Сверло, диаметр 2,5 мм, длина 130,0 мм – 2 шт.
3.2. Сверло, диаметр 3,5 мм, длина 130,0 мм – 1 шт.
3.3. Глубиномер 3,5 мм – 1 шт.
3.4. Зажим, диаметр 3,5 мм, тип 2 – 1 шт.
3.5. Зенкер, диаметр 6,0 мм – 1 шт.
3.6. Ключ для ручной правки (левый) – 1 шт.
3.7. Ключ для ручной правки (правый) – 1 шт.
3.8. Стержень метчика, диаметр 3,5 мм – 1 шт.
3.9. Стержень метчика 4,0 мм – 1 шт.
3.10. Направляющая сверла DCP диаметром 2,5 мм / 2,5 мм – 1 шт.
3.11. Направляющая сверла двойная, диаметр 2,5 мм / 3,5 мм – 1 шт.
3.12. Направляющая сверла двойная, диаметр 4,0 мм / 2,5 мм – 1 шт.
3.13. Отвертка шестигранная SW2,5 – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3.14. Ретрактор 8 мм – 1 шт.
3.15. Рукоятка быстроразъемная, Т-образная – 1 шт.
3.16. Винт извлекающий, диаметр 2,5 мм – 1 шт. (при необходимости).
3.17. Распатор костный 12 мм, плоский – 1 шт. (при необходимости).
3.18. Распатор костный 6,5 мм, плоский – 1 шт. (при необходимости).
3.19. Ретрактор 15 мм – 1 шт. (при необходимости).
3.20. Рукоятка быстроразъёмная для стержней – 1 шт. (при необходимости).
3.21. Стержень шестигранной отвертки SW2,5 – 1 шт. (при необходимости).
3.22. Стержень экстрактора 4,0 мм / 3,5 мм – 1 шт. (при необходимости).
3.23. Щипцы редукционные (S) – 1 шт. (при необходимости).
3.24. Щипцы редукционные с зубчатой кремальерой (S) – 1 шт. (при необходимости).
3.25. Щипцы репозиционные самоцентрирующиеся костные (S) – 2 шт. (при необходимости).
3.26. Кейс набора инструментов для блокированного остеосинтеза малых костных фрагментов – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

4. Набор инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей, в составе:
4.1. Сверло, диаметр 3,2 мм, длина 195,0 мм – 2 шт.
4.2. Сверло, диаметр 4,5 мм, длина 195,0 мм – 1 шт.
4.3. Глубиномер 5,0 мм – 1 шт.
4.4. Зажим, диаметр 4,5 мм – 1 шт.
4.5. Зенкер, диаметр 8,0 мм – 1 шт.
4.6. Ключ для ручной правки (левый) – 1 шт.
4.7. Ключ для ручной правки (правый) – 1 шт.
4.8. Стержень метчика, диаметр 4,5 мм – 1 шт.
4.9. Стержень метчика, диаметр 6,5 мм – 1 шт.
4.10. Направляющая сверла DCP диаметром 3,2 мм / 3,2 мм – 1 шт.
4.11. Направляющая сверла двойная, диаметр 4,5 мм / 3,2 мм – 1 шт.
4.12. Направляющая сверла двойная, диаметр 6,5 мм / 3,2 мм – 1 шт.
4.13. Отвертка шестигранная SW3,5 – 1 шт.
4.14. Рукоятка быстроразъёмная, Т-образная – 1 шт.
4.15. Винт извлекающий 3,5 мм – 1 шт. (при необходимости).
4.16. Распатор костный 16 мм – 1 шт. (при необходимости).
4.17. Распатор костный 8 мм – 1 шт. (при необходимости).
4.18. Ретрактор 16 мм – 1 шт. (при необходимости).
4.19. Ретрактор 43 мм – 1 шт. (при необходимости).
4.20. Рукоятка быстроразъёмная для стержней – 1 шт. (при необходимости).
4.21. Стержень шестигранной отвертки SW3,5 – 1 шт. (при необходимости).
4.22. Щипцы редукционные, левые – 1 шт. (при необходимости).
4.23. Щипцы редукционные, с зубчатой кремальерой, левые – 1 шт. (при необходимости).
4.24. Щипцы репозиционные костные, самоцентрирующиеся, левые – 2 шт. (при необходимости).
4.25. Стержень экстрактора 6,5 мм – 1 шт. (при необходимости).
4.26. Кейс набора инструментов для имплантации пластин на большие фрагменты костей – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

5. Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин, в составе:
5.1. Глубиномер 1,5 мм – 1 шт.
5.2. Глубиномер 2,0 мм – 1 шт.
5.3. Глубиномер 2,7 мм / 2,4 мм – 1 шт.
5.4. Ключ для ручной правки 2,0 мм – 2 шт.
5.5. Ключ для ручной правки 2,7 мм /2,4 мм – 2 шт.
5.6. Крючок острый – 2 шт.
5.7. Отвертка Stardrive T6 – 1 шт.
5.8. Отвертка Stardrive T8 – 1 шт.

.td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5.9. Плоскогубцы гибочные – 2 шт.
5.10. Отвертка Stardrive T8 с ограничением крутящего момента 0,8 Н·м – 1 шт.
5.11. Распатор костный 3 мм – 1 шт.
5.12. Распатор костный 5 мм – 1 шт.
5.13. Ретрактор 15 мм – 1 шт.
5.14. Ретрактор 6 мм – 1 шт.
5.15. Ретрактор 8 мм – 1 шт.
5.16. Рукоятка быстроразъемная, малая – 1 шт.
5.17. Отвертка Stardrive T6 с ограничением крутящего момента 0,4 Н·м – 1 шт.
5.18. Спица направляющая, диаметр 1,25 мм, длина 150,00 мм – 4 шт.
5.19. Щипцы изгибающие / режущие – 2 шт.
5.20. Щипцы редукционные изогнутые (М) – 1 шт.
5.21. Щипцы редукционные с зубцами (М) – 1 шт.
5.22. Кейс набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

6. Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм, в составе:
6.1. Сверло, диаметр 1,1 мм, длина 90,0 мм – 2 шт.
6.2. Гильза для сверла, диаметр 1,1 мм – 2 шт.
6.3. Зажим для блокирующего винта 1,5 мм – 1 шт.
6.4. Зажим для кортикального винта 1,5 мм – 1 шт.
6.5. Зенкер, диаметр 1,5 мм – 1 шт.
6.6. Ключ для ручной правки 1,5 мм – 2 шт.
6.7. Стержень метчика, диаметр 1,5 мм – 1 шт.
6.8. Направляющая сверла, с короткой резьбой 1,5 мм – 8 шт.
6.9. Направляющая сверла самоцентрирующаяся, диаметр 1,5 мм / 1,1 мм – 1 шт.
6.10. Стержень отвертки Stardrive T4 – 2 шт.
6.11. Лоток набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 1,5 мм – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

7. Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,0 мм, в составе:
7.1. Гильза для сверла, диаметр 1,5 мм – 2 шт.
7.2. Сверло, диаметр 1,5 мм, длина 110,0 мм – 2 шт.
7.3. Зенкер, диаметр 2,0 мм – 1 шт.
7.4. Стержень метчика, диаметр 2,0 мм – 2 шт.
7.5. Направляющая сверла самоцентрирующаяся, диаметр 2,0 мм / 1,5 мм – 1 шт.
7.6. Стержень отвертки Stardrive T6 – 1 шт.
7.7. Лоток набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,0 мм – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

8. Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,4 мм, в составе:
8.1. Сверло, диаметр 1,8 мм, длина 110 мм – 2 шт.
8.2. Зенкер, диаметр 2,7 мм / 2,4 мм – 1 шт.
8.3. Стержень метчика, диаметр 2,4 мм – 1 шт.
8.4. Направляющая сверла самоцентрирующаяся, диаметр 2,4 мм / 1,8 мм – 1 шт.
8.5. Направляющая сверла диаметром 1,8 мм – 2 шт.
8.6. Стержень отвертки Stardrive T8 – 1 шт.
8.7. Лоток набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,4 мм – 1 шт.

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

9. Набор инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,7 мм, в составе:
9.1. Сверло, диаметр 2,0 мм, длина 110 мм – 2 шт.
9.2. Стержень метчика, диаметр 2,7 мм – 1 шт.
9.3. Направляющая сверла самоцентрирующаяся, диаметр 2,7 мм / 2,0 мм – 1 шт.
9.4. Направляющая сверла, диаметр 2,0 мм – 2 шт.
9.5. Лоток набора инструментов для имплантации блокируемых минипластин с отверстием 2,7 мм – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

10. Набор для имплантации минипластин, в составе
10.1. Сверло, диаметр 1,5 мм, длина 120,0 мм – 2 шт.
10.2. Гильза для сверла, диаметр 1,5 мм – 1 шт.
10.3. Гильза компрессионная для сверла, диаметр 1,5 мм – 1 шт.
10.4. Глубиномер – 1 шт.
10.5. Ключ для ручной правки (левый) – 1 шт.
10.6. Ключ для ручной правки (правый) – 1 шт.
10.7. Лоток набора для имплантации минипластин – 1 шт.
10.8. Распатор костный 5 мм – 1 шт.
10.9. Ретрактор 6 мм – 1 шт.
10.10. Ретрактор 8 мм – 1 шт.
10.11. Ретрактор кожный, с 2 острыми зубцами – 2 шт.
10.12. Рукоятка быстроразъемная – 1 шт.
10.13. Рукоятка для гильзы сверла – 1 шт.
10.14. Стержень крестовой отвертки, диаметр 3,0 мм – 2 шт.
10.15. Стержень метчика, диаметр 2,0 мм – 1 шт.
10.16. Щипцы для удержания винтов – 1 шт.
10.17. Щипцы для удержания пластин – 1 шт.
10.18. Кейс набора для имплантации минипластин – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

11. Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии II, в составе:
11.1. Сверло, диаметр 1,1 мм, длина 4,0 мм – 2 шт.
11.2. Сверло, диаметр 1,1 мм, длина 6,0 мм – 2 шт.
11.3. Сверло, диаметр 1,5 мм × 10,0 мм, общая длина 95,0 мм – 1 шт.
11.4. Сверло, диаметр 1,5 мм × 10,0 мм, общая длина 50,0 мм – 2 шт.
11.5. Сверло, диаметр 1,5 мм × 8,0 мм, общая длина 95,0 мм – 1 шт.
11.6. Сверло, диаметр 1,5 мм × 8,0 мм, общая длина 50,0 мм – 2 шт.
11.7. Сверло, диаметр 1,9 мм, длина 90 мм – 2 шт.
11.8. Гильза блокируемая для сверла, диаметр 2,0 мм – 2 шт.
11.9. Гильза блокируемая для сверла, диаметр 2,5 мм – 2 шт.
11.10. Гильза для сверла, диаметр 1,1 мм / 1,5 мм – 1 шт.
11.11. Глубиномер – 1 шт.
11.12. Лоток набора инструментов для челюстно-лицевой хирургии II – 1 шт.
11.13. Направляющая сверла, диаметр 2,0 мм – 20 шт.
11.14. Направляющая сверла, диаметр 2,5 мм – 20 шт.
11.15. Стержень отвертки шестигранной торцевой SW2,5 – 1 шт.
11.16. Приспособление трансбуккальное для троакара – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11.17. Рукоятка быстроразъемная I – 1 шт.
11.18. Рукоятка для направляющих сверла – 1 шт.
11.19. Стержень гильзы для сверла, диаметр 1,1 мм – 1 шт.
11.20. Стержень гильзы для сверла, диаметр 1,5 мм – 1 шт.
11.21. Стержень гильзы для сверла, диаметр 1,9 мм – 1 шт.
11.22. Стержень крестовой блокируемой отвертки, диаметр 2,0 мм, длина 95,0 мм – 2 шт.
11.23. Стержень крестовой блокируемой отвертки, диаметр 2,5 мм, длина 100,0 мм – 2 шт.
11.24. Стержень крестовой отвертки, диаметр 1,5 мм, длина 65 мм – 1 шт.
11.25. Стержень крестовой отвертки, диаметр 1,5 мм, длина 95 мм – 1 шт.
11.26. Стержень крестовой отвертки, диаметр 2,0 мм, длина 65 мм – 1 шт.
11.27. Стержень крестовой отвертки, диаметр 2,0 мм, длина 95 мм – 1 шт.
11.28. Троакар – 1 шт.
11.29. Щипцы гибочные – 1 шт.
11.30. Щипцы гибочные I – 1 шт.
11.31. Щипцы для удержания винтов – 1 шт.
11.32. Щипцы для удержания пластин – 1 шт.
11.33. Щипцы изгибающие / режущие – 1 шт.
11.34. Кейс набора инструментов для челюстно-лицевой хирургии II – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

12. Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм, в составе:
12.1. Сверло канюлированное, диаметр 2,5 мм, длина 150,0 мм – 2 шт.
12.2. Сверло, диаметр 2,1 мм, длина 120 мм – 2 шт.
12.3. Винт извлекающий, диаметр 2,5 мм – 1 шт.
12.4. Гильза двойная для сверла, диаметр 1,0 мм / 2,1 мм – 1 шт.
12.5. Гильза двойная для сверла, диаметр 1,0 мм / 2,5 мм – 1 шт.
12.6. Гильза компрессионная – 1 шт.
12.7. Зажим – 1 шт.
12.8. Зенкер канюлированный, диаметр 3,0 мм / 1,0 мм – 1 шт.
12.9. Зенкер канюлированный, диаметр 5,0 мм / 1,0 мм – 1 шт.
12.10. Ключ шестигранный, L-образный SW2,5 – 1 шт.
12.11. Стержень канюлированного метчика, диаметр 3,5 мм – 1 шт.
12.12. Рукоятка быстроразъемная – 1 шт.
12.13. Рукоятка компрессионной гильзы – 1 шт.
12.14. Спица направляющая, диаметр 1,0 мм, длина 120,00 мм – 6 шт.
12.15. Стержень канюлированной отвертки Stardrive T8 – 1 шт.
12.16. Стержень отвертки Stardrive T8 – 1 шт.
12.17. Стержень шестигранной канюлированной отвертки SW2,5 – 1 шт.
12.18. Стержень шестигранной отвертки SW2,5 – 1 шт.
12.19. Стилет для очистки – 1 шт.
12.20. Устройство для измерения направляющей спицы – 1 шт.
12.21. Фиксатор – 1 шт.
12.22. Щипцы для удержания винтов – 1 шт.
12.23. Кейс набора инструментов для имплантации канюлированного винта 3,0 мм / 3,5 мм – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

13. Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм, в составе:
13.1. Сверло канюлированное, диаметр 3,2 мм, длина 150,0 мм – 2 шт.
13.2. Винт извлекающий, диаметр 3,5 мм – 1 шт.
13.3. Гильза для сверла, диаметр 3,2 мм – 1 шт.
13.4. Гильза защитная, диаметр 1,5 мм – 1 шт.
13.5. Гильза компрессионная – 1 шт.
13.6. Зажим – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13.7. Зенкер канюлированный, диаметр 4,5 мм / 1,5 мм – 1 шт.
13.8. Зенкер канюлированный, диаметр 7,0 мм / 1,5 мм – 1 шт.
13.9. Ключ шестигранный, L-образный SW2,5 – 1 шт.
13.10. Ограничитель для сверла, диаметр 3,2 мм / SW2,5 – 1 шт.
13.11. Рукоятка быстроразъемная – 1 шт.
13.12. Рукоятка компрессионной гильзы – 1 шт.
13.13. Спица направляющая, диаметр 1,5 мм, длина 150,0 мм – 6 шт.
13.14. Стержень канюлированного метчика, диаметр 4,5 мм – 1 шт.
13.15. Стержень канюлированной отвертки Stardrive T15 – 1 шт.
13.16. Стержень отвертки Stardrive T15 – 1 шт.
13.17. Стержень шестигранной отвертки SW3,5 – 1 шт.
13.18. Стержень шестигранной, канюлированной отвертки SW3,5 – 1 шт.
13.19. Стилет для очистки, диаметр 1,5 мм – 1 шт.
13.20. Устройство для измерения направляющей спицы – 1 шт.
13.21. Шило, диаметр 1,5 мм – 1 шт.
13.22. Щипцы для удержания винтов – 1 шт.
13.23. Кейс набора инструментов для имплантации канюлированного винта 4,5 мм – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

14. Набор инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм, в составе:
14.1. Сверло канюлированное, диаметр 5,0 мм, длина 250 мм – 1 шт.
14.2. Винт извлекающий, диаметр 5,0 мм – 1 шт.
14.3. Гильза для сверла, диаметр 5,0 мм – 1 шт.
14.4. Гильза для сверла, диаметр 5,0 мм / 3,0 мм – 1 шт.
14.5. Гильза защитная – 1 шт.
14.6. Зенкер канюлированный, диаметр 9,0 мм – 1 шт.
14.7. Ключ гаечный 10 мм – 1 шт.
14.8. Ключ шестигранный, L-образный, SW3 – 1 шт.
14.9. Метчик канюлированный, диаметр 7,5 мм – 1 шт.
14.10. Направляющая параллельная, регулируемая, для направляющих спиц диаметром 3,0 мм – 1 шт.
14.11. Направляющая параллельная, с регулируемыми углами наклона, для направляющих спиц диаметром 3,0 мм – 1 шт.
14.12. Отвертка шестигранная канюлированная SW5 – 1 шт.
14.13. Отвертка шестигранная SW5 – 1 шт.
14.14. Спица Киршнера, диаметр 3,0 мм, длина 250,0 мм – 3 шт.
14.15. Спица направляющая, с резьбовым концом, диаметр 3,0 мм, длина 250,0 мм – 3 шт.
14.16. Стилет для очистки, диаметр 3,0 мм – 1 шт.
14.17. Троакар, диаметр 10,0 мм / 3,0 мм – 1 шт.
14.18. Устройство для измерения направляющей спицы, диаметр 3,0 мм, длина 250,0 мм – 1 шт.
14.19. Фиксатор сверла, диаметр 5,0 мм – 1 шт.
14.20. Щипцы для удержания винтов – 1 шт.
14.21. Кейс набора инструментов для имплантации канюлированного винта 6,5 мм / 7,5 мм – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

15. Набор инструментов для имплантации пластин DHS/DCS, в составе:
15.1. Сверло, диаметр 3,2 мм, длина 195,0 мм – 3 шт.
15.2. Сверло, диаметр 4,5 мм, длина 195,0 мм – 2 шт.
15.3. Винт извлекающий, диаметр 3,5 мм – 1 шт.
15.4. Винт соединительный, длинный – 1 шт.
15.5. Винт соединительный, короткий – 2 шт.
15.6. Гильза дугообразная для сверла – 1 шт.
15.7. Гильза центровочная DHS/DCS – 1 шт.
15.8. Гильза центровочная для метчика – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

15.9. Глубиномер 5,0 мм – 1 шт.
15.10. Зажим, диаметр 4,5 мм – 1 шт.
15.11. Импактор DHC/DCS – 1 шт.
15.12. Ключ DHS/DCS – 1 шт.
15.13. Стержень метчика DHS/DCS – 1 шт.
15.14. Стержень метчика, диаметр 4,5 мм – 2 шт.
15.15. Стержень метчика, диаметр 6,5 мм – 1 шт.
15.16. Направляющая сверла DCP диаметром 3,2 мм / 3,2 мм – 1 шт.
15.17. Направляющая сверла двойная, диаметр 4,5 мм / 3,2 мм – 1 шт.
15.18. Направляющая сверла двойная, диаметр 6,5 мм / 3,2 мм – 1 шт.
15.19. Направляющая угловая для DCS 95° – 1 шт.
15.20. Направляющая угловая для DHS 135° – 1 шт.
15.21. Направляющая угловая переменная для DHS – 1 шт.
15.22. Направляющий вал – 1 шт.
15.23. Отвертка шестигранная SW3,5 – 1 шт.
15.24. Расширитель тройной DCS – 1 шт.
15.25. Расширитель тройной DHS – 1 шт.
15.26. Рукоятка быстроразъёмная для стержней – 1 шт.
15.27. Рукоятка быстроразъемная, Т-образная – 1 шт.
15.28. Рукоятка быстроразъёмная, Т-образная DHS/DCS – 1 шт.
15.29. Спица Киршнера, диаметр 2,5 мм, длина 250,0 мм – 2 шт.
15.30. Спица направляющая, с резьбовым концом, диаметр 2,5 мм, длина 250,0 мм – 2 шт.
15.31. Стержень шестигранной отвертки SW3,5 – 1 шт.
15.32. Стилет для очистки – 1 шт.
15.33. Устройство для прямого измерения DHS/DCS – 1 шт.
15.34. Щипцы для удержания винтов – 1 шт.
15.35. Кейс набора инструментов для имплантации пластин DHS/DCS – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

16. Набор инструментов для имплантации реконструктивных пластин, в составе:
16.1. Сверло, диаметр 2,5 мм, длина 150,0 мм – 6 шт.
16.2. Сверло, диаметр 3,0 мм, длина 150,0 мм – 2 шт.
16.3. Гильза для гибкого сверла, диаметр 2,5 мм – 1 шт.
16.4. Глубиномер – 1 шт.
16.5. Зажим, диаметр 6,0 мм – 1 шт.
16.6. Ключ для ручной правки, левый – 1 шт.
16.7. Ключ для ручной правки, правый – 1 шт.
16.8. Крючок – 1 шт.
16.9. Крючок с Т-образной рукояткой – 1 шт.
16.10. Стержень метчика, диаметр 3,5 мм – 1 шт.
16.11. Стержень метчика, диаметр 4,0 мм – 1 шт.
16.12. Наконечник шариковый – 1 шт.
16.13. Наконечник шариковый, изогнутый – 1 шт.
16.14. Направляющая сверла, диаметр 2,5 мм / 3,5 мм – 1 шт.
16.15. Направляющая сверла, диаметр 3,0 мм / 4,0 мм – 1 шт.
16.16. Отвертка шестигранная, с универсальным соединением SW2,5 – 1 шт.
16.17. Отвертка шестигранная SW2,5 – 1 шт.
16.18. Пробойник шариковый, прямой, для костей таза – 2 шт.
16.19. Ретрактор – 1 шт.
16.20. Сверло гибкое, диаметр 2,5 мм, длина 40,0 мм – 1 шт.
16.21. Шаблон для сгибания 140 – 1 шт.
16.22. Шаблон для сгибания 165 – 1 шт.
16.23. Шаблон для сгибания, изогнутый, 200 – 1 шт.
16.24. Шаблон для сгибания, изогнутый, 90 – 1 шт.
16.25. Щипцы большие, для тазовых пластин – 1 шт.
16.26. Щипцы гибочные – 1 шт.
16.27. Щипцы для удержания винтов – 1 шт.
16.28. Щипцы малые, для тазовых пластин – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

16.29. Щипцы редукционные угловые, большие, с острыми/шариковыми наконечниками – 1 шт.
16.30. Щипцы редукционные угловые, малые, с острыми/шариковыми наконечниками – 1 шт.
16.31. Щипцы редукционные, асимметричные для костей таза – 1 шт.
16.32. Щипцы редукционные, большие, с острыми/шариковыми наконечниками, для тазовых пластин – 1 шт.
16.33. Щипцы редукционные, с ограничителем скорости, для тазовых пластин – 1 шт.
16.34. Щипцы редукционные, с острыми/шариковыми наконечниками, для тазовых пластин – 1 шт.
16.35. Щипцы редукционные, с тремя острыми/шариковыми наконечниками, для тазовых пластин – 1 шт.
16.36. Кейс набора инструментов для имплантации реконструктивных пластин – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

17. Набор инструментов для извлечения имплантатов, в составе:
17.1. Бур, диаметр 4,0 мм – 1 шт.
17.2. Бур, диаметр 6,0 мм – 1 шт.
17.3. Винт извлекающий тонкий, диаметр 2,5 мм – 1 шт.
17.4. Винт извлекающий, диаметр 1,5 мм – 1 шт.
17.5. Винт извлекающий, диаметр 2,0 мм – 1 шт.
17.6. Винт извлекающий, диаметр 2,5 мм – 1 шт.
17.7. Винт извлекающий, диаметр 3,0 мм – 1 шт.
17.8. Винт извлекающий, диаметр 3,5 мм – 1 шт.
17.9. Винт извлекающий, диаметр 4,0 мм – 1 шт.
17.10. Вращатель экстрактора, диаметр 2,0 - 3,5 мм – 1 шт.
17.11. Вращатель экстрактора, диаметр 3,5 - 5,0 мм – 1 шт.
17.12. Вращатель экстрактора, диаметр 5,5 - 7,3 мм – 1 шт.
17.13. Гильза защитная для экстрактора – 1 шт.
17.14. Долото – 1 шт.
17.15. Зажим отвинчивающийся – 1 шт.
17.16. Ключ Т-образный SW1,2 – 1 шт.
17.17. Ключ Т-образный SW1,5 – 1 шт.
17.18. Ключ торцевой, диаметр 8,0 мм / 7,2 мм – 1 шт.
17.19. Ключ торцевой SW6 – 1 шт.
17.20. Ключ торцевой SW7 – 1 шт.
17.21. Ключ торцевой SW8 – 1 шт.
17.22. Крючок острый – 1 шт.
17.23. Отвертка прямошлицевая 0,5 мм – 1 шт.
17.24. Отвертка прямошлицевая 0,8 мм – 1 шт.
17.25. Рукоятка быстроразъемная – 1 шт.
17.26. Рукоятка быстроразъёмная для стержней – 1 шт.
17.27. Рукоятка быстроразъемная, Т-образная – 1 шт.
17.28. Рукоятка трепана, диаметр 3,5 мм / 4,0 мм – 1 шт.
17.29. Рукоятка трепана, диаметр 4,5 мм / 5,0 мм – 1 шт.
17.30. Рукоятка трепана, диаметр 6,5 мм – 1 шт.
17.31. Рукоятка экстрактора – 1 шт.
17.32. Стержень крестовой отвертки 0,5 мм / диаметр 2,5 мм – 1 шт.
17.33. Стержень крестовой отвертки 0,5 мм / диаметр 3,5 мм – 1 шт.
17.34. Стержень отвертки Stardrive, диаметр 2,1 мм – 1 шт.
17.35. Стержень отвертки Stardrive, диаметр 2,6 мм – 1 шт.
17.36. Стержень отвертки Stardrive, диаметр 3,1 мм – 1 шт.
17.37. Стержень отвертки Stardrive, диаметр 3,7 мм – 1 шт.
17.38. Стержень отвертки Stardrive T10 – 1 шт.
17.39. Стержень отвертки Stardrive T15 – 1 шт.
17.40. Стержень отвертки Stardrive T20 – 1 шт.
17.41. Стержень отвертки Stardrive T25 – 1 шт.
17.42. Стержень отвертки Stardrive T30 – 1 шт.
17.43. Стержень отвертки Stardrive T4 – 1 шт.
17.44. Стержень отвертки Stardrive T6 – 1 шт.
17.45. Стержень отвертки Stardrive T8 – 1 шт.
17.46. Стержень шестигранного ключа SW1,5 – 1 шт.

ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

17.47. Стержень шестигранного ключа SW2 – 1 шт.
17.48. Стержень шестигранного ключа SW2,5 – 1 шт.
17.49. Стержень шестигранного ключа SW3 – 1 шт.
17.50. Стержень шестигранного ключа SW3,5 – 1 шт.
17.51. Стержень шестигранного ключа SW4 – 1 шт.
17.52. Стержень шестигранного ключа SW4,5 – 1 шт.
17.53. Стержень шестигранного ключа SW5 – 1 шт.
17.54. Трепан, диаметр 1,5 мм – 1 шт.
17.55. Трепан, диаметр 2,0 мм – 1 шт.
17.56. Трепан, диаметр 2,7 мм – 1 шт.
17.57. Трепан, диаметр 3,5 мм / 4,0 мм – 1 шт.
17.58. Трепан, диаметр 4,5 мм / 5,0 мм – 1 шт.
17.59. Трепан, диаметр 6,5 мм – 1 шт.
17.60. Шило – 1 шт.
17.61. Штифт резьбовой для трепана диаметром 3,5 мм / 4,0 мм – 1 шт.
17.62. Штифт резьбовой для трепана диаметром 4,5 мм / 5,0 мм – 1 шт.
17.63. Штифт резьбовой для трепана диаметром 6,5 мм – 1 шт.
17.64. Стержень экстрактора, диаметр 3,5 мм / 4,0 мм – 1 шт.
17.65. Стержень экстрактора, диаметр 4,5 мм / 5,0 мм – 1 шт.
17.66. Стержень экстрактора, диаметр 6,5 мм – 1 шт.
17.67. Кейс набора инструментов для извлечения имплантатов – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

18. Специальный набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS, в составе:
18.1. Вкладыш направляющей для проксимального конца бедренной кости, левый – 1 шт.
18.2. Вкладыш направляющей для проксимального конца бедренной кости, правый – 1 шт.
18.3. Кейс специального набора инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

19. Набор инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин, в составе:
19.1. Гильза для сверла LCP, диаметр 2,8 мм – 1 шт.
19.2. Гильза прицельного устройства для сверла, диаметр 5,0 мм / 2,9 мм – 1 шт.
19.3. Втулка сверлильная для направляющей спицы, диаметр 2,9 мм / 1,6 мм – 1 шт.
19.4. Гильза центрирующая для прицельного устройства, диаметр 6,0 мм / 5,0 мм – 1 шт.
19.5. Глубиномер – 1 шт.
19.6. Зонд длины – 1 шт.
19.7. Устройство прицельное для проксимальной плечевой пластины I – 1 шт.
19.8. Устройство прицельное для проксимальной плечевой пластины II – 1 шт.
19.9. Шаблон – 1 шт.
19.10. Шаблон длинный – 1 шт.
19.11. Лоток набора инструментов для имплантации проксимальных плечевых пластин – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

20. Специальный набор инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA, в составе:
20.1. Блок направляющий 19,5 мм, 6 отверстий, левый – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

20.2. Блок направляющий 19,5 мм, 6 отверстий, правый – 1 шт.
20.3. Блок направляющий 22,0 мм, 6 отверстий, левый – 1 шт.
20.4. Блок направляющий 22,0 мм, 6 отверстий, правый – 1 шт.
20.5. Блок направляющий 25,5 мм, 7 отверстий, левый – 1 шт.
20.6. Блок направляющий, 25,5 мм, 7 отверстий, правый – 1 шт.
20.7. Гильза для сверла 2,4 VA-LCP – 1 шт.
20.8. Гильза для сверла с крутой винтовой канавкой – 1 шт.
20.9. Лоток специального набора инструментов для имплантации дистальных лучевых пластин MR-VA – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

21. Специальный набор инструментов для имплантации пластин MR-VA с отверстием 2,7 мм, в составе:
21.1. Гильза для сверла 2,7 VA-LCP – 1 шт.
21.2. Отвертка Stardrive T8 с ограничением крутящего момента 1,2 Н·м – 1 шт.
21.3. Лоток специального набора инструментов для имплантации пластин MR-VA с отверстием 2,7 мм – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

22. Набор инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS, в составе:
22.1. Болт фиксирующий для вкладыша направляющей, диаметр 6,5 мм – 1 шт.
22.2. Сверло канюлированное, диаметр 5,0 мм, длина 350,0 мм – 2 шт.
22.3. Гильза для сверла, диаметр 5,0 мм – 1 шт.
22.4. Гильза защитная, диаметр 8,7 мм – 2 шт.
22.5. Втулка сверлильная для направляющей спицы диаметром 2,8 мм – 2 шт.
22.6. Метчик канюлированный, диаметр 6,5 мм – 1 шт.
22.7. Ограничитель, диаметр 5,0 мм – 1 шт.
22.8. Отвёртка шестигранная канюлированная SW4,0 – 1 шт.
22.9. Спица направляющая с резьбовым концом, диаметр 2,8 мм, длина 350,0 мм – 5 шт.
22.10. Стилет для очистки – 1 шт.
22.11. Троакар, диаметр 8,7 мм – 1 шт.
22.12. Устройство для измерения направляющей спицы – 1 шт.
22.13. Кейс набора инструментов для имплантации проксимальных бедренных пластин LISS – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

23. Набор инструментов для имплантации пластин OSTO, в составе:
23.1. Сверло, диаметр 3,2 мм, длина 195,0 мм – 1 шт.
23.2. Сверло, диаметр 4,3 мм, длина 221,0 мм – 2 шт.
23.3. Винт извлекающий 3,5 мм – 1 шт.
23.4. Гильза для направляющей спицы диаметром 2,0 мм – 1 шт.
23.5. Гильза для сверла диаметром 4,3 мм – 3 шт.
23.6. Глубиномер 5,0 мм – 1 шт.
23.7. Долото для остеотомии 10 мм – 1 шт.
23.8. Долото для остеотомии 15 мм – 1 шт.
23.9. Долото для остеотомии 20 мм – 1 шт.
23.10. Долото для остеотомии 25 мм – 1 шт.
23.11. Стержень метчика, диаметр 4,5 мм – 1 шт.
23.12. Направляющая сверла универсальная, диаметр 4,5 мм /3,2 мм – 1 шт.

td. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

23.13. Ограничитель, диаметр 4,3 мм – 1 шт.
23.14. Отвертка Stardrive T25 – 1 шт.
23.15. Отвертка Stardrive T25 с ограничением крутящего момента 4,0 Н·м – 1 шт.
23.16. Расширитель кости – 1 шт.
23.17. Расширитель кости с мягкой блокировкой – 1 шт.
23.18. Рукоятка быстроразъёмная для стержней – 1 шт.
23.19. Спица направляющая, диаметр 2,0 мм, длина 280,0 мм – 4 шт.
23.20. Спица направляющая, диаметр 2,5 мм, длина 280,0 мм – 6 шт.
23.21. Стержень – 2 шт.
23.22. Стержень выравнивающий – 3 шт.
23.23. Стержень отвертки Stardrive T25 – 1 шт.
23.24. Устройство для измерения остеотомического зазора – 1 шт.
23.25. Штатив для выравнивающего стержня, большой – 1 шт.
23.26. Штатив для выравнивающего стержня, малый – 1 шт.
23.27. Кейс набора инструментов для имплантации пластин OSTO – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

24. Набор инструментов для имплантации блокируемых пяточных пластин, в составе:
24.1. Ключ для ручной правки – 2 шт.
24.2. Кусачки для пластин – 1 шт.
24.3. Плоскогубцы гибочные – 1 шт.
24.4. Шаблон 64 мм – 1 шт.
24.5. Шаблон 69 мм – 1 шт.
24.6. Шаблон 76 мм – 1 шт.
24.7. Шаблон 81 мм – 1 шт.
24.8. Лоток набора инструментов для имплантации блокируемых пяточных пластин – 1 шт.

Принадлежности:
1. Малый ящик для винтов (MR) – 1 шт.
2. Большой ящик для винтов (MR) – 1 шт.
3. Малый ящик для базовых винтов – 1 шт.
4. Большой ящик для базовых винтов – 1 шт.

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Сертификат

/Логотип: CCPIT
Китайский комитет содействия международной торговле/

/Печать, оттиск: Китайский комитет
содействия международной торговле
Сертификация
Специальная печать для
коммерческих сертификатов
CCPIT
(25)/

Китайский комитет содействия международной торговле является Международной торговой палатой Китая

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Китайский комитет содействия международной торговле
Международная торговая палата Китая

/Логотип CCPIT/

Сертификат

QR-код
Номер № 234201A0/000462

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ЧТО: печать компании «УХАНЬ МАЙНДРЭЙ САИЭНТИФИК КО., ЛТД.» (WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.), на приложенном ДОКУМЕНТЕ является подлинной.

CCPIT CCOIC

/Печать: Китайский комитет содействия международной торговле Сертификация Специальная печать для коммерческих сертификатов CCPIT (25)/

Китайский комитет содействия международной торговле /Печать: Китайский комитет содействия международной торговле Сертификация Специальная печать для коммерческих сертификатов CCPIT (25)/

Полномочная подпись: */Подпись: Сюй Цань (Xu Qian)/*

Дата: 21 марта 2023 года

/Выпуклая печать: Китайский комитет содействия международной торговле Сертификация Специальная печать для коммерческих сертификатов CCPIT (25)/

Веб-сайт для проверки сертификата: http://www.rzccpit.com/validate.html

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

/Логотип: Майндрэй (Mindray)/

20-03-2023
Тем, кого это может касаться,

Декларация

Мы, **Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)**, производитель следующего медицинского изделия:

Набор инструментов для установки ортопедических имплантатов

настоящим заявляем, что
1. приложенное содержимое с титульным листом на документе **«ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ПАСПОРТ медицинского изделия Набор инструментов для установки ортопедических имплантатов»** используется для регистрации медицинского изделия в России; этот файл содержит основную информацию о медицинском изделии, технические характеристики и гарантии производителя.
2. приложенное содержимое используется только для регистрации медицинского изделия в России, и требуется для нотариального подтверждения в соответствии с официальными российскими правилами.

/Печать: «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) 42011110036965/

Искренне Ваш,

/Подпись: Гуань Чжиюн (Guan Zhiyong)/
Господин Гуань Чжиюн (Guan Zhiyong)
Заместитель Генерального Директора Компании
«Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.»
(Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)

/Печать: «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.) 42011110036965/

/Печать: Китайский комитет содействия международной торговле Сертификация Специальная печать для коммерческих сертификатов CCPIT (25)/

/Печать, оттиск: Китайский комитет содействия международной торговле Сертификация Специальная печать для коммерческих сертификатов CCPIT (25)/

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)
Адрес: No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065, Hubei Province, Китайская Народная Республика
Телефон: +86-27-88309090
Факс: +86-27-88309082
Веб-сайт: www.mindray.com

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

/Логотип: Майндрэй (Mindray)/

No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City, 430065, Hubei Province, Китайская Народная Республика
Телефон: +86-27-88309090,
Факс: +86-27-88309082
http://www.mindray.com

/ Печать: «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.»
(Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)
42011110036965/

/Подпись *Гуань Чжиюн (Guan Zhiyong)*/

/Текст на английском языке с переводом на русский язык/

/ Печать: «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.»
(Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)
42011110036965/
/Печать: Китайский комитет содействия международной торговле
Сертификация
Специальная печать для коммерческих сертификатов
CCPIT
(25)/

/Печать, оттиск: Китайский комитет содействия международной торговле
Сертификация
Специальная печать для коммерческих сертификатов
CCPIT
(25)/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Перевод данного текста выполнен переводчиком Кокиной Марией Олеговной

Российская Федерация
Город Москва
Девятнадцатого апреля две тысячи двадцать третьего года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Кокиной Марии Олеговны.
Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09 – н/77 – 2023 – 30-1443
Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

Г.Б. Акимов

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 123 лист(-а,-ов).

Нотариус:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU