



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ВИТАМЕД»

В.С. Витвинов

2023 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней
ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022**

2023

Общество с ограниченной
ответственностью «ВИТАМЕД»
(ООО «ВИТАМЕД»)
Россия, 420039, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Гагарина, д. 99, кв. 49.
Тел.: +7 (987) 291-54-58;
e-mail: Andre8960@yandex.ru



ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

ПУ № _____ от _____ г.

Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппаратов внешней ортопедической фиксации
по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

Дуга


10 - 2022

Радиус 160 мм

SN 001

Количество: 1 шт.

П
ОТК



Дуга: радиусом от 80 мм до 280 мм с шагом 5 мм

Общество с ограниченной
ответственностью «ВИТАМЕД»
(ООО «ВИТАМЕД»)
Россия, 420039, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Гагарина, д. 99, кв. 49.
Тел.: +7 (987) 291-54-58;
e-mail: Andrei8960@yandex.ru



ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

РУ № _____ от _____ г.

Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппаратов внешней ортопедической фиксации
по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

Дуга 60°

Радиус 165 мм

Количество: 1 шт.

10-2022


SN 001

Ті
ОТК



Дуга 60°: радиусом от 130 мм до 165 мм с шагом 5 мм

Общество с ограниченной
ответственностью «ВНТАМЕЛ»
(ООО «ВНТАМЕЛ»)
Россия, 420019, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Гагарина, д. 99, кв. 49.
Тел.: +7 (987) 291-54-58;
e-mail: Andrei896@yandex.ru



ТУ 32.50.22-001-54126766-2022


ИЗ № _____ ОТ _____ Г.

Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппарата внешней ортостатической фиксации
по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

Кольцо


Диаметр 190 мм

Количество: 1 шт.



SN 001

П
ОТК



Кольцо: диаметром от 90 мм до 300 мм с шагом 10 мм

Общество с ограниченной
ответственностью «ВИТАМЕД»
(ООО «ВИТАМЕД»)
Россия, 420039, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Гagarина, д. 99, кв. 49.
Тел.: +7 (987) 291-54-58;
e-mail: Andrei8960@yandex.ru



ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

РУ № _____ от _____ г.

Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппаратов внешней ортопедической фиксации
по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

Кольцо 5/8

Диаметр 150 мм

Количество: 1 шт.




10-2022

SN

001


Т1

ОТК



Кольцо 5/8: диаметром от 130 мм до 180 мм с шагом 10 мм

Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАМЕД» (ООО «ВИТАМЕД») Россия, 428039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гагарина, д. 99, кв. 49. Тел.: +7 (987) 291-54-58; e-mail: Andrei8960@yandex.ru	Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022
ТУ 32.50.22-001-54126766-2022 РУ № _____ от _____ г.	Полукольцо  10-2022 Диаметр 190 мм  001 Количество: 1 шт.  ГИ ОТК



Полукольцо: диаметром от 90 мм до 300 мм с шагом 10 мм

Общество с ограниченной
ответственностью «ВИТАМЕД»
(ООО «ВИТАМЕД»)
Россия, 420039, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Гагарина, д. 99, кв. 49.
Тел.: +7 (987) 291-54-58;
e-mail: Andrei8960@yandex.ru



ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

РУ № _____ от _____ г.

Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппаратов внешней ортопедической фиксации
по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

Планка

 10-2022

Длина 82 мм

SN 001

Количество: 1 шт.

П
ОТК



Планка: длиной от 38 мм до 126 мм с шагом 11 мм

Общество с ограниченной
ответственностью «ВИТАМЕД»
(ООО «ВИТАМЕД»)
Россия, 420039, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Гагарина, д. 99, кв. 49.
Тел.: +7 (987) 291-54-58;
e-mail: Andrei8960@yandex.ru



ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

РУ № _____ от _____ г.

Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппаратов внешней ортопедической фиксации
по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

Планка винтовая

Длина 90 мм

Количество: 1 шт.

10 - 2022

SN 001

Т1
ОТК



Планка винтовая: длиной от 46 мм до 90 мм с шагом 11 мм

Общество с ограниченной
ответственностью «ВИТАМЕД»
(ООО «ВИТАМЕД»)
Россия, 420039, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Гагарина, д. 99, кв. 49.
Тел.: +7 (987) 291-54-58;
e-mail: Andrei8960@yandex.ru



ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

РУ № _____ от _____ г.

Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппаратов внешней ортопедической фиксации
по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

Балка

Длина 247 мм

Количество: 1 шт.

10-2022

SN 001

Ті
ОТК



Балка: длиной от 159 мм до 335 мм с шагом 11 мм

Общество с ограниченной
ответственностью «ВИТАМЕД»
(ООО «ВИТАМЕД»)
Россия, 420039, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Гагарина, д. 99, кв. 49.
Тел.: +7 (987) 291-54-58;
e-mail: Andrei8960@yandex.ru



ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

РУ № _____ от _____ г.

Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппаратов внешней ортопедической фиксации
по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

Балка с резьбовым
хвостовиком

10 - 2022

SN 001

Длина 191 мм

Количество: 1 шт.

П
ОТК



Балка с резьбовым хвостовиком: длиной от 131 мм до 251 мм с шагом 20 мм

Общество с ограниченной
ответственностью «ВИТАМЕД»
(ООО «ВИТАМЕД»)
Россия, 420039, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Гагарина, д. 99, кв. 49.
Тел.: +7 (987) 291-54-58;
e-mail: Andrei8960@yandex.ru



ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

РУ № _____ от _____ г.

Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппаратов внешней ортопедической фиксации
по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

Кронштейн
с резьбовым отверстием

10 - 2022
SN 001

Под стержни
диаметром 7 мм

Количество: 1 шт.

П
ОТК



Кронштейн с резьбовым отверстием: длиной от 30 мм до 52 мм с шагом 11 мм под стержни диаметром от 3 мм до 11 мм с шагом 0,5 мм



Кронштейн с резьбовым отверстием: длиной от 30 мм до 52 мм с шагом 11 мм под стержни диаметром от 3 мм до 11 мм с шагом 0,5 мм



Кронштейн с резьбовым хвостовиком: длиной от 43 мм до 65 мм с шагом 11 мм под стержни диаметром от 3 мм до 11 мм с шагом 0,5 мм



Кронштейн с резьбовым хвостовиком: длиной от 43 мм до 65 мм с шагом 11 мм под стержни диаметром от 3 мм до 11 мм с шагом 0,5 мм

Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАМЕД» (ООО «ВИТАМЕД») Россия, 420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гагарина, д. 99, кв. 49. Тел.: +7 (987) 291-54-58; e-mail: Andrei896@yandex.ru	Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022
	Кронштейн двухосевой
ТУ 32.50.22-001-54126766-2022 РУ № _____ от _____ г.	Под стержни диаметром <u>7</u> мм Количество: <u>1</u> шт. 10-2022 SN 001 П ОТК



Кронштейн двухосевой: под стержни диаметром от 3 мм до 11 мм с шагом 0,5 мм



Стержень резьбовой: длиной от 60 мм до 400 мм с шагом 5 мм



Стержень резьбовой с отверстием: длиной от 60 мм до 400 мм с шагом 5 мм



Стержень distractionный: длиной от 40 мм до 400 мм с шагом 10 мм

Общество с ограниченной ответственностью «ВНТАМЕД» (ООО «ВНТАМЕД») г. Казань, ул. Гагарина, д. 99, кв. 49, Тел.: +7 (987) 291-54-88, e-mail: Andrei8960@yandex.ru	Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022
ТУ 32.50.22-001-54126766-2022 ГД № _____	Стержень телескопический Длина 250 мм Количество: 1 шт.
10-2022 SN 001	П ОТК




Стержень телескопический: длиной от 100 мм до 400 мм с шагом 50 мм



Стержень метафизарный: длиной от 10 мм до 400 мм с шагом 10 мм диаметром от 2 мм до 10 мм с шагом 1 мм

Общество с ограниченной
ответственностью «ВИТАМЕД»
(ООО «ВИТАМЕД»)
Россия, 420039, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Гагарина, д. 99, кв. 49.
Тел.: +7 (987) 291-54-58;
e-mail: Andre8960@yandex.ru



ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

РУ № _____ от _____ г.

Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппаратов внешней ортопедической фиксации
по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

**Стержень
метафизарный**

10 - 2022

SN 001

Диаметр _____ 7 _____ мм

Количество: _____ 1 _____ шт.

Ti
ОТК



Стержень метафизарный: длиной от 10 мм до 400 мм с шагом 10 мм диаметром от 2 мм до 10 мм с шагом 1 мм



Стержень диафизарный: длиной от 10 мм до 400 мм с шагом 10 мм диаметром от 2 мм до 10 мм с шагом 1 мм



Стержень диафизарный: длиной от 10 мм до 400 мм с шагом 10 мм диаметром от 2 мм до 10 мм с шагом 1 мм




Стержень резьбовой (винт Шанца): длиной от 10 мм до 400 мм с шагом 10 мм диаметром от 2 мм до 8 мм с шагом 1 мм



Спица для остеосинтеза: длиной от 30 мм до 600 мм с шагом 1 мм с упором, диаметром от 0,1 мм до 5 мм с шагом 0,1 мм



Спица для остеосинтеза: длиной от 30 мм до 600 мм с шагом 1 мм без упора, диаметром от 0,1 мм до 5 мм с шагом 0,1 мм



Спица для остеосинтеза с резьбой: длиной от 30 мм до 600 мм с шагом 10 мм диаметром от 0,5 до 3,5 мм с шагом 1 мм

Общество с ограниченной
ответственностью «ВИТАМЕД»
(ООО «ВИТАМЕД»)
Россия, 420039, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Гагарина, д. 99, кв. 49.
Тел.: +7 (987) 201-54-58;
e-mail: Andrei8960@yandex.ru



ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

РУ № _____ от _____ г.

Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппаратов внешней ортопедической фиксации
по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

Приставка радиусная

Радиус 25 мм

Количество: 1 шт.

10-2022

SM 001

Т
ОТК



Приставка радиусная: радиусом от 25 мм до 35 мм с шагом 5 мм

Общество с ограниченной
ответственностью «ВИТАМЕД»
(ООО «ВИТАМЕД»)
Россия, 420039, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Гагарина, д. 99, кв. 49.
Тел.: +7 (987) 201-54-58;
e-mail: Andrei8960@yandex.ru



ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

РУ № _____ от _____ г.

Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппаратов внешней ортопедической фиксации
по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

Приставка радиусная

Радиус _____ 25 _____ мм

Количество: _____ 1 _____ шт.



10-2022

ВМ

001

Т1
ОТК




Приставка радиусная: радиусом от 25 мм до 35 мм с шагом 5 мм


Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАМЕД» (ООО «ВИТАМЕД») Россия, 420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гагарина, д. 99, кв. 49. Тел.: +7 (987) 291-54-58; e-mail: Andrei8960@yandex.ru ТУ 32.50.22-001-54126766-2022 РЗ № _____ от _____ г.	Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов окисной ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022 Втулка Диаметр <u>14</u> мм Количество: <u>1</u> шт. Идентификация:  <u>10-2022</u>  <u>001</u> ТЛ ОТК
---	---



Втулка: диаметром 14 мм



Шайба: диаметром от 2 мм до 20 мм с шагом 0,1 мм



Шайба с пазом: диаметром от 10 мм до 22 мм с шагом 2 мм

Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАМЕД» (ООО «ВИТАМЕД») Россия, 420000, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гитрина, д. 99, кв. 49. Тел.: +7 (987) 291-54-58; e-mail: Andre8960@yandex.ru	Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022
ТУ 32.50.22-001-54126766-2022 РТУ № _____ от _____ г.	Муфта Длина <u>40</u> мм Количество: <u>1</u> шт. 10-2022 001 ТИ ОТК



Муфта: длиной от 20 мм до 60 мм с шагом 10 мм

ано в России

КЛИНИПАК

Поврежденную упаковку
не использовать!



30

коричневый
= ПРОСТЕРИЛИЗОВАНО

50

Болт: диаметром 6 мм



Болт с отверстием: диаметром 6 мм



Болт спицефиксатор: диаметром 6 мм



Гайка: размером от 3 мм до 30 мм с шагом 0,1 мм

Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАМЕД» (ООО «ВИТАМЕД») Россия, 420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гатарины, д. 99, кв. 49. Тел.: +7 (987) 291-54-58; e-mail: Andrei8960@yandex.ru	Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022
ТУ 32.50.22-001-54126766-2022 РУ № _____ от _____ г.	Ключ 10 - 2022 Присоединительный размер <u>10</u> мм SN 001 Количество: <u>1</u> шт. Т1 ОТК



Ключ присоединительный от 8 мм до 21 мм с шагом 1 мм

Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАМЕД»
(ООО «ВИТАМЕД»)
Россия, 420039, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Гатарица, д. 99, кв. 49.
Тел.: +7 (987) 291-54-58;
e-mail: Andre8960@yandex.ru

Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппаратов внешней ортопедической фиксации
по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022


Ключ торцовый

Присоединительный
размер 10 мм

Количество: 1 шт.


10 - 2022
SN 001
ТГ
ОГК

ТУ 32.50.22-001-54126766-2022
РУ № _____ от _____ г.



Ключ торцовый: присоединительный размер 10 мм

Общество с ограниченной
ответственностью «ВИТАМЕД»
(ООО «ВИТАМЕД»)
Россия, 420039, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Гагарина, д. 99, кв. 49.
Тел.: +7 (987) 291-54-58;
e-mail: Andrei8960@yandex.ru



ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

ПУ № _____ от _____ г.

Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппаратов внешней ортопедической фиксации
по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

Ключ рожковый

 10 - 2022

Присоединительный
размер _____ 14 _____ мм

SN 001


Количество: _____ 1 _____ шт.

Ті
ОТК



Ключ рожковый: присоединительный размер от 10 мм до 19 мм с шагом 1 мм

Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАМЕД» (ООО «ВИТАМЕД») Россия, 420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гагарина, д. 99, кв. 49. Тел.: +7 (9857) 291-54-58; e-mail: Andrei8960@yandex.ru	Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022
ТУ 32.50.22-001-54126766-2022 РЧ № _____ от _____ г.	Ключ стержневой  10 - 2022 Присоединительный размер <u>3</u> мм  001 Количество: <u>1</u> шт. Т1 ОТК



Ключ стержневой: присоединительный размер от 3 мм до 8 мм с шагом 1 мм

Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппаратов внешней ортопедической фиксации
по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

Отвертка с идентификатором: 10-2022
исполнение 1 001

Пол шлиц 2,5 мм
размером 1 шт.

Колличество: 1 шт.

ТИ
ОТК

Общество с ограниченной
ответственностью «ВИТАМЕД»
(ООО «ВИТАМЕД»)
Россия, 420039, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Искриева, д. 99, кв. 49,
Тел.: +7 (987) 291-54-58;
e-mail: Andre@vita.yandex.ru

Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппаратов внешней ортопедической фиксации
по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

Отвертка, исполнение 1 10-2022
001

Пол шлиц 2,5 мм
размером 1 шт.

Колличество: 1 шт.

ТИ
ОТК

ТУ 32.50.22-001-54126766-2022
ИУ № _____ от _____ г.



Отвертка, исполнение 1: длиной от 100 мм до 300 мм с шагом 1 мм под шлиц размером 2,5мм; 3,5мм




Отвертка, исполнение 2: длиной от 100 мм до 300 мм с шагом 1 мм под шлиц размером 2,5мм; 3,5мм

Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАМЕД» (ООО «ВИТАМЕД») Россия, 420019, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гагарина, д. 99, кв. 49. Тел.: +7 (987) 291-54-58; e-mail: Andrei8960@yandex.ru	Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022
ТУ 32.50.22-001-54126766-2022 РУ № _____ от _____ г.	Отвертка Т-образная, исполнение 1
Под шлиц размером <u>2,5</u> мм	Количество: <u>1</u> шт.



Отвёртка Т-образная, исполнение 1: длиной от 150 мм до 180 мм с шагом 1 мм под шлиц размером 2,5мм;3,5мм



Отвёртка Т-образная, исполнение 2: длиной от 150 мм до 180 мм с шагом 1 мм под шлиц размером 2,5мм; 3,5мм

Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАМЕД»
(ООО «ВИТАМЕД»)
Россия, 420039, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Гагарина, д. 99, кв. 49.
Тел.: +7 (987) 291-54-58
e-mail: Andrei8960@yandex.ru

Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппаратов внешней ортопедической фиксации
по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022


Спицентагиватель

Под спицы
диаметром _____ мм

Количество _____ шт.

10-2022
SN 001
П
ОТК

ТУ 32.50.22-001-54126766-2022
РУ № _____ от _____ г.



Спицентагиватель под спицы: диаметром от 0,5 мм до 5 мм с шагом 0,1 мм

Общество с ограниченной
ответственностью «ВНТАМЕД»
(ООО «ВНТАМЕД»)
Россия, 426038, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Гагарина, д. 99, кв. 49.
Тел.: +7 (887) 291-54-58;
e-mail: Andrei8960@yandex.ru




ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

РЧ № _____ от _____ г.

Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки
аппаратов внешней ортопедической фиксации
по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

Сверло, исполнение 1



10 - 2022

Диаметр 3,2 мм

SM 001

Количество: 1 шт.

Т1
ОТК



Сверло, исполнение 1: длиной от 25 мм до 300 мм с шагом 5 мм диаметром от 0,8 мм до 20 мм с шагом 0,1 мм





Общество с ограниченной
ответственностью «ВИТАМЕД» (ООО «ВИТАМЕД»)
Россия, 420039, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Гагарина, д. 99, кв. 49.
Тел.: +7 (987) 291-54-58; e-mail: Andrei8960@yandex.ru

Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней
ортопедической фиксации
по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

LOT 001

ТУ 32.50.22-001-54126766-2022
РУ № _____ от _____

10 - 2022

Условия транспортирования: температура от -50°C до +50°C, относительная
влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.
Условия хранения: температура от +5°C до +40°C, относительная влажность
воздуха не более 80% при температуре +25°C.

Транспортная упаковка

 Общество с ограниченной
ответственностью «ВИТАМЕД» (ООО «ВИТАМЕД»)
Россия, 420039, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Гагарина, д. 99, кв. 49.
Тел.: +7 (987) 291-54-58; e-mail: Andrei8960@yandex.ru

**Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней
ортопедической фиксации
по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022**

LOT

XXX

ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

РУ № _____ от _____



ММ – ГГГГ

Условия транспортирования: температура от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.

Условия хранения: температура от +5°C до +40°C, относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



Маркировка транспортной упаковки (макет)

 Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАМЕД» (ООО «ВИТАМЕД») Россия, 420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гагарина, д. 99, кв. 49. Тел.: +7 (987) 291-54-58; e-mail: Andrei8960@yandex.ru	Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022 Спица с упором (проволока костная ортопедическая) Диаметр _____ мм Количество: _____ шт.  ММ – ГГГГ SN XXXXXXXX Н ОТК
    + 40 °C + 5 °C 	
ТУ 32.50.22-001-54126766-2022 РУ № _____ от _____ г.	

Маркировка индивидуальной упаковки (макет), пример

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью 52
(пятидесят два) лист а
ООО «ВИТАМЕД»

Генеральный директор

Витвинов В.С.

