

«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «Компания 3С-лаборатория»



/И.В. Строкина /

«01» ноября 2021г.

Фотографические изображения
для МИ

Анаэробная рабочая станция Whitley в вариантах исполнения в
составе

производства: Don Whitley Scientific Limited,
(United Kingdom)

Дон Уитли Сайнтифик Лимитед,
(Великобритания)

Victoria Works, Victoria Street, Bingley, West Yorkshire, BD16
2NH, UK (Великобритания)

Анаэробная рабочая станция Whitley в вариантах исполнения:

I. Анаэробная рабочая станция Whitley DG250 в составе:

1. Рукава в сборе – не более 10 пар
2. Стопорные кольца для рукавов – не более 20 шт.
3. Стопорное кольцо для манжет – не более 20 шт.
4. Манжеты для рукавов – не более 10 пар
5. Реагент Anotox в саше – не более 20 шт.
6. Держатель для саше с реагентом Anotox -не более 4 шт.
7. Катализатор в саше – не более 4 шт.
8. Держатель для саше с катализатором – не более 4 шт.
9. Внутренняя полка – 1 шт.
10. Держатель для чашек Петри – 10 шт.
11. Емкость для сбора конденсата – 1 шт.
12. Фильтровальная бумага – не более 10 наборов
13. Банка с тальком – не более 4 шт.
14. Ножная педаль – 1 шт.
15. Трубка для подключения к баллону с N₂ – 1 шт.
16. Трубка для подключения к баллону с анаэробной смесью – 1 шт.
17. Магистраль для перистальтического насоса – не более 10 шт.
18. Банка с катализатором – не более 10 шт.
19. Спот-лампа -1 шт.
20. Внутренняя одинарная розетка - 1 шт. (при необходимости)
21. Порт для электрокабеля – 1 шт. (при необходимости)
22. Порт для передачи единичного образца - 1 шт. (при необходимости)
23. Тележка на роликах - 1 шт. (при необходимости)
24. Сетевой кабель – 1 шт.
25. Инструкция по применению – 1 шт.

II. Анаэробная рабочая станция Whitley A20 в составе:

1. Рукава в сборе – не более 10 пар
2. Стопорные кольца для рукавов – не более 20 шт.
3. Стопорное кольцо для манжет – не более 20 шт.
4. Манжеты для рукавов – не более 10 пар
5. Реагент Anotox в саше – не более 20 шт.
6. Держатель для саше с реагентом Anotox -не более 4 шт.
7. Катализатор в саше – не более 4 шт.
8. Держатель для саше с катализатором – не более 4 шт.
9. Внутренняя полка – 1 шт.
10. Держатель для чашек Петри – 10 шт.
11. Емкость для сбора конденсата – 1 шт.
12. Фильтровальная бумага – не более 10 наборов
13. Банка с тальком – не более 4 шт.
14. Ножная педаль – 1 шт.
15. Трубка для подключения к баллону с N₂ – 1 шт.
16. Трубка для подключения к баллону с анаэробной смесью – 1 шт.
17. Магистраль для перистальтического насоса – не более 10 шт.
18. Банка с катализатором – не более 10 шт.

19. Спот-лампа -1 шт.
20. Внутренняя одинарная розетка - 1 шт. (при необходимости)
21. Порт для электрокабеля – 1 шт. (при необходимости)
22. Порт для передачи единичного образца - 1 шт. (при необходимости)
23. Тележка на роликах - 1 шт. (при необходимости)
24. Сетевой кабель – 1 шт.
25. Инструкция по применению – 1 шт.

III. Анаэробная рабочая станция Whitley A25 в составе:

1. Мембрана для портов быстрого доступа – 1 шт. (при необходимости)
2. Передаточный лоток - 2 шт,
3. Датчик кислорода (при необходимости)
4. Рукава в сборе – не более 10 пар
5. Стопорные кольца для рукавов – не более 20 шт.
6. Стопорное кольцо для манжет – не более 20 шт.
7. Манжеты для рукавов – не более 10 пар
8. Мембрана для портов быстрого доступа – не более 20 шт.
9. Реагент Anotox в саше – не более 20 шт.
10. Держатель для саше с реагентом Anotox -не более 4 шт.
11. Катализатор в саше – не более 4 шт.
12. Держатель для саше с катализатором – не более 4 шт.
13. Внутренняя полка – 1 шт.
14. Держатели для чашек Петри – 10 шт.
15. Емкость для сбора конденсата – 1 шт.
16. Фильтровальная бумага – не более 10 наборов
17. Банка с тальком – не более 4 шт.
18. Передаточный лоток – не более 10 шт.
19. Ножная педаль – 1 шт.
20. Трубка для подключения к баллону с N2 – 1 шт.
21. Трубка для подключения к баллону с анаэробной смесью – 1 шт.
22. Магистраль для перистальтического насоса – не более 10 шт.
23. Банка с катализатором – не более 10 шт.
24. Спот-лампа -1 шт.
25. Внутренняя одинарная розетка - 1 шт. (при необходимости)
26. Порт для электрокабеля – 1 шт. (при необходимости)
27. Порт для передачи единичного образца - 1 шт. (при необходимости)
28. Тележка на роликах - 1 шт. (при необходимости)
29. Сетевой кабель – 1 шт.
30. Инструкция по применению – 1 шт.

IV. Анаэробная рабочая станция Whitley A35 в составе:

1. Рукава в сборе – не более 10 пар
2. Стопорные кольца для рукавов – не более 20 шт.
3. Стопорное кольцо для манжет – не более 20 шт.
4. Манжеты для рукавов – не более 10 пар
5. Мембрана для портов быстрого доступа – не более 20 шт.
6. Реагент Anotox в саше – не более 20 шт.
7. Держатель для саше с реагентом Anotox -не более 4 шт.

8. Катализатор в саше – не более 4 шт.
9. Держатель для саше с катализатором – не более 4 шт.
10. Внутренняя полка – 1 шт.
11. Держатели для чашек Петри – 10 шт.
12. Емкость для сбора конденсата – 1 шт.
13. Фильтровальная бумага – не более 10 наборов
14. Банка с тальком – не более 4 шт.
15. Передаточный лоток – не более 10 шт.
16. Ножная педаль – 1 шт.
17. Трубка для подключения к баллону с N2 – 1 шт.
18. Трубка для подключения к баллону с анаэробной смесью – 1 шт.
19. Магистраль для перистальтического насоса – не более 10 шт.
20. Банка с катализатором – не более 10 шт.
21. Спот-лампа -1 шт.
22. Внутренняя двойная розетка - 1 шт. (при необходимости)
23. Порт для электрокабеля – 1 шт. (при необходимости)
24. Порт для передачи единичного образца - 1 шт. (при необходимости)
25. Тележка на роликах - 1 шт. (при необходимости)
26. НЕРА фильтр – не более 10 шт. (при необходимости)
27. Сетевой кабель – 1 шт.
28. Инструкция по применению – 1 шт.

V. Анаэробная рабочая станция Whitley A45 в составе:

1. Рукава в сборе – не более 10 пар
2. Стопорные кольца для рукавов – не более 20 шт.
3. Стопорное кольцо для манжет – не более 20 шт.
4. Манжеты для рукавов – не более 10 пар
5. Мембрана для портов быстрого доступа – не более 20 шт.
6. Реагент Anotox в саше – не более 20 шт.
7. Держатель для саше с реагентом Anotox -не более 4 шт.
8. Катализатор в саше – не более 4 шт.
9. Держатель для саше с катализатором – не более 4 шт.
10. Внутренняя полка – 1 шт.
11. Держатели для чашек Петри – 10 шт.
12. Емкость для сбора конденсата – 1 шт.
13. Фильтровальная бумага – не более 10 наборов
14. Банка с тальком – не более 4 шт.
15. Передаточный лоток – не более 10 шт.
16. Ножная педаль – 1 шт.
17. Трубка для подключения к баллону с N2 – 1 шт.
18. Трубка для подключения к баллону с анаэробной смесью – 1 шт.
19. Магистраль для перистальтического насоса – не более 10 шт.
20. Банка с катализатором – не более 10 шт.
21. Спот-лампа -1 шт.
22. Внутренняя двойная розетка - 1 шт. (при необходимости)
23. Порт для электрокабеля – 1 шт. (при необходимости)
24. Порт для передачи единичного образца - 1 шт. (при необходимости)
25. Тележка на роликах - 1 шт. (при необходимости)
26. НЕРА фильтр – не более 10 шт. (при необходимости)

27. Сетевой кабель – 1 шт.
28. Инструкция по применению – 1 шт.

VI. Анаэробная рабочая станция Whitley A55 в составе:

1. Рукава в сборе – не более 10 пар
2. Стопорные кольца для рукавов – не более 20 шт.
3. Стопорное кольцо для манжет – не более 20 шт.
4. Манжеты для рукавов – не более 10 пар
5. Мембрана для портов быстрого доступа – не более 20 шт.
6. Реагент Anotox в саше – не более 20 шт.
7. Держатель для саше с реагентом Anotox -не более 4 шт.
8. Катализатор в саше – не более 4 шт.
9. Держатель для саше с катализатором – не более 4 шт.
10. Внутренняя полка – 1 шт.
11. Держатель для чашек Петри – 10 шт.
12. Емкость для сбора конденсата – 1 шт.
13. Фильтровальная бумага – не более 10 наборов
14. Банка с тальком – не более 4 шт.
15. Передаточный лоток – не более 10 шт.
16. Ножная педаль – 1 шт.
17. Трубка для подключения к баллону с N₂ – 1 шт.
18. Трубка для подключения к баллону с анаэробной смесью – 1 шт.
19. Магистраль для перистальтического насоса – не более 10 шт.
20. Банка с катализатором – не более 10 шт.
21. Внутренняя двойная розетка - 1 шт. (при необходимости)
22. Порт для электрокабеля – 1 шт. (при необходимости)
23. Порт для передачи единичного образца - 1 шт. (при необходимости)
24. Тележка на роликах - 1 шт. (при необходимости)
25. НЕРА фильтр – не более 10 шт. (при необходимости)
26. Сетевой кабель – 1 шт.
27. Инструкция по применению – 1 шт.

VII. Анаэробная рабочая станция Whitley A135 в составе:

1. Рукава в сборе – не более 10 пар
2. Стопорные кольца для рукавов – не более 20 шт.
3. Стопорное кольцо для манжет – не более 20 шт.
4. Манжеты для рукавов – не более 10 пар
5. Реагент Anotox в саше – не более 20 шт.
6. Держатель для саше с реагентом Anotox -не более 4 шт.
7. Катализатор в саше – не более 4 шт.
8. Держатель для саше с катализатором – не более 4 шт.
9. Внутренняя полка – 1 шт.
10. Держатель для чашек Петри – 10 шт.
11. Емкость для сбора конденсата – 1 шт.
12. Фильтровальная бумага – не более 10 наборов
13. Банка с тальком – не более 4 шт.
14. Передаточный лоток – не более 10 шт.
15. Ножная педаль – 1 шт.

16. Трубка для подключения к баллону с N2 – 1 шт.
17. Трубка для подключения к баллону с анаэробной смесью – 1 шт.
18. Магистраль для перистальтического насоса – не более 10 шт.
19. Банка с катализатором – не более 10 шт.
20. Спот-лампа -1 шт.
21. Внутренняя двойная розетка - 1 шт. (при необходимости)
22. Порт для электрокабеля – 1 шт. (при необходимости)
23. Порт для передачи единичного образца - 1 шт. (при необходимости)
24. Тележка на роликах - 1 шт. (при необходимости)
25. НЕРА фильтр – не более 10 шт. (при необходимости)
26. Блок охлаждения (при необходимости)
27. Сетевой кабель – 1 шт.
28. Инструкция по применению – 1 шт.

VIII. Анаэробная рабочая станция Whitley A155 в составе:

1. Рукава в сборе – не более 10 пар
2. Стопорные кольца для рукавов – не более 20 шт.
3. Стопорное кольцо для манжет – не более 20 шт.
4. Манжеты для рукавов – не более 10 пар
5. Реагент Anotox в саше – не более 20 шт.
6. Держатель для саше с реагентом Anotox -не более 4 шт.
7. Катализатор в саше – не более 4 шт.
8. Держатель для саше с катализатором – не более 4 шт.
9. Внутренняя полка – 1 шт.
10. Держатель для чашек Петри – 10 шт.
11. Емкость для сбора конденсата – 1 шт.
12. Фильтровальная бумага – не более 10 наборов
13. Банка с тальком – не более 4 шт.
14. Передаточный лоток – не более 10 шт.
15. Ножная педаль – 1 шт.
16. Трубка для подключения к баллону с N2 – 1 шт.
17. Трубка для подключения к баллону с анаэробной смесью – 1 шт.
18. Магистраль для перистальтического насоса – не более 10 шт.
19. Банка с катализатором – не более 10 шт.
20. Спот-лампа -1 шт.
21. Внутренняя двойная розетка - 1 шт. (при необходимости)
22. Порт для электрокабеля – 1 шт. (при необходимости)
23. Порт для передачи единичного образца - 1 шт. (при необходимости)
24. Тележка на роликах - 1 шт. (при необходимости)
25. НЕРА фильтр – не более 10 шт. (при необходимости)
26. Блок охлаждения (при необходимости)
27. Сетевой кабель – 1 шт.
28. Инструкция по применению – 1 шт.

IX. Анаэробная рабочая станция Whitley A85 в составе:

1. Рукава в сборе – не более 10 пар
2. Стопорные кольца для рукавов – не более 20 шт.
3. Стопорное кольцо для манжет – не более 20 шт.


4. Манжеты для рукавов – не более 10 пар
5. Мембрана для портов быстрого доступа – не более 20 шт.
6. Реагент Anotox в саше – не более 20 шт.
7. Держатель для саше с реагентом Anotox -не более 4 шт.
8. Катализатор в саше – не более 4 шт.
9. Держатель для саше с катализатором – не более 4 шт.
10. Внутренняя полка – 1 шт.
11. Держатель для чашек Петри – 10 шт.
12. Емкость для сбора конденсата – 1 шт.
13. Фильтровальная бумага – не более 10 наборов
14. Банка с тальком – не более 4 шт.
15. Передаточный лоток – не более 10 шт.
16. Ножная педаль – 1 шт.
17. Трубка для подключения к баллону с N2 – 1 шт.
18. Трубка для подключения к баллону с анаэробной смесью – 1 шт.
19. Магистраль для перистальтического насоса – не более 10 шт.
20. Банка с катализатором – не более 10 шт.
21. Спот-лампа -1 шт.
22. Внутренняя двойная розетка - 1 шт. (при необходимости)
23. Порт для электрокабеля – 1 шт. (при необходимости)
24. Порт для передачи единичного образца - 1 шт. (при необходимости)
25. Тележка на роликах - 1 шт. (при необходимости)
26. НЕРА фильтр – не более 10 шт. (при необходимости)
27. Блок охлаждения (при необходимости)
28. Сетевой кабель – 1 шт.
29. Инструкция по применению – 1 шт.

Х. Анаэробная рабочая станция Whitley A95 в составе:


1. Рукава в сборе – не более 10 пар
2. Стопорные кольца для рукавов – не более 20 шт.
3. Стопорное кольцо для манжет – не более 20 шт.
4. Манжеты для рукавов – не более 10 пар
5. Мембрана для портов быстрого доступа – не более 20 шт.
6. Реагент Anotox в саше – не более 20 шт.
7. Держатель для саше с реагентом Anotox -не более 4 шт.
8. Катализатор в саше – не более 4 шт.
9. Держатель для саше с катализатором – не более 4 шт.
10. Внутренняя полка – 1 шт.
11. Держатель для чашек Петри – 10 шт.
12. Емкость для сбора конденсата – 1 шт.
13. Фильтровальная бумага – не более 10 наборов
14. Банка с тальком – не более 4 шт.
15. Передаточный лоток – не более 10 шт.
16. Ножная педаль – 1 шт.
17. Трубка для подключения к баллону с N2 – 1 шт.
18. Трубка для подключения к баллону с анаэробной смесью – 1 шт.
19. Магистраль для перистальтического насоса – не более 10 шт.
20. Банка с катализатором – не более 10 шт.
21. Спот-лампа -1 шт.
22. Внутренняя двойная розетка - 1 шт. (при необходимости)

- 23. Порт для электрокабеля – 1 шт. (при необходимости)
 - 24. Порт для передачи единичного образца - 1 шт. (при необходимости)
 - 25. Тележка на роликах - 1 шт. (при необходимости)
- HEPA фильтр – не более 10 шт. (при необходимости)

Анаэробная рабочая станция Whitley DG250




Анаэробная рабочая станция Whitley A20




Анаэробная рабочая станция Whitley A25




Анаэробная рабочая станция Whitley A35




Анаэробная рабочая станция Whitley A45




Анаэробная рабочая станция Whitley A55




Анаэробная рабочая станция Whitley A85




Анаэробная рабочая станция Whitley A95



Анаэробная рабочая станция Whitley A135



Анаэробная рабочая станция Whitley A155



**Фотографические изображения элементов состава
(для всех вариантов исполнения)**

Рукава в сборе



Стопорные кольца для рукавов



Стопорное кольцо для манжет



Манжеты для рукавов




Мембрана для портов быстрого доступа




Реагент Anotox в саше




Держатель для саше с реагентом Anotox



Катализатор в саше




Держатель для саше с катализатором



Внутренняя полка




Держатели для чашек Петри



Емкость для сбора конденсата







Банка с тальком



Передаточный лоток



Ножная педаль




Трубка для подключения к баллону с N₂



Трубка для подключения к баллону с анаэробной смесью







Банка с катализатором



Спот-лампа



Внутренняя двойная розетка




Порт для электрокабеля




Порт для передачи единичного образца




Тележка на роликах



HEPA фильтр




HEPA фильтр



Сетевой кабель





**ВЫПИСКА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
в целях регистрации в Российской Федерации
(Инструкция по применению)**

**Анаэробная рабочая станция Whitley
в вариантах исполнения в составе**

Изготовитель: «Don Whitley Scientific Limited»

Victoria Works, Victoria Street, Bingley, West Yorkshire, BD16 2NH, UK (Великобритания)

Адрес места производства медицинского изделия:

«Don Whitley Scientific Limited»

Victoria Works, Victoria Street, Bingley, West Yorkshire, BD16 2NH, UK (Великобритания)

Редакция 1, октябрь 2020 г., дополненное издание Август 2018

Don

Прошито и *сшито* плено
печатью *48* листов

