



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года № РЗН 2023/20691

На медицинское изделие

Ларингоскоп интубационный многоразового использования с принадлежностями по ТУ 26.60.12-001-92072059-2021

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "РИТМАНН"
(ООО "РИТМАНН"), Россия,

190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 223-225, лит. С, пом. 1Н

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "РИТМАНН"
(ООО "РИТМАНН"), Россия,

190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 223-225, лит. С, пом. 1Н

Место производства медицинского изделия

WISCO (Pvt.) Ltd., Plot № 42/RC & 43/RC Near Medical Devices, Wazirabad Road
Uggoki, Sialkot, Distt: Sialkot, Punjab, Pakistan

Номер регистрационного досье № РД-54657/107457 от 14.02.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **26.60.12.126**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 104 листах

приказом Росздравнадзора от 26 июля 2023 года № 4725
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0067544



ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 1

На медицинское изделие

Ларингоскоп интубационный многоразового использования с принадлежностями по ТУ 26.60.12-001-92072059-2021, в вариантах исполнения:

1. Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный, вариант исполнения Simplight.

I. Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с тонкой рукоятью, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Simplight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа лампочного, тонкая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 2L - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 4 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 5 - 1 шт.

3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:

- лампа вакуумная малая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;

- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;

- лампа вакуумная малая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.;

- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153137

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 2

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

II. Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с короткой рукоятью, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Simplight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа лампочного, короткая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 2L - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 4 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 5 - 1 шт.;

3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:

- лампа вакуумная малая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;

- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;

- лампа вакуумная малая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.;

- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Батарейный отсек - 1 шт.

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

III. Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный со средней рукоятью, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Simplight,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153138

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 3

в составе:

1. Рукоять ларингоскопа лампочного, средняя, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 0 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 1 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 2 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 2L - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 3 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 4 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 5 - 1 шт.
3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - лампа вакуумная малая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;
 - лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;
 - лампа вакуумная малая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.;
 - лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.
4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:
 - 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
 - 1.2 Переходник - 2 шт.
 - 1.3 Кабель питания - 1 шт.
2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

IV. Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с тонкой рукоятью, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Simplight, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153139

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 4

1. Рукоять ларингоскопа лампочного, тонкая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller, вариант исполнения Simplight, размер 00 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller, вариант исполнения Simplight, размер 0 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller, вариант исполнения Simplight, размер 1 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller, вариант исполнения Simplight, размер 2 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller, вариант исполнения Simplight, размер 3 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller, вариант исполнения Simplight, размер 4 - 1 шт.
3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - лампа вакуумная малая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;
 - лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;
 - лампа вакуумная малая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.;
 - лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.
4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

- 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

- 1.2 Переходник - 2 шт.

- 1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

V. Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с короткой рукоятью, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Simplight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа лампочного, короткая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153140

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 5

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller, вариант исполнения Simplight, размер 00 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller, вариант исполнения Simplight, размер 0 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller, вариант исполнения Simplight, размер 1 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller, вариант исполнения Simplight, размер 2 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller, вариант исполнения Simplight, размер 3 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller, вариант исполнения Simplight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:

- лампа вакуумная малая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;
- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;
- лампа вакуумная малая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.;
- лампа вакуумная большая 2,5 В прозрачной для клинков с линзой - 1 шт.

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Батарейный отсек - 1 шт.

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

VI. Ларингоскоп интубационный многоцветного использования лампочный со средней рукоятью, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Simplight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа лампочного, средняя, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller, вариант исполнения Simplight, размер 00 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller, вариант исполнения Simplight, размер 0 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller, вариант исполнения Simplight, размер 1 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller, вариант исполнения Simplight, размер 2 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153141

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 6

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller, вариант исполнения Simplight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller, вариант исполнения Simplight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:

- лампа вакуумная малая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;

- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;

- лампа вакуумная малая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.;

- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

VII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с тонкой рукоятью, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Simplight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа лампочного, тонкая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Simplight, размер 3 - 1 шт.

3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:

- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;

- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0153142

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 7

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

VIII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с короткой рукоятью, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Simplight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа лампочного, короткая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Simplight, размер 3 - 1 шт.

3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:

- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;

- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Батарейный отсек - 1 шт.

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

IX. Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный со средней рукоятью, тип Macintosh Polio, в размерах (3) вариант исполнения Simplight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа лампочного, средняя, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Simplight, размер 3 - 1 шт.

3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:

- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;

- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153143

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 8

Х. Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с тонкой рукоятью, тип Macintosh Flex, в размерах (2, 3), вариант исполнения Simplight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа лампочного, тонкая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Simplight, размер 2 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Simplight, размер 3 - 1 шт.
3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;
 - лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.
4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

- 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
- 1.2 Переходник - 2 шт.
- 1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

ХI. Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с короткой рукоятью, тип Macintosh Flex, в размерах (2, 3), вариант исполнения Simplight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа лампочного, короткая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Simplight, размер 2 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Simplight, размер 3 - 1 шт.
3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.
 - лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153144

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 10

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Simplight, размер 3 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Simplight, размер 4 - 1 шт.
- 3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;
 - лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.
- 4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
- 5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
- 6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

- 1. Сетевое зарядное устройство Fedder в составе:
 - 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
 - 1.2 Переходник - 2 шт.
 - 1.3 Кабель питания - 1 шт.

- 2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XIV. Ларингоскоп интубационный многоцветного использования лампочный с короткой рукоятью, тип T-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Simplight, в составе:

- 1. Рукоять ларингоскопа лампочного, короткая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.
- 2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Simplight, размер 2 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Simplight, размер 3 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Simplight, размер 4 - 1 шт.
- 3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;
 - лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.
- 4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
- 5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
- 6. Батарейный отсек - 1 шт.
- 7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153146

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 11

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

XV. Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный со средней рукоятью, тип T-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Simplight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа лампочного, средняя, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Simplight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Simplight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Simplight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:

- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;

- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XVI. Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с тонкой рукоятью, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Simplight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа лампочного, тонкая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Simplight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Simplight, размер 3 - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0153147

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 12

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Simplight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:

- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.

- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XVII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с короткой рукоятью, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Simplight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа лампочного, короткая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Simplight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Simplight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Simplight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:

- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;

- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Батарейный отсек - 1 шт.

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

XVIII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный со

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153148

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 13

средней рукоятью, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Simplight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа лампочного, средняя, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Simplight, размер 2 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Simplight, размер 3 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Simplight, размер 4 - 1 шт.
3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;
 - лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.
4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder в составе:
 - 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
 - 1.2 Переходник - 2 шт.
 - 1.3 Кабель питания - 1 шт.
2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XIX. Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с тонкой рукоятью, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Simplight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа лампочного, тонкая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Foregger, вариант исполнения Simplight, размер 0 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Foregger, вариант исполнения Simplight, размер 1 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Foregger, вариант исполнения Simplight, размер 2 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153149

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 14

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Foregger, вариант исполнения Simplight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Foregger, вариант исполнения Simplight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:

- лампа вакуумная малая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;

- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;

- лампа вакуумная малая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.;

- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XX. Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с короткой рукоятью, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Simplight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа лампочного, короткая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Foregger, вариант исполнения Simplight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Foregger, вариант исполнения Simplight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Foregger, вариант исполнения Simplight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Foregger, вариант исполнения Simplight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Foregger, вариант исполнения Simplight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153150

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 15

- лампа вакуумная малая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;
- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;
- лампа вакуумная малая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.;
- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.
- 4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
- 5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
- 6. Батарейный отсек - 1 шт.
- 7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.
- XXI. Ларингоскоп интубационный многоцветного использования лампочный со средней рукоятью, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Simplight, в составе:
 - 1. Рукоять ларингоскопа лампочного, средняя, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.
 - 2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Foregger, вариант исполнения Simplight, размер 0 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа ампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Foregger, вариант исполнения Simplight, размер 1 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Foregger, вариант исполнения Simplight, размер 2 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Foregger, вариант исполнения Simplight, размер 3 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Foregger, вариант исполнения Simplight, размер 4 - 1 шт.
 - 3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - лампа вакуумная малая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;
 - лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;
 - лампа вакуумная малая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.;
 - лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.
 - 4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
 - 5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
 - 6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 - 7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.
- Принадлежности:

- 1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153151

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 16

- 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
- 1.2 Переходник - 2 шт.
- 1.3 Кабель питания - 1 шт.
2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.
- XXII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с тонкой рукоятью, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Simplight, в составе:
 1. Рукоять ларингоскопа лампочного, тонкая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.
 2. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Oxford, вариант исполнения Simplight, размер 1 - 1 шт.
 3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;
 - лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.
 4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
 5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
 6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.
- Принадлежности:
 1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:
 - 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
 - 1.2 Переходник - 2 шт.
 - 1.3 Кабель питания - 1 шт.
 2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.
- XXIII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с короткой рукоятью, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Simplight, в составе:
 1. Рукоять ларингоскопа лампочного, короткая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.
 2. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Oxford, вариант исполнения Simplight, размер 1 - 1 шт.
 3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;
 - лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.
 4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
 5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
 6. Батарейный отсек - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153152

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 17

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

XXIV. Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный со средней рукоятью, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Simplight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа лампочного, средняя, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Oxford, вариант исполнения Simplight, размер 1 - 1 шт.

3. Лампа вакуумная (при необходимости), в вариантах исполнения:

- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой матовой - 1 шт.;

- лампа вакуумная большая 2,5 В для клинков с линзой прозрачной - 1 шт.

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

2. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический, вариант исполнения Fibrolight.

1. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153153

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 18

исполнения Fibrolight, размер 2L - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 5 - 1 шт.

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 2L - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 5 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

II. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153154

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 19

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2L - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 5 - 1 шт.

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 2L - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 5 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153155

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 20

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

III. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2L - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 5 - 1 шт.;

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 2L - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153156

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 21

размер 5 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Батарейный отсек - 1 шт.

8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

9. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

IV. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2L - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 5 - 1 шт.

3. Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 2L - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153157

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 22

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 5 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

V. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2L - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 5 - 1 шт.

3. Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153158

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 23

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 2L - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 5 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

VI. Ларингоскоп интубационный многоцветного использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2L - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153159

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 24

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 5 - 1 шт.
- 3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
- 4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 2L - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 5 - 1 шт.
- 5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
- 6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
- 7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

VII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0158160

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 25

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2L - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 5 - 1 шт.
3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:
- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 2L - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 5 - 1 шт.
5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:
- 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
- 1.2 Переходник - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153161

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 26

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

VIII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2L - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 5 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 2L - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 5 - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153162

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 27

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Батарейный отсек - 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
9. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.
- IX. Ларингоскоп интубационный многоцветного использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Fibrolight, в составе:
 1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
 2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2L - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 5 - 1 шт.
 3. Лампа большая галогеновая XENON 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
 4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт. (при необходимости).
 - сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 2L - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0153163

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 28

размер 4 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 5 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

Х. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2L - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 5 - 1 шт.;

3. Лампа большая галогеновая XENON 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости); в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight,

Руководитель Федеральной службы

по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0153164

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 29

размер 0 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 2L - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 5 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

XI. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153165

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 30

исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт. (при необходимости).

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153166

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 31

исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

ХІІІ. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153167

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 32

исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Батарейный отсек - 1 шт.

8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

9. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

XIV. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Miller, в размерах (00, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153168

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 33

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

XV. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Miller, в размерах (00, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153169

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 34

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

XVI. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153170

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 35

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.;
- 3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
- 4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
- 5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
- 6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
- 7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:
 - 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
 - 1.2 Переходник - 2 шт.
 - 1.3 Кабель питания - 1 шт.
2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XVII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153171

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 36

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:
- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XVIII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153172

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 37

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:
- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Батарейный отсек - 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
9. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.
- XIX. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Miller, в размерах (00, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:
1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153173

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 38

исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа большая галогеновая XENON 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

XX. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Miller, в размерах (00, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153174

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 39

- исполнения Fibrolight, размер 00 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.;
3. Лампа большая галогеновая XENON 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:
- сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.;
5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.
- Принадлежности:
1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:
- 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
 - 1.2 Переходник - 2 шт.
 - 1.3 Кабель питания - 1 шт.
2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.
- XXI. Ларингоскоп интубационный многоцветного использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight, в составе:
- 1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153175

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 40

2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.
3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс средний пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 41

короткой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.
3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Батарейный отсек - 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
9. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

XXIV. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.
3. Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:
 - 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
 - 1.2 Переходник - 2 шт.
 - 1.3 Кабель питания - 1 шт.
2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

XXV. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0153177

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 42

исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.
3. Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

XXVI. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.
3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153178

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 43

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XXVII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XXVIII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Батарейный отсек - 1 шт.

8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153179

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года № РЗН 2023/20691

Лист 44

9. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

XXIX. Ларингоскоп интубационный многоцветного использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.
3. Лампа большая галогеновая XENON 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

- 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
- 1.2 Переходник - 2 шт.
- 1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

XXX. Ларингоскоп интубационный многоцветного использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.
3. Лампа большая галогеновая XENON 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153180

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 45

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:
 - 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
 - 1.2 Переходник - 2 шт.
 - 1.3 Кабель питания - 1 шт.
 2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.
 - XXXI. Ларингоскоп интубационный многоцветного использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight, в составе:
 1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
 2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.
 3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
 4. Сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт. (при необходимости).
 5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
 6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
 7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.
 - Принадлежности:
 1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:
 - 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
 - 1.2 Переходник - 2 шт.
 - 1.3 Кабель питания - 1 шт.
 2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.
 - XXXII. Ларингоскоп интубационный многоцветного использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight, в составе:
 1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
 2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.
 3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
 4. Сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт. (при необходимости).
 5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153181

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 46

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XXXIII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Батарейный отсек - 1 шт.;

8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

9. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

XXXIV. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.

3. Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0153182

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года № РЗН 2023/20691

Лист 47

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

XXXV. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.

3. Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

XXXVI. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153183

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 48

4. Сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XXXVII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XXXVIII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153184

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 49

исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Батарейный отсек - 1 шт.

8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

9. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

XXXIX. Ларингоскоп интубационный многоцветного использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.

3. Лампа большая галогеновая XENON 3,5 В для рукоятей - 1 шт.

4. Сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

XL. Ларингоскоп интубационный многоцветного использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153185



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 50

2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.
3. Лампа большая галогеновая XENON 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

- 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

- 1.2 Переходник - 2 шт.

- 1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

XLI. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153186

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 51

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XLII. Ларингоскоп интубационный многоцветного использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0153187

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 52

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XLIII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Батарейный отсек - 1 шт.

8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

9. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

XLIV. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153188

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 53

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
- 3. Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
- 4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
- 5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
- 6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
- 7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

- 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
- 1.2 Переходник - 2 шт.
- 1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

XLV. Ларингоскоп интубационный многоцветного использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

- 1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
- 2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
- 3. Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
- 4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153189

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 54

- сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
- 5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
- 6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
- 7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

- 1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:
 - 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
 - 1.2 Переходник - 2 шт.
 - 1.3 Кабель питания - 1 шт.

- 2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

XLVI. Ларингоскоп интубационный многоцветного использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

- 1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
- 2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
- 3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
- 4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153190

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 55

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

- 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

- 1.2 Переходник - 2 шт.

- 1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XLVII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа в одном или нескольких, в вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153191

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 56

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XLVIII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Батарейный отсек - 1 шт.

8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

9. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

XLIX. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153192

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 57

- зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro
- зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro
- зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
3. Лампа большая галогеновая XENON 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:
- сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.
- Принадлежности:
1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:
- 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
 - 1.2 Переходник - 2 шт.
 - 1.3 Кабель питания - 1 шт.
2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.
- Л. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:
1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
3. Лампа большая галогеновая XENON 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153193

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 59

вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

ЛП. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153195

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 60

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

LIII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Батарейный отсек - 1 шт.

8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

9. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

LIV. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153196

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 61

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
- 3. Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
- 4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в одном или нескольких вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

- 5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
- 6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
- 7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

- 1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

- 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
- 1.2 Переходник - 2 шт.
- 1.3 Кабель питания - 1 шт.

- 2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

LV. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

- 1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

- 2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0153197

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 62

- с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
3. Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:
- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

LVI. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4., вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153198

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 63

вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

LVII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153199

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 64

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

LVIII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Батарейный отсек - 1 шт.

8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

9. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

LIX. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153200

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 65

исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа большая галогеновая XENON 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

LX. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0154501

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 66

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт. (при необходимости).

3. Лампа большая галогеновая XENON 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

LXI. Ларингоскоп интубационный многократного использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0154502

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 67

исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

LXII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0154503

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 68

исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

LXIII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0154504

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 69

исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Батарейный отсек - 1 шт.

8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

9. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

LXIV. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 70

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

LXV. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0154506

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 71

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
- 3. Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
- 4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
- 5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
- 6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
- 7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:
 - 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
 - 1.2 Переходник - 2 шт.
 - 1.3 Кабель питания - 1 шт.
2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

LXVI. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0154507

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 72

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

LXVII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0154508

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 73

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

LXVIII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0154509



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 74

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:

- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Батарейный отсек - 1 шт.

8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

9. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

LXIX. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0154510

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 75

- исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
3. Лампа большая галогеновая XENON 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:
- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.
- Принадлежности:
1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:
- 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
 - 1.2 Переходник - 2 шт.
 - 1.3 Кабель питания - 1 шт.
2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.
- LXX. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight, в составе:
- 1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
 - 2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0154511

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 76

- исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
3. Лампа большая галогеновая XENON 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Сменный оптоканал для клинка (при необходимости), в вариантах исполнения:
- сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт.;
 - сменный оптоканал для клинка, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 4 - 1 шт.
5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.
- Принадлежности:
- 1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:
 - 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
 - 1.2 Переходник - 2 шт.
 - 1.3 Кабель питания - 1 шт.
 - 2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.
- LXXI. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Fibrolight, в составе:
- 1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0154512

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 77

2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.
 3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
 4. Сменный оптоканал для клинка, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт. (при необходимости).
 5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
 6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
 7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.
- Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

LXXII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт. (при необходимости).

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

LXXIII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0154513

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 78

с короткой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Сменный оптоканал для клинка, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Батарейный отсек - 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
9. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

LXXIV. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.;
2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
3. Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Сменный оптоканал для клинка, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:
 - 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
 - 1.2 Переходник - 2 шт.
 - 1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

LXXV. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0154514

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 79

Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.
3. Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Сменный оптоканал для клинка, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

- 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
- 1.2 Переходник - 2 шт.
- 1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

LXXVI. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.
3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Сменный оптоканал для клинка, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

- 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
- 1.2 Переходник - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0154515

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 80

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

LXXVII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

LXXVIII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Сменный оптоканал для клинка, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

7. Батареинный отсек - 1 шт.

8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0154516

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 81

9. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

LXXIX. Ларингоскоп интубационный многоцветного использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.
3. Лампа большая галогеновая XENON 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Сменный оптоканал для клинка, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:
 - 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
 - 1.2 Переходник - 2 шт.
 - 1.3 Кабель питания - 1 шт.
2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

LXXX. Ларингоскоп интубационный многоцветного использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Fibrolight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.
3. Лампа большая галогеновая XENON 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Сменный оптоканал для клинка, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0154517

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 82

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

3. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический, вариант исполнения Maxlight.

I. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 3SC - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 5 - 1 шт.

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0154518

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 83

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

II. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 3SC - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 5 - 1 шт.

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

III. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5), вариант исполнения Maxlight, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0154519

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 84

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.;

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 3SC - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 5 - 1 шт. (при необходимости).

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Батарейный отсек - 1 шт.

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

IV. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0154520

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 85

- вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 3SC - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 5 - 1 шт.
3. Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.
- Принадлежности:
1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:
- 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
 - 1.2 Переходник - 2 шт.
 - 1.3 Кабель питания - 1 шт.
2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.
- V. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5), вариант исполнения Maxlight, в составе:
1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:
- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 0 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 1 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 3SC - 1 шт.
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0154521

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 86

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 5 - 1 шт.

3. Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

VI. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 3SC - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 5 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0154522

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 87

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

VII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 3SC - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 5 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0154523

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 88

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

VIII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 3SC - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 5 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Батарейный отсек - 1 шт.

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

IX. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0154524

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 89

- вариант исполнения Maxlight, размер 0 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 1 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 3SC - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 5 - 1 шт.
3. Лампа большая галогеновая XENON 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

Х. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 0 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 1 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0154525

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 90

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 3SC - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 5 - 1 шт.
3. Лампа большая галогеновая XENON 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

XI. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 00 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0154526

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 91

исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.;

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 00 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0154527

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 92

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

ХІІІ. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 00 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Батарейный отсек - 1 шт.

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

ХІV. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0154528

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 93

исполнения Maxlight, размер 00 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

XV. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 00 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0154529

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 94

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;
- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.
- 3. Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
- 4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
- 5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
- 6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

- 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

- 1.2 Переходник - 2 шт.

- 1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

XVI. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 00 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0154530

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 95

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XVII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 00 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0154531

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 96

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XVIII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 00 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Батарейный отсек - 1 шт.

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

XIX. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 00 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 0 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0154532

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 97

исполнения Maxlight, размер 1 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа большая галогеновая XENON 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

XX. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа - в одном из четырех вариантов исполнения

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 98

3. Лампа большая галогеновая XENON 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

- 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

- 1.2 Переходник - 2 шт.

- 1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

XXI. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

- 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

- 1.2 Переходник - 2 шт.

- 1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XXII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (2, 3, 4), вариант

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153401

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 99

исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XXIII. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0153402

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 100

6. Батарейный отсек - 1 шт.

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

XXIV. Ларингоскоп интубационный многоцветного использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

XXV. Ларингоскоп интубационный многоцветного использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0153403

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 101

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

XXVI. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.

3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).

6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:

1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

1.2 Переходник - 2 шт.

1.3 Кабель питания - 1 шт.

2. Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0153404

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 102

XXVII. Ларингоскоп интубационный многоцветного использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.
3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:
 - 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
 - 1.2 Переходник - 2 шт.
 - 1.3 Кабель питания - 1 шт.
2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В - 1 шт.

XXVIII. Ларингоскоп интубационный многоцветного использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight, в составе:

1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 2 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.;
3. Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153405

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 103

4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
 5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
 6. Батарейный отсек - 1 шт.
 7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 9. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.
- XXIX. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight, в составе:
1. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.
 2. Клинок ларингоскопа, в одном или нескольких вариантах исполнения:
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex,

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 июля 2023 года

№ РЗН 2023/20691

Лист 104

- клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 3 - 1 шт.;
 - клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 4 - 1 шт.
 - 3. Лампа большая галогеновая XENON 3,5 В для рукоятей - 1 шт. (при необходимости).
 - 4. Кейс малый пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
 - 5. Кейс стандартный пластиковый - 1 шт. (при необходимости).
 - 6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 - 7. Инструкция эксплуатационная специальная - 1 шт.
- Принадлежности:
- 1. Сетевое зарядное устройство Fedder, в составе:
 - 1.1 Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.
 - 1.2 Переходник - 2 шт.
 - 1.3 Кабель питания - 1 шт.
 - 2. Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В - 1 шт.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0153407