

Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA общий ПСА»,
по ТУ 21.20.23-613-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA общий ПСА»,
по ТУ 21.20.23-613-98539446-2022

Макет этикеток



Вариант исполнения 1

Кат. № 1170101

На коробку:



Калибраторы MagnoLIA общий ПСА
Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA общий ПСА»,
по ТУ 21.20.23-613-98539446-2022

Состав набора:

Калибратор 1	1 фл.
Калибратор 2	1 фл.
Калибратор 3	1 фл.
Калибратор 4	1 фл.

Готово к использованию
Для профессионального применения




ТУ 21 20 23-613-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

Калибраторы
MagnoLIA
общий ПСА
Калибратор 1
объем 1,0 мл
-20°C
ООО «Компания Алкор Био»



Калибраторы
MagnoLIA
общий ПСА
Калибратор 2
объем 0,5 мл
-20°C
ООО «Компания Алкор Био»



Калибраторы
MagnoLIA
общий ПСА
Калибратор 3
объем 0,5 мл
-20°C
ООО «Компания Алкор Био»



Калибраторы
MagnoLIA
общий ПСА
Калибратор 4
объем 1,0 мл
-20°C
ООО «Компания Алкор Био»



Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA общий ПСА»,
по ТУ 21.20.23-613-98539446-2022

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 1170105

На коробку:

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)6787779, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

LOT E003
1170105

2023-06-17

Калибраторы MagnoLIA общий ПСА

Калибраторы MagnoLIA общий ПСА
Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA общий ПСА»,
по ТУ 21.20.23-613-98539446-2022

Состав набора:

Калибратор 1	5 фл.
Калибратор 2	5 фл.
Калибратор 3	5 фл.
Калибратор 4	5 фл.

LOT E003

REF 1170105

IVD

2022-06-17

2023-06-17

Σ 50

+2/+8 °C

Биобезопасность

Внимание

ТУ 21.20.23-613-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXXXXXXX

Готово к использованию.
Для профессионального применения.

На флаконы:

Калибраторы
MagnoLIA
общий ПСА
Калибратор 1
объем 1,0 мл

-5 шт.

Калибраторы
MagnoLIA
общий ПСА
Калибратор 2
объем 0,5 мл

-5 шт.

Калибраторы
MagnoLIA
общий ПСА
Калибратор 3
объем 0,5 мл

-5 шт.

Калибраторы
MagnoLIA
общий ПСА
Калибратор 4
объем 1,0 мл

-5 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 (ТМ) листа

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полынцев



Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA общий ПСА»,
по ТУ 21.20.23-613-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1

стр. 2,3,4

Вариант исполнения 2

стр. 5,6,7

Калибраторы 1,2,3,4

стр. 8,9,10,11

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA общий ПСА»,
по ТУ 21.20.23-613-98539446-2022

Кат. № 1170101 Серия № E001 Формирование № 1 Количество 100 шт.




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для калибровки «Калибраторы
MagnoLIA общий ПСА», по ТУ 21.20.23-613-98539446-2022

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA общий ПСА»,
по ТУ 21.20.23-613-98539446-2022

Кат. № 1170101 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы Magnolia общий ПСА»,
по ТУ 21.20.23-613-98339446-2022

Кат. № 1170101 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA общий ПСА»,
по ТУ 21.20.23-613-98539446-2022

Кат. № 1170103 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



Калибраторы MagnoLIA общий ПСА
Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA общий ПСА»,
по ТУ 21.20.23-613-98539446-2022

Состав набора:

Калибратор 1	5 фл.
Калибратор 2	5 фл.
Калибратор 3	5 фл.
Калибратор 4	5 фл.

LOT E003

2023-04-17

SER 1170103

2023-06-17

TVB

20

ТУ 21.20.23-613-98539446-2022
Р/у № XXXXXXXXXX

Гарантия и возврат
Для профессионального применения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для калибровки «Калибраторы
MagnoLIA общий ПСА», по ТУ 21.20.23-613-98539446-2022

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA общий ПСА»,
по ТУ 21.20.23-613-98539446-2023

Кат. № 1170105 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Калибраторы MagnoLIA общий ПСА


LOT E003

2023-06-17


IMP 1170105




ООО «Компания Алкор Био»,
182146, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Тел./факс: +7(812)6778779; 6172162
info@alcorbio.ru, www.alcorbio.ru










88



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

11 (подпись) лист 2

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.И. Полинцев

