



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»
Осипова В. В.
«05» декабря 2022 г.

***ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ И УПАКОВОК
«ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ НИТРИЛОВЫЕ ПО
ТУ 22.19.60-001-41390295-2021»***



Производитель: ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область, г.о. Рабочий поселок Кольцово,
рп Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещение 2



**ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ НИТРИЛОВЫЕ ПО ТУ 22.19.60-001-
41390295-2021**

ВНИМАНИЕ! Не содержит натуральный латекс! Изделие нестерильно! Не использовать повторно!
Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты как пациента, так и персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также при работе с зараженными медицинскими материалами или для защиты от неблагоприятного воздействия при контакте с различными химическими препаратами и дезинфектантами.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ: хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%.
Регистрационное удостоверение: РЗН _____ от _____

Артикул : SO-037
ГОСТ Р 52238-2004, ГОСТ 32337-2003



размер
S

цвет
СИНИЙ

5 пар / 10 шт.

2022-11-02

5 лет

LOT 221102

Диагностические
перчатки по ТУ
22.19.60-001-
41390295-2021:

- Одноразовые
- Неопудренные
- Нестерильные
- Неанатомической формы
- Текстурированные
- С венчиком

Производитель: ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область, г.о. Рабочий поселок
Кольцово, рп Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2,
помещение 2



**ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ ПО ТУ 22.19.60-001-41390295-2021**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Внимание! Перед надеванием перчаток рекомендуется провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Вскройте индивидуальную упаковку перчаток, либо достаньте пару перчаток из групповой упаковки. Прижимая манжету, наденьте поочередно перчатки на правую и левую руку.
Внимание! Не применяйте чрезмерную силу во избежание нарушения целостности.

Алгоритм снятия медицинских перчаток:

- взять пальцами правой руки в перчатке манжету на левой перчатке с наружной стороны, сделать отворот;

- по той же схеме сделать левой рукой отворот на правой перчатке;

- снять перчатку с левой руки, выворачивая ее наизнанку и оставить её, держа за отворот, в правой руке;

- левой рукой снять перчатку с правой руки, выворачивая ее наизнанку и погружая в неё перчатку с левой руки;

- если применимо, погрузить обе перчатки в емкость с дезинфицирующим раствором для обеззараживания или в одноразовую емкость для временного хранения отходов класса Б с целью последующего централизованного обеззараживания/обезвреживания.

- после завершения работы и снятия перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук.

Производитель: ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область, г.о. Рабочий поселок Кольцово,
рп Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещение 2

Imbian
лаборатория диагностики

**ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ НИТРИЛОВЫЕ ПО ТУ 22.19.60-001-
41390295-2021**


ВНИМАНИЕ! Не содержит натуральный латекс! Изделие нестерильно! Не использовать повторно!
Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты как пациента, так и персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также при работе с зараженными медицинскими материалами или для защиты от неблагоприятного воздействия при контакте с различными химическими препаратами и дезинфектантами.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ: хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%.

Регистрационное удостоверение: РЗН _____ от _____

Артикул : SO-037

ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ 32337-2003



размер
S

цвет
СИНИЙ

25 пар / 50 шт.

2022-11-02

5 лет

LOT 221102

Диагностические
перчатки по ТУ
22.19.60-001-
41390295-2021:
- Одноразовые
- Неопудренные
- Нестерильные
- Неанатомической
формы
- Текстурированные
- С венчиком

Производитель: ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область, г.о. Рабочий поселок
Кольцово, рп Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2,
помещение 2

Imbian
лаборатория диагностики

**ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ ПО ТУ 22.19.60-001-41390295-2021**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Внимание! Перед надеванием перчаток рекомендуется провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Вскройте индивидуальную упаковку перчаток, либо достаньте пару перчаток из групповой упаковки. Прижимая манжету, наденьте поочередно перчатки на правую и левую руку. **Внимание!** Не применяйте чрезмерную силу во избежание нарушения целостности.

Алгоритм снятия медицинских перчаток:

- взять пальцами правой руки в перчатке манжету на левой перчатке с наружной стороны, сделать отворот;
- по той же схеме сделать левой рукой отворот на правой перчатке;
- снять перчатку с левой руки, выворачивая ее наизнанку и оставить её, держа за отворот, в правой руке;
- левой рукой снять перчатку с правой руки, выворачивая ее наизнанку и погружая в неё перчатку с левой руки;
- если применимо, погрузить обе перчатки в емкость с дезинфицирующим раствором для обеззараживания или в одноразовую емкость для временного хранения отходов класса Б с целью последующего централизованного обеззараживания/обезвреживания.
- после завершения работы и снятия перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук.

 000 ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель: ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область, г.о. Рабочий поселок Кольцово, рп
Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещение 2

**ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ НИТРИЛОВЫЕ ПО ТУ 22.19.60-001-
41390295-2021**

ВНИМАНИЕ! Не содержит натуральный латекс! Изделие нестерильно!
Не использовать повторно!
Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты как пациента, так и персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также при работе с зараженными медицинскими материалами или для защиты от неблагоприятного воздействия при контакте с различными химиопрепаратами и дезинфектантами.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ: Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Внимание! Перед надеванием перчаток рекомендуется провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Вскройте индивидуальную упаковку перчаток, либо достаньте пару перчаток из групповой упаковки. Прижимая манжету, наденьте поочередно перчатки на правую и левую руку.

Внимание! Не применяйте чрезмерную силу во избежание нарушения целостности.

Алгоритм снятия медицинских перчаток:

- взять пальцами правой руки в перчатке манжету на левой перчатке с наружной стороны, сделать отворот;
 - по той же схеме сделать левой рукой отворот на правой перчатке;
 - снять перчатку с левой руки, выворачивая ее наизнанку и оставить её, держа за отворот, в правой руке;
 - левой рукой снять перчатку с правой руки, выворачивая ее наизнанку и погружая в неё перчатку с левой руки;
 - если применимо, погрузить обе перчатки в емкость с дезинфицирующим раствором для обеззараживания или в одноразовую емкость для временного хранения отходов класса Б с целью последующего централизованного обеззараживания/обезвреживания.
 - после завершения работы и снятия перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук.
- Артикул: SO-037

Регистрационное удостоверение: РЗН _____ от _____

Imbian

размер
S

цвет
СИНИЙ

100 пар / 200 шт.


2022-11-02

5 лет

LOT 221102

Диагностические
перчатки по ТУ
22.19.60-001-41390295-
2021:

- Одноразовые
- Неопудренные
- Нестерильные
- Неанатомической формы
- Текстурированные
- С венчиком



ГОСТ Р 52239-2004,
ГОСТ 32337-2003

Производитель: ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область, г.о. Рабочий поселок
Кольцово, рп Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2,
помещение 2

Imbian
РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ

**ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ ПО ТУ 22.19.60-001-41390295-2021**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Внимание! Перед надеванием перчаток рекомендуется провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Вскройте индивидуальную упаковку перчаток, либо достаньте пару перчаток из групповой упаковки. Прижимая манжету, наденьте поочередно перчатки на правую и левую руку. **Внимание!** Не применяйте чрезмерную силу во избежание нарушения целостности.

Алгоритм снятия медицинских перчаток:

- взять пальцами правой руки в перчатке манжету на левой перчатке с наружной стороны, сделать отворот;

- по той же схеме сделать левой рукой отворот на правой перчатке;
- снять перчатку с левой руки, выворачивая ее наизнанку и оставить её, держа за отворот, в правой руке;
- левой рукой снять перчатку с правой руки, выворачивая ее наизнанку и погружая в неё перчатку с левой руки;
- если применимо, погрузить обе перчатки в емкость с дезинфицирующим раствором для обеззараживания или в одноразовую емкость для временного хранения отходов класса Б с целью последующего централизованного обеззараживания/обезвреживания.
- после завершения работы и снятия перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук.

Производитель: ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область, г.о. Рабочий поселок Кольцово, рп
Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещение 2

**ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ НИТРИЛОВЫЕ ПО ТУ 22.19.60-001-
41390295-2021**

ВНИМАНИЕ! Не содержит натуральный латекс! Изделие нестерильно!
Не использовать повторно!
Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты как пациента, так и персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также при работе с зараженными медицинскими материалами или для защиты от неблагоприятного воздействия при контакте с различными химиопрепаратами и дезинфектантами.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ: Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Внимание! Перед надеванием перчаток рекомендуется провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Вскройте индивидуальную упаковку перчаток, либо достаньте пару перчаток из групповой упаковки. Прижимая манжету, наденьте поочередно перчатки на правую и левую руку.

Внимание! Не применяйте чрезмерную силу во избежание нарушения целостности.

Алгоритм снятия медицинских перчаток:

- взять пальцами правой руки в перчатке манжету на левой перчатке с наружной стороны, сделать отворот;
- по той же схеме сделать левой рукой отворот на правой перчатке;
- снять перчатку с левой руки, выворачивая ее наизнанку и оставить её, держа за отворот, в правой руке;
- левой рукой снять перчатку с правой руки, выворачивая ее наизнанку и погружая в неё перчатку с левой руки;
- если применимо, погрузить обе перчатки в емкость с дезинфицирующим раствором для обеззараживания или в одноразовую емкость для временного хранения отходов класса Б с целью последующего централизованного обеззараживания/обезвреживания.
- после завершения работы и снятия перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук.

Артикул: 80-037

Регистрационное удостоверение: РЗН _____ от _____

Imbian
LABORATORY EQUIPMENT

размер
S

цвет
СИНИЙ

150 пар / 300 шт.


2022-11-02

5 лет

LOT 221102

Диагностические
перчатки по ТУ
22.19.60-001-41390295-
2021:

- Одноразовые
- Неопудренные
- Нестерильные
- Неанатомической формы
- Текстурированные
- С венчиком



ГОСТ Р 52239-2004,
ГОСТ 32337-2003

Производитель: ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область, г.о. Рабочий поселок
Кольцово, рп Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2,
помещение 2

Imbian
LABORATORY EQUIPMENT

**ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ ПО ТУ 22.19.60-001-41390295-2021**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Внимание! Перед надеванием перчаток рекомендуется провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Вскройте индивидуальную упаковку перчаток, либо достаньте пару перчаток из групповой упаковки. Прижимая манжету, наденьте поочередно перчатки на правую и левую руку. **Внимание!** Не применяйте чрезмерную силу во избежание нарушения целостности.

Алгоритм снятия медицинских перчаток:

- взять пальцами правой руки в перчатке манжету на левой перчатке с наружной стороны, сделать отворот;

- по той же схеме сделать левой рукой отворот на правой перчатке;
- снять перчатку с левой руки, выворачивая ее наизнанку и оставить её, держа за отворот, в правой руке;
- левой рукой снять перчатку с правой руки, выворачивая ее наизнанку и погружая в неё перчатку с левой руки;
- если применимо, погрузить обе перчатки в емкость с дезинфицирующим раствором для обеззараживания или в одноразовую емкость для временного хранения отходов класса Б с целью последующего централизованного обеззараживания/обезвреживания.
- после завершения работы и снятия перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук.

кет транспортной упаковки медицинского изделия «Перчатки диагностические нестерильные неопудренные нитриловые по ТУ 22.19.60-001-41390295-2021»











Перчатки диагностические нестерильные неопудренные нитриловые, цвет: розовый





Перчатки диагностические нестерильные неопудренные нитриловые, цвет: фиолетовый



Перчатки диагностические нестерильные неопудренные нитриловые, цвет: зеленый



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 15
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова
2023 г