



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 марта 2023 года № ФСР 2012/14094

На медицинское изделие

Система подачи медицинских газов СПМГ по ТУ 9452-012-13350894-2011

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Пневмоприбор"

(ООО "Пневмоприбор"), Россия,

142605, Московская обл., г.о. Орехово-Зуевский, п. Пригородный,

д. 44

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Пневмоприбор"

(ООО "Пневмоприбор"), Россия,

142605, Московская обл., г.о. Орехово-Зуевский, п. Пригородный,

д. 44

Место производства медицинского изделия

ООО "Пневмоприбор", Россия, 142605, Московская обл.,

г.о. Орехово-Зуевский, п. Пригородный, д. 44

Номер регистрационного досье № РД-55049/3298 от 13.03.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 24 марта 2023 года № 1660
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0071214

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 марта 2023 года

№ ФСР 2012/14094

Лист 1

На медицинское изделие

Система подачи медицинских газов СПМГ по ТУ 9452-012-13350894-2011,
в составе:

1. Редуктор кислородный с датчиком давления КР-1Д - не более 3 шт.
2. Редуктор закиси азота с датчиком давления ЗАР-1Д - не более 3 шт.
3. Редуктор кислородный с датчиком давления КР-1 - не более 3 шт.
4. Редуктор закиси азота с датчиком давления ЗАР-1 - не более 3 шт.
5. Коллектор исполнения К:
 - с одной розеткой под кислород 1к - не более 5 шт.;
 - с двумя розетками под кислород 2к - не более 3 шт.;
 - с тремя розетками под кислород 3к - не более 3 шт.;
 - с одной розеткой под закись азота 1з - не более 3 шт.;
 - с одной розеткой под кислород и с одной розеткой под закись азота 1к1з - не более 3 шт.;
 - с одной розеткой под кислород 1к/б - не более 5 шт.;
 - с двумя розетками под кислород 2к/б - не более 3 шт.;
 - с тремя розетками под кислород 3к/б - не более 3 шт.;
 - с одной розеткой под закись азота 1з/б - не более 3 шт.;
 - с двумя розетками под кислород и с одной розеткой под закись азота 2к1з/б - не более 3 шт.
6. Коллектор исполнения КН:
 - с одной розеткой под кислород 1к - не более 5 шт.;
 - с двумя розетками под кислород 2к - не более 3 шт.;
 - с тремя розетками под кислород 3к - не более 3 шт.;
 - с одной розеткой под закись азота 1з - не более 3 шт.;
 - с двумя розетками под кислород и с одной розеткой под закись азота 2к1з - не более 3 шт.;
 - с тремя розетками под кислород и с одной розеткой под закись азота 3к1з - не более 3 шт.;
 - с двумя розетками под кислород и с одной розеткой под закись азота 2к1з/в - не более 3 шт.
7. Коллектор исполнения КНИ с индикатором давления и электрокабелем:
 - с одной розеткой под кислород и одним индикатором 1к - не более 4 шт.;
 - с двумя розетками под кислород и одним индикатором 2к - не более 3 шт.;
 - с одной розеткой под закись азота и одним индикатором 1з - не более 3 шт.;
 - с одной розеткой под кислород и с одной розеткой под закись азота с двумя

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119041

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 марта 2023 года

№ ФСР 2012/14094

Лист 2

- индикаторами 1к1з - не более 3 шт.;
- с тремя розетками под кислород и с одной розеткой под закись азота с двумя индикаторами 3к1з - не более 3 шт.
8. Шланг кислородный ШК - не более 5 шт.
9. Шланг закиси азота ШЗ - не более 2 шт.
10. Устройство для крепления баллонов:
- УКБ-1-2 (для одного 2 л баллона) - не более 3 шт.;
 - УКБ-1-10 (для одного 4 л или 10 л баллона) - не более 3 шт.;
 - УКБ-2-10 (для двух 10 л баллонов) - не более 3 шт.
11. Устройство для крепления баллонов поворотное:
- УКБП-3-10 (для трех 10 л баллонов) - не более 2 шт.;
 - УКБП-4-10 (для четырех 10 л баллонов) - не более 2 шт.
12. Баллон для медицинского кислорода с вентилем:
- БК-2 - не более 3 шт.;
 - БК-4 - не более 3 шт.;
 - БК-10 - не более 3 шт.
13. Баллон для закиси азота с вентилем:
- БЗ-2 - не более 3 шт.;
 - БЗ-4 - не более 3 шт.;
 - БЗ-10 - не более 3 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0119042