

АО «РЕНТГЕНПРОМ»


**Аппарат флюорографический цифровой «Флюоро-ПроГраф-РП» РП (исполнение 1).
Фотографии изделия и комплектующих
Общий вид.**



Маркировка



1. Камера рентгенографическая цифровая.



Маркировка камеры рентгеновской цифровой




2. Штатив в сборе с горизонтальной траверсой (универсальный)




3. Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРП-ВЧ-РП.





3.1. Моноблок.






3.2. Комплект высоковольтных кабелей.




3.3. Коллиматор.




Маркировка коллиматора



4. Комплекс средств управления на базе РС компьютера (АРМ 1)



5. Маркировка комплекса средств управления на базе РС компьютера (АРМ 1)




6. Ограждение рентгенозащитное.




 РЕНТГЕНПРОМ Россия, 143560, Московская обл., г.Истра, пос.Румянцево, квартал 0080204, здание 173	
Флюоро-ПроГраф-РП	
ОГРАЖДЕНИЕ РЕНТГЕНОЗАЩИТНОЕ	
АСЛВ 38639.015.06	SN 

7. Комплекс средств для визуализации, обработки и архивирования изображения на базе
PC компьютера (АРМ 2)



Маркировка комплекса средств для визуализации, обработки и архивирования
изображения на базе РС компьютера (АРМ 2)



7.1. Комплект транспортных ящиков многоразового использования.



7.2. Набор мебели: стол компьютерный



Кресло



Всего прошито и пронумеровано
21 (двадцать один) листов

Исполнительный директор

АО "РЕНТГЕНПРОМ"

Свябьянов Мансур Рафитович



АО «РЕНТГЕНПРОМ»


Аппарат флюорографический цифровой «Флюоро-ПроГраф-РП» (исполнение 2).

Общий вид.





1. Камера рентгенографическая цифровая на основе плоскостельного детектора.



Маркировка камеры рентгеновской цифровой



2. Штативное устройство, в том числе:
2.1. Стойка с подъемником КРЦ



Маркировка стойки с подъемником КРЦ



2.2. Стойка с подъемником (с томосинтезом)



Маркировка стойки с подъемником (с томосинтезом)

	
РЕНТГЕНПРОМ	
Россия, 143560, Московская обл., г.Истра, пос.Румянцево, квартал 0080204, здание 173	
Флюоро-ПроГраф-РП	
СТОЙКА С ПОДЪЕМНИКОМ	
АСЛВ 38639.038.712.100-02	SN
	

3. Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРП-ВЧ-РП.





3.1. Излучатель (кожух с рентгеновский трубкой)




Маркировка излучателя (кожух с рентгеновской трубкой)



3.2. Комплект высоковольтных кабелей.




3.3. Коллиматор.




Маркировка коллиматора



4. Комплекс средств управления на базе РС компьютера (АРМ 1).





5. Ограждение рентгенозащитное.



 РЕНТГЕНПРОМ Россия, 143560, Московская обл., г.Истра, пос.Румянцево, квартал 0080204, здание 173	
Флюоро-ПроГраф-РП	
ОГРАЖДЕНИЕ РЕНТГЕНОЗАЩИТНОЕ	
АСЛВ 38639.015.06	SN
	


6. Стол-каталка с рентгенопрозрачной декой



**7. Комплекс средств для визуализации, обработки и архивирования изображения на базе
PC компьютера (АРМ 2)**



**Маркировка комплекса средств для визуализации, обработки и архивирования
изображения на базе PC компьютера (АРМ 2)**



7.1. Набор мебели: стол компьютерный



Кресло



Всего прошито и пронумеровано
24 (двадцать четыре) листов
Исполнительный директор
АО "РЕНТГЕНПРОМ"
Свябьянов Мансур Рафитович



АППАРАТ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ

Флюоро-ПроГраф-РП

по ТУ 9442-038-42254364-2011

Макеты маркировки

Версия 3 от 21.07.2022

Основная маркировочная табличка

 РЕНТГЕНПРОМ Россия, 143560, Московская обл., г.Истра, пос.Румянцево, квартал 0080204, здание 173	
АППАРАТ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ "Флюоро-ПроГраф-РП" ИСПОЛНЕНИЕ 1	
ТУ 9442-038-42254364-2011	
ЕАС 	SN 

 РЕНТГЕНПРОМ Россия, 143560, Московская обл., г.Истра, пос.Румянцево, квартал 0080204, здание 173	
АППАРАТ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ "Флюоро-ПроГраф-РП" ИСПОЛНЕНИЕ 2	
ТУ 9442-038-42254364-2011	
ЕАС 	SN 

Дополнительная маркировка с электрическими параметрами

Аппарат флюорографический цифровой Флюоро-ПроГраф-РП (исполнение 1, модификация Флюоро-ПроГраф-РП-20) ТУ 9442-038-42254364-2011 Потребляемая мощность – 10 кВА Кажущееся сопротивление – 1 Ом Напряжение – 220В ~ Отклонение напряжения – +/-10% Частота – 50 Гц IP20B 	Аппарат флюорографический цифровой Флюоро-ПроГраф-РП (исполнение 1, модификация Флюоро-ПроГраф-РП-20) ТУ 9442-038-42254364-2011 Потребляемая мощность – 24 кВА Кажущееся сопротивление – 0,6 Ом Напряжение – 380В 3~ Отклонение напряжения – +/-10% Частота – 50 Гц IP20B 
Аппарат флюорографический цифровой Флюоро-ПроГраф-РП (исполнение 1, модификация Флюоро-ПроГраф-РП-40) ТУ 9442-038-42254364-2011 Потребляемая мощность – 10 кВА Кажущееся сопротивление – 1 Ом Напряжение – 220В ~ Отклонение напряжения – +/-10% Частота – 50 Гц IP20B 	Аппарат флюорографический цифровой Флюоро-ПроГраф-РП (исполнение 1, модификация Флюоро-ПроГраф-РП-40) ТУ 9442-038-42254364-2011 Потребляемая мощность – 48 кВА Кажущееся сопротивление – 0,3 Ом Напряжение – 380В 3~ Отклонение напряжения – +/-10% Частота – 50 Гц IP20B 
Аппарат флюорографический цифровой Флюоро-ПроГраф-РП (исполнение 2) ТУ 9442-038-42254364-2011 Потребляемая мощность – 10 кВА Кажущееся сопротивление – 1 Ом Напряжение – 220В ~ Отклонение напряжения – +/-10% Частота – 50 Гц IP20B 	Аппарат флюорографический цифровой Флюоро-ПроГраф-РП (исполнение 2) ТУ 9442-038-42254364-2011 Потребляемая мощность – 48 кВА Кажущееся сопротивление – 0,3 Ом Напряжение – 380В 3~ Отклонение напряжения – +/-10% Частота – 50 Гц IP20B 

Директор АО «РЕНТГЕНПРОМ»



А.Н. Гуржиев

21.07.2022

Всего прошито и пронумеровано

2 (два) листов

Исполнительный директор

АО "РЕНТГЕНПРОМ"

Сявбянов Мансур Рафитович

