


**Фотографические изображения  
медицинского изделия:**

**Аппарат рентгенографический цифровой для второго и третьего рабочих мест  
АРЦ-01-«ОКО»**

**по ТУ 9442-017-11150760-2011**



Фотография 1 – Аппарат рентгенографический цифровой для второго и третьего рабочих мест АРЦ-01-«ОКО» ТУ 9442-017-11150760-2011

Видимый вид изделия в комплекте со столом каталкой и Системой визуализации рентгеновских изображений СВР



**ЭЛЕКТРОН**

Аппарат рентгенографический  
цифровой для второго и  
третьего рабочих мест  
АРЦ-01-«ОКО»

ОБОЗНАЧЕНИЕ

АРЦ-01-0000-91-07  
(АРЦ-01-000)

ТУ  
Серийный номер  
Дата изготовления  
Изготовитель

9442-017-11150750-2011  
GP0004971  
2021-03  
АО «НПТК «ЭЛЕКТРОН»




ЭН-380В 50 ГЦ




Фотография 2 – Маркировка Аппарат рентгенографический цифровой для второго и третьего рабочих мест АРЦ-01-«ОКО»





а) – Стойка с Системой визуализации рентгеновских изображений СВР.  
Вид спереди




б) – Стойка с Системой визуализации рентгеновских изображений СВР.  
Вид сзади

Фотография 3 – Стойка RTOMO-1500, АО «НИПК «Электрон»










Фотография 5 – Система визуализации рентгеновских изображений СВР (с отсеивающим растром) ТУ 9442-039-11150760-2015,  
РУ № ФСР 2016/5112, АО «НИПК «Электрон»





Фотография 6 – Система визуализации рентгеновских изображений СВР (без отсеивающего растра) ТУ 9442-039-11150760-2015,  
РУ № ФСР 2016/5112, АО «НИПК «Электрон»



**ЭЛЕКТРОН**

Система визуализации  
рентгеновских изображений  
СВР (СВР 4)

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| ТУ                | 9442-039-11150760-2015 |
| Серийный номер    | NN1459060              |
| Дата изготовления | 2021-03                |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Обозначение ГП    | АИС1-00-0000-91-07  |
| Серийный номер ГП | GP0004971           |
| Изготовитель      | АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН" |

ФАС-0018




~220 В, 50 Гц, 60 Вт




Фотография 7 – Маркировка СВР ТУ 9442-039-11150760-2015, РУ № ФСР 2016/5112, АО «НИПК «Электрон»





а) – Кронштейн с излучателем в сборе. Вид спереди



б) – Кронштейн с излучателем в сборе. Вид сзади

Фотография 8 – Кронштейн с излучателем в сборе АРЦ1- 110, АО «НИПК «Электрон»





**НИПЭКЭЛЭКТРОН** Кронштейн с излучателем в сборе АРС1-110

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Серийный номер    | NN1459063 |
| Дата изготовления | 2021-03   |

---

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Обозначение ГП    | ARC1-00-0000-91-07  |
| Серийный номер ГП | GP0004971           |
| Изготовитель      | АО «НИПК «ЭЛЕКТРОН» |

---

К.Р.20.0002-07




~220 В 50 Гц




Фотография 9 – Маркировка. Кронштейн с излучателем в сборе АРС1-110, АО «НИПК «Электрон»





Фотография 10 – Рентгеновский излучатель (в сборе) серии Roesys XRT, Roesys GmbH, Германия и коллиматор (диафрагма) сери Ralco R, Ralco srl., Италия





Фотография 11 – Излучатель рентгеновский (без кожуха) серии Roesys XRT, Roesys GmbH, Германия



**roesys**  
Digital X-ray Technology

## X-Ray Tube

SERIAL: Roesys XRT

MODEL: 2705

SER. NO: 20K1112

Nominal tube x-ray voltage: 150kV

Nominal focal spot value:

■ 1.2

□ 0.6

Permanent filtration: 0.9 Al/ 75

Sup. Symbol: COM

Stator: XS-AL



Roesys GmbH  
Dr. Max-Ilgner Str.2,  
32339 Espelkamp,  
Germany  
Tel.+49 5772 9155500



CE  
0120


# Al 2.2 MM



NP210202


Фотография 12 – Маркировка. Излучатель рентгеновский серии Roesys XRT, Roesys GmbH, Германия






Фотография 13 – Коллиматор (диафрагма) серии Ralco R, Ralco srl., Италия






Фотография 14 – Маркировка. Коллиматор (диафрагма) серии Ralco R, Ralco srl., Италия






Фотография 15 – Дозиметр серии ДРК № РЗН 2014/1562, НПП «Доза»





Фотография 16 – Маркировка. Дозиметр серии ДРК № РЗН 2014/1562, НПП «Доза»





Фотография 17 – Стол-каталка серии SUR-10 в составе стола пациента RTOMO-1100, АО «НИПК «Электрон»



**ЭЛЕКТРОН**

Стул пациента RTOMO-1100

Серийный номер  
Дата изготовления

NR1458062  
2021-03

Обозначение ГП

ARC1-00-0000-91.07

Серийный номер ГП

GP0004971

Изготовитель


АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

№ 20-0002-01




≤ 200 кг.






Фотография 19 – Стол-каталка серии Roesys, производства Roesys GmbH, Германия в составе стола пациента RTOMO-1100, АО «НИПК «Электрон»






Фотография 20 – Стол-каталка серии Prognost, PROTEC GmbH & Co. KG, Германия в составе стола пациента RTOMO-1100, АО «НИПК «Электрон»





а) – Маркировка. Серии Roesys, производства Roesys GmbH, Германия



б) - Маркировка. Серии Prognost, PROTEC GmbH & Co. KG, Германия

Фотография 21 – Маркировка. Стол-каталка






Фотография 22 – Устройство рентгеновское питающее РПУ-«ОКО» ТУ 9442-022-11150760-2006, РУ № ФСР 2010/09310, АО «НИПК «Электрон»



|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| SYSTEM PART NO.:                                        |
| VZW2556RC2-H8                                           |
| SYSTEM SN.:                                             |
| CPD37182L20                                             |
| SYSTEM ACCESSORY LISTING<br>(per factory configuration) |
| CONSOLE SN.:                                            |
|                                                         |
| HV MODULE SN.:                                          |
| G0435589L20                                             |
| ADR SYSTEM SN.:                                         |
|                                                         |

SYSTEM CONTAINS

|                 |
|-----------------|
| FIRMWARE        |
| PART NO.:       |
| 90176400        |
| REVISION:       |
| AK              |
| COMPATIBLE WITH |
| SYSTEM MODEL :  |
| VZW2556RC2-H8   |



ТУ  
Серийный номер  
Дата изготовления

Изготовлено по заказу  
поставщика РПУ «ОКО»  
ИПУСББ-00-0000-00  
(ИПУСББ-000)  
9442-022-11150760-2006  
NN1455876  
2021-03

Обозначение ГЛ АИС1-00-0000-01-07

Серийный номер ГЛ ДР0004971

Изготовитель АО «НИПК «ЭЛЕКТРОН»



3-380В 50 Гц, 0.17 Ом, 100 А



электроизмерительная  
лаборатория

Аппарат прошёл испытания по проверке  
параметров электробезопасности



ПРОТОКОЛ № 91/213  
Результат испытания: ГОДЕН



Фотография 23 – Маркировка РПУ-«ОКО» ТУ 9442-022-11150760-2006, РУ № ФСР 2010/09310, АО «НИПК «Электрон»





Фотография 24 – Кабель высоковольтный с комплектом монтажных частей, серии CABLE ASSY, Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды






Фотография 25 – Кабель высоковольтный с комплектом монтажных частей, серии Wanbo, Tianjin Wanbo Wire & Cable, Китай





Фотография 26 – Пульт РПУ-ОКО (как правило, располагается на рабочем столе АРМ1) ТУ 9442-022-11150760-2006, РУ № ФСР 2010/09310, АО «НИПК «Электрон»





Фотография 27 – Рентгеновский программно-аппаратный комплекс (РПАК). Станция рабочая оператора (АРМ1) и Станция рабочая врача (АРМ2)





а) – Маркировка АРМ1



б) – Маркировка АРМ2

Фотография 28 – Маркировка. Станция рабочая оператора (АРМ1) и Станция рабочая врача (АРМ2)





Фотография 29 – Рентгеновский программно-аппаратный комплекс (РПАК). Станция рабочая регистратора (АРМ3)





Станция рабочая регистратора/  
web-доступа (АРМЗ)  
WST3-00-0400 ( WST3-000)

Серийный номер  
Дата изготовления NN1458876  
2021-03

Обозначение ГП ARC1-00-0000-91:07

Серийный номер ГП GP0004971

Изготовитель АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-01



~220В, 50Гц, 6А



Сервер SRV-00-1300  
(SRV-00)

Серийный номер  
Дата изготовления NN1458877  
2021-03

Обозначение ГП ARC1-00-0000-91:07

Серийный номер ГП GP0004971

Изготовитель АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-01



~220В, 50Гц, 6А



а) – Станция рабочая регистратора (АРМЗ)

б) - Сервер SRV-00-1300

Фотография 30 – Маркировка. Станция рабочая регистратора (АРМЗ) и Сервер SRV-00-1300, АО «НИПК «Электрон»






Фотография 31 – Рентгеновский программно-аппаратный комплекс (РПАК), Сервер






Фотография 32 – Монитор серии E, Nanjing Jusha Display Technology Co., Ltd, Китай






Фотография 33 – Маркировка. Монитор серии E, Nanjing Jusha Display Technology Co., Ltd, Китай





Фотография 34 – Источник бесперебойного питания





Фотография 35 – Маркировка. Источник бесперебойного питания





Фотография 36 – Принтер PANTUM P3010DW






# PANTUM

Monochrome Laser Printer

Model: P3010DW

Power: 220-240V~, 50/60Hz, 4.5A



CLASS 1 LASER PRODUCT

NOMOR 62190/SDPPV/2019

Contiene Módulo CNC ID: C-20833

Manufacturer: Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Made in China


Manufacturer:  
Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.  
No. 3881 Zhuhai Avenue Zhuhai  
Guangdong China 519080  
Importer:

OCS-Center LLC  
6 str. 1, office 7, 22 km Kievskoe  
phosse, Moscow, 108811, Russia



Фотография 37 – Маркировка. Принтер PANTUM P3010DW






а) – вид спереди

б) – вид сзади

Фотография 38 – Блок гальванической развязки (БГР), ТРО, НПО "ПФ СОЗВЕЗДИЕ" с маркировкой





Фотография 39 – Устройство переговорное КРТ-010 (как правило, располагается на столе АРМ1)





|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ | УСТРОЙСТВО<br>ПЕРЕГОВОРНОЕ |
| ОБОЗНАЧЕНИЕ  | КРТ-010                    |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ | АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"        |

Фотография 40 – Маркировка. Устройство переговорное КРТ-010






а) – рентгенозащитный фартук



б) – рентгенозащитные пластины

Фотография 41 – Образцы из Комплекта индивидуальных поливинилхлоридно-свинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения № ФСР 2008/03184, ЗАО «Ренекс»









КОМПЛЕКТ СТАЦИОНАРНЫХ СРЕДСТВ  
РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ "РЕНЕКС КСРЗ"

**Оконный блок**

смотровой рентгенозащитный

**РЕНЕКС ОСРЗ**

ТУ 6968-015-21009821-2010

Размер стекла:

**800x1000 мм**

Свинцовый эквивалент  
при  $U_a=100$  kV не менее 2,5 мм Pb

Заводской номер: **2041137**

Производитель: ЗАО "РЕНЕКС"

630083, Россия, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 289, пом. 27  
тел. (383) 262-52-04 факс (383) 262-50-29



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 44  
(Сорок четыре) лист(ов)

