

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ОАО «Оптимех»

А.Н. Лешуков



2023 г.

Руководство по эксплуатации
«Тумба медицинская ТМп-01
по ТУ 9452-033-04535146-2012»

Главный инженер

А.Н. Корюкин

« 17 » 05 2023 г.

Начальник технического отдела

О.А. Кознов

« 17 » 05 2023 г.

Настоящее руководство распространяется на тумбу медицинскую ТМп-01 (далее – тумба).

1 Описание изделия

1.1 Тумба металлическая со столешницей из ДСП с пластиком, с нишей высотой 150мм, отделением с дверцей и полкой внутри. Дверца закрывается на защелку. Тумба установлена на металлические ножки.

2 Основные технические данные

Наименование параметра	Значение параметра
1 Габаритные размеры, мм:	
- длина	440
- ширина	440
- высота	820
2 Масса, кг, не более	13,5
3 Конструктивные элементы:	
- полка металлическая, шт.	1
4 Равномерно распределенная нагрузка на полку, кг	5
5 Равномерно распределенная нагрузка на столешницу, кг	10,0

3 Комплект поставки

- Тумба – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации -1шт.

4 Назначение медицинского изделия

4.1 Предназначена для размещения и хранения медикаментов и прочих изделий медицинского назначения в процедурных, врачебных, офтальмологических, стоматологических и аптечных помещениях..

5 Область применения

5.1 Применяется в лечебно-профилактических учреждениях, диспансерах, диагностических центрах.

6 Условия эксплуатации

6.1 Тумбы должны эксплуатироваться в сухих помещениях при температуре + 10°÷35°С. Относительная влажность окружающего воздуха не должна превышать 80%.

7 Показания к применению

7.1 Необходимость размещения и хранения медикаментов и прочих изделий медицинского назначения.

8 Противопоказания к применению

8.1 Использование медицинского изделия не по назначению.

9 Подготовка к работе

9.1 Тумба поставляется в собранном виде. Распакуйте и осмотрите ее состояние после транспортировки. Проверьте комплект поставки.

9.2 Выполните дезинфекцию наружных поверхностей 1% раствором хлорамина.

10 Меры безопасности

10.1 Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

11 Противопоказания

11.1 Не используйте изделие не по назначению.

12 Очистка и дезинфекция

12.1 По мере загрязнения тумбы произвести ее очистку с помощью влажной салфетки, затем протереть насухо.

12.2 В течение всего срока службы обязательно производите периодическую дезинфекцию. Сроки очередной дезинфекции определяются согласно правилам, установленным в лечебно-профилактическом учреждении.

12.3 Дезинфекцию всех наружных поверхностей проводить химическим методом путем протирания салфеткой, смоченной в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или в 1% растворе хлорамина по МУ 287-113.

13 Техническое обслуживание и ремонт

13.1 Техническому обслуживанию и ремонту изделие не подлежит.

14 Меры предосторожности

14.1 Не допускайте воздействия на тумбу агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).

14.2 Не проводите по поверхности острыми и не ударяйте тяжелыми и твердыми предметами.

14.3 При базировании изделия на полу должна быть обеспечена его устойчивость от опрокидывания, перекосов и раскачивания.

15 Побочные эффекты

15.1 Возможна аллергическая реакция на составляющие материалы изделия и-или его компоненты.

16 Сроки службы, хранения. Гарантии изготовителя

16.1 Срок службы – 5 лет. Предельное состояние - состояние, при котором восстановление тумбы невозможно или экономически нецелесообразно.

16.2 Тумба в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

16.3 Гарантийный срок хранения – 1 год.

16.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям нормативно-технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

16.5 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отправки потребителю.

17 Упаковка

17.1 Изделие должно упаковываться в разовую тару из гофрированного картона в соответствии с документацией, разработанной предприятием-изготовителем, и обеспечивающую его защиту от воздействия механических и климатических факторов при транспортировании и хранении.

17.2 По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделия при транспортировке.

17.3 В транспортную упаковку вместе с изделием должен быть вложен паспорт и руководство по эксплуатации.

18 Транспортирование и хранение

18.1 Транспортировать изделия следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

18.2 Условия транспортирования изделий крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

18.3 Изделия должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

19 Утилизация

19.1 Изделия, непригодные для дальнейшей эксплуатации, должны утилизироваться в следующей последовательности: открутить столешницу. Металлический корпус утилизировать как металлолом. Столешницу утилизировать как пластик.

20 Свидетельство о приемке

Тумба медицинская ТМп-01

_____ зав. номер

изготовлена и принята в соответствии с требованиями технических условий ТУ 9452-033-04535146-2012, действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.

Адрес изготовителя: Россия, 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 51,

Открытое акционерное общество «Производственное предприятие «Оптимех»

(ОАО «Оптимех»)

Т/ф: 8 (8172) 27-02-42, 27-42-02

Начальник ОТК _____

подпись

М.П.

_____ расшифровка

«__» _____ 20__ г.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ лист/ листов
Генеральный директор ОАО «Оптимех»
А.Н. Лешуков
« 05 » 20 23 года



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ОАО «Оптимех»

А.Н. Лешуков

2023 г.



**Руководство по эксплуатации
«Тумба медицинская ТМп-01-1
по ТУ 9452-033-04535146-2012»**

Главный инженер

А.Н. Корюкин

« 17 » 05 2023 г.

Начальник тохолдела

О.А. Кознов

« 17 » 05 2023г.

Настоящее руководство распространяется на тумбу медицинскую ТМп-01-1 (далее – тумба).

1 Описание изделия

Тумба металлическая со столешницей из ДСП с пластиком, одним выдвижным ящиком, отделением с дверцей и полкой внутри. Дверца закрывается на защелку. Тумба установлена на четыре колеса диаметром 50мм.

2 Основные технические данные

Наименование параметра	Значение параметра
1 Габаритные размеры, мм:	
- длина	370
- ширина	370
- высота	800
2 Масса, кг, не более	13,0
3 Конструктивные элементы:	
- полка металлическая, шт.	1
- ящик выдвижной, шт.	1
- колесо мебельное, шт.	4
4 Равномерно распределенная нагрузка на полку, кг	5
5 Равномерно распределенная нагрузка на столешницу, кг	10,0

3 Комплект поставки

- Тумба – 1 шт.
- Упаковка – 1шт.
- Колесо мебельное - 4 шт.
- Паспорт – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации -1шт.

4 Назначение медицинского изделия

4.1 Предназначена для размещения и хранения медикаментов и прочих изделий медицинского назначения в процедурных, врачебных, офтальмологических, стоматологических и аптечных помещениях.

5 Область применения

5.1 Применяется в лечебно-профилактических учреждениях, диспансерах, диагностических центрах.

6 Условия эксплуатации

6.1 Тумбы должны эксплуатироваться в сухих помещениях при температуре $+10^{\circ}\div+35^{\circ}\text{C}$. Относительная влажность окружающего воздуха не должна превышать 80%.

7 Показания к применению

7.1 Необходимость размещения и хранения медикаментов и прочих изделий медицинского назначения.

8 Противопоказания к применению

8.1 Использование медицинского изделия не по назначению.

9 Подготовка к работе

9.1 Тумба поставляется в собранном виде. Распакуйте и осмотрите ее состояние после транспортировки. Проверьте комплект поставки.

9.2 Установите ручку в рабочее состояние (для исключения повреждений при транспортировке установлены внутрь ящиков).

9.3 Вкрутите колеса в основание тумбы. Проверьте и при необходимости подтяните резьбовые соединения направляющих ящиков.

9.4 Выполните дезинфекцию наружных поверхностей 1% раствором хлорамина.

10 Меры безопасности

10.1 Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

11 Противопоказания

11.1 Не используйте изделие не по назначению.

12 Очистка и дезинфекция

12.1 По мере загрязнения тумбы произвести ее очистку с помощью влажной салфетки, затем протереть насухо.

12.2 В течение всего срока службы обязательно производите периодическую дезинфекцию. Сроки очередной дезинфекции определяются согласно правилам, установленным в лечебно-профилактическом учреждении.

12.3 Дезинфекцию всех наружных поверхностей проводить химическим методом путем протирания салфеткой, смоченной в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или в 1% растворе хлорамина по МУ 287-113.

13 Техническое обслуживание и ремонт

13.1 Не реже одного раза в год оси колес смазывать смазкой ЦИАТИМ 203 ГОСТ 8733, проверять затяжку резьбовых соединений.

13.2 Ремонту изделие не подлежит.

14 Меры предосторожности

14.1 Не допускайте воздействия на тумбу агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).

14.2 Не проводите по поверхности острыми и не ударяйте тяжелыми и твердыми предметами.

14.3 При базировании изделия на полу должна быть обеспечена его устойчивость от опрокидывания, перекосов и раскачивания.

15 Побочные эффекты

15.1 Возможна аллергическая реакция на составляющие материалы изделия и-или его компоненты.

16 Сроки службы, хранения. Гарантии изготовителя

16.1 Срок службы – 5 лет. Предельное состояние - состояние, при котором восстановление тумбы невозможно или экономически нецелесообразно.

16.2 Тумба в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

16.3 Гарантийный срок хранения – 1 год.

16.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям нормативно-технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

16.5 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отправки потребителю.

17 Упаковка

17.1 Изделие должно упаковываться в разовую тару из гофрированного картона в соответствии с документацией, разработанной предприятием-изготовителем, и обеспечивающую его защиту от воздействия механических и климатических факторов при транспортировании и хранении.

17.2 По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделия при транспортировке.

17.3 В транспортную упаковку вместе с изделием должен быть вложен паспорт и руководство по эксплуатации.

18 Транспортирование и хранение

18.1 Транспортировать изделия следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

18.2 Условия транспортирования изделий крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

18.3 Изделия должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

19 Утилизация

19.1 Изделия, непригодные для дальнейшей эксплуатации, должны утилизироваться в следующей последовательности: открутить столешницу и колеса. Металлический корпус утилизировать как металлолом. Столешницу утилизировать как пластик.

20 Свидетельство о приемке

Тумба медицинская ТМп-01-1

_____ зав. номер

изготовлена и принята в соответствии с требованиями технических условий ТУ 9452-033-04535146-2012, действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.

Адрес изготовителя: Россия, 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 51, Открытое акционерное общество «Производственное предприятие «Оптимех» (ОАО «Оптимех»)

Т/ф: 8 (8172) 27-02-42, 27-42-02

Начальник ОТК

_____ подпись

_____ расшифровка

М.П.


«__» _____ 20__ г.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ лист/ листов
Генеральный директор ОАО «Оптимех»
_____ А.Н. Лешуков
« 05 » 20 23 года



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ОАО «Оптимех»



А.Н. Лешуков




« 17 » 05 2023 г.

Руководство по эксплуатации
«Тумба медицинская ТМп-01-2
по ТУ 9452-033-04535146-2012»

Главный инженер


А.Н. Корюкин
« 17 » 05 2023 г.

Начальник технического отдела


О.А. Кознов
« 17 » 05 2023 г.

Настоящее руководство распространяется на тумбу медицинскую ТМп-01-2 (далее – тумба).

1 Описание изделия

Тумба металлическая со столешницей из ДСП с пластиком, двумя выдвижными ящиками, отделением с дверцей и полкой внутри. Дверца закрывается на защелку. Тумба установлена на четыре колеса диаметром 50мм.

2 Основные технические данные

Наименование параметра	Значение параметра
1 Габаритные размеры, мм:	
- длина	440
- ширина	440
- высота	810
2 Масса, кг, не более	12,0
3 Конструктивные элементы:	
- полка металлическая, шт.	1
- ящик выдвижной, шт.	2
- колесо мебельное, шт.	4
4 Равномерно распределенная нагрузка на полку, кг	5
5 Равномерно распределенная нагрузка на столешницу, кг	10,0

3 Комплект поставки

- Тумба – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Колесо мебельное – 4 шт.
- Паспорт – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации -1шт.

4 Назначение медицинского изделия

4.1 Предназначена для размещения и хранения медикаментов и прочих изделий медицинского назначения в процедурных, врачебных, офтальмологических, стоматологических и аптечных помещениях.

5 Область применения

5.1 Применяется в лечебно-профилактических учреждениях, диспансерах, диагностических центрах.

6 Условия эксплуатации

6.1 Тумбы должны эксплуатироваться в сухих помещениях при температуре + 10°÷35°С. Относительная влажность окружающего воздуха не должна превышать 80%.

7 Показания к применению

7.1 Необходимость размещения и хранения медикаментов и прочих изделий медицинского назначения

8 Противопоказания к применению

8.1 Использование медицинского изделия не по назначению.

9 Подготовка к работе

9.1 Тумба поставляется в собранном виде. Распакуйте и осмотрите ее состояние после транспортировки. Проверьте комплект поставки.

9.2 Установите ручки в рабочее состояние (для исключения повреждений при транспортировке установлены внутрь ящиков).

9.3 Вкрутите колеса в основание тумбы. Проверьте и при необходимости подтяните резьбовые соединения направляющих ящиков.

9.4 Выполните дезинфекцию наружных поверхностей 1% раствором хлорамина.

10 Меры безопасности

10.1 Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

11 Противопоказания

11.1 Не используйте изделие не по назначению.

12 Очистка и дезинфекция

12.1 По мере загрязнения тумбы произвести ее очистку с помощью влажной салфетки, затем протереть насухо.

12.2 В течение всего срока службы обязательно производите периодическую дезинфекцию. Сроки очередной дезинфекции определяются согласно правилам, установленным в лечебно-профилактическом учреждении.

12.3 Дезинфекцию всех наружных поверхностей проводить химическим методом путем протирания салфеткой, смоченной в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или в 1% растворе хлорамина по МУ 287-113.

13 Техническое обслуживание и ремонт

13.1 Не реже одного раза в год оси колес смазывать смазкой ЦИАТИМ 203 ГОСТ 8733, проверять затяжку резьбовых соединений.

13.2 Ремонту изделие не подлежит.

14 Меры предосторожности

14.1 Не допускайте воздействия на тумбу агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).

14.2 Не проводите по поверхности острыми и не ударяйте тяжелыми и твердыми предметами.

14.3 При базировании изделия на полу должна быть обеспечена его устойчивость от опрокидывания, перекосов и раскачивания.

15 Побочные эффекты

15.1 Возможна аллергическая реакция на составляющие материалы изделия и-или его компоненты.

16 Сроки службы, хранения. Гарантии изготовителя

16.1 Срок службы – 5 лет. Предельное состояние - состояние, при котором восстановление тумбы невозможно или экономически нецелесообразно.

16.2 Тумба в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

16.3 Гарантийный срок хранения – 1 год.

16.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям нормативно-технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

16.5 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отправки потребителю.

17 Упаковка

17.1 Изделие должно упаковываться в разовую тару из гофрированного картона в соответствии с документацией, разработанной предприятием-изготовителем, и обеспечивающую его защиту от воздействия механических и климатических факторов при транспортировании и хранении.

17.2 По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделия при транспортировке.

17.3 В транспортную упаковку вместе с изделием должен быть вложен паспорт и руководство по эксплуатации.

18 Транспортирование и хранение

18.1 Транспортировать изделия следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

18.2 Условия транспортирования изделий крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

18.3 Изделия должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

19 Утилизация

19.1 Изделия, непригодные для дальнейшей эксплуатации, должны утилизироваться в следующей последовательности: открутить столешницу и колеса. Металлический корпус утилизировать как металлолом. Столешницу утилизировать как пластик.

20 Свидетельство о приемке

Тумба медицинская ТМп-01-2

_____ зав. номер

изготовлена и принята в соответствии с требованиями технических условий ТУ 9452-033-04535146-2012, действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.

Адрес изготовителя: Россия, 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 51,

Открытое акционерное общество «Производственное предприятие «Оптимех»

(ОАО «Оптимех»)

Т/ф: 8 (8172) 27-02-42, 27-42-02

Начальник ОТК _____

подпись

М.П.

_____ расшифровка

«__» _____ 20__ г.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 лист/ листов
Генеральный директор ОАО «Оптимех»
_____ А.Н. Лешуков
« 25 » _____ 20 23 года



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ОАО «Оптимех»

А.Н. Лешуков

2023 г.



Руководство по эксплуатации
«Тумба медицинская ТМп-01-3
по ТУ 9452-033-04535146-2012»

Главный инженер

А.Н. Корюкин

« 17 » 05 2023 г.

Начальник техотдела

О.А. Кознов

« 17 » 05 2023 г.

Настоящее руководство распространяется на тумбу медицинскую ТМп-01-3 (далее – тумба).

1 Описание изделия

Тумба металлическая со столешницей из ДСП с пластиком, одним выдвижным ящиком, отделением с дверцей и полкой внутри. Дверца закрывается на защелку. Тумба установлена на четыре колеса диаметром 50мм.

2 Основные технические данные

Наименование параметра	Значение параметра
1 Габаритные размеры, мм:	
- длина	440
- ширина	440
- высота	810
2 Масса, кг, не более	15,0
3 Конструктивные элементы:	
- полка металлическая, шт.	1
- ящик выдвижной, шт.	1
- колесо мебельное, шт.	4
4 Равномерно распределенная нагрузка на полку, кг	5
5 Равномерно распределенная нагрузка на столешницу, кг	10,0

3 Комплект поставки

- Тумба – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Колесо мебельное - 4 шт.
- Паспорт – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации -1шт.

4 Назначение медицинского изделия

4.1 Предназначена для размещения и хранения медикаментов и прочих изделий медицинского назначения в процедурных, врачебных, офтальмологических, стоматологических и аптечных помещениях.

5 Область применения

5.1 Применяется в лечебно-профилактических учреждениях, диспансерах, диагностических центрах.

6 Условия эксплуатации

6.1 Тумбы должны эксплуатироваться в сухих помещениях при температуре $+10^{\circ}\div 35^{\circ}\text{C}$. Относительная влажность окружающего воздуха не должна превышать 80%.

7 Показания к применению

7.1 Необходимость размещения и хранения медикаментов и прочих изделий медицинского назначения.

8 Противопоказания к применению

8.1 Использование медицинского изделия не по назначению.

9 Подготовка к работе

9.1 Тумба поставляется в собранном виде. Распакуйте и осмотрите ее состояние после транспортировки. Проверьте комплект поставки.

9.2 Установите ручку в рабочее состояние (для исключения повреждений при транспортировке установлена внутрь ящика).

9.3 Вкрутите колеса в основание тумбы. Проверьте и при необходимости подтяните резьбовые соединения направляющих ящиков.

9.4 Выполните дезинфекцию наружных поверхностей 1% раствором хлорамина.

10 Меры безопасности

10.1 Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

11 Противопоказания

11.1 Не используйте изделие не по назначению.

12 Очистка и дезинфекция

12.1 По мере загрязнения тумбы произвести с очистку с помощью влажной салфетки, затем протереть насухо.

12.2 В течение всего срока службы обязательно производите периодическую дезинфекцию. Сроки очередной дезинфекции определяются согласно правилам, установленным в лечебно-профилактическом учреждении.

12.3 Дезинфекцию всех наружных поверхностей проводить химическим методом путем протирания салфеткой, смоченной в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или в 1% растворе хлорамина по МУ 287-113.

13 Техническое обслуживание и ремонт

13.1 Не реже одного раза в год оси колес смазывать смазкой ЦИАТИМ 203 ГОСТ 8733, проверять затяжку резьбовых соединений.

13.2 Ремонту изделие не подлежит.

14 Меры предосторожности

14.1 Не допускайте воздействия на тумбу агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).

14.2 Не проводите по поверхности острыми и не ударяйте тяжелыми и твердыми предметами.

14.3 При базировании изделия на полу должна быть обеспечена его устойчивость от опрокидывания, перекосов и раскачивания.

15 Побочные эффекты

15.1 Возможна аллергическая реакция на составляющие материалы изделия и-или его компоненты.

16 Сроки службы, хранения. Гарантии изготовителя

16.1 Срок службы – 5 лет. Предельное состояние - состояние, при котором восстановление тумбы невозможно или экономически нецелесообразно.

16.2 Тумба в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70.

16.3 Гарантийный срок хранения – 1 год.

16.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям нормативно-технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

16.5 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отправки потребителю.

17 Упаковка

17.1 Изделие должно упаковываться в разовую тару из гофрированного картона в соответствии с документацией, разработанной предприятием-изготовителем, и обеспечивающую его защиту от воздействия механических и климатических факторов при транспортировании и хранении.

17.2 По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделия при транспортировке.

17.3 В транспортную упаковку вместе с изделием должен быть вложен паспорт и руководство по эксплуатации.

18 Транспортирование и хранение

18.1 Транспортировать изделия следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

18.2 Условия транспортирования изделий крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

18.3 Изделия должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

19 Утилизация

19.1 Изделия, непригодные для дальнейшей эксплуатации, должны утилизироваться в следующей последовательности: открыть столешницу и колеса. Металлический корпус утилизировать как металлолом. Столешницу утилизировать как пластик.

20 Свидетельство о приемке

Тумба медицинская ТМп-01-3

_____ зав. номер

изготовлена и принята в соответствии с требованиями технических условий ТУ 9452-033-04535146-2012, действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.

Адрес изготовителя: Россия, 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 51,

Открытое акционерное общество «Производственное предприятие «Оптимех»

(ОАО «Оптимех»)

Т/ф: 8 (8172) 27-02-42, 27-42-02

Начальник ОТК

_____ подпись

_____ расшифровка

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ лист/ листов
Генеральный директор ОАО «Оптимех»
_____ А.Н. Лешуков
« 20 » 2022 года



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ОАО «Оптимех»

А.Н. Лешуков

2023 г.



**Руководство по эксплуатации
«Тумба медицинская СМ 1-1Т
по ТУ 9452-033-04535146-2012»**

Главный инженер

А.Н. Корюкин

« 12 » 05 2023 г.

Начальник техотдела

О.А. Кознов

« 12 » 05 2023 г.

Настоящее руководство распространяется на тумбу медицинскую СМ 1-1Т (далее – тумба).

1 Описание изделия

Тумба металлическая со столешницей из ДСП с пластиком, четырьмя выдвижными ящиками (верхний – с замком). Тумба установлена на четыре колеса диаметром 50мм.

2 Основные технические данные

Наименование параметра	Значение параметра
1 Габаритные размеры, мм:	
- длина	370
- ширина	490
- высота	645
2 Масса, кг, не более	11,5
3 Конструктивные элементы:	
- ящик выдвижной, шт.	4
- колесо мебельное, шт.	4
- ключи, шт.	2
4 Равномерно распределенная нагрузка на столешницу, кг	10,0

3 Комплект поставки

- Тумба – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Колесо мебельное – 4 шт.
- Ключи – 2 шт.
- Паспорт – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4 Назначение медицинского изделия

4.1 Предназначена для размещения и хранения медикаментов и прочих изделий медицинского назначения в процедурных, врачебных, офтальмологических, стоматологических и аптечных помещениях..

5 Область применения

5.1 Применяется в лечебно-профилактических учреждениях, диспансерах, диагностических центрах.

6 Условия эксплуатации

6.1 Тумбы должны эксплуатироваться в сухих помещениях при температуре + 10°÷35°С. Относительная влажность окружающего воздуха не должна превышать 80%.

7 Показания к применению

7.1 Необходимость размещения и хранения медикаментов и прочих изделий медицинского назначения.

8 Противопоказания к применению

8.1 Использование медицинского изделия не по назначению.

9 Подготовка к работе

9.1 Тумба поставляется в собранном виде. Распакуйте и осмотрите ее состояние после транспортировки. Проверьте комплект поставки.

9.2 Установите ручки в рабочее состояние (для исключения повреждений при транспортировке установлены внутрь ящиков).

9.3 Вкрутите колеса в основание тумбы. Проверьте и при необходимости подтяните резьбовые соединения направляющих ящиков. Проверьте работу замка.

9.4 Выполните дезинфекцию наружных поверхностей 1% раствором хлорамина.

10 Меры безопасности

10.1 Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

11 Противопоказания

11.1 Не используйте изделие не по назначению.

12 Очистка и дезинфекция

12.1 По мере загрязнения тумбы произвести ее очистку с помощью влажной салфетки, затем протереть насухо.

12.2 В течение всего срока службы обязательно производите периодическую дезинфекцию. Сроки очередной дезинфекции определяются согласно правилам, установленным в лечебно-профилактическом учреждении.

12.3 Дезинфекцию всех наружных поверхностей проводить химическим методом путем протирания салфеткой, смоченной в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или в 1% растворе хлорамина по МУ 287-113.

13 Техническое обслуживание и ремонт

13.1 Не реже одного раза в год оси колес смазывать смазкой ЦИАТИМ 203 ГОСТ 8733, проверять затяжку резьбовых соединений.

13.2 Ремонту изделие не подлежит.

14 Меры предосторожности

14.1 Не допускайте воздействия на тумбу агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).

14.2 Не проводите по поверхности острыми и не ударяйте тяжелыми и твердыми предметами.

14.3 При базировании изделия на полу должна быть обеспечена его устойчивость от опрокидывания, перекосов и раскачивания.

15 Побочные эффекты

15.1 Возможна аллергическая реакция на составляющие материалы изделия и-или его компоненты.

16 Сроки службы, хранения. Гарантии изготовителя

16.1 Срок службы – 5 лет. Предельное состояние - состояние, при котором восстановление тумбы невозможно или экономически нецелесообразно.

16.2 Тумба в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70.

16.3 Гарантийный срок хранения – 1 год.

16.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям нормативно-технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

16.5 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отправки потребителю.

17 Упаковка

17.1 Изделие должно упаковываться в разовую тару из гофрированного картона в соответствии с документацией, разработанной предприятием-изготовителем, и обеспечивающую его защиту от воздействия механических и климатических факторов при транспортировании и хранении.

17.2 По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделия при транспортировке.

17.3 В транспортную упаковку вместе с изделием должен быть вложен паспорт и руководство по эксплуатации.

18 Транспортирование и хранение

18.1 Транспортировать изделия следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

18.2 Условия транспортирования изделий крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

18.3 Изделия должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

19 Утилизация

19.1 Изделия, непригодные для дальнейшей эксплуатации, должны утилизироваться в следующей последовательности: открутить столешницу и колеса. Металлический корпус утилизировать как металлолом. Столешницу утилизировать как пластик.

20 Свидетельство о приемке

Тумба медицинская СМ 1-1Т

_____ зав. номер

изготовлена и принята в соответствии с требованиями технических условий ТУ 9452-033-04535146-2012, действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.

Адрес изготовителя: Россия, 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 51,

Открытое акционерное общество «Производственное предприятие «Оптимех»

(ОАО «Оптимех»)

Т/ф: 8 (8172) 27-02-42, 27-42-02

Начальник ОТК _____

подпись

М.П.

_____ расшифровка

«__» _____ 20__ г.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ лист/ листов

Генеральный директор ОАО «Оптимех»

_____ А.Н. Лешуков
« 05 » 2023 года



Тумба медицинская ТМп-01

Паспорт

Настоящий паспорт распространяется на тумбу медицинскую ТМп-01, предназначенную для размещения и хранения медикаментов и прочих изделий медицинского назначения в процедурных, врачебных, офтальмологических, стоматологических и аптечных помещениях.

1 Основные технические данные

Наименование параметра	Значение параметра
1 Габаритные размеры, мм:	
- длина	440
- ширина	440
- высота	820
2 Масса, кг, не более	13,5
3 Конструктивные элементы:	
- полка металлическая, шт.	1
4 Равномерно распределенная нагрузка на полку, кг	5
5 Равномерно распределенная нагрузка на столешницу, кг	10,0

2 Комплект поставки

1. Тумба – 1 шт.
2. Упаковка -1 шт.
3. Паспорт – 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

3 Подготовка к работе.

Тумба поставляется в собранном виде. Распакуйте и осмотрите ее состояние после транспортировки.

Проверьте комплект поставки.

Выполните дезинфекцию наружных и внутренних поверхностей 1% раствором хлорамина.

4 Техническое обслуживание

Техническому обслуживанию изделие не подлежит.

5 Срок службы, хранения. Гарантии изготовителя

Срок службы – 5 лет. Предельное состояние – состояние, при котором восстановление тумбы невозможно или экономически нецелесообразно.

Тумба в упаковке предприятия – изготовителя должна храниться на складе в условиях хранения 2 ГОСТ 15150. Срок хранения – 1 год.

Изготовитель гарантирует соответствие тумбы требованиям нормативно-технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отправки потребителю.

6 Утилизация

Изделия, непригодные для дальнейшей эксплуатации, должны утилизироваться в следующей последовательности: открутить столешницу. Металлический корпус утилизировать как металлолом. Столешницу утилизировать как пластик.

7 Свидетельство о приемке

Тумба медицинская ТМп-01

зав. номер

изготовлена и принята в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной к эксплуатации.

Адрес изготовителя: Россия, 160014, г.Вологда, ул. Саммера, 51,
ОАО «Оптимех» т/ф 8 (8172) 28-38-69

Начальник ОТК

подпись

расшифровка

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Тумба медицинская ТМп-01-1

Паспорт

Настоящий паспорт распространяется на тумбу медицинскую ТМп-01-1, предназначенную для размещения и хранения медикаментов и прочих изделий медицинского назначения в процедурных, врачебных, офтальмологических, стоматологических и аптечных помещениях.

1 Основные технические данные

Наименование параметра	Значение параметра
1 Габаритные размеры, мм:	
- длина	370
- ширина	370
- высота	800
2 Масса, кг, не более	13,0
3 Конструктивные элементы:	
- полка металлическая, шт.	1
- ящик выдвижной, шт.	1
- колесо мебельное, шт.	4
4 Равномерно распределенная нагрузка на полку, кг	5
5 Равномерно распределенная нагрузка на столешницу, кг	10,0

2 Комплект поставки

1. Тумба – 1 шт.
2. Упаковка – 1 шт.
3. Колесо мебельное – 4 шт.
4. Паспорт – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

3 Подготовка к работе.

Тумба поставляется в собранном виде. Распакуйте и осмотрите ее состояние после транспортировки.

Проверьте комплект поставки.

Установите ручку ящика в рабочее состояние (для исключения повреждений при транспортировке она установлена внутрь ящика).

Вкрутите колеса в основание тумбы. Проверьте и при необходимости подтяните резьбовые соединения направляющих ящиков.

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ных и внутренних поверхностей 1% раствором хлорамина.

4 Техническое обслуживание

Не реже одного раза в год оси колес смазать смазкой ЦИАТИМ 203 ГОСТ 8733, проверять затяжку резьбовых соединений.

5 Срок службы, хранения. Гарантии изготовителя

Срок службы – 5 лет. Предельное состояние – состояние, при котором восстановление тумбы невозможно или экономически нецелесообразно.

Тумба в упаковке предприятия – изготовителя должна храниться на складе в условиях хранения 2 ГОСТ 15150. Срок хранения – 1 год.

Изготовитель гарантирует соответствие тумбы требованиям нормативно-технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отправки потребителю.

6 Утилизация

Изделия, непригодные для дальнейшей эксплуатации, должны утилизироваться в следующей последовательности: открутить столешницу и колеса. Металлический корпус утилизировать как металлолом. Столешницу утилизировать как пластик.

7 Свидетельство о приемке

Тумба медицинская ТМп-01-1

зав. номер

изготовлена и принята в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной к эксплуатации

Адрес изготовителя: Россия, 160014, г.Вологда, ул. Саммера, 51,
ОАО «Оптимех» т/ф 8 (8172) 28-38-69

Начальник ОТК

подпись

расшифровка

М.П.

«_____» _____ 20__ г.

Тумба медицинская ТМп-01-2

Паспорт

Настоящий паспорт распространяется на тумбу медицинскую ТМп-01-2, предназначенную для размещения и хранения медикаментов и прочих изделий медицинского назначения в процедурных, врачебных, офтальмологических, стоматологических и аптечных помещениях.

1 Основные технические данные

Наименование параметра	Значение параметра
1 Габаритные размеры, мм:	
- длина	440
- ширина	440
- высота	810
2 Масса, кг, не более	12,0
3 Конструктивные элементы:	
- полка металлическая, шт.	1
- ящик выдвижной, шт.	2
- колесо мебельное, шт.	4
4 Равномерно распределенная нагрузка на полку, кг	5
5 Равномерно распределенная нагрузка на столешницу, кг	10,0

2 Комплект поставки

1. Тумба – 1 шт.
2. Упаковка – 1 шт.
3. Колесо мебельное – 4 шт.
4. Паспорт – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

3 Подготовка к работе.

Тумба поставляется в собранном виде. Распакуйте и осмотрите ее состояние после транспортировки.

Проверьте комплект поставки.

Установите ручки ящиков в рабочее состояние (для исключения повреждений при транспортировке они установлены внутрь ящиков).

Вкрутите колеса в основание тумбы. Проверьте и при необходимости подтяните резьбовые соединения направляющих ящиков.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ных и внутренних поверхностей 1% раствором хлорамина.

4 Техническое обслуживание

Не реже одного раза в год оси колес смазать смазкой ЦИАТИМ 203 ГОСТ 8733, проверять затяжку резьбовых соединений.

5 Срок службы, хранения. Гарантии изготовителя

Срок службы – 5 лет. Предельное состояние – состояние, при котором восстановление тумбы невозможно или экономически нецелесообразно.

Тумба в упаковке предприятия – изготовителя должна храниться на складе в условиях хранения 2 ГОСТ 15150. Срок хранения – 1 год.

Изготовитель гарантирует соответствие тумбы требованиям нормативно-технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отправки потребителю.

6 Утилизация

Изделия, непригодные для дальнейшей эксплуатации, должны утилизироваться в следующей последовательности: открутить столешницу и колеса. Металлический корпус утилизировать как металлолом. Столешницу утилизировать как пластик.

7 Свидетельство о приемке

Тумба медицинская ТМп-01-2

зав. номер

изготовлена и принята в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной к эксплуатации.

Адрес изготовителя: Россия, 160014, г.Вологда, ул. Саммера, 51,
ОАО «Оптимех» т/ф 8 (8172) 28-38-69

Начальник ОТК

подпись

расшифровка

М.П.

«_____» _____ 20__ г.

Тумба медицинская ТМп-01-3

Паспорт

Настоящий паспорт распространяется на тумбу медицинскую ТМп-01-3, предназначенную для размещения и хранения медикаментов и прочих изделий медицинского назначения в процедурных, врачебных, офтальмологических, стоматологических и аптечных помещениях.

1 Основные технические данные

Наименование параметра	Значение параметра
1 Габаритные размеры, мм:	
- длина	440
- ширина	440
- высота	810
2 Масса, кг, не более	15,0
3 Конструктивные элементы:	
- полка металлическая, шт.	1
- ящик выдвижной, шт.	1
- колесо мебельное, шт.	4
4 Равномерно распределенная нагрузка на полку, кг	5
5 Равномерно распределенная нагрузка на столешницу, кг	10,0

2 Комплект поставки

1. Тумба – 1 шт.
2. Упаковка – 1 шт.
3. Колесо мебельное – 4 шт.
4. Паспорт – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

3 Подготовка к работе.

Тумба поставляется в собранном виде. Распакуйте и осмотрите ее состояние после транспортировки.

Проверьте комплект поставки.

Установите ручку ящика в рабочее состояние (для исключения повреждений при транспортировке она установлена внутрь ящика).

Вкрутите колеса в основание тумбы. Проверьте и при необходимости подтяните резьбовые соединения направляющих ящиков.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ных и внутренних поверхностей 1% раствором хлорамина.

4 Техническое обслуживание

Не реже одного раза в год оси колес смазать смазкой ЦИАТИМ 203 ГОСТ 8733, проверять затяжку резьбовых соединений.

5 Срок службы, хранения. Гарантии изготовителя

Срок службы – 5 лет. Предельное состояние – состояние, при котором восстановление тумбы невозможно или экономически нецелесообразно.

Тумба в упаковке предприятия – изготовителя должна храниться на складе в условиях хранения 2 ГОСТ 15150. Срок хранения – 1 год.

Изготовитель гарантирует соответствие тумбы требованиям нормативно-технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отправки потребителю.

6 Утилизация

Изделия, непригодные для дальнейшей эксплуатации, должны утилизироваться в следующей последовательности: открутить столешницу и колеса. Металлический корпус утилизировать как металлолом. Столешницу утилизировать как пластик.

7 Свидетельство о приемке

Тумба медицинская ТМп-01-3

зав. номер

изготовлена и принята в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной к эксплуатации.

Адрес изготовителя: Россия, 160014, г.Вологда, ул. Саммера, 51,
ОАО «Оптимех» т/ф 8 (8172) 28-38-69

Начальник ОТК

подпись

расшифровка

М.П.

«_____» _____ 20__ г.

Тумба медицинская СМ 1-1Т

Паспорт

Настоящий паспорт распространяется на тумбу медицинскую СМ 1-1Т, предназначенную для размещения и хранения медикаментов и прочих изделий медицинского назначения в процедурных, врачебных, офтальмологических, стоматологических и аптечных помещениях.

1 Основные технические данные

Наименование параметра	Значение параметра
1 Габаритные размеры, мм:	
- длина	370
- ширина	490
- высота	645
2 Масса, кг, не более	11,5
3 Конструктивные элементы:	
- ящик выдвижной, шт.	4
- колесо мебельное, шт.	4
- ключи, шт.	2
4 Равномерно распределенная нагрузка на столешницу, кг	10,0

2 Комплект поставки

1. Тумба – 1 шт.
2. Упаковка – 1 шт.
3. Колесо мебельное – 4 шт.
4. Ключи – 2 шт.
5. Паспорт – 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

3 Подготовка к работе.

Тумба поставляется в собранном виде. Распакуйте и осмотрите ее состояние после транспортировки.

Проверьте комплект поставки.

Установите ручки ящиков в рабочее состояние (для исключения повреждений при транспортировке они установлены внутрь ящиков).

Проверьте работу замка.

Вкрутите колеса в основание тумбы. Проверьте и при необходимости подтяните резьбовые соединения направляющих ящиков.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ных и внутренних поверхностей 1% раствором хлорамина.

4 Техническое обслуживание

Не реже одного раза в год оси колес смазать смазкой ЦИАТИМ 203 ГОСТ 8733, проверять затяжку резьбовых соединений.

5 Срок службы, хранения. Гарантии изготовителя

Срок службы – 5 лет. Предельное состояние – состояние, при котором восстановление тумбы невозможно или экономически нецелесообразно.

Тумба в упаковке предприятия – изготовителя должна храниться на складе в условиях хранения 2 ГОСТ 15150. Срок хранения – 1 год.

Изготовитель гарантирует соответствие тумбы требованиям нормативно-технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отправки потребителю.

6 Утилизация

Изделия, непригодные для дальнейшей эксплуатации, должны утилизироваться в следующей последовательности: открутить столешницу и колеса. Металлический корпус утилизировать как металлолом. Столешницу утилизировать как пластик.

7 Свидетельство о приемке

Тумба медицинская СМ 1-1Т

зав. номер

изготовлена и принята в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной к эксплуатации.

Адрес изготовителя: Россия, 160014, г.Вологда, ул. Саммера, 51,
ОАО «Оптимех» т/ф 8 (8172) 28-38-69

Начальник ОТК

подпись

расшифровка

М.П.

«_____» _____ 20__ г.