



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

**Набор двойной к аппарату ультрафиолетового облучения компонентов крови для
инактивации патогенов модели «Mirasol PRT System»,
производства «Терумо БСТ Инк.» (Terumo BCT Inc.), США**



1. Набор двойной для обработки тромбоцитов в добавочном растворе в составе: 1. Мешок объемом 35,0 мл с раствором 500 мкМ рибофлавина в 0,9% натрия хлорида. 2. Мешок для хранения тромбоцитов в добавочном растворе (1 шт.). 3. Мешок для хранения и облучения (обработки) тромбоцитов в добавочном растворе (1 шт.)



2. Набор двойной для обработки тромбоцитов в плазме в составе: 1. Мешок объемом 35,0 мл с раствором 500 мкМ рибофлавина в 0,9% натрия хлорида. 2. Мешок для хранения тромбоцитов в плазме (1 шт.) 3 Мешок для хранения и облучения (обработки) тромбоцитов в плазме (1 шт.).

Набор двойной для обработки тромбоцитов в добавочном растворе

Набор двойной для обработки тромбоцитов в добавочном растворе

Solution Стерильно, апирогенно, нетоксично.

Состав:

1. Мешок объемом 35,0 мл с раствором 500 мкМ рибофлавина в 0,9% натрия хлорида.
2. Мешок для хранения тромбоцитов в добавочном растворе (1 шт.).
3. Мешок для хранения и облучения (обработки) тромбоцитов в добавочном растворе (1 шт.)

Объем мешка: 600 мл. Масса Рибофлавина: 6,58 мг.

См. серию/номер партии, дату истечения срока годности (или дату изготовления, срок годности) на упаковке. Не использовать при видимых следах повреждений. Информацию по использованию см. в инструкции. См. условия хранения на упаковке.

Производитель: Terumo BCT, Inc. 10811 West Collins Ave. Lakewood, Colorado 80215, США

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Терумо Рус», 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, эт/пом/ком 13/1/5, тел. 8 (495) 988 47 40.

Регистрационное удостоверение № от

Набор двойной для обработки тромбоцитов в плазме

Состав:

1. Мешок объемом 35,0 мл с раствором 500 мкМ рибофлавина в 0,9% натрия хлорида.
2. Мешок для хранения тромбоцитов в плазме (1 шт.).
3. Мешок для хранения и облучения (обработки) тромбоцитов в плазме (1 шт.).

Объем мешка: 600 мл. Масса Рибофлавина: 6,58 мг.

См. серию/номер партии, дату истечения срока годности (или дату изготовления, срок годности) на упаковке. Не использовать при видимых следах повреждений. Информацию по использованию см. в инструкции. См. условия хранения на упаковке.

Производитель: Terumo BCT, Inc. 10811 West Collins Ave. Lakewood, Colorado 80215, США

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Терумо Рус», 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, эт/пом/ком 13/1/5, тел. 8 (495) 988 47 40.

Регистрационное удостоверение № от

Проект маркировки на русском языке для транспортной упаковки

	Набор двойной к аппарату ультрафиолетового облучения компонентов крови для инактивации патогенов модели «Mirasol PRT System» Набор двойной для обработки тромбоцитов в добавочном растворе
	Производитель: Terumo BCT, Inc. 10811 West Collins Ave. Lakewood, Colorado 80215, США
	Сделано в США.
	Организация, уполномоченная принимать претензии на территории РФ: ООО «Терумо Рус», 123112, г. Москва, ул.Тестовская, дом 10, эт./пом./ком. 13/1/5. Тел. +7-495-988-47-40.
	Регистрационное Удостоверение №_____ от
	Условия транспортировки и хранения: Не допускать замораживания. Избегать перегрева.

	Набор двойной к аппарату ультрафиолетового облучения компонентов крови для инактивации патогенов модели «Mirasol PRT System» Набор двойной для обработки тромбоцитов в плазме
	Производитель: Terumo BCT, Inc. 10811 West Collins Ave. Lakewood, Colorado 80215, США
	Сделано в США.
	Организация, уполномоченная принимать претензии на территории РФ: ООО «Терумо Рус», 123112, г. Москва, ул.Тестовская, дом 10, эт./пом./ком. 13/1/5. Тел. +7-495-988-47-40.
	Регистрационное Удостоверение №_____ от
	Условия транспортировки и хранения: Не допускать замораживания. Избегать перегрева.

Всего пронумеровано, сшито и скреплено печатью и
подписью 5 листа(ов)

Генеральный директор

ООО «Терумо Рус»

Минору Уэно

