



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО НПФ «Литех»

А.Ю. Наумов

10 2022 г.

ООО НПФ «Литех»

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот

из биологического материала

НК-магнит

ТУ 21.20.23-234-17253567- 2022

НК-магнит. Вариант исполнения «Base 32»

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

Внутренняя сторона упаковки

Заклейка

0234-32	ООО НПФ "Литех"
119435 г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 3	
Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из биологического материала	
НК-магнит	
Base 32	
ТУ 21.20.23-234-17253567- 2022 РЗН	
Для профессионального применения ~	
Обратитесь к инструкции по применению на www.lytech.ru	
Хранить при +2...+30°C	Серия: 01/34/22
Транспортировать при +2...+30°C	Годен до: 26.10.23
Только для in vitro диагностики	

Состав набора	
1. Раствор L2.....	18 мл
2. Раствор N.....	0,5 мл
3. Раствор W1.....	35 мл
4. Раствор W2.....	18 мл
5. Раствор E.....	7 мл
6. Сорбент.....	0,5 мл
7. ЭВК.....	0,2 мл

Серия: 01/34/22
Годен до: 26.10.23

ООО НПФ "Литех"

Набор реагентов НК-магнит

Серия: 01/34/22
Дата изготовления: 26.10.22
Годен до: 26.10.23

Маркировка внутренней упаковки

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 32
Раствор L2	18 мл
Серия: 01/34/22	
Годен до: 26.10.23	
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 32
Раствор N	0,5 мл
Серия: 01/34/22	
Годен до: 26.10.23	
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 32
Раствор W1	35 мл
Серия: 01/34/22	
Годен до: 26.10.23	
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 32
Раствор W2	18 мл
Серия: 01/34/22	
Годен до: 26.10.23	
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 32
Раствор E	7 мл
Серия: 01/34/22	
Годен до: 26.10.23	
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 32
Сорбент	0,5 мл
Серия: 01/34/22	
Годен до: 26.10.23	
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 32
ЭВК	0,2 мл
Серия: 01/34/22	
Годен до: 26.10.23	
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

Внутренняя сторона упаковки

Заклейка

0234-96	ООО НПФ "Литех"
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 3	
Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из биологического материала	
НК-магнит	
Base 96	
ТУ 21 20.23-234-17263667- 2022 РЗН	
Для профессионального применения	
Обратитесь к инструкции по применению на www.lytech.ru	
Хранить при +2...+30°C	Серия: 01/34/22
Транспортировать при +2...+30°C	Годен до: 26.10.23
Только для in vitro диагностики	

Состав набора	
1. Раствор L2	50 мл
2. Раствор N	1,3 мл
3. Раствор W1	110 мл
4. Раствор W2	50 мл
5. Раствор E	20 мл
6. Сорбент	1,3 мл
7. ЭВК	0,5 мл
Серия: 01/34/22	
Годен до: 26.10.23	

ООО НПФ "Литех"

Набор реагентов НК-магнит

Серия: 01/34/22
Дата изготовления: 26.10.22
Годен до: 26.10.23

Маркировка внутренней упаковки

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 96
Раствор L2	
50 мл	
Серия: 01/34/22	
Годен до: 26.10.23	
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 96
Раствор N	
1,3 мл	
Серия: 01/34/22	
Годен до: 26.10.23	
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 96
Раствор W1	
110 мл	
Серия: 01/34/22	
Годен до: 26.10.23	
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 96
Раствор W2	
50 мл	
Серия: 01/34/22	
Годен до: 26.10.23	
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 96
Раствор E	
20 мл	
Серия: 01/34/22	
Годен до: 26.10.23	
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 96
Сорбент	
1,3 мл	
Серия: 01/34/22	
Годен до: 26.10.23	
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 96
ЭВК	
0,5 мл	
Серия: 01/34/22	
Годен до: 26.10.23	
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

0234-1-32	ООО НПФ "Литех"
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 3	
Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из биологического материала	
НК-магнит	
Spots 32	
ТУ 21.20.23-234-17253667-2022 РЭН	
Для профессионального применения	
Обратитесь к инструкции по применению на www.lytech.ru	
Хранить при +2...+30°C	Серия: 01/34-1/22
Транспортировать при +2...+30°C	Годен до: 26.10.23
Только для in vitro диагностики	

Внутренняя сторона упаковки

Состав набора	
1. НК-магнит «Base 32».....	1 шт.
2. Комплект для предобработки сухих пятен крови.....	1 шт.
Серия: 01/34-1/22	
Годен до: 26.10.23	

Заклейка

ООО НПФ "Литех"
НК-магнит
Серия: 01/34-1/22
Дата изготовления: 26.10.22
Годен до: 26.10.23

Маркировка внутренней упаковки

0234-1-32	ООО НПФ "Литех"
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 3	
Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из биологического материала	
НК-магнит	
Base 32	
ТУ 21.20.23-234-17253667-2022 РЭН	
Для профессионального применения	
Обратитесь к инструкции по применению на www.lytech.ru	
Хранить при +2...+30°C	Серия: 01/34-1/22
Транспортировать при +2...+30°C	Годен до: 26.10.23
Только для in vitro диагностики	

Состав набора	
1. Раствор L2.....	18 мл
2. Раствор N.....	0,5 мл
3. Раствор W1.....	35 мл
4. Раствор W2.....	18 мл
5. Раствор E.....	7 мл
6. Сорбент.....	0,5 мл
7. ЭВК.....	0,2 мл
Серия: 01/34-1/22	
Годен до: 26.10.23	

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 32
Раствор L2	18 мл
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 32
Раствор N	0,5 мл
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 32
Раствор W1	35 мл
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 32
Раствор W2	18 мл
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 32
Раствор E	7 мл
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 32
Сорбент	0,5 мл
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 32
ЭВК	0,2 мл
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	Только для in vitro диагностики

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ "Литех"
Комплект для предобработки сухих пятен крови
НК-магнит «Spots 32»
Хранить при +2...+30°C
Только для in vitro диагностики

Состав комплекта для предобработки сухих пятен крови	
1. Раствор DB.....	7 мл
Серия: 01/34-1/22	
Годен до: 26.10.23	

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Spots 32
Раствор DB	7 мл
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	Только для in vitro диагностики

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

0234-1-96		ООО НПФ "Литех"	
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 3			
Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из биологического материала			
НК-магнит			
Spots 96			
ТУ 21 20.23-234-17253587- 2022 РЗН			
Для профессионального применения			
Обратитесь к инструкции по применению на www.lytech.ru			
Хранить при +2...+30°C		Серия: 01/34-1/22	
Транспортировать при +2...+30°C		Годен до: 26.10.23	
Только для in vitro диагностики			

Внутренняя сторона упаковки

Состав набора	
1. НК-магнит «Base 96».....	1 шт.
2. Комплект для предобработки сухих пятен крови.....	1 шт.
Серия: 01/34-1/22	
Годен до: 26.10.23	

Заклейка

ООО НПФ "Литех"
НК-магнит
Серия: 01/34-1/22
Дата изготовления: 26.10.22
Годен до: 26.10.23

Маркировка внутренней упаковки

0234-1-96		ООО НПФ "Литех"	
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 3			
Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из биологического материала			
НК-магнит			
Base 96			
ТУ 21 20.23-234-17253587- 2022 РЗН			
Для профессионального применения			
Обратитесь к инструкции по применению на www.lytech.ru			
Хранить при +2...+30°C		Серия: 01/34-1/22	
Транспортировать при +2...+30°C		Годен до: 26.10.23	
Только для in vitro диагностики			

Состав набора	
1. Раствор L2.....	50 мл
2. Раствор N.....	1,3 мл
3. Раствор W1.....	110 мл
4. Раствор W2.....	50 мл
5. Раствор E.....	20 мл
6. Сорбент.....	1,3 мл
7. ЭВК.....	0,5 мл
Серия: 01/34-1/22	
Годен до: 26.10.23	

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 96
Раствор L2 50 мл	
Серия: 01/34-1/22 Годен до: 26.10.23	
Хранить при +2...+30°C Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 96
Раствор N 1,3 мл	
Серия: 01/34-1/22 Годен до: 26.10.23	
Хранить при +2...+30°C Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 96
Раствор W1 110 мл	
Серия: 01/34-1/22 Годен до: 26.10.23	
Хранить при +2...+30°C Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 96
Раствор W2 50 мл	
Серия: 01/34-1/22 Годен до: 26.10.23	
Хранить при +2...+30°C Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 96
Раствор E 20 мл	
Серия: 01/34-1/22 Годен до: 26.10.23	
Хранить при +2...+30°C Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 96
Сорбент 1,3 мл	
Серия: 01/34-1/22 Годен до: 26.10.23	
Хранить при +2...+30°C Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Base 96
ЭВК 0,5 мл	
Серия: 01/34-1/22 Годен до: 26.10.23	
Хранить при +2...+30°C Только для in vitro диагностики	

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ "Литех"
Комплект для предобработки сухих пятен крови
НК-магнит «Spots 96»
Хранить при +2...+30°C
Только для in vitro диагностики

Состав комплекта для предобработки сухих пятен крови

1. Раствор DB.....	22 мл
Серия: 01/34-1/22	
Годен до: 26.10.23	

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех"	НК-магнит Spots 96
Раствор DB 22 мл	
Серия: 01/34-1/22 Годен до: 26.10.23	
Хранить при +2...+30°C Только для in vitro диагностики	



БОЛЕЕ 30 ЛЕТ
В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ

ООО НПФ "Литех"
ИНН 7704076658 ОГРН 1027700177911
119435, Москва,
ул. М.Пироговская, д.1 стр.3
+7 495 258 39 47 lytech.ru info@lytech.ru

Образец маркировки групповой упаковки

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот
из биологического материала
НК-магнит

Base 32

Номер серии 01/34/22

Дата изготовления 26.10.22

Годен до 26.10.23

Число единиц потребительской упаковки _____

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____

Условия хранения:

Набор реагентов **НК-магнит Base 32** должен храниться при температуре +2...+30°C в течение всего срока годности. Срок годности набора – 12 месяцев.

Условия транспортировки:

Набор реагентов **НК-магнит Base 32** рекомендуется транспортировать при температуре хранения. Условия транспортирования набора должны соответствовать условиям хранения! Не допускается замораживание реагентов.

Копия на 5 листах верна.



Директор ООО НПФ «Литех»

Наумов А.Ю.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО НПФ «Литех»

А.Ю. Наумов

10 2022 г.

ООО НПФ «Литех»

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот
из биологического материала

НК-магнит

ТУ 21.20.23-234-17253567- 2022

НК-магнит. Вариант исполнения «Base 32»

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

Внутренняя сторона упаковки

Заклейка

0234-32	ООО НПФ "Литех"
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 3	
Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из биологического материала	
НК-магнит	
Base 32	
ТУ 21.20.23-234-17253567- 2022 РЭН	
Для профессионального применения	
Обратитесь к инструкции по применению на www.litex.ru	
Хранить при +2...+30°C	Серия: 01/34/22
Транспортировать при +2...+30°C	Годен до: 26.10.23
Только для in vitro диагностики	

Состав набора	
1. Раствор L2.....	18 мл
2. Раствор N.....	0,5 мл
3. Раствор W1.....	35 мл
4. Раствор W2.....	18 мл
5. Раствор E.....	7 мл
6. Сорбент.....	0,5 мл
7. ЭВК.....	0,2 мл
Серия: 01/34/22	
Годен до: 26.10.23	

ООО НПФ "Литех"

Набор реагентов НК-магнит

Серия: 01/34/22
Дата изготовления: 26.10.22
Годен до: 26.10.23

Маркировка внутренней упаковки

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех"
Раствор L2
18 мл
Серия: 01/34/22
Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
Раствор N
0,5 мл
Серия: 01/34/22
Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
Раствор W1
35 мл
Серия: 01/34/22
Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
Раствор W2
18 мл
Серия: 01/34/22
Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
Раствор E
7 мл
Серия: 01/34/22
Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
Сорбент
0,5 мл
Серия: 01/34/22
Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
ЭВК
0,2 мл
Серия: 01/34/22
Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C
Только для in vitro диагностики

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

Внутренняя сторона упаковки

Заклейка

0234-96		ООО НПФ "Литех"	
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 3			
Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из биологического материала			
НК-магнит			
Base 96			
ТУ 21.20.23-234-17253567- 2022 РЗН			
Для профессионального применения			
Обратитесь к инструкции по применению на www.lytech.ru			
Хранить при +2...+30°C		Серия: 01/34/22	
Транспортировать при +2...+30°C		Годен до: 26.10.23	
Только для in vitro диагностики			

Состав набора	
1. Раствор L2.....	50 мл
2. Раствор N.....	1,3 мл
3. Раствор W1.....	110 мл
4. Раствор W2.....	50 мл
5. Раствор E.....	20 мл
6. Сорбент.....	1,3 мл
7. ЭВК.....	0,5 мл

Серия: 01/34/22
Годен до: 26.10.23

ООО НПФ "Литех"

Набор реагентов НК-магнит

Серия: 01/34/22
Дата изготовления: 26.10.22
Годен до: 26.10.23

Маркировка внутренней упаковки

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех"	
Раствор L2	
50 мл	
Серия: 01/34/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	
Раствор N	
1,3 мл	
Серия: 01/34/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	
Раствор W1	
110 мл	
Серия: 01/34/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	
Раствор W2	
50 мл	
Серия: 01/34/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	
Раствор E	
20 мл	
Серия: 01/34/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	
Сорбент	
1,3 мл	
Серия: 01/34/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	
ЭВК	
0,5 мл	
Серия: 01/34/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

Внутренняя сторона упаковки

Заклейка

0234-1-32		ООО НПФ "Литех"	
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 3			
Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из биологического материала			
НК-магнит			
Spots 32			
ТУ 21.20.23-234-17253567-2022 РЭН			
Для профессионального применения			
Обратитесь к инструкции по применению на www.lytech.ru			
Хранить при +2...+30°C		Серия: 01/34-1/22	
Транспортировать при +2...+30°C		Годен до: 26.10.23	
Только для in vitro диагностики			

Состав набора

1. НК-магнит «Base 32».....1 шт.
2. Комплект для предобработки сухих пятен крови.....1 шт.

Серия: 01/34-1/22
Годен до: 26.10.23

ООО НПФ "Литех"

НК-магнит

Серия: 01/34-1/22
Дата изготовления: 26.10.22
Годен до: 26.10.23

Маркировка внутренней упаковки

0234-1-32		ООО НПФ "Литех"	
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 3			
Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из биологического материала			
НК-магнит			
Base 32			
ТУ 21.20.23-234-17253567-2022 РЭН			
Для профессионального применения			
Обратитесь к инструкции по применению на www.lytech.ru			
Хранить при +2...+30°C		Серия: 01/34-1/22	
Транспортировать при +2...+30°C		Годен до: 26.10.23	
Только для in vitro диагностики			

Состав набора

1. Раствор L2.....18 мл
2. Раствор N.....0,5 мл
3. Раствор W1.....35 мл
4. Раствор W2.....18 мл
5. Раствор E.....7 мл
6. Сорбент.....0,5 мл
7. ЭВК.....0,2 мл

Серия: 01/34-1/22
Годен до: 26.10.23

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех"	
Раствор L2	
18 мл	
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	
Раствор N	
0,5 мл	
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	
Раствор W1	
35 мл	
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	
Раствор W2	
18 мл	
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	
Раствор E	
7 мл	
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	
Сорбент	
0,5 мл	
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	
ЭВК	
0,2 мл	
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ "Литех"	
Комплект для предобработки сухих пятен крови	
НК-магнит «Spots 32»	
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

Состав комплекта для предобработки сухих пятен крови

1. Раствор DB.....7 мл

Серия: 01/34-1/22
Годен до: 26.10.23

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех"	
Раствор DB	
7 мл	
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

0234-1-96		ООО НПФ «Литех»	
119435 г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 3			
Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из биологического материала			
НК-магнит			
Spots 96			
ТУ 21 20.23-234-17253567- 2022 РЗН			
Для профессионального применения			
Обратитесь к инструкции по применению на www.lytech.ru			
Хранить при +2...+30°C		Серия: 01/34-1/22	
Транспортировать при +2...+30°C		Годен до: 26.10.23	
Только для in vitro диагностики			

Внутренняя сторона упаковки

Состав набора	
1. НК-магнит «Base 96».....	1 шт.
2. Комплект для предобработки сухих пятен крови.....	1 шт.
Серия: 01/34-1/22	
Годен до: 26.10.23	

Заклейка

ООО НПФ «Литех»

НК-магнит

Серия: 01/34-1/22
Дата изготовления: 26.10.22
Годен до: 26.10.23

Маркировка внутренней упаковки

0234-1-96		ООО НПФ «Литех»	
119435 г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 3			
Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из биологического материала			
НК-магнит			
Base 96			
ТУ 21 20.23-234-17253567- 2022 РЗН			
Для профессионального применения			
Обратитесь к инструкции по применению на www.lytech.ru			
Хранить при +2...+30°C		Серия: 01/34-1/22	
Транспортировать при +2...+30°C		Годен до: 26.10.23	
Только для in vitro диагностики			

Состав набора	
1. Раствор L2.....	50 мл
2. Раствор N.....	1,3 мл
3. Раствор W1.....	110 мл
4. Раствор W2.....	50 мл
5. Раствор E.....	20 мл
6. Сорбент.....	1,3 мл
7. ЭВК.....	0,5 мл
Серия: 01/34-1/22	
Годен до: 26.10.23	

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ «Литех»	
Раствор L2	
50 мл	
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ «Литех»	
Раствор N	
1,3 мл	
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ «Литех»	
Раствор W1	
110 мл	
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ «Литех»	
Раствор W2	
50 мл	
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ «Литех»	
Раствор E	
20 мл	
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ «Литех»	
Сорбент	
1,3 мл	
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ «Литех»	
ЭВК	
0,5 мл	
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ «Литех»	
Комплект для предобработки сухих пятен крови	
НК-магнит «Spots 96»	
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	

Состав комплекта для предобработки сухих пятен крови

1. Раствор DB.....	22 мл
Серия: 01/34-1/22	
Годен до: 26.10.23	

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ «Литех»	
Раствор DB	
22 мл	
Серия: 01/34-1/22	Годен до: 26.10.23
Хранить при +2...+30°C	
Только для in vitro диагностики	



БОЛЕЕ 30 ЛЕТ
В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ

ООО НПФ "Литех"
ИНН 7704076658 ОГРН 1027700177911
119435, Москва,
ул. М.Пироговская, д.1 стр.3
+7 495 258 39 47 lytech.ru info@lytech.ru

Образец маркировки групповой упаковки

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот
из биологического материала
НК-магнит

Base 32

Номер серии 01/34/22

Дата изготовления 26.10.22

Годен до 26.10.23

Число единиц потребительской упаковки _____

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____

Условия хранения:

Набор реагентов **НК-магнит Base 32** должен храниться при температуре +2...+30°C в течение всего срока годности. Срок годности набора – 12 месяцев.

Условия транспортировки:

Набор реагентов **НК-магнит Base 32** рекомендуется транспортировать при температуре хранения. Условия транспортирования набора должны соответствовать условиям хранения! Не допускается замораживание реагентов.



Директор ООО ИИФ «Литех»

Наумов А.Ю.




Фото 1. Набор реагентов НК-магнит, вариант исполнения НК-магнит «Base 32». Потребительская упаковка.




Фото 2. Набор реагентов НК-магнит, вариант исполнения НК-магнит «Base 32». Комплектность.



Фото 3. Набор реагентов НК-магнит, вариант исполнения НК-магнит «Base 32». Состав набора.



Фото 4. Набор реагентов **НК-магнит**, вариант исполнения **НК-магнит «Base 96»**. Потребительская упаковка.




Фото 5. Набор реагентов НК-магнит, вариант исполнения НК-магнит «Base 96». Комплектность.



Фото 6. Набор реагентов НК-магнит, вариант исполнения НК-магнит «Base 96». Состав набора.



Фото 7. Набор реагентов НК-магнит, вариант исполнения НК-магнит «Spots 32». Потребительская упаковка.




Фото 8. Набор реагентов НК-магнит, вариант исполнения НК-магнит «Spots 32». Комплектность.




Фото 9. Набор реагентов НК-магнит, вариант исполнения НК-магнит «Spots 32». Состав набора.



Фото 10. Набор реагентов НК-магнит, вариант исполнения НК-магнит «Spots 96». Потребительская упаковка.



ПАМЯТКА
по применению набора реагентов для выделения нуклеиновых кислот из биологического материала

НК-магнит
Варианты исполнения «Spots 32», «Spots 96»

Набор реагентов НК-магнит предназначен для выделения нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) из образцов биологического материала: человека (биологические жидкости, отделенные слизистые оболочки, секрет предстательной железы, моча, мокрота, слезная жидкость, сперма, цельная кровь, лейкоциты крови, сыворотка или плазма, отделяемое из ран, лимфатическая жидкость, слюна, экссудат, кап. смывы, мазки и соскобы с оболочек органов и тканей, сухие пятна крови), а также смывов с поверхностей и образцов культур микроорганизмов (в том числе гемокультуры) для последующего анализа полученных препаратов НК методами молекулярной диагностики с целью диагностики наследственных особенностей организма человека, патологий или инфекционных заболеваний, предполагающей анализ последовательности НК.

Набор НК-магнит представляет собой реагенты для этапа предобработки образцов с целью последующего анализа нуклеиновых кислот (НК) и является вспомогательным средством на аналитическом этапе клинических лабораторных исследований по установлению этиологии заболеваний, наследственных особенностей организма или патологий, мониторинга течения болезни и факторов риска патологий, а также проведения санитарно-эпидемиологического контроля.

Взятие и транспортировку биоматериала для анализа необходимо проводить согласно инструкции к набору.

Набор может быть использован в ручном режиме с применением магнитного штатива или с автоматизированной системой для экстракции нуклеиновых кислот (KingFisher Flex, PY № ФСЗ 2009/05562, Auto-Pure 96, PY № ПЗН 2021/14263).



Фото 11. Набор реагентов НК-магнит, вариант исполнения НК-магнит «Spots 96». Комплектность.




Фото 12. Набор реагентов НК-магнит, вариант исполнения НК-магнит «Spots 96». Состав набора.



Фото 13. Набор реагентов НК-магнит, групповая упаковка. Внешний вид.




Фото 14. Набор реагентов НК-магнит, групповая упаковка. Внутренний вид.

Прошито, проверено,
скреплено печатью.
Количество листов, 14 шт.



Директор _____
Наумов А.Ю.




Фото 1. Набор реагентов **НК-магнит**, вариант исполнения **НК-магнит «Base 32»**. Потребительская упаковка.




Фото 2. Набор реагентов НК-магнит, вариант исполнения НК-магнит «Base 32». Комплектность.



Фото 3. Набор реагентов НК-магнит, вариант исполнения НК-магнит «Base 32». Состав набора.




Фото 4. Набор реагентов **НК-магнит**, вариант исполнения **НК-магнит «Base 96»**. Потребительская упаковка.



ПАМЯТКА
по применению набора реагентов для выделения нуклеиновых кислот из биологического материала
НК-магнит
Варианты исполнения «Base 32», «Base 96»

Набор реагентов НК-магнит предназначен для выделения нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) из образцов биологического материала человека (биологические жидкости: отделяемое слизистых оболочек, секрет предстательной железы, моча, мочевая гипервитаминация, сперма, цельная кровь, лейкоциты крови, сыворотка или плазма, отделяемое из ран, лимфа, синовиальная жидкость, слюна, экссудат; кап. смывы, мазки и соскобы с оболочек органов и тканей, сушеная кровь), а также смывов с поверхностей и образцов культур микроорганизмов (в том числе текокультуры) для последующего анализа полученных препаратов НК методами молекулярной диагностики с целью диагностики наследственных заболеваний организма человека, патологий или инфекционных заболеваний, предполагающей анализ последовательности НК.

Набор НК-магнит представляет собой реагенты для этапа пробоподготовки образцов с целью последующего анализа нуклеиновых кислот (НК) и является вспомогательным средством на аналитическом этапе клинических лабораторных исследований по установлению этиологии заболеваний, наследственных особенностей организма или патологий, мониторинга течения болезни и факторов риска патологий, а также проведения санитарно-эпидемиологического контроля.

Взятие и транспортировку биоматериала для анализа необходимо проводить согласно инструкции к набору.

Набор может быть использован в ручном режиме с применением магнитного щипца или с автоматизированными станциями для экстракции нуклеиновых кислот (KingFisher Flex, PY № ФСЗ 200905562; Auto-Pure 96, PY № РЗН 202114263).




Фото 5. Набор реагентов НК-магнит, вариант исполнения НК-магнит «Base 96». Комплектность.



Фото 6. Набор реагентов НК-магнит, вариант исполнения НК-магнит «Base 96». Состав набора.



Фото 7. Набор реагентов НК-магнит, вариант исполнения НК-магнит «Spots 32». Потребительская упаковка.







Фото 8. Набор реагентов НК-магнит, вариант исполнения НК-магнит «Spots 32». Комплектность.



Состав комплекта для предобработки сухих пятен крови

1. Раствор DB 7 мл

Серия: 01/34-1/22
Годен до: 26.10.23





Фото 10. Набор реагентов **НК-магнит**, вариант исполнения **НК-магнит «Spots 96»**. Потребительская упаковка.



ПАМЯТКА
по применению набора реагентов для выделения нуклеиновых кислот из биологического материала
НК-магнит
Варианты исполнения «Spots 37» «Spots 96»

Набор реагентов НК-магнит предназначен для выделения нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) из образцов биологического материала человека (биологические жидкости, отделяемое слизистых оболочек, секрет предстательной железы, моча, мокрота, плевральная жидкость, сперма, цельная кровь, лейкоциты крови, сыворотка или плазма, отделяемое из ран, лигавор, синовиальная жидкость, слюна, экссудат, кап. смывы, мази и соскобы с оболочек органов и тканей, сухие пятна крови), а также смывов с поверхностей и образцов культур микроорганизмов (в том числе гемокультуры) для последующего анализа полученными препаратами НК методами молекулярной диагностики с целью диагностики наследственных особенностей организма человека, патологий или инфекционных заболеваний, предполагающей анализа последовательности НК.

Набор НК-магнит представляет собой реагенты для этапа предобработки образцов с целью последующего анализа нуклеиновых кислот (НК) и является вспомогательным средством на аналитическом этапе клинических лабораторных исследований по установлению этиологии заболеваний, наследственных особенностей организма или патологий, мониторинга течения болезни и факторов риска патологий, а также проведения санитарно-эпидемиологического контроля.

Валид и транспортировку биоматериала для анализа необходимо проводить согласно инструкции к набору.

Набор может быть использован в ручном режиме с применением магнитного штатива или с автоматическими станциями для экстракции нуклеиновых кислот (KingFisher Flex, РУ № ФСЗ 200905562, Auto-Pure 96, РУ № РЭН 2021/14263).




Фото 11. Набор реагентов НК-магнит, вариант исполнения НК-магнит «Spots 96». Комплектность.




Фото 13. Набор реагентов НК-магнит, групповая упаковка. Внешний вид.



Фото 14. Набор реагентов НК-магнит, групповая упаковка. Внутренний вид.

Прошито, проверено,
скреплено печатью.

Количество листов
шт.

Директор
Наумов А.Ю.

