

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полыщев Д.Г.
2022 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики *in vitro*

«Набор реагентов для контроля качества анализа

«Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG», по ТУ 21.20.23-586-98539446-2022»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. «Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG», по ТУ 21.20.23-586-98539446-2022» (далее «Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG») предназначен для подтверждения правильности выполнения измерений при качественном определении иммуноглобулинов G (IgG) к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов (ВПГ-1,2) в сыворотке и плазме (цитрат натрия (3,2%), литиевая соль гепарина, натриевая соль гепарина, K₂ ЭДТА, K₃ ЭДТА)¹ крови человека методом хемилюминесцентного иммуноанализа на парамагнитных микрочастицах, с использованием автоматического анализатора «MagnoLIA».

Набор «Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» применяется совместно с МИ «MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» и «Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG».

1.2. Подтверждение правильности выполнения измерений при использовании набора «Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» должно выполняться в каждой аналитической сессии. При продолжительности сессии более суток, определение индекса позитивности в Контролях из набора «Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» должно быть проведено повторно по истечении 24 часов от начала сессии. Если результат анализа хотя бы одного Контроля выходит за пределы установленного диапазона, набор основных реагентов «MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» должен быть заново откалиброван с использованием набора «Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG».

1.3. Функциональное назначение МИ «MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG», «Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG», «Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» при совместном применении – скрининг иммуноглобулинов G к ВПГ-1,2 в сыворотке и плазме крови человека, в том числе у беременных женщин.

1.4. Область применения набора – клиническая лабораторная диагностика.

¹ Эквивалентность образцов сыворотки и плазмы крови человека, содержащей антикоагулянты цитрат натрия (3,2%), литиевая соль гепарина, натриевая соль гепарина, K₂ ЭДТА, K₃ ЭДТА, подтверждена на 25 отрицательных и 25 положительных образцах с различным значением Индекса позитивности IgG к ВПГ-1,2 каждого вида антикоагулянта в анализе с помощью набора «MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG».

1.5. Набор предназначен только для диагностики *in vitro*, для профессионального применения персоналом, имеющим квалификацию для выполнения диагностических исследований *in vitro* в результате специального образования и обучения. Исследования могут выполнять специалисты не моложе 18 лет с высшим или средним медицинским, биологическим или иным образованием (врач КДЛ, биолог, медицинский технолог)

Исследования проводят в клинико-диагностических лабораториях, областных, городских или районных, государственных или частных больницах и других ЛПУ.

1.6. Набор «Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» не имеет противопоказаний к применению.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

2.1. Принцип действия

Набор «Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» представляет собой два контроля, с известным значением и допустимым диапазоном определения Индекса позитивности иммуноглобулинов G к ВПГ-1,2 в простой матрице (ГОСТ Р 53133.3-2008) и аттестованных по внутренней методике предприятия².

Определение Индекса позитивности иммуноглобулинов G к ВПГ-1,2, содержащихся в Контролях набора «Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG», позволяет оценивать правильность и воспроизводимость результатов качественных лабораторных исследований этого анализа в образцах сыворотки и плазмы крови пациентов.

Полученные в аналитической сессии результаты сравниваются с допустимыми диапазонами определения Индекса позитивности иммуноглобулинов G (IgG) к ВПГ-1,2, указанными в паспорте к набору и закодированными штрих-кодом на коробке набора реагентов. Если результат анализа хотя бы одного Контроля из набора «Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» выходит за пределы установленного диапазона, набор основных реагентов «MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» должен быть заново откалиброван. Правильность выполнения каждой калибровки необходимо подтверждать измерениями Индекса позитивности иммуноглобулинов G к ВПГ-1,2 в Контролях. Затем следует повторить анализ, используя новые аликвоты исследуемых образцов. Допускается проведение калибровки и контроля качества в выделенной сессии или в сессии вместе с образцами.

Вариация результатов, полученных при определении Индекса позитивности иммуноглобулинов G к ВПГ-1,2 в Контролях набора «Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» методом хемилюминесцентного иммуноанализа на микрочастицах с использованием автоматического анализатора «MagnoLIA», подобна результатам, получаемым при исследованиях этими методами человеческой сыворотки и плазмы крови человека.

2.2. Состав и комплектация.

В состав набора «Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» входят следующие компоненты:

- контроль 1 на основе водно-солевого раствора с белковым стабилизатором и консервантом, не содержащий иммуноглобулины G к ВПГ-1,2 (допустимый диапазон определения значения Индекса позитивности IgG к ВПГ-1,2 указан в паспорте и закодирован штрих-кодом на коробке набора реагентов). Жидкость, 1 мл, 1, 5 или 10 флаконов³ (в зависимости от варианта исполнения, см. Таблицу 1), маркирован «Контроль -»;

- контроль 2 на основе водно-солевого раствора с белковым стабилизатором и консервантом, содержащий иммуноглобулины G к ВПГ-1,2 (допустимый диапазон определения значения Индекса позитивности IgG к ВПГ-1,2 указан в паспорте и закодирован штрих-кодом на коробке набора

²Основана на ГОСТ 53133.3-2008, 53133.1-2008, ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002, ГОСТ ISO 17511-2011.

³ Габаритные размеры флакона (ДВ): 16,25мм × 36мм; крышки (ДВ): 16,2мм×12,5мм

«Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG»

реактивов). Жидкость, 1 мл, 1, 5 или 10 флаконов³ в зависимости от варианта исполнения, см. Таблицу 1), маркирован «Контроль +».

Каждый флакон рассчитан на 20 определений при постановке в монопликатах.

Таблица 1

Вариант исполнения, Кат. №	Внешний вид компонента	Название компонента	
		Контроль -	Контроль +
2620201	Прозрачная или мутная жидкость от бесцветного до желтого цвета	1 шт	1 шт
2620205	Прозрачная или мутная жидкость от бесцветного до желтого цвета	5 шт	5 шт
2620210	Прозрачная или мутная жидкость от бесцветного до желтого цвета	10 шт	10 шт

В комплект поставки набора «Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» входят: набор реактивов, инструкция по применению, паспорт.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Потенциальный риск применения набора – класс 2Б (согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ №4н от 06.06.2012 г.).

3.2. Все компоненты набора в используемых концентрациях являются нетоксичными.

3.3. При работе с набором следует соблюдать требования ГОСТ Р 52905-2007 и СанПиН 3.3686-21.

3.4. Допускать к работе с набором только специально обученный персонал

3.5. Перед началом работы ознакомиться с инструкцией и применять набор строго по назначению.

3.6. При работе с набором следует использовать спец одежду (медицинский халат или комбинезон, шапочку) и средства индивидуальной защиты (маску, защитные очки, одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, разрешённые к применению на территории РФ).

3.7. Во всех компонентах набора отсутствуют антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg.

3.8. **Внимание!** В состав набора «Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» входят соляная кислота в концентрации 0,05% и консервант в концентрации менее 0,05%, что является безопасным для человека. При использовании по назначению и соблюдении мер предосторожности контакт с организмом человека исключен. При аварийных ситуациях возможно раздражение кожи и слизистой оболочки глаз у чувствительных лиц. При контакте промыть пораженное место водой и обратиться за медицинской помощью.

3.9. Химическая посуда и оборудование, которые используются в работе с набором должны быть соответствующим образом маркированы и храниться отдельно.

3.10. Для обработки посуды и оборудования рекомендуется использовать дезинфицирующие средства, изготовленные на основе третичных аминов, четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) или спиртов и разрешённые к применению на территории РФ. Использование дезинфицирующих средств на основе активного кислорода и хлора возможно лишь на предстерилизационном этапе, с последующей термической стерилизацией.

3.11. Запрещается приём пищи, использование косметических средств и курение в помещениях, предназначенных для работы с набором.

контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG»

3.12. Убирать и дезинфицировать разлитые образцы или компоненты набора, используя дезинфицирующие средства в соответствии МУ-287-113.

3.13. Удалять неиспользованные реактивы набора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

3.14. После использования все компоненты набора, образцы, контрольные материалы, расходные материалы и другие реагенты, которые контактировали с образцами во время обработки, хранения или анализа (в том числе: перчатки, наконечники и т.д.) должны собираться отдельно и стерилизоваться в автоклаве с последующей утилизацией в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. Вместо автоклавирования отходы могут быть стерилизованы дезинфицирующим средством, после утилизированы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

3.15. Не использовать набор по истечении срока годности.

4. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

- «Набор реагентов для качественного иммунохемилюминесцентного определения иммуноглобулинов G к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов «MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG», по ТУ 21.20.23-584-98539446-2022» (производитель ООО «Компания Алкор Био», Россия, кат. № 2620000, 2620005),

- «Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG», по ТУ 21.20.23-585-98539446-2022» (производитель ООО «Компания Алкор Био», Россия, кат. № 2620101, 2620105);

- «Анализатор автоматический иммунохимический хемилюминесцентный «MagnoLIA» с принадлежностями по СНАБ 421457.002 ТУ («MagnoLIA») (производитель ООО «Компания Алкор Био», Россия, РУ № РЗН 2019/9282);

- Водно-солевой раствор для промывки реакционных кювет MagnoLIA «Буфер W1» (производитель ООО «Компания Алкор Био», Россия, кат. № 0000405);

- «Набор триггеров хемилюминесценции MagnoLIA» (производитель ООО «Компания Алкор Био», Россия, кат. № 0000601);

- Концентрированный раствор для промывки игл «Триал 5000X» (производитель ООО «Компания Алкор Био», Россия, кат. № РТТ-01А и кат. № 0001303);

- Водно-солевой раствор для разведения образцов MagnoLIA «Дилуент 1» ((производитель ООО «Компания Алкор Био», Россия, кат. № 0000301 картридж и кат. № 0001001 флакон);

- Отдельные халат, шапочка, обувь и одноразовые перчатки, разрешённые к применению на территории РФ (или соответствующие ГОСТ Р 52239-2004).

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА АНАЛИЗА

Описанная в данной инструкции информация содержит общие требования о порядке проведения процедуры контроля качества анализа. Перед началом работы ознакомьтесь с руководством по эксплуатации анализатора «MagnoLIA».

5.1. Подготовка реагентов

5.1.1. Включите автоматический анализатор «MagnoLIA» согласно руководству по эксплуатации.

5.1.2. Контроли готовы к использованию.

Флаконы с контролями необходимо выдерживать при комнатной температуре не менее 30 минут до начала аналитической сессии.

5.1.3. Перемешать содержимое флаконов, избегая пенообразования. Открыть флаконы и положить крышки перевернутыми на сухую поверхность.

Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG»

5.1.4. Набор «Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» разместить в штативах, предназначенных для калибраторов и Контролей.

5.1.5. Перед загрузкой реагентов, необходимых для проведения анализа, в соответствующие блоки анализатора проверить все растворы на отсутствие пузырьков воздуха. Удалить пузырьки до проведения анализа легким покачиванием, не допуская пенообразования.

5.1.6. Перед загрузкой картриджа «MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» в блок реагентов необходимо предварительно убедиться, что парамагнитные микрочастицы находятся в ресуспендированном состоянии, а сама суспензия гомогенна. Если микрочастицы не ресуспендируются, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАБОР и обратитесь к местному представителю производителя. Для получения более подробной информации обратитесь к инструкции по применению набора «MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG».

5.1.7. Загрузите подготовленные реагенты на борт анализатора «MagnoLIA» согласно руководству по эксплуатации.

5.1.8. Загрузите данные о реагентах в память автоматического анализатора «MagnoLIA» согласно руководству по эксплуатации.

5.2. Контроль качества анализа

Анализатор «MagnoLIA» может осуществлять процедуру контроля качества анализа в отдельно выделенной сессии или одновременно с образцами в рамках одной аналитической сессии. Контроль качества анализа выполняется прежде любых назначенных тестов независимо от момента размещения контролей на борту.

ВНИМАНИЕ!

Компоненты набора «Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» не должны находиться на борту прибора более 5 часов суммарно в двадцати сессиях, необходимо учитывать это при выполнении процедуры контроля качества анализа одновременно с образцами в рамках одной аналитической сессии. Рекомендуются выгружать штативы с контролями по истечении минимального времени с момента завершения распаивания содержимого всех флаконов калибраторов и контролей.

Для предотвращения испарения жидкости, сразу после использования флаконы необходимо закрыть крышками в соответствии с их маркировкой, поместить в упаковку предприятия-изготовителя в вертикальном положении и обеспечить хранение при температуре от + 2 до + 8 °C в холодильных камерах или в холодильниках, обеспечивающих регламентированный температурный режим.

5.2.1. Для добавления данных о новой серии (лоте) набора «Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» перейдите в меню **КОНТРОЛИ**.

Нажмите кнопку **ДОБАВИТЬ - НОВЫЙ КОНТРОЛЬ**.

В открывшемся окне заполните пустые графы вручную данными, содержащимися в паспорте, либо путем считывания штрих-кода с вторичной упаковки (коробки) изделия.

Для сохранения данных о наборе, однократно щёлкните левой кнопкой мыши по значку **ПРИМЕНИТЬ** (в случае необходимости продолжить работу в данном окне) или значку **ГОТОВО** (для сохранения данных и закрытия окна).

5.2.2. Для запуска в работу **НОВОГО КОНТРОЛЯ**, перейдите в меню **КОНТРОЛИ**.

В меню откроется таблица, где в строках слева отображаются доступные контроли, в столбцах сверху – названия тестов. Кликните однократно по ячейке, находящейся на пересечении требуемых строки (контроль) и столбца (тест). В выбранной ячейке появится обозначение «X».

ВНИМАНИЕ!

Набор «Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG», применяется только для подтверждения правильности выполнения анализа «MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG». Обратите внимание на то, что идентификация аналита в строке контроль и в столбце тест должны совпадать (HSV1/2G - HSV1/2G).

Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG»

Контроль, отображаемый в таблице синим цветом, может быть запущен.

5.2.2. Запустите аналитическую сессию автоматического анализатора «MagnoLIA» согласно руководству по эксплуатации.

5.2.3. Программа прибора позволяет автоматически выполнить все стадии анализа без вмешательства пользователя.

5.3. Результаты

По окончании аналитической сессии перейдите в меню КОНТРОЛИ. Нажмите кнопку В АРХИВ КК. Нажмите кнопку РЕЗУЛЬТАТЫ.

Для вывода на экран контрольной карты в открывшемся окне последовательно выберите тип теста, тип контроля и серию (лот) контроля. Затем нажмите кнопку ПРОСМОТР.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортирование наборов следует производить всеми видами крытого транспорта при температуре от + 2 до + 8 °С.

6.2. Транспортирование изделий при температурах от + 2 до + 8 °С должно производиться в ёмкостях или при помощи холодильных установок, обеспечивающих регламентированный температурный режим.

6.3. Допускается транспортирование наборов при температуре до +25 °С не более 15 суток, в том числе при температуре +37°С не более 1 суток.

6.4. Наборы, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.

6.5. Срок годности наборов – 12 месяцев от даты производства.

6.6. Хранение наборов должно проводиться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от + 2 до + 8 °С в течение всего срока годности в холодильных камерах или в холодильниках, обеспечивающих регламентированный температурный режим.

6.7. Наборы с истекшим сроком годности применению не подлежат.

6.8. При дробном использовании компоненты набора хранятся в упаковке предприятия-изготовителя в вертикальном положении при температуре от + 2 до + 8 °С в холодильных камерах или в холодильниках, обеспечивающих регламентированный температурный режим, в течение 2,5 месяцев со дня вскрытия первичной упаковки. Компоненты не должны находиться на борту прибора более 5 часов, суммарно в двадцати сессиях. После использования флаконы необходимо закрыть крышками и обеспечить регламентированный режим хранения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок годности набора 12 месяцев от даты производства. Набор предназначен для однократного применения и не подлежит ремонту и обслуживанию.

8. БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

При использовании набора образуются отходы классов А и Б, которые утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и МУ-287-113 (Таблица 2).

Таблица 2

Отходы		Класс опасности
Вторичная (групповая) упаковка	Коробка из монокартона	Отходы класса А
	Инструкция по применению	
	Паспорт	

Первичная упаковка	Флаконы, содержавшие растворы контролей	Отходы класса Б
Не использованные компоненты с истекшим сроком годности	Флаконы, содержащие растворы контролей	
Другие компоненты	Все компоненты набора, контрольные материалы, расходные материалы и реагенты, которые контактировали с образцами во время обработки, хранения или анализа	

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

По вопросам качества МИ «Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG», по ТУ 21.20.23-586-98539446-2022» обращаться в ООО «Компания Алкор Био» по адресу: 192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д. 40, лит. А, тел/факс: 8(812) 677-8779, телефон «горячей линии»: 8-800-234-37-79.

10. СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЭТИКЕТКАХ

	Медицинское изделие для диагностики in vitro		Содержимого достаточно для проведения n тестов
	Номер по каталогу		Осторожно!
	Код партии (номер серии)		Использовать до
	Изготовитель		Предел температур
	Дата изготовления		Биологический риск
	Обратитесь к инструкции по применению		

Инструкция разработана в соответствии с ТУ 21.20.23-586-98539446-2022.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

7 (силь) лист 8

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E002

Набор реагентов для контроля качества анализа

«Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG», по ТУ 21.20.23-586-98539446-2022

Кат. № 2620201 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Наименование реагента	Внешний вид и форма выпуска	Комплектация	Серия реагента	Соответствие контролируемого параметра
Состав набора				
Контроль -	Прозрачная или мутная жидкость от бесцветного до желтого цвета	1 фл. (1 мл)	E002	соответствует
Контроль +		1 фл. (1 мл)	E002	соответствует
Паспорт		1 шт.	-	-
Инструкция по применению		1 шт.	-	-
Параметры контроля качества				
Наименование контролируемого параметра	Норма		Значение контролируемого параметра*	
Индекс позитивности IgG к ВПГ-1,2 в Контроле -	<0,3		соответствует	
Индекс позитивности IgG к ВПГ-1,2 в Контроле +	2,8-4,2		соответствует	
Упаковка и маркировка	Флаконы 3 мл из прозрачного стекла (с закручивающимися крышками), этикетки из ленты клеевой на бумажной основе		соответствует	

*Данные аттестации при совместном использовании с МИ «MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» серия № E002 и «Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» серия № E002.

Паспорт выдан «16» марта 2022 г.

Срок годности набора до «16» марта 2023 г.

Условия хранения +2...+8 °С

Условия транспортирования +2...+8 °С

Допускается транспортирование набора при температуре до +25 °С не более 15 суток, в том числе при температуре +37°С не более 1 суток.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO*

Для профессионального применения

Набор соответствует

ТУ 21.20.23-586-98539446-2022

РУ № _____

Выполнил: Ю.В. Песоцкая

Проверил: _____



ВЕРНА
А. Казаринова

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа

«Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG», по ТУ 21.20.23-586-98539446-2022

Кат. № 2620201 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Наименование реагента	Внешний вид и форма выпуска	Комплектация	Серия реагента	Соответствие контролируемого параметра
Состав набора				
Контроль -	Прозрачная или мутная жидкость от бесцветного до желтого цвета	1 фл. (1 мл)	E003	соответствует
Контроль +		1 фл. (1 мл)	E003	соответствует
Паспорт		1 шт.	-	-
Инструкция по применению		1 шт.	-	-
Параметры контроля качества				
Наименование контролируемого параметра	Норма		Значение контролируемого параметра*	
Индекс позитивности IgG к ВПГ-1,2 в Контроле -	<0,3		соответствует	
Индекс позитивности IgG к ВПГ-1,2 в Контроле +	2,8-4,2		соответствует	
Упаковка и маркировка	Флаконы 3 мл из прозрачного стекла (с завинчивающимися крышками), этикетки из ленты клеевой на бумажной основе		соответствует	

*Данные аттестации при совместном использовании с МИ «MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» серия № E003 и «Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» серия № E003.

Паспорт выдан «18» марта 2022 г.

Срок годности набора до «18» марта 2023 г.

Условия хранения +2...+8 °C

Условия транспортирования +2...+8 °C

Допускается транспортирование набора при температуре до +25 °C не более 15 суток, в том числе при температуре +37°C не более 1 суток.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO*

Для профессионального применения

Набор соответствует

ТУ 21.20.23-586-98539446-2022

РУ № _____

Выполнил: Ю.В. Песоцкая

Проверил: _____



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E002

Набор реагентов для контроля качества анализа

«Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG», по ТУ 21.20.23-586-98539446-2022

Кат. № 2620205 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Наименование реагента	Внешний вид и форма выпуска	Комплектация	Серия реагента	Соответствие контролируемого параметра
Состав набора				
Контроль -	Прозрачная или мутная жидкость от бесцветного до желтого цвета	5 фл. (по 1 мл)	E002	соответствует
Контроль +		5 фл. (по 1 мл)	E002	соответствует
Паспорт		1 шт.	-	-
Инструкция по применению		1 шт.	-	-
Параметры контроля качества				
Наименование контролируемого параметра	Норма		Значение контролируемого параметра*	
Индекс позитивности IgG к ВПГ-1,2 в Контроле -	<0,3		соответствует	
Индекс позитивности IgG к ВПГ-1,2 в Контроле +	2,8-4,2		соответствует	
Упаковка и маркировка	Флаконы 3 мл из прозрачного стекла (с закручивающимися крышками), этикетки из ленты клеевой на бумажной основе		соответствует	

*Данные аттестации при совместном использовании с МИ «MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» серия № E002 и «Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» серия № E002.

Паспорт выдан «16» марта 2022 г.

Срок годности набора до «16» марта 2023 г.

Условия хранения +2...+8 °C

Условия транспортирования +2...+8 °C

Допускается транспортирование набора при температуре до +25 °C не более 15 суток, в том числе при температуре +37°C не более 1 суток.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO*

Для профессионального применения

Набор соответствует

ТУ 21.20.23-586-98539446-2022

РУ № _____

Выполнил: Ю.В. Песоцкая

Проверил: _____



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа

«Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG», по ТУ 21.20.23-586-98539446-2022

Кат. № 2620205 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Наименование реагента	Внешний вид и форма выпуска	Комплектация	Серия реагента	Соответствие контролируемого параметра
Состав набора				
Контроль -	Прозрачная или мутная жидкость от бесцветного до желтого цвета	5 фл. (по 1 мл)	E003	соответствует
Контроль +		5 фл. (по 1 мл)	E003	соответствует
Паспорт		1 шт.	-	-
Инструкция по применению		1 шт.	-	-
Параметры контроля качества				
Наименование контролируемого параметра	Норма		Значение контролируемого параметра*	
Индекс позитивности IgG к ВПГ-1,2 в Контроле -	<0,3		соответствует	
Индекс позитивности IgG к ВПГ-1,2 в Контроле +	2,8-4,2		соответствует	
Упаковка и маркировка	Флаконы 3 мл из прозрачного стекла (с завинчивающимися крышками), этикетки из ленты клеевой на бумажной основе		соответствует	

*Данные аттестации при совместном использовании с МИ «MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» серия № E003 и «Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» серия № E003.

Паспорт выдан «18» марта 2022 г.

Срок годности набора до «18» марта 2023 г.

Условия хранения +2...+8 °C

Условия транспортирования +2...+8 °C

Допускается транспортирование набора при температуре до +25 °C не более 15 суток, в том числе при температуре +37°C не более 1 суток.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO*

Для профессионального применения

Набор соответствует

ТУ 21.20.23-586-98539446-2022

РУ № _____

Выполнил: Ю.В. Песоцкая

Проверил: _____



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E002

Набор реагентов для контроля качества анализа

«Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG», по ТУ 21.20.23-586-98539446-2022

Кат. № 2620210 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Наименование реагента	Внешний вид и форма выпуска	Комплектация	Серия реагента	Соответствие контролируемого параметра
Состав набора				
Контроль -	Прозрачная или мутная жидкость от бесцветного до желтого цвета	10 фл. (по 1 мл)	E002	соответствует
Контроль +		10 фл. (по 1 мл)	E002	соответствует
Паспорт		1 шт.	-	-
Инструкция по применению		1 шт.	-	-
Параметры контроля качества				
Наименование контролируемого параметра	Норма		Значение контролируемого параметра*	
Индекс позитивности IgG к ВПГ-1,2 в Контроле -	<0,3		соответствует	
Индекс позитивности IgG к ВПГ-1,2 в Контроле +	2,8-4,2		соответствует	
Упаковка и маркировка	Флаконы 3 мл из прозрачного стекла (с закручивающимися крышками), этикетки из ленты клеевой на бумажной основе		соответствует	

*Данные аттестации при совместном использовании с МИ «MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» серия № E002 и «Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» серия № E002.

Паспорт выдан «16» марта 2022 г.

Срок годности набора до «16» марта 2023 г.

Условия хранения +2...+8 °C

Условия транспортирования +2...+8 °C

Допускается транспортирование набора при температуре до +25 °C не более 15 суток, в том числе при температуре +37°C не более 1 суток.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO*

Для профессионального применения

Набор соответствует

ТУ 21.20.23-586-98539446-2022

РУ № _____

Выполнил: Ю.В. Песоцкая

Проверил: _____



И.А. Казаринова

Заместитель директора

Компания Алкор Био

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа

«Контроли MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG», по ТУ 21.20.23-586-98539446-2022

Кат. № 2620210 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Наименование реагента	Внешний вид и форма выпуска	Комплектация	Серия реагента	Соответствие контролируемого параметра
Состав набора				
Контроль -	Прозрачная или мутная жидкость от бесцветного до желтого цвета	10 фл. (по 1 мл)	E003	соответствует
Контроль +		10 фл. (по 1 мл)	E003	соответствует
Паспорт		1 шт.	-	-
Инструкция по применению		1 шт.	-	-
Параметры контроля качества				
Наименование контролируемого параметра	Норма		Значение контролируемого параметра*	
Индекс позитивности IgG к ВПГ- 1,2 в Контроле -	<0,3		соответствует	
Индекс позитивности IgG к ВПГ- 1,2 в Контроле +	2,8-4,2		соответствует	
Упаковка и маркировка	Флаконы 3 мл из прозрачного стекла (с закручивающимися крышками), этикетки из ленты клеевой на бумажной основе		соответствует	

*Данные аттестации при совместном использовании с МИ «MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» серия № E003 и «Калибраторы MagnoLIA ВПГ 1,2 IgG» серия № E003.

Паспорт выдан «18» марта 2022 г.

Срок годности набора до «18» марта 2023 г.

Условия хранения +2...+8 °C

Условия транспортирования +2...+8 °C

Допускается транспортирование набора при температуре до +25 °C не более 15 суток, в том числе при температуре +37°C не более 1 суток.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO*

Для профессионального применения

Набор соответствует

ТУ 21.20.23-586-98539446-2022

РУ № _____

Выполнил: Ю.В. Песоцкая

Проверил: _____



И.А. Казаринова

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

6 (11876) лист 88

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полынцев

