

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

ООО «Нэйтив»

Н.С. Войнич

10 ноября 2023 г.

М.П.



ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Редакция 2

БАНДАЖИ ЛЕЧЕБНЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ «ТУРНИОР»
по ТУ 32.50.22-001-77307134-2018

Производитель: ООО «Нэйтив», Россия, 125493, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ул. Авангардная, д. 3, помещ. II, этаж 1, офис 1107

Наименование медицинского изделия:

Бандажи лечебные компрессионные «ТУРНЮР» по ТУ 32.50.22-001-77307134-2018, в составе:

I. Бандажи лечебные компрессионные «ТУРНЮР» по ТУ 32.50.22-001-77307134-2018 в вариантах исполнения:

1. Бандаж лечебный компрессионный абдоминальный (ВА) «Турнюр» размером 1, 2 или 3 с текстильной застёжкой;

2. Бандаж лечебный компрессионный в виде стяжки для фиксации молочной железы (S) «Турнюр» размером 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 с текстильной застёжкой.

II. Инструкция по применению.

Назначение:

Бандажи лечебные компрессионные «Турнюр» по ТУ 32.50.22-001-77307134-2018, предназначены для лечения и профилактики послеоперационных отеков, рубцовых контрактур, а также для применения после операций на грудной клетке, маммопластики, липосакции и в других случаях, когда показана компрессионная терапия.

Основной принцип работы бандажей лечебных компрессионных "ТУРНЮР" по ТУ 32.50.22-001-77307134-2018, заключается в целенаправленном сдавливании поверхностных и глубоких вен в направлении снизу вверх, сужении сосудов и ускорении кровотока сердечно-сосудистой системы, в результате чего в мышцы поступает больше кислорода, быстрее удаляются продукты распада, что, в свою очередь, способствует быстрым реабилитационным процессам.

Изделия могут быть использованы в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях.

Потенциальными потребителями медицинского изделия являются пациенты, нуждающиеся в данном медицинском изделии по показаниям врача, применяется в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях.

Показания к применению медицинского изделия:

В зависимости от варианта исполнения:

Бандаж лечебный компрессионный абдоминальный (ВА) предназначен для профилактики и лечения отеков, гематом, рубцовых контрактур, для применения после операций в абдоминальной области, при грыжах брюшной полости и в других случаях, когда показана компрессионная терапия. Точный размер регулируется с помощью застёжки «Velcro». Применение медицинского изделия должно происходить под наблюдением лечащего врача или врача-консультанта.

Бандаж лечебный компрессионный в виде стяжки для фиксации молочных желез (S) предназначен для профилактики и лечения отеков, гематом, рубцовых контрактур, для фиксации молочной железы при маммопластике: реконструкция или увеличение

имплантатами. Точный размер регулируется застёжкой «Velcro». Применение изделия должно происходить под наблюдением лечащего врача или врача-консультанта.

Противопоказания к применению медицинского изделия:

Противопоказаниями к использованию бандажей лечебных компрессионных "ТУРНЮР" по ТУ 32.50.22-001-77307134-2018, являются заболевания кровеносных сосудов; заболевания, связанные с нарушением кровообращения; сахарный диабет, наличие открытых ран. Сердечно-лёгочная недостаточность в стадии декомпенсации, дерматиты различного происхождения, метаболические отёки, облитерирующие процессы, воспаление вен, трофические язвы не венозного происхождения, повышенная чувствительность кожных покровов.

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия:

Выбор неправильного размера компрессионного бандажа может вызвать некроз тканей и гематомы.

Меры предосторожности при применении МИ:

- людям с чувствительной кожей следует надевать бандаж на нижнее белье, плотно прилегающее к телу;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование бандажа и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.
- если иное не указано врачом, бандажи лечебные компрессионные «ТУРНЮР» можно носить 23 часа в сутки (целесообразно иметь два комплекта одного и того же изделия: пока один носится, другой стирается и сушится). Изделие следует снимать перед принятием водных и лечебных процедур.
- Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Изделия изготавливаются одного класса компрессии: I (1) по ГОСТ 58236-2020.

В зависимости от потенциального риска применения изделия относятся к классу 1 (низкая степень риска) в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. № 4н) и ГОСТ 31508-2012.

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий для Бандажа лечебного компрессионного абдоминального (ВА) «Турнюр» - 219790; для Бандажа лечебного компрессионного в виде стяжки для фиксации молочной железы (S) «Турнюр» – 364840.

В зависимости от возможных последствий отказа изделия относятся к классу Г по ГОСТ 20790 - изделия, отказ которых не вызывает нарушения основных функций, а приводит только к изменению дополнительных характеристик, не вызывающих последствий для пациента.

По продолжительности контакта изделия относятся к категории А по ГОСТ ISO 10993-1-2021 – изделие кратковременного контакта с неповрежденной кожей.

Размеры бандажей лечебных компрессионных абдоминальных (ВА)

Размер	Обхват талии(см)	Высота изделия(см)	Длина изделия(см)
1 (S)	60-90	22±0,5	90±0,5
2 (M)	60-90	30±0,5	90±0,5
3 (L)	90-120	30±0,5	120±0,5

Размеры бандажей лечебных для фиксации молочной железы(S);

Размер	Обхват под грудью, (см)	Длина изделия в раскрытом виде по середине изделия, см	Ширина изделия, см
1	65-70	80±0,5	8±0,5
2	70-75	84±0,5	8±0,5
3	75-80	86±0,5	8±0,5
4	80-85	93±0,5	8±0,5
5	85-93	97±0,5	8±0,5
6	93-100	100±0,5	8±0,5
7	100-110	105±0,5	8±0,5

Основные параметры изделий

Наименование показателя	Норма
1 Класс компрессии	I
2 Поверхностная плотность, г/м	не менее 200
3 Растяжимость, до и после стирки, %,	не менее 80
4 Разрывная нагрузка, до и после стирки, Н(кгс), не менее	117,6 (12)
5 Остаточная деформация до и после стирки, %, не более	10
6 Усадка после стирки, %, не более	20

- Значение разрывного удлинения изделий не менее значения растяжимости.
- Изменение значения разрывного удлинения изделий после стирки не более 20 % их разрывного удлинения до стирки.
- Установленный срок службы бандажей составляет 6 месяцев. Срок годности 5 лет.
- При эксплуатации, транспортировании и хранении изделия устойчивы к климатическим воздействиям по ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ 15150: хранение по 1Л ГОСТ 15150, транспортирование по У2 ГОСТ 15150, эксплуатация по УХЛ категории 4.2.

Сведения о материалах:

Бандаж лечебный компрессионный абдоминальный (ВА) «Турнюр»:

- нейлон 26,5%, полиэстер 67,6%, спандекс 5,9%, - основная ткань;
- эластан 100% - нить;
- текстильная застёжка типа «Велкро»;
-

Бандаж лечебный компрессионный в виде стяжки для фиксации молочной железы (S) «Турнюр»:

- полиамид 69%, лайкра 31% - стабилизатор;
- полиэстер 83%, лайкра 17% - отделка;
- эластан 100% - нить;
- текстильная застёжка типа «Велкро»;

В комплект поставки входит:





I. Бандажи лечебные компрессионные «ТУРНЮР» по ТУ 32.50.22-001-77307134-2018 в вариант исполнения:

1. Бандаж лечебный компрессионный абдоминальный (ВА) «Турнюр» размером 1, 2 или 3 с текстильной застёжкой;
2. Бандаж лечебный компрессионный в виде стяжки для фиксации молочной железы (S) «Турнюр» размером 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 с текстильной застёжкой.

II. Инструкция по применению.

Расшифровка символов применяемых на маркировке медицинского изделия:

	наименование предприятия-изготовителя и его почтового адреса
	код партии
	дата изготовления
	использовать до

	Влажность воздуха от 45 до 80%;
	температурный диапазон от 5 до 40°C;
	Обратитесь к инструкции по применению
	ручная стирка при температуре до 30 °C
	не отбеливать
	глажение запрещено
	сухая чистка запрещена
	сушка на плоскости после стирки
	беречь от воздействия влаги (применимо только для транспортной упаковки)

Упаковка

Упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Изделие в первичной бумажной упаковке (сложенный лист бумаги высокой плотности), упаковано в индивидуальный пакет из полиэтиленовой пленки. Инструкция по применению вкладывается в упаковку медицинского изделия. Транспортировка изделий производится в ящиках из гофрированного картона размером.

При производстве медицинского изделия не применялись лекарственные средства, материалы животного и/или растительного происхождения и/или материалы человеческого происхождения.

Применение медицинского изделия

1. Если иное не указано врачом, изделие можно носить 12 часа в сутки (целесообразно иметь два комплекта одного и того же изделия: пока один носится, другой стирается и сушится). Изделие следует снимать перед принятием водных и лечебных процедур.

2. Привыкание к компрессии занимает первые два-три дня ношения компрессионного бандажа.

4. Во время ношения компрессионных изделий можно продолжать выполнение физических упражнений и вести нормальную жизнь.

Сведения по уходу и эксплуатации за медицинским изделием:

Бандаж рекомендуется надевать лежа на спине, застегнуть застёжки "велькро", застегнуть эластичную утяжку, не перетягивать. Режим и сроки ношения назначает лечащий врач. В случае дискомфорта прекратить применение, обратиться к лечащему врачу.

Потребитель должен строго соблюдать указания и требования, изложенные в инструкции по применению и указаниям по уходу за изделием на маркировке.

Стирать изделия необходимо руками в растворенном в воде мягким моющим средством: жидкое детское мыло либо шампунь, жидкость (гель) для очищения деликатных тканей при температуре не выше 30 градусов. Затем следует тщательно прополоскать изделие в холодной воде до полного удаления мыла, что предотвращает возможные аллергические реакции кожи и способствует сохранению эластичности ткани изделия.

Изделия следует сушить при комнатной температуре на плоской горизонтальной поверхности без выкручивания, предварительно удалив излишки влаги промоканием с помощью полотенца. Во избежание усадки и потери эластичности ткани, изделия не должны находиться вблизи источников тепла (батареи отопления, открытого огня, на солнце и т.д.).

Перед надеванием не наносить спиртосодержащие кремы и растворы на кожную поверхность, покрываемую компрессионным бандажом.

Не подвергать компрессионное изделие химической чистке.

Запрещается утюжить.

Не допускается соприкосновение изделий с острыми предметами, красящими веществами, растворителями.

Изделия поставляются нестерильными, стерилизации не подлежат.

Условия транспортирования и хранения

Условия транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения У2 ГОСТ 15150, но при температурах от минус 25 до плюс 40 °С.

Изделия должны храниться в сухих, проветриваемых помещениях на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов по условиям хранения 1(Л) при

температуре от +5 до +40 градусов и относительной влажностью до 80% по ГОСТ 15150 и в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Утилизация медицинского изделия:

Бандажи медицинские компрессионные "ТУРНИОР" по ТУ 32.50.22-001-77307134-2018, производства компании: ООО "Нэйтив", Россия, по классификации опасности в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 ("Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами") утилизируются как отходы Класса А.

Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия

Медицинское изделие не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

Срок годности, гарантийные обязательства медицинского изделия

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок службы бандажей составляет 6 месяцев (не более 20 стирок).

Начало гарантийного срока исчисляется со дня отгрузки изделия потребителю.

Гарантийный срок хранения- пять лет со дня изготовления.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, связанные с использованием изделий не по назначению, грубым повреждением изделий.

Производитель и организация, принимающая претензии потребителей

Общество с ограниченной ответственностью «Нэйтив»

125493, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ул. Авангардная, д. 3, помещ. II, этаж 1, офис 1107

Прошито и скреплено печатью

8 листов



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бандажи лечебные компрессионные «ТУРНЮР» по ТУ 32.50.22-001-77307134-2018, вариант исполнения:

Бандаж лечебный компрессионный абдоминальный (ВА) «Турнюр» размером 1, 2 или 3 с текстильной застёжкой.

Назначение:

Бандажи лечебные компрессионные «Турнюр» по ТУ 32.50.22-001-77307134-2018, предназначены для лечения и профилактики послеоперационных отеков, рубцовых контрактур, а также для применения после операций на грудной клетке, маммопластики, липосакции и в других случаях, когда показана компрессионная терапия.

Основной принцип работы бандажей лечебных компрессионных "ТУРНЮР" по ТУ 32.50.22-001-77307134-2018, заключается в целенаправленном сдавливании поверхностных и глубоких вен в направлении снизу вверх, сужении сосудов и ускорении кровотока сердечно-сосудистой системы, в результате чего в мышцы поступает больше кислорода, быстрее удаляются продукты распада, что, в свою очередь, способствует быстрым реабилитационным процессам.

Изделия могут быть использованы в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях.

Потенциальными потребителями медицинского изделия являются пациенты, нуждающиеся в данном медицинском изделии по показаниям врача, применяется в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях.

Показания к применению медицинского изделия:

Бандаж лечебный компрессионный в виде стяжки для фиксации молочных желез (S) предназначен для профилактики и лечения отеков, гематом, рубцовых контрактур, для фиксации молочной железы при маммопластике: реконструкция или увеличение имплантатами. Точный размер регулируется застёжкой «Velcro». Применение изделия должно происходить под наблюдением лечащего врача или врача-консультанта.

Противопоказания к применению медицинского изделия:

Противопоказаниями к использованию бандажей лечебных компрессионных "ТУРНЮР" по ТУ 32.50.22-001-77307134-2018, являются заболевания кровеносных сосудов; заболевания, связанные с нарушением кровообращения; сахарный диабет, наличие открытых ран. Сердечно-лёгочная недостаточность в стадии декомпенсации, дерматиты различного происхождения, метаболические отёки, облитерирующие процессы, воспаление вен, трофические язвы не венозного происхождения, повышенная чувствительность кожных покровов.

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия:

Выбор неправильного размера компрессионного бандажа может вызвать некроз тканей и гематомы.

Меры предосторожности при применении МИ:

- людям с чувствительной кожей следует надевать бандаж на нижнее белье, плотно прилегающее к телу;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование бандажа и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.
- если иное не указано врачом, бандажи лечебные компрессионные «ТУРНЮР» можно носить 23 часа в сутки (целесообразно иметь два комплекта одного и того же изделия: пока один носится, другой стирается и сушится). Изделие следует снимать перед принятием водных и лечебных процедур.
- Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Класс компрессии: I (1).

Размеры бандажей лечебных для фиксации молочной железы(S);

Размер	Обхват под грудью, (см)	Длина изделия в раскрытом виде по середине изделия, см	Ширина изделия, см
1	65-70	80±0,5	8±0,5
2	70-75	84±0,5	8±0,5
3	75-80	86±0,5	8±0,5
4	80-85	93±0,5	8±0,5
5	85-93	97±0,5	8±0,5
6	93-100	100±0,5	8±0,5
7	100-110	105±0,5	8±0,5

Сведения о материалах:

Бандаж лечебный компрессионный в виде стяжки для фиксации молочной железы (S) «Турнюр»:
– полиамид 69%,
лайкра 31% - стабилизатор;

- полиэстер 83%, лайкра 17% - отделка;
- эластан 100% - нить;
- текстильная застёжка типа «Велкро»;

В комплект поставки входит:

- Бандаж лечебный компрессионный в виде стяжки для фиксации молочной железы (S) «Турнюр»,
- Инструкция по применению.

Расшифровка символов применяемых на маркировке медицинского изделия:

	наименование предприятия-изготовителя и его почтового адреса
	код партии
	дата изготовления
	использовать до
	Влажность воздуха от 45 до 80%;
	температурный диапазон от 5 до 40°C;
	Обратитесь к инструкции по применению
	ручная стирка при температуре до 30 °C
	не отбеливать
	глажение запрещено
	сухая чистка запрещена
	сушка на плоскости после стирки
	беречь от воздействия влаги (применимо только для транспортной упаковки)

Упаковка

Упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Изделие в первичной бумажной упаковке (сложенный лист бумаги высокой плотности), упаковано в индивидуальный пакет из полиэтиленовой пленки. Инструкция по применению вкладывается в упаковку медицинского изделия. Транспортировка изделий производится в ящиках из гофрированного картона размером.

При производстве медицинского изделия не применялись лекарственные средства, материалы животного и/или растительного происхождения и/или материалы человеческого происхождения.

Применение медицинского изделия

1. Если иное не указано врачом, изделие можно носить 12 часа в сутки (целесообразно иметь два комплекта одного и того же изделия: пока один носится, другой стирается и сушится). Изделие следует снимать перед принятием водных и лечебных процедур.

2. Привыкание к компрессии занимает первые два-три дня ношения компрессионного биндажа.

4. Во время ношения компрессионных изделий можно продолжать выполнение физических упражнений и вести нормальную жизнь.

Сведения по уходу и эксплуатации за медицинским изделием:

Биндаж рекомендуется надевать лежа на спине, застегнуть застёжки "Velcro", застегнуть эластичную утяжку, не перетягивать. Режим и сроки ношения назначает лечащий врач. В случае дискомфорта прекратить применение, обратиться к лечащему врачу.

Потребитель должен строго соблюдать указания и требования, изложенные в инструкции по применению и указаниям по уходу за изделием на маркировке.

Стирать изделия необходимо руками в растворенном в воде мягким моющим средством: жидкое детское мыло либо шампунь, жидкость (гель) для очищения деликатных тканей при температуре не выше 30 градусов. Затем следует тщательно прополоскать изделие в холодной воде до полного удаления мыла, что предотвращает возможные аллергические реакции кожи и способствует сохранению эластичности ткани изделия.

Изделия следует сушить при комнатной температуре на плоской горизонтальной поверхности без выкручивания, предварительно удалив излишки влаги промоканием с помощью полотенца. Во избежание усадки и потери эластичности ткани, изделия не должны находиться вблизи источников тепла (батареи отопления, открытого огня, на солнце и т.д.).

Перед надеванием не наносить спиртосодержащие кремы и растворы на кожную поверхность, покрываемую компрессионным биндажом.

Не подвергать компрессионное изделие химической чистке.

Запрещается утюжить.

Не допускается соприкосновение изделий с острыми предметами, красящими веществами, растворителями.

Изделия поставляются нестерильными, стерилизации не подлежат.

Условия транспортирования и хранения:

Условия транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения У2 ГОСТ 15150, но при температурах от минус 25 до плюс 40 °С.

Изделия должны храниться в сухих, проветриваемых помещениях на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов по условиям хранения 1(Л) при температуре от +5 до +40 градусов и относительной влажностью до 80% по ГОСТ 15150 и в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Утилизация медицинского изделия:

Биндажи медицинские компрессионные "ТУРНЮР" по ТУ 32.50.22-001-77307134-2018, производства компании: ООО "Нэтив", Россия, по классификации опасности в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 ("Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами") утилизируются как отходы Класса А.

Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия:
Медицинское изделие не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

Срок годности, гарантийные обязательства медицинского изделия:

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок службы бандажей составляет 6 месяцев (не более 20 стирок).

Начало гарантийного срока исчисляется со дня отгрузки изделия потребителю.

Гарантийный срок хранения - пять лет со дня изготовления.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, связанные с использованием изделий не по назначению, грубым повреждением изделий.

Производитель и организация, принимающая претензии потребителей

Общество с ограниченной ответственностью «Нэйтив»

125493, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ул. Авангардная, д. 3, помещ. II, этаж 1, офис 1107

Генеральный директор
ООО «Нэйтив»



Н.С. Войнич

Прошито и скреплено печатью

4 ЛИСТОВ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бандажи лечебные компрессионные «ТУРНИОР» по ТУ 32.50.22-001-77307134-2018, вариант исполнения:

Бандаж лечебный компрессионный абдоминальный (ВА) «Турнюр» размером 1, 2 или 3 с текстильной застёжкой.

Назначение:

Бандажи лечебные компрессионные «Турнюр» по ТУ 32.50.22-001-77307134-2018, предназначены для лечения и профилактики послеоперационных отеков, рубцовых контрактур, а также для применения после операций на грудной клетке, маммопластики, липосакции и в других случаях, когда показана компрессионная терапия.

Основной принцип работы бандажей лечебных компрессионных "ТУРНИОР" по ТУ 32.50.22-001-77307134-2018, заключается в целенаправленном сдавливании поверхностных и глубоких вен в направлении снизу вверх, сужении сосудов и ускорении кровотока сердечно-сосудистой системы, в результате чего в мышцы поступает больше кислорода, быстрее удаляются продукты распада, что, в свою очередь, способствует быстрым реабилитационным процессам.

Изделия могут быть использованы в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях.

Потенциальными потребителями медицинского изделия являются пациенты, нуждающиеся в данном медицинском изделии по показаниям врача, применяется в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях.

Показания к применению медицинского изделия:

В зависимости от варианта исполнения:

Бандаж лечебный компрессионный абдоминальный (ВА) предназначен для профилактики и лечения отеков, гематом, рубцовых контрактур, для применения после операций в абдоминальной области, при грыжах брюшной полости и в других случаях, когда показана компрессионная терапия. Точный размер регулируется с помощью застёжки «Velcro». Применение медицинского изделия должно происходить под наблюдением лечащего врача или врача-консультанта.

Противопоказания к применению медицинского изделия:

Противопоказаниями к использованию бандажей лечебных компрессионных "ТУРНИОР" по ТУ 32.50.22-001-77307134-2018, являются заболевания кровеносных сосудов; заболевания, связанные с нарушением кровообращения; сахарный диабет, наличие открытых ран. Сердечно-лёгочная недостаточность в стадии декомпенсации, дерматиты различного происхождения, метаболические отёки, облитерирующие процессы, воспаление вен, трофические язвы не венозного происхождения, повышенная чувствительность кожных покровов.

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия:

Выбор неправильного размера компрессионного бандажа может вызвать некроз тканей и гематомы.

Меры предосторожности при применении МИ:

- людям с чувствительной кожей следует надевать бандаж на нижнее белье, плотно прилегающее к телу;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование бандажа и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.
- если иное не указано врачом, бандажи лечебные компрессионные «ТУРНИОР» можно носить 23 часа в сутки (целесообразно иметь два комплекта одного и того же изделия: пока один носится, другой стирается и сушится). Изделие следует снимать перед принятием водных и лечебных процедур.
- Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Класс компрессии: I (1).

Размеры бандажей лечебных компрессионных абдоминальных (ВА)

Размер	Обхват талии(см)	Высота изделия(см)	Длина изделия(см)
1 (S)	60-90	22±0,5	90±0,5
2 (M)	60-90	30±0,5	90±0,5
3 (L)	90-120	30±0,5	120±0,5

Сведения о материалах:

Бандаж лечебный компрессионный абдоминальный (ВА) «Турнюр»:

- нейлон 26,5%, полиэстер 67,6%, спандекс 5,9%, - основная ткань;
- эластан 100% - нить;
- текстильная застёжка типа «Велкро»;

В комплект поставки входит:

- Бандаж лечебный компрессионный абдоминальный (ВА) «Турнюр»,
- Инструкция по применению.

Расшифровка символов применяемых на маркировке медицинского изделия:

	наименование предприятия-изготовителя и его почтового адреса
	код партии
	дата изготовления
	использовать до
	Влажность воздуха от 45 до 80%;
	температурный диапазон от 5 до 40°C;
	Обратитесь к инструкции по применению
	ручная стирка при температуре до 30 °C
	не отбеливать
	глажение запрещено
	сухая чистка запрещена
	сушка на плоскости после стирки
	беречь от воздействия влаги (применимо только для транспортной упаковки)

Упаковка

Упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Изделие в первичной бумажной упаковке (сложенный лист бумаги высокой плотности), упаковано в индивидуальный пакет из полиэтиленовой пленки. Инструкция по применению вкладывается в упаковку медицинского изделия. Транспортировка изделий производится в ящиках из гофрированного картона размером.

При производстве медицинского изделия не применялись лекарственные средства, материалы животного и/или растительного происхождения и/или материалы человеческого происхождения.

Применение медицинского изделия

1. Если иное не указано врачом, изделие можно носить 12 часа в сутки (целесообразно иметь два комплекта одного и того же изделия: пока один носится, другой стирается и сушится). Изделие следует снимать перед принятием водных и лечебных процедур.

2. Привыкание к компрессии занимает первые два-три дня ношения компрессионного биндажа.

4. Во время ношения компрессионных изделий можно продолжать выполнение физических упражнений и вести нормальную жизнь.

Сведения по уходу и эксплуатации за медицинским изделием:

Биндаж рекомендуется надевать лежа на спине, застегнуть застежки "Velcro", застегнуть эластичную утяжку, не перетягивать. Режим и сроки ношения назначает лечащий врач. В случае дискомфорта прекратить применение, обратиться к лечащему врачу.

Потребитель должен строго соблюдать указания и требования, изложенные в инструкции по применению и указаниям по уходу за изделием на маркировке.

Стирать изделия необходимо руками в растворенном в воде мягким моющим средством: жидкое детское мыло либо шампунь, жидкость (гель) для очищения деликатных тканей при температуре не выше 30 градусов. Затем следует тщательно прополоскать изделие в холодной воде до полного удаления мыла, что предотвращает возможные аллергические реакции кожи и способствует сохранению эластичности ткани изделия.

Изделия следует сушить при комнатной температуре на плоской горизонтальной поверхности без выкручивания, предварительно удалив излишки влаги промоканием с помощью полотенца. Во избежание усадки и потери эластичности ткани, изделия не должны находиться вблизи источников тепла (батареи отопления, открытого огня, на солнце и т.д.).

Перед надеванием не наносить спиртосодержащие кремы и растворы на кожную поверхность, покрываемую компрессионным биндажом.

Не подвергать компрессионное изделие химической чистке.

Запрещается утюжить.

Не допускается соприкосновение изделий с острыми предметами, красящими веществами, растворителями.

Изделия поставляются нестерильными, стерилизации не подлежат.

Условия транспортирования и хранения:

Условия транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения У2 ГОСТ 15150, но при температурах от минус 25 до плюс 40 °С.

Изделия должны храниться в сухих, проветриваемых помещениях на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов по условиям хранения 1(Л) при температуре от +5 до +40 градусов и относительной влажностью до 80% по ГОСТ 15150 и в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Утилизация медицинского изделия:

Биндажи медицинские компрессионные "ТУРНЮР" по ТУ 32.50.22-001-77307134-2018, производства компании: ООО "Нэйтв", Россия, по классификации опасности в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 ("Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами") утилизируются как отходы Класса А.

Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия:

Медицинское изделие не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

Срок годности, гарантийные обязательства медицинского изделия:

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок службы бандажей составляет 6 месяцев (не более 20 стирок).

Начало гарантийного срока исчисляется со дня отгрузки изделия потребителю.

Гарантийный срок хранения- пять лет со дня изготовления.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, связанные с использованием изделий не по назначению, грубым повреждением изделий.

Производитель и организация, принимающая претензии потребителей

Общество с ограниченной ответственностью «Нэйтив»

125493, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ул. Авангардная, д. 3, помещ. II, этаж 1, офис 1107

Генеральный директор
ООО «Нэйтив»



Н.С. Войнич

Прошито и скреплено печатью

4 листов

