




Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"
Тел: (495) 258 42 80
Факс: (495) 258 42 81
abbott-russia@abbott.com


**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности качественного определения антител к Т-лимфотропному
вирусу человека I и II типа иммунохемилюминесцентным методом в
сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах
Alinity i "rHTLV-I/II Контрольные материалы (Alinity i rHTLV-I/II Controls)"**

Фотографическое изображение МИ гHTLV-I/II Контрольные материалы (Alinity i гHTLV-I/II Controls), упаковка, вид снаружи









Фотографическое изображение МИ rHTLV-I/II Контрольные материалы (Alinity i rHTLV-I/II Controls), флаконы, вид 2



и скреплено печатью

4

листов

Подпись

[Handwritten signature]



Общество с ограниченной
ответственностью "Эбботт
Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское
шоссе, 16 А., стр 1,
БЦ Метрополис
Тел: (495) 258 42 80

Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности качественного определения антител к Т-лимфотропному
вирусу человека I и II типа иммунохемилюминесцентным методом в
сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах
Alinity i «rHTLV-I/II Контрольные материалы (Alinity i rHTLV-I/II Controls)»**

Макет маркировки медицинского изделия rHTLV-I/II Контрольные материалы (Alinity i rHTLV-I/II Controls), кат № 07P6110 для пользователей Российской Федерации



07P6110



Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности качественного определения антител к Т-лимфотропному вирусу человека I и II типа иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «rHTLV-I/II Контрольные материалы (Alinity i rHTLV-I/II Controls)»

В составе: - Отрицательный контроль (Alinity i rHTLV-I/II Control -) – 1 флакон х 8,0 мл; - Положительный контроль (Alinity i rHTLV-I/II Control +) – 1 флакон х 8,0 мл; - Инструкция по применению.

Производитель: «Эбботт ГмбХ» (Abbott GmbH), Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / Место производства: «Эбботт ГмбХ» (Abbott GmbH), Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / Страна происхождения: Германия / РУ № ____/____ от ____ г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка медицинского изделия rHTLV-I/II Контрольные материалы (Alinity i rHTLV-I/II Controls), кат № 07P6110

G70484R04

LOT
Exp.
REF
07P6110
www.abbottdiagnostics.com/ru

HTLV I/II Ctrls

Alinity i rHTLV-I/II Controls



HTLV I/II Ctrls

RANGE
S/CO

CONTROL - 1 x 8.0 mL 0.00 - 0.69
CONTROL + 1 x 8.0 mL 2.07 - 6.20



CONTAINS: AZIDE

2°C 8°C
Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580



PRODUCT OF GERMANY

HTLV I/II Ctrls

2°C 8°C

Маркировка компонентов медицинского rHTLV-I/II Контрольные материалы (Alinity i rHTLV-I/II Controls), кат № 07P6110

Контроль «-» (Alinity i rHTLV-I/II Control «-»)



Alinity i
HTLV I/II
CONTROL -




CN

07P61L
8.0 mL

G70494R01

Контроль «+» (Alinity i rHTLV-I/II Control «+»)



Alinity i
HTLV I/II
CONTROL +



CN

07P61M
8.0 mL

G70495R01

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
4 листов

Подпись Иванов