



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 мая 2023 года

№ РЗН 2023/20224

На медицинское изделие

Мобильная рама для разгрузки веса при ходьбе (мобильная
слинг-система - вертикализатор) МССЭ по ТУ 32.50.50-031-32449888-2022

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Огонёк"
(ЗАО "НПЦ "Огонёк"), Россия,
127273, Москва, Берёзовая ал., д. 10/1

Производитель

Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Огонёк"
(ЗАО "НПЦ "Огонёк"), Россия,
127273, Москва, Берёзовая ал., д. 10/1

Место производства медицинского изделия

ЗАО "НПЦ "Огонёк", Россия, 127410, Москва, Алтуфьевское ш., д. 43, стр. 18

Номер регистрационного досье № РД-55490/21322 от 04.04.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 11 мая 2023 года № 2835
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0066495

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 мая 2023 года

№ РЗН 2023/20224

Лист 1

На медицинское изделие

**Мобильная рама для разгрузки веса при ходьбе (мобильная
слинг-система - вертикализатор) МССЭ по ТУ 32.50.50-031-32449888-2022:**

I. Мобильная рама для разгрузки веса при ходьбе (мобильная слинг-система - вертикализатор) МССЭ (типоразмеры 1480x960x730 мм, 1730x960x830 мм, 2030x1050x930 мм и 2630x1440x1130 мм), варианты исполнения:

1. Модель 01.XX*, в составе:

- напольная рама на 4 колёсах (верхний и нижний модули в сборе);
- 2-х точечное подвесное устройство;
- компенсаторный механизм с электроприводом;
- система страховки;
- регулируемый поручень;
- боковые ручки с ручным тормозом;
- стабилизатор передних колёс;
- стояночный тормоз;
- зарядное устройство «GreenWorks» модель G40C 40B 2A - 1 шт.;
- сетевой кабель 1,8 м - 1 шт.;
- аккумуляторная батарея «GreenWorks» модель G40B4 36 В 4 Ач - 1 шт.;
- инструкция по эксплуатации - 1 экз.;
- этикетка - 1 экз.;
- упаковочный лист - 1 экз.

2. Модель 02.XX*, в составе:

- напольная рама на 4 колёсах (верхний и нижний модули в сборе);
- 2-х точечное подвесное устройство;
- компенсаторный механизм с электроприводом;
- система страховки;
- регулируемый поручень;
- стабилизатор передних колёс;
- стояночный тормоз;
- зарядное устройство «GreenWorks» модель G40C 40B 2A - 1 шт.;
- сетевой кабель 1,8 м - 1 шт.;
- аккумуляторная батарея «GreenWorks» модель G40B4 36 В 4 Ач - 1 шт.;
- инструкция по эксплуатации - 1 экз.;
- этикетка - 1 экз.;
- упаковочный лист - 1 экз.;
- сумка футляр для хранения и переноски - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова
0120508

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 мая 2023 года

№ РЗН 2023/20224

Лист 2

3. Модель 03.XX*, в составе:

- напольная рама на 4 колёсах (верхний и нижний модули в сборе);
- 2-х точечное подвесное устройство;
- компенсаторный механизм с электроприводом;
- система страховки;
- регулируемый поручень;
- боковые ручки с ручным тормозом;
- стояночный тормоз;
- зарядное устройство «GreenWorks» модель G40C 40B 2A - 1 шт.;
- сетевой кабель 1,8 м - 1 шт.;
- аккумуляторная батарея «GreenWorks» модель G40B4 36 В 4 Ач - 1 шт.;
- инструкция по эксплуатации - 1 экз.;
- этикетка - 1 экз.;
- упаковочный лист - 1 экз.;
- сумка футляр для хранения и переноски - 1 шт.

4. Модель 04.XX*, в составе:

- напольная рама на 4 колёсах (верхний и нижний модули в сборе);
- 2-х точечное подвесное устройство;
- компенсаторный механизм с электроприводом;
- система страховки;
- регулируемый поручень;
- стояночный тормоз;
- зарядное устройство «GreenWorks» модель G40C 40B 2A - 1 шт.;
- сетевой кабель 1,8 м - 1 шт.;
- аккумуляторная батарея «GreenWorks» модель G40B4 36 В 4 Ач - 1 шт.;
- инструкция по эксплуатации - 1 экз.;
- этикетка - 1 экз.;
- упаковочный лист - 1 экз.;
- сумка футляр для хранения и переноски - 1 шт.

II. Принадлежности:

- удерживающее приспособление УП «Стандарт» мод.01.00 (размеры 0/XS, 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL);
- удерживающее приспособление УП «Комфорт» мод.02.01 и мод.02.02 (размеры 0/XS, 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/2XL, 6/3XL);
- удерживающее приспособление УП «Актив» мод.03.00 (размеры 0/XS, 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/2XL, 6/3XL);

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова
0120509

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

№ P3H 2023/20224

- удерживающее приспособление УП «Универсал» мод.04.00 (размеры 1/М, 2/L, 3/XL),
- тканевый чехол для хранения - 1 шт.;
- манжеты голеностопные - 2 шт.;
- жгут-стабилизатор - 2 шт.;
- пакет полиэтиленовый - 1 шт.

丑

А.В. Самойлова
0120510