



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 22 сентября 2023 года № РЗН 2023/21065

На медицинское изделие

Кровати медицинские электрические функциональные, с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"ПРОМА РЕХА, с.р.о.", Чешская Республика,

PROMA REHA, s.r.o., Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice, Czech Republic

Производитель

"ПРОМА РЕХА, с.р.о.", Чешская Республика,

PROMA REHA, s.r.o., Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice, Czech Republic

Место производства медицинского изделия

PROMA REHA, s.r.o., Továrni 84, 549 81 Meziměstí, Czech Republic

Номер регистрационного досье № РД-55881/21512 от 05.05.2023


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.30.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 10 листах

приказом Росздравнадзора от 22 сентября 2023 года № 6383
допущено к обращению на территории Российской Федерации:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0067704

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 сентября 2023 года № РЗН 2023/21065

Лист 1

На медицинское изделие

Кровати медицинские электрические функциональные, с принадлежностями, в составе:

I. Варианты исполнения:

1. Кровать медицинская электрическая функциональная: ABELA, SPARO, в составе:

1.1. 4-х секционное ложе кровати.

1.2. Ходовая конструкция.

1.3. Рукоятка функции CPR - не более 2 шт. (при необходимости).

1.4. Пульт управления пациента - (при необходимости).

1.5. Сестринская панель управления, (при необходимости).

1.6. Регулируемый подголовник - (при необходимости).

1.7. Актуатор для регулировки высоты и наклона ложа - не более 3 шт. (при необходимости).

1.8. Актуатор для регулировки спинной секции - не более 2 шт. (при необходимости).

1.9. Актуатор для регулировки бедренной секции - не более 2 шт. (при необходимости).

1.10. Растомат для регулировки ножной секции - не более 2 шт. (при необходимости).

1.11. Аккумулятор - (при необходимости).

1.12. Рельс авторегрессии - не более 4 шт. (при необходимости).

1.13. Колеса - не более 4 шт. (при необходимости).

1.14. Педаль центрального тормоза - не более 4 шт. (при необходимости).

1.15. Капот ходовой части - (при необходимости).

1.16. Торцы головные - не более 2 шт. (при необходимости).

1.17. Торцы ножные - не более 2 шт. (при необходимости).

1.18. Ограждения боковые - не более 4 шт. (при необходимости).

1.19. Диски бамперные защитные - не более 4 шт. (при необходимости).

1.20. Держатели матраса - не более 6 шт. (при необходимости).

1.21. Держатели для дополнительного оборудования - не более 6 шт. (при необходимости).

1.22. Полка выдвижная для белья - (при необходимости).

1.23. Матрас противопролежневый - не более 4 шт. (при необходимости).

1.24. Чехол на матрас - не более 4 шт. (при необходимости).

2. Кровать медицинская электрическая функциональная: DOMEО E, SUPERTA E, в составе:

2.1. 4-х секционное ложе кровати.

2.2. Ходовая конструкция.

2.3. Рукоятка функции CPR - не более 2 шт. (при необходимости).

2.4. Пульт управления пациента (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0129115

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 сентября 2023 года № РЗН 2023/21065

Лист 2

- 2.5. Сестринская панель управления (при необходимости).
- 2.6. Панель управления в боковых ограждениях - не более 6 шт. (при необходимости).
- 2.7. Регулируемый подголовник (при необходимости).
- 2.8. Актуатор для регулировки высоты и наклона лежа - не более 3 шт. (при необходимости).
- 2.9. Актуатор для регулировки спинной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
- 2.10. Актуатор для регулировки бедренной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
- 2.11. Аккумулятор (при необходимости).
- 2.12. Растомат для регулировки ножной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
- 2.13. Рельс авторегрессии - не более 4 шт. (при необходимости).
- 2.14. Колеса - не более 4 шт. (при необходимости).
- 2.15. Педаль центрального тормоза - не более 4 шт. (при необходимости).
- 2.16. Дополнительное регулируемое 5-ое колесо (при необходимости).
- 2.17. Капот ходовой части (при необходимости).
- 2.18. Торцы головные - не более 2 шт. (при необходимости).
- 2.19. Торцы ножные - не более 2 шт. (при необходимости).
- 2.20. Ограждения боковые - не более 4 шт. (при необходимости).
- 2.21. Диски бамперные защитные - не более 4 шт. (при необходимости).
- 2.22. Держатели матраса - не более 6 шт. (при необходимости).
- 2.23. Держатели для дополнительного оборудования - не более 6 шт. (при необходимости).
- 2.24. Полка выдвижная для белья (при необходимости).
- 2.25. Матрас противопролежневый - не более 4 шт. (при необходимости).
- 2.26. Чехол на матрас - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3. Кровать медицинская электрическая функциональная: GENEО, GRANO, в составе:
 - 3.1. 4-х секционное ложе кровати.
 - 3.2. Ходовая конструкция.
 - 3.3. Рукоятка функции CPR - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 3.4. Пульт управления пациента (при необходимости).
 - 3.5. Сестринская панель управления (при необходимости).
 - 3.6. Панель управления в боковых ограждениях - не более 6 шт. (при необходимости).
 - 3.7. Регулируемый подголовник (при необходимости).
 - 3.8. Актуатор для регулировки высоты и наклона лежа - не более 3 шт. (при необходимости).
 - 3.9. Актуатор для регулировки спинной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 3.10. Актуатор для регулировки бедренной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 3.11. Аккумулятор (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0129114

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 сентября 2023 года № РЗН 2023/21065

Лист 3

- 3.12. Растомат для регулировки ножной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
- 3.13. Рельс авторегрессии - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.14. Колеса - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.15. Педаль центрального тормоза - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.16. Дополнительное регулируемое 5-ое колесо (при необходимости).
- 3.17. Капот ходовой части (при необходимости).
- 3.18. Торцы головные - не более 2 шт. (при необходимости).
- 3.19. Торцы ножные - не более 2 шт. (при необходимости).
- 3.20. Ограждения боковые - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.21. Диски бамперные защитные - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.22. Держатели матраса - не более 6 шт. (при необходимости).
- 3.23. Держатели для дополнительного оборудования - не более 6 шт. (при необходимости).
- 3.24. Полка выдвижная для белья (при необходимости).
- 3.25. Матрас противопролежневый - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.26. Чехол на матрас - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4. Кровать медицинская электрическая функциональная: HESTIA, HESTIA PRO, в составе:
 - 4.1. 4-х секционное ложе кровати.
 - 4.2. Ходовая конструкция.
 - 4.3. Рукоятка функции CPR - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 4.4. Пульт управления пациента (при необходимости).
 - 4.5. Сестринская панель управления (при необходимости).
 - 4.6. Пульт-спутник (при необходимости).
 - 4.7. Панель управления в боковых ограждениях - не более 6 шт. (при необходимости).
 - 4.8. Педаль управления - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 4.9. Система взвешивания пациента (при необходимости).
 - 4.10. Регулируемый подголовник (при необходимости).
 - 4.11. Колонна для регулировки высоты и угла наклона ложа - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 4.12. Актуатор для регулировки спинной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 4.13. Актуатор для регулировки бедренной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 4.14. Актуатор для регулировки ножной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 4.15. Актуатор для регулировки удлинения ложа - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 4.16. Аккумулятор (при необходимости).
 - 4.17. Растомат для регулировки ножной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 4.18. Рельс авторегрессии - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 4.19. Колеса - не более 4 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0129113

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 сентября 2023 года № РЗН 2023/21065

Лист 4

- 4.20. Педаль центрального тормоза - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4.21. Дополнительное регулируемое 5-ое колесо (при необходимости).
- 4.22. Капот ходовой части - (при необходимости).
- 4.23. Торцы головные - не более 2 шт. (при необходимости).
- 4.24. Торцы ножные - не более 2 шт. (при необходимости).
- 4.25. Ограждения боковые - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4.26. Диски бамперные защитные - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4.27. Держатели матраса - не более 6 шт. (при необходимости).
- 4.28. Держатели для дополнительного оборудования - не более 6 шт. (при необходимости).
- 4.29. Полка выдвижная для белья (при необходимости).
- 4.30. Матрас противопролежневый - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4.31. Чехол на матрас - не более 4 шт. (при необходимости).
- 5. Кровать медицинская электрическая функциональная: INVENT, INVENT PRO, в составе:
 - 5.1. 4-х секционное ложе кровати.
 - 5.2. Ходовая конструкция.
 - 5.3. Рукоятка функции CPR - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 5.4. Пульт управления пациента (при необходимости).
 - 5.5. Сестринская панель управления (при необходимости).
 - 5.6. Пульт-спутник (при необходимости).
 - 5.7. Педаль управления - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 5.8. Панель управления в боковых ограждениях - не более 6 шт., (при необходимости).
 - 5.9. Система взвешивания пациента (при необходимости).
 - 5.10. Регулируемый подголовник (при необходимости).
 - 5.11. Колонна для регулировки высоты и угла наклона ложа - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 5.12. Актуатор для регулировки спинной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 5.13. Актуатор для регулировки бедренной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 5.14. Актуатор для регулировки ножной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 5.15. Аккумулятор (при необходимости).
 - 5.16. Актуатор для регулировки удлинения ложа - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 5.17. Растомат для регулировки ножной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 5.18. Рельс авторегрессии - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 5.19. Колеса - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 5.20. Педаль центрального тормоза - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 5.21. Дополнительное регулируемое 5-ое колесо (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0129112

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 сентября 2023 года № РЗН 2023/21065

Лист 5

- 5.22. Капот ходовой части (при необходимости).
- 5.23. Торцы головные - не более 2 шт. (при необходимости).
- 5.24. Торцы ножные - не более 2 шт. (при необходимости).
- 5.25. Ограждения боковые - не более 4 шт. (при необходимости).
- 5.26. Диски бамперные защитные - не более 4 шт. (при необходимости).
- 5.27. Держатели матраса - не более 6 шт. (при необходимости).
- 5.28. Держатели для дополнительного оборудования - не более 6 шт. (при необходимости).
- 5.29. Полка выдвижная для белья (при необходимости).
- 5.30. Матрас противопролежневый - не более 4 шт. (при необходимости).
- 5.31. Чехол на матрас - не более 4 шт. (при необходимости).
- 6. Кровать медицинская электрическая функциональная: GIA, PRIMO, в составе:
 - 6.1. 4-х секционное ложе кровати.
 - 6.2. Ходовая конструкция.
 - 6.3. Рукоятка функции CPR - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 6.4. Пульт управления пациента (при необходимости).
 - 6.5. Сестринская панель управления (при необходимости).
 - 6.6. Панель управления в боковых ограждениях - не более 6 шт. (при необходимости).
 - 6.7. Регулируемый подголовник (при необходимости).
 - 6.8. Актуатор для регулировки высоты и наклона ложа - не более 3 шт. (при необходимости).
 - 6.9. Актуатор для регулировки спинной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 6.10. Актуатор для регулировки бедренной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 6.11. Растомат для регулировки ножной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 6.12. Аккумулятор (при необходимости).
 - 6.13. Рельс авторегрессии - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 6.14. Колеса - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 6.15. Педаль центрального тормоза - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 6.16. Дополнительное регулируемое 5-ое колесо (при необходимости).
 - 6.17. Капот ходовой части, (при необходимости).
 - 6.18. Торцы головные - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 6.19. Торцы ножные - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 6.20. Ограждения боковые - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 6.21. Диски бамперные защитные - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 6.22. Держатели матраса - не более 6 шт. (при необходимости).
 - 6.23. Держатели для дополнительного оборудования - не более 6 шт. (при необходимости).
 - 6.24. Полка выдвижная для белья (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0129106

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 сентября 2023 года № РЗН 2023/21065

Лист 6

- 6.25. Матрас противопролежневый - не более 4 шт. (при необходимости).
6.26. Чехол на матрас - не более 4 шт. (при необходимости).
7. Кровать медицинская электрическая функциональная: TITAN, TITAN PRO, в составе:
7.1. 4-х секционное ложе кровати.
7.2. Ходовая конструкция.
7.3. Рукоятка функции CPR - не более 2 шт. (при необходимости).
7.4. Пульт управления пациента (при необходимости).
7.5. Сестринская панель управления (при необходимости).
7.6. Пульт-спутник (при необходимости).
7.7. Педаль управления - не более 2 шт. (при необходимости).
7.8. Панель управления в боковых ограждениях - не более 6 шт. (при необходимости).
7.9. Система взвешивания пациента (при необходимости).
7.10. Регулируемый подголовник (при необходимости).
7.11. Колонна для регулировки высоты и угла наклона ложа - не более 4 шт. (при необходимости).
7.12. Актуатор для регулировки спинной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
7.13. Актуатор для регулировки бедренной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
7.14. Актуатор для регулировки ножной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
7.15. Аккумулятор (при необходимости).
7.16. Актуатор для регулировки удлинения ложа - не более 2 шт. (при необходимости).
7.17. Рельс авторегрессии - не более 4 шт. (при необходимости).
7.18. Колеса - не более 4 шт. (при необходимости).
7.19. Педаль центрального тормоза - не более 4 шт. (при необходимости).
7.20. Дополнительное регулируемое 5-ое колесо (при необходимости).
7.21. Капот ходовой части (при необходимости).
7.22. Торцы головные - не более 2 шт. (при необходимости).
7.23. Торцы ножные - не более 2 шт. (при необходимости).
7.24. Ограждения боковые - не более 4 шт. (при необходимости).
7.25. Диски бамперные защитные - не более 4 шт. (при необходимости).
7.26. Держатели матраса - не более 6 шт. (при необходимости).
7.27. Держатели для дополнительного оборудования - не более 6 шт. (при необходимости).
7.28. Полка выдвижная для белья (при необходимости).
7.29. Матрас противопролежневый - не более 4 шт. (при необходимости).
7.30. Чехол на матрас - не более 4 шт. (при необходимости).
8. Кровать медицинская электрическая функциональная: VERTIGO, в составе:
8.1. 4-х секционное ложе кровати.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0129107

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 сентября 2023 года № РЗН 2023/21065

Лист 7

- 8.2. Ходовая конструкция.
- 8.3. Рукоятка функции CPR - не более 2 шт. (при необходимости).
- 8.4. Пульт управления пациента (при необходимости).
- 8.5. Сестринская панель управления (при необходимости).
- 8.6. Панель управления в боковых ограждениях - не более 6 шт. (при необходимости).
- 8.7. Регулируемый подголовник (при необходимости).
- 8.8. Актуатор для регулировки высоты и наклона лежа - не более 3 шт. (при необходимости).
- 8.9. Актуатор для регулировки спинной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
- 8.10. Актуатор для регулировки бедренной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
- 8.11. Аккумулятор (при необходимости).
- 8.12. Растомат для регулировки ножной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
- 8.13. Рельс авторегрессии - не более 4 шт. (при необходимости).
- 8.14. Колеса - не более 4 шт. (при необходимости).
- 8.15. Педаль центрального тормоза - не более 4 шт. (при необходимости).
- 8.16. Дополнительное регулируемое 5-ое колесо (при необходимости).
- 8.17. Капот ходовой части (при необходимости).
- 8.18. Торцы головные - не более 2 шт. (при необходимости).
- 8.19. Торцы ножные - не более 2 шт. (при необходимости).
- 8.20. Ограждения боковые - не более 4 шт. (при необходимости).
- 8.21. Диски бамперные защитные - не более 4 шт. (при необходимости).
- 8.22. Держатели матраса - не более 6 шт. (при необходимости).
- 8.23. Держатели для дополнительного оборудования - не более 6 шт. (при необходимости).
- 8.24. Полка выдвижная для белья (при необходимости).
- 8.25. Матрас противопролежневый - не более 4 шт. (при необходимости).
- 8.26. Чехол на матрас - не более 4 шт. (при необходимости).
- 9. Кровать медицинская электрическая функциональная: VISION, VISION PRO, в составе:
 - 9.1. 4-х секционное ложе кровати.
 - 9.2. Ходовая конструкция.
 - 9.3. Рукоятка функции CPR - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 9.4. Пульт управления пациента (при необходимости).
 - 9.5. Сестринская панель управления (при необходимости).
 - 9.6. Пульт-спутник (при необходимости).
 - 9.7. Педаль управления - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 9.8. Панель управления в боковых ограждениях - не более 6 шт. (при необходимости).
 - 9.9. Система взвешивания пациента (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0129108

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 сентября 2023 года № РЗН 2023/21065

Лист 8

- 9.10. Регулируемый подголовник (при необходимости).
- 9.11. Колонна для регулировки высоты и угла наклона ложа - не более 4 шт. (при необходимости).
- 9.12. Актуатор для регулировки спинной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
- 9.13. Актуатор для регулировки бедренной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
- 9.14. Актуатор для регулировки ножной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
- 9.15. Растомат для регулировки ножной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
- 9.16. Аккумулятор (при необходимости).
- 9.17. Актуатор для регулировки удлинения ложа - не более 2 шт. (при необходимости).
- 9.18. Рельс авторегрессии - не более 4 шт. (при необходимости).
- 9.19. Колеса - не более 4 шт. (при необходимости).
- 9.20. Педаль центрального тормоза - не более 4 шт. (при необходимости).
- 9.21. Дополнительное регулируемое 5-ое колесо (при необходимости).
- 9.22. Капот ходовой части (при необходимости).
- 9.23. Торцы головные - не более 2 шт. (при необходимости).
- 9.24. Торцы ножные - не более 2 шт. (при необходимости).
- 9.25. Ограждения боковые - не более 4 шт. (при необходимости).
- 9.26. Диски бамперные защитные - не более 4 шт. (при необходимости).
- 9.27. Держатели матраса - не более 6 шт. (при необходимости).
- 9.28. Держатели для дополнительного оборудования - не более 6 шт. (при необходимости).
- 9.29. Полка выдвижная для белья (при необходимости).
- 9.30. Матрас противопролежневый - не более 4 шт. (при необходимости).
- 9.31. Чехол на матрас - не более 4 шт. (при необходимости).
- 10. Кровать медицинская электрическая функциональная: VISTA, VISTA PRO, в составе:
 - 10.1. 4-х секционное ложе кровати.
 - 10.2. Ходовая конструкция.
 - 10.3. Рукоятка функции CPR - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 10.4. Пульт управления пациента (при необходимости).
 - 10.5. Сестринская панель управления (при необходимости).
 - 10.6. Пульт-спутник (при необходимости).
 - 10.7. Педаль управления - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 10.8. Панель управления в боковых ограждениях - не более 6 шт. (при необходимости).
 - 10.9. Система взвешивания пациента (при необходимости).
 - 10.10. Регулируемый подголовник (при необходимости).
 - 10.11. Колонна для регулировки высоты и угла наклона ложа - не более 4 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0129109

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 сентября 2023 года № РЗН 2023/21065

Лист 9

- 10.12. Актуатор для регулировки спинной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
- 10.13. Актуатор для регулировки бедренной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
- 10.14. Актуатор для регулировки ножной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
- 10.15. Растомат для регулировки ножной секции - не более 2 шт. (при необходимости).
- 10.16. Аккумулятор (при необходимости).
- 10.17. Актуатор для регулировки удлинения лежа - не более 2 шт. (при необходимости).
- 10.18. Рельс авторегрессии - не более 4 шт. (при необходимости).
- 10.19. Колеса, не более 4 шт. (при необходимости).
- 10.20. Педаль центрального тормоза - не более 4 шт. (при необходимости).
- 10.21. Дополнительное регулируемое 5-ое колесо (при необходимости).
- 10.22. Капот ходовой части (при необходимости).
- 10.23. Торцы головные - не более 2 шт. (при необходимости).
- 10.24. Торцы ножные - не более 2 шт. (при необходимости).
- 10.25. Ограждения боковые - не более 4 шт. (при необходимости).
- 10.26. Диски бамперные защитные - не более 4 шт. (при необходимости).
- 10.27. Держатели матраса - не более 6 шт. (при необходимости).
- 10.28. Держатели для дополнительного оборудования - не более 6 шт. (при необходимости).
- 10.29. Полка выдвижная для белья (при необходимости).
- 10.30. Матрас противопролежневый - не более 4 шт. (при необходимости).
- 10.31. Чехол на матрас - не более 4 шт. (при необходимости).

II. Принадлежности:

- 1. Устройство для подтягивания.
- 2. Рукоятка для подтягивания, регулируемая по высоте.
- 3. Держатель инфузионный, подвешиваемый.
- 4. Стойка инфузионная.
- 5. Табличка на торец.
- 6. Табличка на торец с клипсой.
- 7. Столик для еды.
- 8. Столик на торец.
- 9. Прикроватная тумба.
- 10. Держатель для судна.
- 11. Держатель для пульты пациента.
- 12. Держатель для небулайзера.
- 13. Держатель для мочеприемника.
- 14. Держатель для кислородного баллона.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова


0129110

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 сентября 2023 года № РЗН 2023/21065

Лист 10

15. Держатель для монитора.
16. Лампа для чтения.
17. Держатель для мочеприемных бутылок с крышкой.
18. Держатель для мочеприемных бутылок.
19. Держатель для костылей.
20. Держатель для костылей на фиксаторе.
21. Корзина, подвешиваемая для бутылок.
22. Корзина, подвешиваемая для обуви.
23. Рама тракционная.
24. Набор фиксаторов для пациента в кровати.
25. Набор фиксаторов для латеральных наклонов ложа.
26. Держатель-перекладчик.
27. Чехол для матраса запасной.
28. Секция матраса для удлиненного ложа.
29. Лестница для реабилитации.
30. Рельс с пластиковыми крючками для дополнительного оборудования.
31. Приспособление pedalное реабилитационное для кровати.
32. Дополнительная секция боковых ограждений.



Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0129111