



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПНЕВМОПРИБОР»

142605, Россия, Московская область, г.о.
Орехово-Зуевский, п. Пригородный, д. 44,
тел./факс 8 (496) 415-35-01
8 (496) 415-34-05
8 (496) 423-69-09

e-mail: i.pnevmopribor@gmail.com
e.pnevmopribor@gmail.com
p.pnevmopribor@gmail.com
s.pnevmopribor@gmail.com
www.pnevmopribor-oz.ru

ИНН 503 400 91 06 КПП 503 401 001
ОКПО 13350894
р/с 407 028 101 015 900 003 89
к/с 301 018 101 452 500 004 11
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044 525 411

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Пневмоприбор»
А.В. Пушков
«31» сентября 2023 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

«Прибор для индикации эффективности непрямого массажа сердца и координации последовательности действий при выполнении мероприятий сердечно-легочной реанимации «ПР-01ПП» по ППТД.2952.003ТУ»

Варианты исполнения:

- «Прибор для индикации эффективности непрямого массажа сердца и координации последовательности действий при выполнении мероприятий сердечно-легочной реанимации «ПР-01ПП»-01 по ППТД.2952.003ТУ»;
- «Прибор для индикации эффективности непрямого массажа сердца и координации последовательности действий при выполнении мероприятий сердечно-легочной реанимации «ПР-01ПП»-02 по ППТД.2952.003ТУ».

2023 г.

Наименование медицинского изделия (с указанием входящих комплектующих для каждого исполнения прибора):

1. «Прибор для индикации эффективности непрямого массажа сердца и координации последовательности действий при выполнении мероприятий сердечно-легочной реанимации «ПР-01ПП»-01 по ППТД.2952.003ТУ», в составе:

1.1 Прибор для индикации эффективности непрямого массажа сердца и координации последовательности действий при выполнении мероприятий сердечно-легочной реанимации «ПР-01ПП» ППТД.2952.003 – 1 шт.;

1.2 Укладочные средства: Чехол – 1 шт.;

1.3 Укладочные средства: Коробка – 1 шт.;

1.4 Руководство по эксплуатации – 1 шт.;

1.5 Паспорт – 1 шт.

2. «Прибор для индикации эффективности непрямого массажа сердца и координации последовательности действий при выполнении мероприятий сердечно-легочной реанимации «ПР-01ПП»-02 по ППТД.2952.003ТУ», в составе:

2.1 Прибор для индикации эффективности непрямого массажа сердца и координации последовательности действий при выполнении мероприятий сердечно-легочной реанимации «ПР-01ПП» ППТД.2952.003 – 1 шт.;

2.2 Маска для искусственного дыхания «рот-в-рот» тип Б1-125 по ТУ 3-2257-90, производства ЗАО НПКФ «Метом», Россия (регистрационное удостоверение ФСР № 2007/01323 от 03.12.2007) – не более 3шт.;

или

Маска для искусственного дыхания «рот-в-рот» тип Б3-125 по ТУ 3-2257-90, производства ЗАО НПКФ «Метом», Россия (регистрационное удостоверение ФСР № 2007/01323 от 03.12.2007) – не более 3шт.;

или


Реанимационные системы: реанимационная маска, производства фирмы Интерседжикал Лтд, Великобритания (регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03551 от 20.11.2019) – не более 3 шт.

2.3 Укладочные средства: Чехол – 1 шт.;

2.4 Укладочные средства: Сумка СПМ-1 – 1 шт.;


2.5 Руководство по эксплуатации – 1 шт.;

2.6 Паспорт – 1 шт.



Фотография 1 – Исполнение прибора «ПР-01ПП»-01

1 – Прибор «ПР-01ПП» ППТД.2952.003; 2 – Чехол; 3 – Коробка.



Фотография 2 – Исполнение прибора «ПР-01ПП»-02

1 – Прибор «ПР-01ПП» ППТД.2952.003; 2 – Чехол; 3 – Сумка СПМ-1;
(3 или 4, или 5)* – Маска для искусственного дыхания «рот-в-рот» Б1-125 (ЗАО НПКФ «Метом»); или
Маска для искусственного дыхания «рот-в-рот» Б3-125 (ЗАО НПКФ «Метом»); или Реанимационные
системы: реанимационная маска («INTERSURGICAL»).


Примечание: * Количество и вариант маски оговаривается при заказе



Фотография 3 – Прибор «ПР-01ПП» ППТД.2952.003 (лицевая сторона)




Фотография 4 – Прибор «ПР-01ПП» ППТД.2952.003
(оборотная сторона, маркировка)




Фотография 5 – Чехол



Фотография 6 – Картонная коробка с потребительской маркировкой



Фотография 7 – Сумка СПМ-1 с потребительской маркировкой



МАСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

тип Б1-125 ТУ 3-2257-90

для проведения искусственного дыхания с клапаном
вдоха-выдоха, кислородным клапаном и крепежом

Дата выпуска:

07. 12. 2018

Гарантийный
срок хранения:

24 месяца со дня изготовления


Гарантийный срок
эксплуатации:

18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию



Изготовитель: ЗАО НПКФ «Метом»
г. Москва, Ленинградское ш., д.58, стр. 17
Тел./факс: +7 (495) 459-90-01
Сайт: www.metom.ru

Фотография 8 – Маска для искусственного дыхания «рот-в-рот» Б1-125 (ЗАО НПКФ «Метом»)



МАСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
с клапаном вдоха-выдоха для
проведения искусственного дыхания
тип БЗ-125 ТУ 3-2257-90

НЕ СТЕРИЛЬНО

ДАТА ВЫПУСКА:

11. 06. 2019




Гарантийный срок хранения:
24 месяца со дня изготовления

Гарантийный срок эксплуатации:
18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию



Изготовитель: ЗАО НПКФ «Метом»
РФ, г. Москва,
Ленинградское ш., д. 58, стр. 17
Тел./факс: +7 (495) 459-90-01
Сайт: www.metom.ru

Фотография 9 – Маска для искусственного дыхания «рот-в-рот» БЗ-125 (ЗАО НПКФ «Метом»)



Фотография 10 – Реанимационные системы: реанимационная маска («INTERSURGICAL»)

