



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 августа 2023 года № РЗН 2021/16079

На медицинское изделие

Наконечники для дозаторов по ТУ 32.50.50-019-54287340-2021

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Непубличное акционерное общество "ПЕРИНТ" (АО "ПЕРИНТ"), Россия,
188689, Ленинградская обл., м.р-н Всеволожский, г.п. Заневское, п. ж/д
ст. Мяглово, тер. Соржа-Старая производ-но складская зона, пр-д 1-й, стр. 15/16

Производитель

Непубличное акционерное общество "ПЕРИНТ" (АО "ПЕРИНТ"), Россия,
188689, Ленинградская обл., м.р-н Всеволожский, г.п. Заневское, п. ж/д
ст. Мяглово, тер. Соржа-Старая производ-но складская зона, пр-д 1-й, стр. 15/16

Место производства медицинского изделия

АО "ПЕРИНТ", Россия, 188689, Ленинградская обл., м.р-н Всеволожский,
г.п. Заневское, п. ж/д ст. Мяглово, тер. Соржа-Старая производ-но складская
зона, пр-д 1-й, стр. 15/16к

Номер регистрационного досье № РД-55743/32629 от 27.04.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1


Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 22 августа 2023 года № 5490

допущено к обращению на территории Российской Федерации
Заместитель руководителя Федеральной службы

по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0071096

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 августа 2023 года № РЗН 2021/16079

Лист 1

На медицинское изделие

Наконечники для дозаторов по ТУ 32.50.50-019-54287340-2021,
в вариантах исполнения:

1. Наконечник (0,1-10) мкл.
2. Наконечник с фильтром (0,1-10) мкл.
3. Наконечник удлиненный (0,1-10) мкл.
4. Наконечник удлиненный с фильтром (0,1-10) мкл.
5. Наконечник для нанесения в гель (0,1-10) мкл.
6. Наконечник (2-20) мкл.
7. Наконечник с фильтром (2-20) мкл.
8. Наконечник (2-50) мкл.
9. Наконечник с фильтром (2-50) мкл.
10. Наконечник (2-100) мкл.
11. Наконечник с фильтром (2-100) мкл.
12. Наконечник (2-200) мкл.
13. Наконечник черный (2-200) мкл.
14. Наконечник с фильтром (2-200) мкл.
15. Наконечник черный с фильтром (2-200) мкл.
16. Наконечник удлиненный (2-200) мкл.
17. Наконечник удлиненный с фильтром (2-200) мкл.
18. Наконечник для нанесения в гель (1-200) мкл.
19. Наконечник (2-300) мкл.
20. Наконечник с фильтром (2-300) мкл.
21. Наконечник (100-1000) мкл.
22. Наконечник черный (100-1000) мкл.
23. Наконечник с фильтром (100-1000) мкл.
24. Наконечник черный с фильтром (100-1000) мкл.
25. Наконечник удлиненный (100-1000) мкл.
28. Наконечник удлиненный с фильтром (100-1000) мкл.
27. Наконечник (500-5000) мкл.
28. Наконечник (1000-10000) мкл.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0126864