

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «АНТЕНОР»



Г. И. Маргина

2023 г.

Аппарат для ультрафиолетового экстракорпорального облучения крови

«Надежда 100»

по ТУ 26.60.13-001-72507302-2021

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению



Рисунок 1 «Аппарат для ультрафиолетового экстракорпорального облучения крови «Надежда 100» по ТУ 26.60.13-001-72507302-2021», вид спереди.





Рисунок 2 «Аппарат для ультрафиолетового экстракорпорального облучения крови
«Надежда 100» по ТУ 26.60.13-001-72507302-2021», вид слева.



Рисунок 3 «Аппарат для ультрафиолетового экстракорпорального облучения крови «Надежда 100» по ТУ 26.60.13-001-72507302-2021», вид сзади.

ООО "Антенор" Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Строителей 98, литер В Аппарат для ультрафиолетового экстракорпорального облучения крови "Надежда 100" ТУ 26.60.13-001-72507302-2021 Климат. исполнение: температура от 20 °С до 35 °С относительная влажность воздуха от 40% до 80% при t=25 °С Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев Гарантийный срок хранения: 18 месяцев		
Сеть: 220 В, 50 Гц Степень защиты: IP 20 Мощность лампы: 8 Вт Уровень шума: 40 Дб Масса: 4,50 кг	Дата изготовления: Заводской номер: РЧ № Дата РЧ:	
Потребляемая мощность не более 60 ВА		
		
Сделано в России		

Рисунок 4 Макет маркировки аппарата «Аппарат для ультрафиолетового экстракорпорального облучения крови «Надежда 100» по ТУ 26.60.13-001-72507302-2021».



АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ "НАДЕЖДА-100" ТУ 26.60.13-001-72507302-2021

Климат. исполнение: температура от 20 °C до 35 °C
относительная влажность воздуха от 40% до 80% при $t=25\text{ °C}$

220 В, 50 Гц, 60 ВА
Степень защиты: IP 20
Условия хранения: 1/1
Мощность лампы: 8 Вт
Уровень шума: 40 Дб
Дата изготовления:
Заводской номер:
РУ №
Дата РУ:
Масса брутто: 5,00 кг

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев
Гарантийный срок хранения: 18 месяцев

ООО "Антенор"
Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,
ул. Строителей 98, литер В
тел: 8(8362)41-60-70
E-mail: ag.isaev.1941@gmail.com

Сделано в России



Рисунок 5 Макет потребительской этикетки «Аппарат для ультрафиолетового экстракорпорального облучения крови «Надежда 100» по ТУ 26.60.13-001-72507302-2021».



АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО
ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ "НАДЕЖДА-100"
ТУ 26.60.13-001-72507302-2021

Климат. исполнение: температура от 20 °C до 35 °C
относительная влажность воздуха от 40% до 80% при t=25 °C

220 В, 50 Гц, 60 ВА
Степень защиты: IP 20
Условия хранения: 1/1
Мощность лампы: 8 Вт
Уровень шума: 40 дБ
Дата изготовления:
Заводской номер:
РУ №
Дата РУ:
Масса брутто: 5,00 кг

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев
Гарантийный срок хранения: 18 месяцев

ООО "Антенор"
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Строителей 98, литер В
тел: 8(8362)41-60-70
E-mail: ag.isaev.1941@gmail.com

Сделано в России



Рисунок 6 «Аппарат для ультрафиолетового экстракорпорального облучения крови
«Надежда 100»
по ТУ 26.60.13-001-72507302-2021» в потребительской упаковке.




Рисунок 7 Лист упаковочный на потребительской упаковке «Аппарат для ультрафиолетового экстракорпорального облучения крови «Надежда 100» по ТУ 26.60.13-001-72507302-2021»




Рисунок 8 «Аппарат для ультрафиолетового экстракорпорального облучения крови «Надежда 100» по ТУ 26.60.13-001-72507302-2021» в транспортной упаковке.




Рисунок 9 - «Аппарат для ультрафиолетового экстракорпорального облучения крови
«Надежда 100»
по ТУ 26.60.13-001-72507302-2021» изделия из состава ЗИП.



АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ "НАДЕЖДА-100" ТУ 26.60.13-001-72507302-2021

Количество _____ шт.

Дата упаковки _____

ОТК

М.П. _____
личная подпись

_____ расшифровка подписи

Требования к транспортированию аппарата должны отвечать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С, относительная влажность до 95% при температуре 35 °С).

Климат. исполнение: температура от 20 °С до 35 °С
относительная влажность воздуха от 40% до 80% при $t=25\text{ °C}$

220 В, 50 Гц, 60 ВА

Степень защиты: IP 20

Условия хранения: 1/1

Мощность лампы: 8 Вт

Уровень шума: 40 Дб

Дата изготовления:

Заводской номер:

РЧ №

Дата РЧ:

Масса брутто: 11,25 кг

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев

ООО "Антенор"

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,

ул. Строителей 98, литер В

тел: 8(8362)41-60-70

E-mail: ag.isaev.1941@gmail.com

Сделано в России



Рисунок 10– Макет транспортировочной этикетки «Аппарат для ультрафиолетового экстракорпорального облучения крови «Надежда 100» по ТУ 26.60.13-001-72507302-2021».

Прошито и скреплено печатью
количество _____ (_____) листов

Директор
ООО «АНТЕНОР»



Подпись

Маргина Г. И.

ФИО

