

ТЕСН.501.00.124 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Датчики оптоэлектронные пульсоксиметрические ДОПн-«Тритон», ДОПп-«Тритон»	Страница: 1 из 8 Ревизия: 0
---------------------	---	--------------------------------

УТВЕРЖДАЮ

Начальник конструкторского бюро

В.В. Булаев




2024 г.

Данные о маркировке и упаковке.

Датчики оптоэлектронные пульсоксиметрические

ДОПн-«Тритон», ДОПп-«Тритон»

Инженер – конструктор		
Разработал:	Червонцева Е.А. 	Дата: 14.08.2024
Ведущий инженер – конструктор отдела ФМ КБ		
Проверил:	Конев Д.Д. 	Дата: 14.08.24
Начальник отдела ФМ КБ		
Согласовано:	Шабашов Е.П. 	Дата: 14.08.24

ТЕСН.501.00.124 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Датчики оптоэлектронные пульсоксиметрические ДОПн-«Тритон», ДОППп-«Тритон»	Страница: 2 из 8 Ревизия: 0
---------------------	--	--------------------------------

№ п/п	Наименование	Обозначение
1	Наклейка (датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический ДОПн-«Тритон» ТУ 9441-009-32119398-2001 PM501.00.004)	ТЭСМ.189959
2	Наклейка (датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический ДОПн-«Тритон» ТУ 9441-009-32119398-2001, PM501.00.004-01)	ТЭСМ.189959-03
3	Наклейка (датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический ДОППп-«Тритон» ТУ 9441-009-32119398-2001 PM501.00.124)	ТЭСМ.189960
4	Наклейка (датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический ДОППп-«Тритон» ТУ 9441-009-32119398-2001 PM501.00.124-01)	ТЭСМ.189960-03
5	Наклейка (переходник датчика пульсоксиметрического ТЭСМ.534014)	ТЭСМ.009425-10
6	Наклейка «Дезинфекция»	ТЭСМ.709910
7	Наклейка на упаковку датчика оптоэлектронного пульсоксиметрического ДОПн-«Тритон»	ТЕСН.709933
8	Наклейка на упаковку датчика оптоэлектронного пульсоксиметрического ДОППп-«Тритон»	ТЕСН.709932

ТЭСН.501.00.124 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Датчики оптоэлектронные пульсоксиметрические ДОПн-«Тритон», ДОПпп-«Тритон»	Страница: 3 из 8 Ревизия: 0
---------------------	--	--------------------------------

ТЭСМ.189959

PG Triton®
www.treaton.ru

 ООО фирма
«Тритон-ЭлектроникС»
Россия,
620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

IP 22

Датчик оптоэлектронный
пульсоксиметрический
ДОПн-«Тритон»
ТУ 9441-009-32119398-2001
PM501.00.004

SN



PG Treaton
www.treaton.ru

 ООО фирма
«Тритон-ЭлектроникС»
Россия,
620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

IP 22

Датчик оптоэлектронный
пульсоксиметрический
ДОПн-«Тритон»
ТУ 9441-009-32119398-2001
PM501.00.004

SN



ТЭСМ.189959-03

PG Triton®
www.treaton.ru

 ООО фирма
«Тритон-ЭлектроникС»
Россия,
620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

IP 22

Датчик оптоэлектронный
пульсоксиметрический
ДОПн-«Тритон»
ТУ 9441-009-32119398-2001
PM501.00.004-01

SN



PG Treaton
www.treaton.ru

 ООО фирма
«Тритон-ЭлектроникС»
Россия,
620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

IP 22

Датчик оптоэлектронный
пульсоксиметрический
ДОПн-«Тритон»
ТУ 9441-009-32119398-2001
PM501.00.004-01

SN



TECH.501.00.124 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Датчики оптоэлектронные пульсоксиметрические ДОПн-«Тритон», ДОПпп-«Тритон»	Страница: 4 из 8 Ревизия: 0
---------------------	--	--------------------------------

ТЭСМ.189960

PG Triton®
www.treaton.ru

 ООО фирма
«Тритон-ЭлектроникС»
Россия,
620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

IP 22

Датчик оптоэлектронный
пульсоксиметрический
ДОПпп-«Тритон»
ТУ 9441-009-32119398-2001
PM501.00.124

SN



PG Treaton
www.treaton.ru

 ООО фирма
«Тритон-ЭлектроникС»
Россия,
620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

IP 22

Датчик оптоэлектронный
пульсоксиметрический
ДОПпп-«Тритон»
ТУ 9441-009-32119398-2001
PM501.00.124

SN



ТЭСМ.189960-03

PG Triton®
www.treaton.ru

 ООО фирма
«Тритон-ЭлектроникС»
Россия,
620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

IP 22

Датчик оптоэлектронный
пульсоксиметрический
ДОПпп-«Тритон»
ТУ 9441-009-32119398-2001
PM501.00.124-01

SN



PG Treaton
www.treaton.ru

 ООО фирма
«Тритон-ЭлектроникС»
Россия,
620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

IP 22

Датчик оптоэлектронный
пульсоксиметрический
ДОПпп-«Тритон»
ТУ 9441-009-32119398-2001
PM501.00.124-01

SN



ТЕСН.501.00.124 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Датчики оптоэлектронные пульсоксиметрические ДОПн-«Тритон», ДОППп-«Тритон»	Страница: 5 из 8 Ревизия: 0
---------------------	--	--------------------------------

ТЭСМ.009425-10

TRITON®
www.treaton.ru

Переходник датчика
пульсоксиметрического
ТЭСМ.534014

SN



 ООО фирма
«Тритон-ЭлектроникС»
Россия,
620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

Treaton
www.treaton.ru

Переходник датчика
пульсоксиметрического
ТЭСМ.534014

SN



 ООО фирма
«Тритон-ЭлектроникС»
Россия,
620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33

ТЭСМ.709910




Дезинфицируйте
протираaniem!



Не погружайте
в жидкости!
Не растягивайте кабель
при дезинфекции!

TECH.501.00.124 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Датчики оптоэлектронные пульсоксиметрические ДОПн-«Тритон», ДОПшн-«Тритон»	Страница: 6 из 8 Реализия: 0
---------------------	--	---------------------------------

TECH.709933


TRITON®		Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический ДОПн-«Тритон» ТУ 9441-009-32119398-2001	
 		Обозначение	
  	ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бакова, 33 тел.: 8 (800) 500-80-53 mail@treaton.ru, www.treaton.ru		
		 	
		ТРАНСПОРТИРОВКА ХРАНЕНИЕ	
		БРУТТО - кг НЕТТО - кг	
	Число изделий (при групповой упаковке)		
	Год и месяц упаковывания		
	Условия хранения -1 по ГОСТ15150		
	Гарантийный срок хранения - 6 месяцев		
	Законсервировано до		
			

Treaton		Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический ДОПн-«Тритон» ТУ 9441-009-32119398-2001	
 		Обозначение	
  	ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бакова, 33 тел.: 8 (800) 500-80-53 mail@treaton.ru, www.treaton.ru		
		 	
		ТРАНСПОРТИРОВКА ХРАНЕНИЕ	
		БРУТТО - кг НЕТТО - кг	
	Число изделий (при групповой упаковке)		
	Год и месяц упаковывания		
	Условия хранения -1 по ГОСТ15150		
	Гарантийный срок хранения - 6 месяцев		
	Законсервировано до		
			

TECH.709932

TRITON®Датчик оптоэлектронный
пульсоксиметрический
ДОПпп-«Тритон»

ТУ 9441-009-32119398-2001

Обозначение SN ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33
тел.: 8 (800) 500-80-53
mail@treaton.ru, www.treaton.ru

ТРАНСПОРТИРОВКА


ХРАНЕНИЕ

БРУТТО - КГНЕТТО - КГ

Число изделий (при групповой упаковке)	
Год и месяц упаковывания	
Условия хранения -1 по ГОСТ15150	
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев	
Законсервировано до	

**Treaton**Датчик оптоэлектронный
пульсоксиметрический
ДОПпп-«Тритон»

ТУ 9441-009-32119398-2001

Обозначение SN ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33
тел.: 8 (800) 500-80-53
mail@treaton.ru, www.treaton.ru

ТРАНСПОРТИРОВКА

ХРАНЕНИЕ

БРУТТО - КГНЕТТО - КГ

Число изделий (при групповой упаковке)	
Год и месяц упаковывания	
Условия хранения -1 по ГОСТ15150	
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев	
Законсервировано до	



ТЕСН.501.00.124 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке. Датчики оптоэлектронные пульсоксиметрические ДОПн-«Тритон», ДОППп-«Тритон»	Страница: 8 из 8 Ревизия: 0
---------------------	--	--------------------------------

Лист учета изменений

№ редакции	Дата редакции	Краткое содержание и причина внесения изменений


Директор по качеству
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»

2024г.





Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический пальцевой-прищепочный ДОПн-«Тритон»,
PM501.00.124




Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический неонатальный ДОПн-«Тритон»,
PM501.00.004




Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический пальцевой-прищепочный ДОПн-«Тритон»,

PM501.00.124-01



Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический неонатальный ДОПн-«Тритон»,
PM501.00.004-01



Переходник датчика пульсоксиметрического, ТЭСМ.534014

**ДАТЧИКИ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ
ПУЛЬСОКСИМЕТРИЧЕСКИЕ
ЭТИКЕТКА
PM501.00.124 ЭТ**

**датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический пальцевой-
прищепочный ДОПп – «Тритон»
датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический неонатальный
ДОПн – «Тритон»,**

ТУ 9441-009-32119398-2001



Этикетка, PM501.00.124ЭТ

Treaton



Датчик оптоэлектронный
пульсоксиметрический
ДОПП-«Тритон»
ТУ 9441-009-32119398-2001

Обозначение **PM501.00.124-01**

SN


240001



2024-08



ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бакова, 33
тел.: 8 (800) 500-80-53
mail@treaton.ru, www.treaton.ru



TRANСПОРТИРОВКА

ХРАНЕНИЕ

БРУТТО
НЕТТО

КГ

КГ

Число изделий
(при групповой упаковке)

Год и месяц упаковки

Условия хранения -1 по ГОСТ15150

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев

Законсервировано до



Treaton

Датчик оптоэлектронный
пульсоксиметрический

ДОПн-«Тритон»

ТУ 9441-009-32119398-2001

Обозначение **PM501.00.004-01**



240001



2024-08



ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33
тел.: 8 (800) 500-80-53
mail@treaton.ru, www.treaton.ru



БРУТТО - кг
НЕТТО - кг



Число изделий (при групповой упаковке)	
Год и месяц упаковывания	
Условия хранения -1 по ГОСТ15150	
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев	
Законсервировано до	



Дезинфицировать
после каждого
использования

Treaton




Датчик оптоэлектронный
пульсоксиметрический
ДОПП-«Тритон»
ТУ 9441-009-32119398-2001

Обозначение **PM501.00.124**

SN 240001
2024-08

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 33
тел.: 8 (800) 500-80-53
mail@treaton.ru, www.treaton.ru



БРУТТО - кг
НЕТТО - кг



Число изделий (при групповой упаковке)	
Год и месяц упаковывания	
Условия хранения -1 по ГОСТ15150	
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев	
Законсервировано до	



Treaton

Датчик оптоэлектронный
пульсоксиметрический

ДОПн-«Тритон»

ТУ 9441-009-32119398-2001

Обозначение **PM501.00.004**



SN

240001



2024-08



ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Россия, 620133, г. Екатеринбург,
ул. Бежова, 33
тел.: 8 (800) 500-80-53
mail@treaton.ru, www.treaton.ru



ТРАНСПОРТИРОВКА

ХРАНЕНИЕ

БРУТТО - КГ
НЕТТО - КГ



Число изделий (при групповой упаковке)	
Год и месяц упаковки	
Условия хранения -1 по ГОСТ15150	
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев	
Законсервировано до	



Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 10 листев

Директор по качеству
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»

В.М. Полунин

2024г.

