


«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Полынцев Д.Г.

20 23 г.

Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*


**«Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения ракового антигена СА 15-3 «MagnoLIA СА 15-3»,
по ТУ 21.20.23-655-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения ракового антигена СА 15-3 «MagnoLIA CA 15-3»,
по ТУ 21.20.23-655-98539446-2023

Кат. № 1340001 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
«Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения ракового антигена СА 15-3 «MagnoLIA CA 15-3»,
по ТУ 21.20.23-655-98539446-2023»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E003

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения ракового антигена СА 15-3 «MagnoLIA CA 15-3»,
по ТУ 21.20.23-655-98539446-2023

Кат. № 1340001 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

MagnoLIA
CA-15-3

2024-02-22
LOT E003

MagnoLIA CA 15-3
Для профессионального применения
ТУ 21.20.23-655-98539446-2023
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E003

**Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения ракового антигена СА 15-3 «MagnaLIA СА 15-3»,
по ТУ 21.20.23-655-98539446-2023**

Кат. № 1340001 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003


Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения ракового антигена CA 15-3 «MagnaLIA CA 15-3»,
по ТУ 21.20.23-655-98539446-2023

Кат. № 1340005 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.





MagnoLIA CA-15-3

			MagnoLIA CA-15-3
			MagnoLIA CA-15-3
			MagnoLIA CA-15-3
			MagnoLIA CA-15-3
			MagnoLIA CA-15-3

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

9 (*девят*) лист *8*

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Польнцев Д.Г.
«24» - 2023 г.



Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения ракового антигена СА 15-3 «MagnoLIA СА 15-3»,
по ТУ 21.20.23-655-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

«Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного определения ракового антигена СА 15-3 «MagnaLIA CA 15-3», по ТУ 21.20.23-655-98539446-2023»

Макет этикеток



Вариант исполнения 1

Кат. № 1340001

На коробку:



ООО «Компания Алкор Био»
182148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр. д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6787878, 672162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

MagnaLIA CA 15-3

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного определения ракового антигена СА 15-3 «MagnaLIA CA 15-3», по ТУ 21.20.23-655-98539446-2023

Состав набора: 1 картридж

МЧ	Парамагнитные микрочастицы с иммобилизованными антителами к СА 15-3
А*	Конъюгат анти-СА 15-3 с акридиновой меткой

Инструкция
Паспорт

LOT E003 2023-02-02

REF 1340001 2024-02-02

IVD

Σ 100 +2/+8 °C

Биобезопасность, Светочувствительность, Хранение при +2/+8 °C, Информация, Предупреждение



MagnaLIA CA 15-3
Для профессионального применения
ТУ 21.20.23-655-98539446-2023
RU № XXXXXXXXXXXXXXX

На картридж:



МЧ 17,5 мл
А* 10 мл
А* 10 мл

Готов к использованию
Для профессионального применения
ООО «Компания Алкор Био»

MagnaLIA CA-15-3

2024-02-02

LOT E003

IVD

Σ 100

Биобезопасность, Светочувствительность, Хранение при +2/+8 °C, Информация, Предупреждение



MagnaLIA CA-15-3

MagnaLIA
CA-15-3
2024-02-22
Lot E003

«Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного определения ракового антигена СА 15-3 «MagnoLIA CA 15-3», по ТУ 21.20.23-655-98539446-2023»

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 1340005

На коробку:



MagnoLIA CA 15-3

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного определения ракового антигена СА 15-3 «MagnoLIA CA 15-3», по ТУ 21.20.23-655-98539446-2023

Состав набора: 5 картриджей

МЧ	Парамагнитные микрочастицы с иммобилизованными антителами к СА 15-3
А*	Конъюгат анти-СА 15-3 с акридиновой меткой

Инструкция
Паспорт

LOT E003
REF 1340005
IVD

2023-02-02
2024-02-02

+2⁺8
+2⁺8

500

Биологическая опасность
Легковоспламеняющийся
Опасность для окружающей среды



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

MagnoLIA CA 15-3

2024-02-02

ТУ 21.20.23-655-98539446-2023
РУ № XXXXXXXXXXXXXXX

Для профессионального применения

На картридж:



MagnoLIA CA-15-3

МЧ 17,5 мл
А* 10 мл
А* 10 мл

Готов к использованию
Для профессионального применения
ООО «Компания Алкор Био»

2024-02-02

LOT E003
IVD

100

Биологическая опасность
Легковоспламеняющийся
Опасность для окружающей среды



MagnoLIA CA-15-3

MagnoLIA
CA-15-3
2024-02-22
lot E003

-5шт.

-5шт.

-5шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 (ТМ) лист 2

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев

