

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"


Е.Ю. Гохгут

«20» июля 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов «Лидлаб Амур Mycoplasma pn. IgM» для качественного определения антител класса М (IgM) к бактерии Mycoplasma pneumoniae в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-246-65614693-2022



«Набор реагентов «Лидлаб Амур Mycoplasma pn. IgM» для качественного определения антител класса М (IgM) к бактерии Mycoplasma pneumoniae в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-246-65614693-2022» выпускается в четырех вариантах исполнения: Набор реагентов на 100 тестов; Набор реагентов на 200 тестов; Набор реагентов на 500 тестов; Набор реагентов на 1000 тестов



Набор реагентов на 100 тестов

ООО «ЛИДКОР»

🏭 Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур Mycoplasma
rp. IgM» для качественного определения
антител класса М (IgM) к бактерии Mycoplasma
pneumoniae в сыворотке и плазме крови
человека методом иммунохемилюминесцентного
анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-246-65614693-
2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антитела к
ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

🏭 Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а


Набор реагентов на 100 тестов (другая сторона упаковки)

лидлаб



Лидлаб Амур
Мусорplasma рп. IgM
Набор реагентов на 200 тестов

YHLO




Прочитай 300

LOT 20230801 05.06.2024 REF C88004M


Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 4 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
4. Пароизоляционные крышки – 16 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов на 200 тестов




Набор реагентов на 200 тестов (другая сторона упаковки)




Набор реагентов на 500 тестов




Набор реагентов на 1000 тестов



Калибратор 1 (CAL1)



Калибратор 2 (CAL2)




лидкор

Лидлаб Амур
Мусорпластарт. IgM

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230601



05.06.2024

REF C88004M




лидкор

Лидлаб Амур
Мусорпластарт. IgM


Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230601



05.06.2024

REF C88004M





Транспортная тара и ее маркировка

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

13 (прикажати) л.


Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

 Е.Ю. Гохгут

«20» июля 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур Mycoplasma pp. IgM» для качественного определения антител класса М (IgM) к бактерии Mycoplasma pneumoniae в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-246-65614693-2022»

2023


Набор реагентов «Лидлаб Амур Mycoplasma рп. IgM» для качественного определения антител класса М (IgM) к бактерии Mycoplasma pneumoniae в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-246-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Mycoplasma рп. IgM

YHLO

Набор реагентов на 100 тестов



LOT 20230601

05.06.2024

REF

C88004M

05.06.2023

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
4. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.;
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Mycoplasma рп. IgM» для качественного определения антител класса М (IgM) к бактерии Mycoplasma pneumoniae в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-246-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Mycoplasma рп. IgM

YHLO

Набор реагентов на 200 тестов



LOT 20230601

05.06.2024

REF

C88004M

05.06.2023

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
4. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.;
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Mycoplasma pn. IgM» для качественного определения антител класса М (IgM) к бактерии Mycoplasma pneumoniae в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-246-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
ру № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Mycoplasma pn. IgM

YHLO

Набор реагентов на 500 тестов



05.06.2023

LOT 20230601 05.06.2024 REF C88004M

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
4. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.;
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Mycoplasma pn. IgM» для качественного определения антител класса М (IgM) к бактерии Mycoplasma pneumoniae в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-246-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
ру № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Mycoplasma pn. IgM

YHLO

Набор реагентов на 1000 тестов



05.06.2023


LOT 20230601 05.06.2024 REF C88004M

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
4. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.;
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

лидкор **YNLO**

Лидлаб Амур
Мycoplasma pn. IgM




3,5мл	6,5мл	6,5мл
R 1	R 2	R 3
LOT 20230601		
05.06.2024		

ProClin 300

IVD

1x50

лидкор
Лидлаб Амур Мycoplasma pn. IgM



1,0 мл	LOT	20230601
CAL 1	REF	C88004M
05.06.2024		

ProClin 300

IVD

лидкор
Лидлаб Амур Мycoplasma pn. IgM

1,0 мл	LOT	20230601
CAL 2	REF	C88004M
05.06.2024		

ProClin 300

IVD

лидкор

Лидлаб Амур
Мycoplasma pn. IgM

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.


LOT	20230601
REF	C88004M
05.06.2024	


IVD

Лидлаб Амур Мycoplasma pn. IgM




LOT 20230601 EXP 05.06.2024





Набор реагентов «Лидлаб Амур Mycoplasma рп. IgM» для качественного определения антител класса М (IgM) к бактерии Mycoplasma pneumoniae в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-246-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				05.06.2023
LOT	20230601		05.06.2024	REF	C88004M

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6 (шесть) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

