

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«27» июня 2023 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур Mycoplasma pn. IgG» для количественного определения антител класса G (IgG) к бактерии Mycoplasma pneumoniae в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 245-65614693-2022»


2023

Набор реагентов «Лидлаб Амур Mycoplasma pn. IgG» для количественного определения антител класса G (IgG) к бактерии *Mycoplasma pneumoniae* в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики *in vitro* по ТУ 21.20.23-245-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:



- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Mycoplasma pn. IgG

YNLO

Набор реагентов на 100 тестов



LOT 20230601 05.06.2024 REF C88003G

Состав изделия


1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Mycoplasma pn. IgG» для количественного определения антител класса G (IgG) к бактерии *Mycoplasma pneumoniae* в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики *in vitro* по ТУ 21.20.23-245-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Mycoplasma pn. IgG

YNLO

Набор реагентов на 200 тестов



LOT 20230601 05.06.2024 REF C88003G

Состав изделия


1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Mycoplasma pn. IgG» для количественного определения антител класса G (IgG) к бактерии Mycoplasma pneumoniae в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-245-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Mycoplasma pn. IgG

YHLO

Набор реагентов на 500 тестов



LOT	20230601	05.06.2024	REF	C88003G
-----	----------	------------	-----	---------

Состав изделия


1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Mycoplasma pn. IgG» для количественного определения антител класса G (IgG) к бактерии Mycoplasma pneumoniae в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-245-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Mycoplasma pn. IgG

YHLO

Набор реагентов на 1000 тестов



LOT	20230601	05.06.2024	REF	C88003G
-----	----------	------------	-----	---------

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

лидкор **YNLO**

Лидлаб Амур
Mycoplasma pn. IgG

3,5мл	6,5мл	6,5мл
R 1	R 2	R 3
LOT 20230601		

05.06.2024

9031 1017



лидкор
Лидлаб Амур Mycoplasma pn. IgG

1,0 мл	LOT	20230601
CAL 1	REF	C88003G

05.06.2024

лидкор
Лидлаб Амур Mycoplasma pn. IgG


1,0 мл	LOT	20230601
CAL 2	REF	C88003G


05.06.2024

лидкор
Лидлаб Амур Mycoplasma pn. IgG


1,0 мл	LOT	20230601
CAL 3	REF	C88003G

05.06.2024






Макет транспортной маркировки



Набор реагентов «Лидлаб Амур Мусорlasma рп. IgG» для количественного определения антител класса G (IgG) к бактерии Мусорlasma рнеитоплае в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-245-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.					05.06.2023
LOT	20230601		05.06.2024	REF	C88003G	

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6 (Шесть) л.



Директор
ООО «СТИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«27» июня 2023 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов «Лидлаб Амур Mycoplasma pn. IgG» для количественного определения антител класса G (IgG) к бактерии *Mycoplasma pneumoniae* в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики *in vitro* по ТУ

21.20.23-245-65614693-2022



Набор реагентов «Лидлаб Амур Mycoplasma pp.
IgG» для количественного определения антител
класса G (IgG) к бактерии Mycoplasma pneu-
moniae в сыворотке и плазме крови человека мето-
дом иммунохемилюминесцентного анализа
(ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммуно-
хемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диаг-
ностики in vitro по ТУ 21.20.23-245-65614693-2022



Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				
LOT	20230601	05.06.2024	REF	05.06.2023
				C88003G

Транспортная тара и ее маркировка



«Набор реагентов «Лидлаб Амур Mycoplasma pn. IgG» для количественного определения антител класса G (IgG) к бактерии Mycoplasma pneumoniae в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-245-65614693-2022» выпускается в четырех вариантах исполнения: Набор реагентов на 100 тестов; Набор реагентов на 200 тестов; Набор реагентов на 500 тестов; Набор реагентов на 1000 тестов



Набор реагентов на 100 тестов

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур Mycoplasma
pp. IgG» для количественного определения
антител класса G (IgG) к бактерии Mycoplasma
pneumoniae в сыворотке и плазме крови
человека методом иммунохемилюминесцентного
анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-245-65614693-
2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антитела к
ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, За

лидлаб


лидкор



Лидлаб Амур Mycoplasma pn. IgG

Набор реагентов на 200 тестов

YNLO



LOT 20230601 05.06.2024 REF CB8003G

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6.5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6.5 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1.0 мл/флакон – 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1.0 мл/флакон – 2 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1.0 мл/флакон – 2 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.;

ООО «ЛИДКОР»

620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур Mycoplasma
pp. IgG» для количественного определения
антител класса G (IgG) к бактерии Mycoplasma
pneumoniae в сыворотке и плазме крови
человека методом иммунохемилюминесцентного
анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-245-65614693-
2022. Набор реагентов на 200 тестов. Антитела к
ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.
Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX


Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Набор реагентов на 200 тестов (другая сторона упаковки)





Набор реагентов на 1000 тестов



Калибратор 2 (CAL2)



Калибратор 1 (CAL1)



Калибратор 3 (CAL3)




Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп., Реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.)

лидкор

Лидлаб Амур
Mycoplasma pn. IgG


Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230601



05.06.2024

REF C88003G



лидкор



Лидлаб Амур
Mycoplasma pn. IgG

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230601

05.06.2024

REF C88003G



Пароизоляционные крышки

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

14 (*Гохгут*)



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/