

Контейнер с раствором натрия цитрата 4 % 250 мл для проведения аппаратного плазмафереза однократного применения, стерильный "Синтез" по ТУ 9398-145-00480201-2016



Исполнительный директор

Б.М. Жоров



Ярлык с маркировкой на емкость медицинского изделия «Контейнер с раствором натрия цитрата 4 % 250 мл для проведения аппаратного лечебного плазмафереза однократного применения, стерильный «Синтез» по ТУ 9398-145-00480201-2016

Свободно от бактериальных эндотоксинов

Контейнер с раствором натрия цитрата 4% 250 мл для проведения аппаратного плазмафереза однократного применения, стерильный «Синтез»
ТУ 9398-145-00480201-2016

Место для регистрационного номера

Антикоагулянтный раствор

Состав на 100 мл: натрия цитрата дигидрат - 4 г, вода для инъекций - до 100 мл, лимонной кислоты моногидрат - до pH 6,4 - 7,5

Хранить в сухом, защищенном от света и агрессивных сред месте при температуре от 5 до 25°C.

Допускается замораживание раствора при транспортировании, помутнение емкости контейнера и наличие влаги в пакете с контейнером при условии герметичности контейнера.

В случае изменения окраски или появления взвеси раствор не пригоден к употреблению.

Указание по применению. Применение изделий должно проводиться в соответствии с руководством по эксплуатации аппарата для автоматического плазмафереза PCS2.

Стерильно

Ш-К

SN

21016 до 1118

1

СИНТЕЗ

ОАО «Синтез», 640008, Россия
г. Курган, пр. Конституции, 7
Тел/факс: (3522) 48-16-89

Исполнительный директор



Б.М. Жоров

Ярлык на транспортную тару
медицинского изделия «Контейнер с раствором натрия цитрата 4 % 250 мл для
проведения аппаратного плазмафереза однократного применения, стерильный
«Синтез» по ТУ 9398-145-00480201-2016

	Контейнер с раствором натрия цитрата 4 % 250 мл для проведения аппаратного плазмафереза однократного применения, стерильный "Синтез"	ОАО «Синтез» Россия, 640008 Курганская обл. г. Курган проспект Конституции, д. 7 Тел/факс: (3522) 48-16-89
	Регистрационный номер и дата ТУ 9398-145-00480201-2016	
	Партия № 21016 Масса брутто 8 ±1 кг	
	Годен до 1118 Ящик № 2	
	Упаковщик	
Количество 30 шт.	Ш-К ОКК	
Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 в отапливаемых хранилищах, но при температуре от 5 до 25°C на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред. После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.		

Исполнительный директор

Б.М. Жоров



Упаковочный лист в транспортную тару
медицинского изделия «Контейнер с раствором натрия цитрата 4 % 250 мл для
проведения аппаратного плазмафереза однократного применения, стерильный
«Синтез» по ТУ 9398-145-00480201-2016



ОАО «Синтез», Россия, 640008,
Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7.
Тел./факс: (3522) 48-16-89

**Контейнер с раствором натрия цитрата 4 % 250 мл
для проведения аппаратного плазмафереза
однократного применения, стерильный "Синтез"**

ТУ 9398-145-00480201-2016

Серия №	21016	Упаковщик	1	
Годен до	1118	Количество	30	шт.

Хранить в сухом отапливаемом помещении при температуре от 5 до 25°C
на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов,
в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Допускается замораживание раствора при транспортировании.

После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия
в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных
климатических условиях не менее 24 ч.

Исполнительный директор



Б.М. Жоров