


Фотографические изображения оощего вида
Набор контрольных образцов для контроля качества количественного определения концентрации Д-димера в плазме и сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом (ЭкспрессМ-контроль-Д-димер)
Комплект 1, серия 001 от 2022.07., срок годности до 2023.07.



Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПрофиЛабТест»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А

Набор контрольных образцов для контроля качества
количественного определения концентрации Д-димера в плазме
и сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом
«ЭкспрессМ-контроль-Д-димер»
ТУ№21.20.23-028-13399815-2022

250 определений
Контроль 1 – 1 фл., Контроль 2 – 1 фл., Инструкция – 1 шт.

НБsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют



Кат. №1086D **IVD** Только для in vitro диагностики

Набор контрольных образцов для контроля качества количественного
определения концентрации Д-димера в плазме и сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом (ЭкспрессМ-контроль-Д-димер)
250 определений

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: ООО «ПрофиЛабТест»
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20 стр. 2, этаж 1 пом. 1 часть ком. 13
Место производства: 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28А,
этаж 1 пом. III, часть ком. 188, ком. 97, 189, 190
Tel.: +7 495-190-00-05
e-mail: info@expressm-test.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование медицинского изделия:

Набор контрольных образцов для контроля качества
количественного определения концентрации Д-димера в плазме и сыворотке
крови иммунотурбидиметрическим методом (ЭкспрессМ-контроль-Д-
димер).

Назначение изделия:

Набор контрольных образцов для контроля качества
количественного определения концентрации Д-димера в плазме и сыворотке
крови иммунотурбидиметрическим методом (ЭкспрессМ-контроль-Д-
димер) предназначен для контроля правильности количественного
определения концентрации Д-димера в плазме крови
иммунотурбидиметрическим методом.

Функциональное назначение:

Вспомогательное средство в диагностике. Применение изделия не
имеет популяционных и демографических аспектов.


Показания и противопоказания:

Показания: Издание предназначено для внутривенного
контроля качества тестов для количественного определения концентрации
Д-димера у людей с целью первичной диагностики нарушений системы
гемостаза.

Противопоказания: не выявлены при использовании обученным
персоналом и с учетом применения по назначению.

Потенциальные потребители: медицинские учреждения,
лаборатории.

Квалификация персонала: специально обученные специалисты



REF 10860 2022.07
Серия 002 2023.07
CONTROL
IVD
2°C
8°C
RU

Кат. №10860 IVD Только для in vitro диагностики
Набор контрольных образцов для контроля качества количественного определения концентрации Д-димера в плазме и сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом (ЭкспрессМ-контроль-Д-димер) 250 определений

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Производитель: ООО «ПрофиЛабТест»
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20 стр. 2, этаж 1 пом 1 часть ком 13
Место производства: 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28а, этаж 1 пом. III, часть ком.188, ком. 97, 189, 190
Tel.: +7 495-190-00-05
e-mail: info@expressm-test.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Наименование медицинского изделия:
Набор контрольных образцов для контроля качества количественного определения концентрации Д-димера в плазме и сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом (ЭкспрессМ-контроль-Д-димер).
Назначение изделия:
Набор контрольных образцов для контроля качества количественного определения концентрации Д-димера в плазме и сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом (ЭкспрессМ-контроль-Д-димер) предназначен для контроля правильности количественного определения концентрации Д-димера в плазме крови иммунотурбидиметрическим методом.

Функциональное назначение:
Вспомогательное средство в диагностике. Применение изделия не имеет противопоказаний и демографических аспектов.

Показания и противопоказания:
Показания: Изделие предназначено для внутрилабораторного контроля качества тестов для количественного определения концентрации Д-димера у людей с целью первичной диагностики нарушений системы гемостаза.

Противопоказания: не выявлены при использовании обученным персоналом и с учетом применения по назначению.

Потребитель: потребитель: медицинские учреждения, лаборатории.

Квалификация персонала: специально обученные специалисты.

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ГриффинГемс»
117105, г. Москва, Вятковское шоссе, 28А

Набор контрольных образцов для контроля качества
количественного определения концентрации Д-амира в плазме
и сыворотке крови иммунофлуориметрическими методами
«Экспресс-контроль-Д-амира»
ТУ № 21.20.23-028-13398415-2022

250 образцов
Контроль 1 – 1 фла., Контроль 2 – 1 фла., Инструктаж – 1 шт.

Матр. версия в БРП-1.2 в БС отсутствует

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!



Кат. №10860 **ND** Только для in vitro диагностики

Набор контрольных образцов для контроля качества количественного
определения концентрации Д-амира в плазме и сыворотке крови
иммунофлуориметрическими методами (Экспресс-контроль-Д-амира)
250 образцов

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: ООО «ГриффинГемс»
117246, г. Москва, Новопольская ул., д. 3, стр. 2, этаж 1, часть 1, часть 10 (1)
Место производства: 117105, г. Москва, Вятковское шоссе, д. 28А,
этаж 1, пом. III, часть 108, 108, кв. 97, 180, 190
Tel.: +7 495-190-00-05
e-mail: info@griffin-gems.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

Назначение: количественного анализа.

Набор контрольных образцов для контроля качества
количественного определения концентрации Д-амира в плазме и сыворотке
крови иммунофлуориметрическими методами (Экспресс-контроль-Д-амира)
250 образцов

Назначение набора:

Набор контрольных образцов для контроля качества
количественного определения концентрации Д-амира в плазме и сыворотке
крови иммунофлуориметрическими методами (Экспресс-контроль-Д-амира)
250 образцов




Назначение и применение:

Набор контрольных образцов для контроля качества
количественного определения концентрации Д-амира в плазме и сыворотке
крови иммунофлуориметрическими методами (Экспресс-контроль-Д-амира)
250 образцов



Назначение и применение:

Набор контрольных образцов для контроля качества
количественного определения концентрации Д-амира в плазме и сыворотке
крови иммунофлуориметрическими методами (Экспресс-контроль-Д-амира)
250 образцов


1. Контроль 1



2. Контроль 2



3. Упаковка





ООО «ПрофиЛабТест»



117246, г. Москва, Научный проезд,
д. 20 стр. 2, этаж 1 пом I часть ком 13.



+7 495-19-0000-5
+7-985-57-2233-0




info@expressm-test.ru



www.expressm-test.ru





ООО «ПрофиЛабТест»

Набор контрольных образцов для контроля качества
количественного определения концентрации Д-димера в плазме
и сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом
(ЭкспрессМ-контроль-Д-димер)

REF

1086D



2022.07

Серия

002



2023.07

Σ 14 шт.

8°C

2°C



Масса нетто: 397,6 г

Масса брутто: 967,2 г

Масса потребительской упаковки: 967,2 г





ООО «ПрофиЛабТест»

Набор контрольных образцов для контроля качества
количественного определения концентрации Д-димера в плазме
и сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом
(ЭкспрессМ-контроль-Д-димер)

REF

1086D



2022.07

Серия

003



2023.07

Σ 5 шт.

8°C

2°C



Масса нетто: 142 г

Масса брутто: 667,6 г

Масса потребительской упаковки: 667,6 г





Генеральный директор ООО «ПрофиЛабТест»



Киреев А.И.



Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью

14 лист

Генеральный директор
ООО "ПрофиЛабТест"



Киреев А.И.