

Код ОКПД2 21.20.23.110

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«23» июня 2023 г.

М.П.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM Контроль» для контроля качества качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-288-65614693-2022

Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, положительный




Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, отрицательный



Потребительская упаковка



Потребительская упаковка. Вид сбоку



Потребительская упаковка. Вид сзади



Транспортная упаковка



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
4 (Штыре) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»
/Е. Ю. Гохгут/



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

 Е.Ю. Гохгут



«23» июня 2023 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM Контроль» для контроля качества качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-288-65614693-2022»

2023


Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM Контроль» для контроля качества качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-288-65614693-2022

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № РЗН 2023/XXXXXX от XX.XX.202X

Место производства:


☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM Контроль

YNLO



05.06.2023

LOT	20230601	05.06.2027	REF	CC840
-----	----------	------------	-----	-------

Состав изделия

1. Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, положительный – 2 флакона по 2,0 мл;
2. Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, отрицательный – 2 флакона по 2,0 мл;
3. Инструкция по применению – 1 шт.;
4. Аналитический паспорт – 1 шт.

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM Контроль

лидкор
YNLO

Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, отрицательный


2,0 мл						REF	CC840	
N	LOT	20230601	05.06.2027					

Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM Контроль

лидкор
YNLO

Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, положительный

2,0 мл						REF	CC840	
P	LOT	20230601	05.06.2027					



Макет транспортной маркировки

 ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.	 XXX
Наименование изделия	 ММ.ГГГГ
 XXXXXX	
 XXXXXXXX	 Только для in vitro диагностики Для профессионального применения
	
	
	
	GHS07 

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
4 (четыре) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»
_____/Е. Ю. Гохгут/

