



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 июля 2023 года № РЗН 2019/9158

На медицинское изделие

Консоли с подводными коммуникациями универсальные, с настенным креплением по ТУ 32.50.50-001-13917349-2017

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Системы медицинского газоснабжения" (ООО "НПП СИМЕГА"), Россия, 420111, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Пушкина, д. 12, этаж/помещ. 2/205

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Системы медицинского газоснабжения" (ООО "НПП СИМЕГА"), Россия, 420111, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Пушкина, д. 12, этаж/помещ. 2/205

Место производства медицинского изделия

ООО "НПП ЮМШАК", Россия, 420005, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Алебастровая, д. 11

Номер регистрационного досье № РД-56995/40906 от 19.07.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 25 июля 2023 года № 4709

допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0070477

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 июля 2023 года

№ РЗН 2019/9158

Лист 1

На медицинское изделие

Консоли с подводными коммуникациями универсальные, с настенным креплением по ТУ 32.50.50-001-13917349-2017, варианты исполнения:

1. Консоль Y-WLM в составе:

- электрические розетки не более 4 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 4 шт.;
- автоматические предохранители не более 2 шт.;
- индикаторы наличия питания не более 2 шт.;
- клавиша вызова медсестры 1 шт.;
- лампа верхнего освещения люминесцентная 36 Вт/светодиодная 20 Вт 1 шт.;
- лампа нижнего освещения люминесцентная 18 Вт/светодиодная 10 Вт 1 шт.;
- двухклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения 1 шт.

2. Консоли Y-GEM1 и Y-GEM2 в составе:

- электрические розетки не более 12 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 6 шт.;
- автоматические предохранители не более 3 шт.;
- индикаторы наличия питания не более 3 шт.;
- клавиша вызова медсестры 1 шт.;
- слаботочные розетки RJ-45 (LAN) не более 2 шт.;
- газовая розетка не более 6 шт.;
- штекер не более 6 шт.

3. Консоли Y-BHU, Y-BHU1, Y-BHU2 и Y-BHU3 в составе:

- электрические розетки не более 12 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 8 шт.;
- автоматические предохранители не более 2 шт.;
- индикаторы наличия питания не более 2 шт.;
- клавиша вызова медсестры не более 2 шт.;
- слаботочные розетки RJ-45 (LAN) не более 2 шт.;
- газовая розетка не более 6 шт.;
- штекер не более 6 шт.;
- лампа верхнего освещения люминесцентная 36 Вт/светодиодная 20 Вт 1 шт.;
- лампа нижнего освещения люминесцентная 18 Вт/светодиодная 10 Вт 1 шт.;
- двухклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения 1 шт.
- медицинский рельс консоли или без него;

4. Консоли Y-ICU, Y-ICUV и Y-ICU2 в составе:

- электрические розетки не более 16 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0125499

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 июля 2023 года

№ РЗН 2019/9158

Лист 2

- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 16 шт.;
- автоматические предохранители не более 4 шт.;
- индикаторы наличия питания не более 4 шт.;
- клавиша вызова медсестры не более 2 шт.;
- слаботочные розетки RJ-45 (LAN) не более 4 шт.;
- газовая розетка не более 12 шт.;
- штекер не более 12 шт.;
- полка не более 4 шт.;
- навесная тумба не более 4 шт.;
- лампа верхнего освещения люминесцентная 36 Вт/светодиодная 20 Вт 1 шт.;
- лампа нижнего освещения люминесцентная 18 Вт/светодиодная 10 Вт 1 шт.;
- двухклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения 1 шт.;
- металлический каркас 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0125498