



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 августа 2023 года № РЗН 2022/19315

На медицинское изделие

Консоли с подводными коммуникациями универсальные, с потолочным креплением по ТУ 32.50.50-002-13917349-2020

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Системы медицинского газоснабжения" (ООО "НПП СИМЕГА"),
Россия, 420111, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань,
ул. Пушкина, д. 12, этаж/помещ. 2/205

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Системы медицинского газоснабжения" (ООО "НПП СИМЕГА"),
Россия, 420111, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань,
ул. Пушкина, д. 12, этаж/помещ. 2/205

Место производства медицинского изделия

ООО "НПП ЮМШАК", Россия, 420005, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Алебастровая, д. 11

Номер регистрационного досье № РД-57067/40902 от 24.07.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 8 листах

приказом Росздравнадзора от 02 августа 2023 года № 4830
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0070479

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2023 года № РЗН 2022/19315

Лист 1

На медицинское изделие

Консоли с подводными коммуникациями универсальные, с потолочным креплением по ТУ 32.50.50-002-13917349-2020, варианты исполнения:

1. Консоль Y.WLM.S, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;
- автоматический предохранитель не более 100 шт.;
- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;
- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;
- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;
- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;
- газовая розетка не более 100 шт.;
- штекер не более 100 шт.

2. Консоль Y.GEM1.S, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;
- автоматический предохранитель не более 100 шт.;
- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;
- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;
- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;
- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;
- газовая розетка не более 100 шт.;
- штекер не более 100 шт.

3. Консоль Y.GEM2.S, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;
- автоматический предохранитель не более 100 шт.;
- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;
- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;
- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;
- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;
- газовая розетка не более 100 шт.;
- штекер не более 100 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0123601

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2023 года № РЗН 2022/19315

Лист 2

4. Консоль Y.GEM3.S, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;
- автоматический предохранитель не более 100 шт.;
- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;
- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;
- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;
- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;
- газовая розетка не более 100 шт.;
- штекер не более 100 шт.

5. Консоль Y.BHU.S, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;
- автоматический предохранитель не более 100 шт.;
- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;
- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;
- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;
- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;
- газовая розетка не более 100 шт.;
- штекер не более 100 шт.

6. Консоль Y.BHU1.S, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;
- автоматический предохранитель не более 100 шт.;
- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;
- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;
- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;
- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;
- газовая розетка не более 100 шт.;
- штекер не более 100 шт.

7. Консоль Y.BHU2.S, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0123602

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2023 года № РЗН 2022/19315

Лист 3

- автоматический предохранитель не более 100 шт.;
- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;
- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;
- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;
- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;
- газовая розетка не более 100 шт.;
- штекер не более 100 шт.

8. Консоль Y.BHU3.S, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;
- автоматический предохранитель не более 100 шт.;
- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;
- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;
- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;
- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;
- газовая розетка не более 100 шт.;
- штекер не более 100 шт.

9. Консоль Y.ICU1.S, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;
- автоматический предохранитель не более 100 шт.;
- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;
- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;
- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;
- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;
- газовая розетка не более 100 шт.;
- штекер не более 100 шт.

10. Консоль Y.ICU2.S, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;
- автоматический предохранитель не более 100 шт.;
- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;
- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0123603

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2023 года № РЗН 2022/19315

Лист 4

- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;
- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;
- газовая розетка не более 100 шт.;
- штекер не более 100 шт.

11. Консоль Y.ICU3.S, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;
- автоматический предохранитель не более 100 шт.;
- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;
- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;
- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;
- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;
- газовая розетка не более 100 шт.;
- штекер не более 100 шт.

12. Консоль Y.ICUV.S, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;
- автоматический предохранитель не более 100 шт.;
- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;
- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;
- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;
- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;
- газовая розетка не более 100 шт.;
- штекер не более 100 шт.

13. Консоль Y.PS.0, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;
- автоматический предохранитель не более 100 шт.;
- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;
- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;
- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;
- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0123604

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2023 года № РЗН 2022/19315

Лист 5

- газовая розетка не более 100 шт.;

- штекер не более 100 шт.

14. Консоль Y.PS.1, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;

- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;

- автоматический предохранитель не более 100 шт.;

- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;

- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;

- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;

- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;

- газовая розетка не более 100 шт.;

- штекер не более 100 шт.

15. Консоль Y.PS.2, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;

- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;

- автоматический предохранитель не более 100 шт.;

- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;

- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;

- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;

- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;

- газовая розетка не более 100 шт.;

- штекер не более 100 шт.

16. Консоль Y.PS.1.M, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;

- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;

- автоматический предохранитель не более 100 шт.

- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;

- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;

- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;

- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;

- газовая розетка не более 100 шт.;

- штекер не более 100 шт.

17. Консоль Y.PS.2.M, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0123605

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2023 года № РЗН 2022/19315

Лист 6

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;
- автоматический предохранитель не более 100 шт.;
- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;
- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;
- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;
- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;
- газовая розетка не более 100 шт.;
- штекер не более 100 шт.

18. Консоль Y.PA.0, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;
- автоматический предохранитель не более 100 шт.;
- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;
- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;
- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;
- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;
- газовая розетка не более 100 шт.;
- штекер не более 100 шт.

19. Консоль Y.PA.1, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;
- автоматический предохранитель не более 100 шт.;
- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;
- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;
- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;
- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;
- газовая розетка не более 100 шт.;
- штекер не более 100 шт.

20. Консоль Y.PA.2, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;
- автоматический предохранитель не более 100 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0123606

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2023 года № РЗН 2022/19315

Лист 7

- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;
- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;
- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;
- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;
- газовая розетка не более 100 шт.;
- штекер не более 100 шт.

21. Консоль Y.PA.1.M, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;
- автоматический предохранитель не более 100 шт.;
- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;
- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;
- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;
- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;
- газовая розетка не более 100 шт.;
- штекер не более 100 шт.

22. Консоль Y.PA.2.M, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;
- автоматический предохранитель не более 100 шт.;
- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;
- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;
- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;
- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;
- газовая розетка не более 100 шт.;
- штекер не более 100 шт.

23. Консоль Y.SSU, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;
- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;
- автоматический предохранитель не более 100 шт.;
- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;
- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;
- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0123607

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2023 года № РЗН 2022/19315

Лист 8

100 шт.;

- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;

- газовая розетка не более 100 шт.;

- штекер не более 100 шт.

24. Консоль Y.VSU, в составе:

- электрическая розетка (с индикатором/без индикатора питания) не более 100 шт.;

- гнездо заземления (балансирующее гнездо) не более 100 шт.;

- автоматический предохранитель не более 100 шт.;

- клавиша вызова медсестры не более 100 шт.;

- лампа люминесцентная/светодиодная верхнего/нижнего освещения не более 100 шт.;

- одно/двух/трехклавишный выключатель нижнего и верхнего освещения не более 100 шт.;

- слаботочная розетка RJ-45 (LAN) не более 100 шт.;

- газовая розетка не более 100 шт.;

- штекер не более 100 шт.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0123608