



Общество с ограниченной
ответственностью "Эбботт
Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское
шоссе, 16 А., стр 1,
БЦ Метрополис
Тел: (495) 258 42 80

Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности количественного определения липокалина, ассоциированного с
желатиназой нейтрофилов, иммунохемилюминесцентным методом в моче
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "NGAL в
моче Контрольные материалы (Alinity i Urine NGAL Controls)"**

Макет маркировки медицинского изделия NGAL в моче Контрольные материалы (Alinity i Urine NGAL Controls), кат № 09P2910 для пользователей Российской Федерации



09P2910



Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения липокалина, ассоциированного с желатиной нейтрофилов, иммунохемилюминесцентным методом в моче человека на иммунохимических анализаторах

Alinity i «NGAL в моче Контрольные материалы (Alinity i Urine NGAL Controls)»

в составе: - Контроль L (Alinity i Urine NGAL Low Control) – 1 флакон х 8,0 мл; - Контроль M (Alinity i Urine NGAL Medium Control) – 1 флакон х 8,0 мл; - Контроль H (Alinity i Urine NGAL High Control) – 1 флакон х 8,0 мл; Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland, Ирландия Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия / Место производства: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland, Ирландия Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия / Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/____ от ____г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка медицинского изделия NGAL в моче Контрольные материалы (Alinity i Urine NGAL Controls), кат № 09P2910

G90587702

Urine NGAL Ctrls

LOT

Exp

REF 09P2910

www.abbottdiagnostics.ru

Alinity i Urine NGAL Controls

Abbott

		CONC	RANGE
		ng/mL	ng/mL
CONTROL L	1 x 8.0 mL	20.0	11.0 - 29.0
CONTROL M	1 x 8.0 mL	200.0	110.0 - 290.0
CONTROL H	1 x 8.0 mL	1200.0	660.0 - 1500.0



2°C 8°C

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lismuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

IVD
CE
0123

PRODUCT OF IRELAND

Urine NGAL
Ctrls

2°C 8°C

Маркировка компонентов медицинского NGAL в моче Контрольные материалы (Alinity i Urine NGAL Controls), кат № 09P2910

Контроль L (Alinity i Urine NGAL Low Control)



Контроль M (Alinity i Urine NGAL Medium Control)



Контроль H (Alinity i Urine NGAL High Control)



Производитель использует разработанные им символы, а также символы согласно ISO 15223:

Символы ISO 15223

	См. инструкцию по применению
	Изготовитель
	Температурный диапазон
	Использовать до/Срок годности
	Медицинское изделие для диагностики <i>In Vitro</i>
	Номер серии
	Каталожный номер

Другие символы

	Контрольный номер
	Концентрация
	Контроль Низкий, Средний, Высокий (L, M, H)
	Страна происхождения: Ирландия
	Диапазон





Европейское соответствие



Опасный для здоровья

Подпись







Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"
Тел: (495) 258 42 80
Факс: (495) 258 42 81
abbott-russia@abbott.com

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности количественного определения липокалина, ассоциированного
с желатиназой нейтрофилов, иммунохемилюминесцентным методом в моче
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "NGAL в
моче Контрольные материалы (Alinity i Urine NGAL Controls)"**










Фотографическое изображение МИ NGAL в моче Контрольные материалы (Alinity i Urine NGAL Controls), флаконы, вид 2





Подпись _____